

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20606979518

Nombre o Razón social : SW BIOSAFETY S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 22:21:24

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS AL COMITE SI EL ITEM 9 TAMBOR DE ACER QUIRURGICO DE 18X18CM, PODRIAN ACEPTAR TAMBIEN EN ACERO INOXIDABLE

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO Y/O INOXIDABLE DE 18X18

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** ITEM 9      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO Y/O INOXIDABLE DE 18X18

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20606979518	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SW BIOSAFETY S.A.C.	Hora de envío :	22:21:24

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
CONSULTAMOS AL COMITE SI EL ITEM 10, TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO DE 30X30CM, PODRIAN ACEPTAR TAMBIEN EN ACERO INOXIDABLE

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO Y/O INOXIDABLE DE 30X30

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** ITEM 10    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO Y/O INOXIDABLE DE 30X30

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20606979518

Nombre o Razón social : SW BIOSAFETY S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 22:21:24

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS AL COMITE SI LA PIEZA DE CONTACTO DOBLE PODRIA SER DE ACERO O DE ALUMINIO

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PIEZA DE CONTACTO DOBLE ELABORADA DE ACERO INOX O DE ALUMINIO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** ITEM 21    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DEBE SER SE ACERO INOXIDABLE POR LA DURABILIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20606979518	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SW BIOSAFETY S.A.C.	Hora de envío :	22:21:24

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS AL COMITE EN EL ITEM 4 SOLICITAN EN LA DENOMINACION: TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE 20X20CM, SIN EMBARGO EN LA ESPECIFICACION SEÑALAN FABRICADA EB ACERO QUIRURGICO

SOLICTAMOS AL COMITE LO SIGUIENTE: TAMBOR DE 20X20CM DE ACERO QUIRURGICO O ACERO INOXIDABLE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** ITEM 4    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE NECESITA DE ACERO QUIRURGICO POR EL TRAMIENTO DE ESTERILIZACION DIARIA YA QUE LOS BIENES SON PARA USO DE EMERGENCIAS MEDICAS POR LO TANTO EN NECESARIO LA PROLONGACION DEL TIEMPO DE VIDA UTIL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20606979518

Nombre o Razón social : SW BIOSAFETY S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 22:21:24

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

CONSULTAMOS AL COMITE RESPECTO AL ITEM 27 CINTA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA, EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUE LA CANTIDAD QUE VAYA EN LA CAJA SEA DE ACUERDO A LA MARCA Y AL FABRICANTE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** ITEM 27      **Página:** 77

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

YA QUE NO SE HACE REFERENCIAS A MARCAS, SOLO SE ESPECIFICA QUE LA PRESENTACION DEBERA SER POR 15 UNIDADES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20606979518	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	SW BIOSAFETY S.A.C.	Hora de envío :	22:21:24

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**  
CONSULTAMOS AL COMITE EN EL ITEM 25 ESTETOSCOPIO ADULTI SI LA PIEZA DE CONTACTO DOBLE (MATERIAL) PODRIA SER DE ACERO O DE ALUMINIO

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
MATERIAL DE ACERO INOX O DE ALUMINIO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** ITEM 25    **Página:** 83

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
PLURALIDAD DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE O DE ALUMINIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20601595436	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	Hora de envío :	22:43:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 21: ESTETOSCOPIO PEDIATRICO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN: PIEZA DE CONTACTO DOBLE DE ACERO.

AL RESPECTO SEÑALAMOS QUE EL ESTETOSCOPIO ES UN EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUE LA PIEZA DE CONTACTO TRABAJA DE LA MISMA MANERA SEA DE ACERO O DE ALUMINIO, LA DIFERENCIA ENTE AMBOS ES EL PRECIO YA QUE EN ACERO EL PRECIO ES DE DOBLE QUE EN ALUMINIO SIENDO ESTE ULTIMO EL MAS COMERCIAL Y DE BUENA CALIDAD.

POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITE QUE EN EL ITEM 21 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, LA PIEZA DE CONTACTO (MATERIAL) DOBLE SEA DE ALUMINIO O ACERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ITEM 21 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE SER SE ACERO INOXIDABLE POR LA DURABILIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20601595436	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	Hora de envío :	22:43:46

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

EN EL ITEM 25: ESTETOSCOPIO ADULTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN: MATERIAL DE ACERO. (haciendo referencia a la pieza de contacto)

AL RESPECTO SEÑALAMOS QUE EL ESTETOSCOPIO ES UN EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUE LA PIEZA DE CONTACTO TRABAJA DE LA MISMA MANERA SEA DE ACERO O DE ALUMINIO, LA DIFERENCIA ENTE AMBOS ES EL PRECIO YA QUE EN ACERO EL PRECIO ES DE DOBLE QUE EN ALUMINIO SIENDO ESTE ULTIMO EL MAS COMERCIAL Y DE BUENA CALIDAD.

POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITE QUE EN EL ITEM 25 ESTETOSCOPIO ADULTO, LA PIEZA DE CONTACTO (MATERIAL) SEA DE ALUMINIO O ACERO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** ITEM 25    **Página:** 83

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LA PIEZA DE CONTACTO (MATERIAL) DEBERA SER DE ACERO O ALUMINIO



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código :	20601595436	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	Hora de envío :	22:43:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL ITEM 17 BIDON DE PLASTICO X 20 LITROS, SOLO COLOCAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SEA DE COLOR BLANCO CON TAPA Y CONTRATAPA SIN CAÑO.

DEBEMOS SEÑALAR QUE LA IMAGEN REFERENCIAL ESTA UN POCO DISTORCIONADA, POR LO QUE SOLICITAMOS INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
SISTEMA DE CIERRE HERMETICO, COLOR BLANCO DE POLIETILENO , CON TAPA ROSCA

SOLICITAMOS INDICAR EL DIAMETRO DE LA TAPA, YA QUE EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE TAMAÑOS Y FORMAS, ES NECESARIO QUE SE INDIQUE CON CLARIDAD EL DIAMETRO DE LA TAPA.

SOLICITAMOS AL COMITE REALIZAR LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ITEM 17 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE VISUALIZARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 22:55:37

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

- Se solicita que a la medida de 8.4mm (del cuerpo de trampa de luz) se considere una tolerancia de +-3mm en la medida del diámetro para la trampa de luz, teniendo en cuenta que es una medida interna, ya que este cuerpo de fabrica de manera manual por ello no puede ser tan preciso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** 5    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:01:30

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

- Se solicita que consideren un espesor del cuerpo de acrílico de 4mm ya que de 3mm es muy delgado y no es recomendable para este tipo de producto.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 5 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA EN SU TOTALIDAD LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:03:01

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

- Se solicita que consideren un espesor del cuerpo de acrílico de 4mm ya que de 3mm es muy delgado y no es recomendable para este tipo de producto.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 5 Página: 50**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:05:49

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

- Se pide considerar una tolerancia en la medida del platillo, ya que esto se trabaja de manera manual.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** 5    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:40:08

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

- Se requiere saber si necesitan batería recargable o pila, así como también si necesitan cargador de batería o porta pilas, adicional a ello indicar las características de lo que requieran.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Capitulo 3      **Literal:** 5      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES, SE DATALLA QUE ES CON BATERIA RECARGABLE INCLUYE CARGADOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:45:00

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

- Indicar el tipo de material que requieren para el aro que se colocará en la base de la bolsa, así mismo se recomienda ampliar las opciones de material de bolsa a tul, por su rigidez en comparación con la organza.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** 5    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZARA LOS CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE BASES, EL MATERIAL SERA DE METAL O PLASTICO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:46:48

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité agregar como opciones en las características de la trampa de luz, en color del foco Blanco o amarillo ya que ambos cumplen la función de atrayente para el monitoreo entomológico, al fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Capitulo 3      Literal: 5      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ES NECESARIO QUE EL FOCO SEA DE COLOR BLANCO, YA QUE ES MAS ATRAYENTE PARA LOS INSERCTOS.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:55:16

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

En el ítem 08 indica una medida del papel de 90 MM X 152 MM X 150MM pero en la pagina 22 hace menciona una medida de 90mm x 52mm, se requiere aclarar cual es la medida correcta que se requiere.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 1    **Literal:** 1.2    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LA MEDIDA DEL PAPEL ES DE 90MM X 152MM X 150MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - RED DE SALUD AMBO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-UE408RSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO EN LAS IPRESS DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD AMBO

Ruc/código : 20603908709

Nombre o Razón social : GRUPO MRAC E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 23:57:42

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Indica Papel de uso medico ecografo, aclarar si se refiere al papel para ecografia de 110m x 18m

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** 5    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PAPEL MEDICO ECOGRAFO SI SE REFIERE AL PAPEL PARA ECOGRAFIA DE 110M X 18M