

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-OGESS-BM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO, PARA LOS 114 IPRESS DE LA OGESS BAJO MAYO (REDES DE SALUD SAN MARTIN Y LAMAS).

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	09:42:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

Certificado de Calibración de presiones validado por entidad competente basado en ISO/IEC 1702

Solicitamos al Comité de Selección aceptar documento equivalente a este ISO , DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL PRODUCTO ESTA CALIBRADO SEGUN LA NORMA ISO 81060-1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señor participante en relación a la CONSULTA realizada, se precisa lo siguiente:

En concordancia con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 16.1 y Conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 29.8. "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"

En ese sentido, el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACEPTA la petición del participante.

Asimismo se INCORPORA en las Bases integradas y Especificaciones Técnicas, lo siguiente:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

¿ Características técnicas

(...)

¿ Certificado de calibración de presiones validado por entidad competente basado en ISO/IEC 17025 y/o ISO 81060-1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorpora en las Bases integradas y Especificaciones Técnicas lo siguiente:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

¿ Características técnicas

(...)

¿ Certificado de calibración de presiones validado por entidad competente basado en ISO/IEC 17025 y/o ISO 81060-1.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-8-2023-OGESS-BM/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO, PARA LOS 114 IPRESS DE LA OGESS BAJO MAYO (REDES DE SALUD SAN MARTIN Y LAMAS).

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	09:42:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Teniendo en cuenta la cantidad solicitada de 235 Unid (Tensiometro aneroide adulto con estetoscopio incorporado) en 10 días calendarios es un tiempo corto para poder realizar la importacion de los productos solicitados y poder realizar tramite de desaduanaje para la salida de la aduana

Por el cual solicitamos al comité de selección considerar y ampliar plazo de entrega a 30 días por ser equipos de importación y de procedencia EUROPEA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señor participante en relación a la CONSULTA realizada se precisa lo siguiente:

En concordancia con el articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 16.1 y Conforme a lo previsto en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 29.1. "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcional relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, (...). El requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

En ese sentido, el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, ACEPTA la petición del participante.

Por lo tanto el plazo de entrega sera de 30 dias calendarios

Asimismo se INCORPORA en las Bases integradas y Especificaciones Tecnicas, lo siguiente:

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 dias calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.2. Plazo de Entrega.

El plazo de entrega 30 días calendarios, contabilizado desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se INCORPORA en las Bases integradas y Especificaciones Tecnicas, lo siguiente:

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 dias calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-OGESS-BM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TENSÍMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO, PARA LOS 114 IPRESS DE LA OGESS BAJO MAYO (REDES DE SALUD SAN MARTIN Y LAMAS).

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

8.2. Plazo de Entrega

El plazo de entrega 30 días calendarios, contabilizado desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-8-2023-OGESS-BM/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TENSÍOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO, PARA LOS 114 IPRESS DE LA OGESS BAJO MAYO (REDES DE SALUD SAN MARTIN Y LAMAS).

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	09:42:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitan Tensiometro aneroide adulto con Estetoscopio incorporado

Nos podría confirmar de que material estan solicitando estetoscopio con campana de acero inoxidable o Aluminio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señor participante en función al análisis realizado por el área usuaria y en concordancia con lo establecido por en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 16.1 y Conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del numeral 29.8. "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación".

En ese sentido se ACLARA que el Estetoscopio incorporado con campana se requiere de material de acero inoxidable.

Por lo tanto, el Comite de Selección en coordinación con el área usuaria, ACEPTA la petición del participante.

Asimismo se INCORPORA en las Bases integradas y Especificaciones Técnicas, lo siguiente:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

¿ Características técnicas

(...)

¿ Estetoscopio incorporado con campana de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se INCORPORA en las Bases integradas y Especificaciones Tecnicas, lo siguiente:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

¿ Características técnicas

(...)

¿ Estetoscopio incorporado con campana de acero inoxidable.