

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGIA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:30:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos piden:

Registro Sanitario

Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento

Certificado de Buenas Practicas de Manufactura

Solicitamos al comité amablemente suprima estos requisitos, debido a que estan relacionados al manejo o venta de alimentos y bebidas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge su consulta en las bases integradas se suprimirán y se solicitará el siguiente "AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE", de acuerdo a la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios N° 24459 y el reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deberán contar con el citado documento emitido por DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE", de acuerdo a la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios N° 24459 y el reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deberán contar con el citado documento emitido por DIGEMID

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGIA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20561114090	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	LEONARI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:03:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la cantidad indica 118,810.00

Solicitamos amablemente al comite aclarar e indicar la cantidad exacta

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1.2

Literal: 1

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE su consulta siendo la cantidad 1 (uno) y será modificado en las bases integradas, habiendo existido error de digitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

cantidad 1 (uno)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGIA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:33:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

¿....Se consideran bienes similares a los siguientes EQUIPOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

CONSULTA

El propósito de acreditar la EXPERIENCIA es que la entidad asegure que los postores cuenten con la infraestructura, recursos humanos y conocimiento técnico especializado relacionado al bien objeto de la convocatoria para brindar todo el SOPORTE en la postventa.

En ese sentido, encontramos que denominar como bienes similares a EQUIPOS DE LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA resulta muy genérico y ambiguo ya que en patología también hay refrigeradora domésticas, cámara frigoríficas por ejemplo que nada tienen que ver con los cortes ultrafinos y la precisión del micrótopo Por ello, consultamos y pedimos al comité si valorará la experiencia que corresponde al alto grado de especialización que un micrótopo redefiniendo los equipos similares y considerará a: microtomo de rotación manual, semi-motorizados, micrótopos de deslizamiento, como equipos similares dejando de lados la generalidad que puede tener

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACOGE su consulta que se consideran como equipos similares los siguientes: Micrótopo de rotación manual y micrótopo de rotación semiautomático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Micrótopo de rotación manual y micrótopo de rotación semiautomático.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGIA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código : 20464408623

Nombre o Razón social : BAIRE S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 19:33:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

MICROTOMO DE ROTACIÓN

En las especificaciones solicitan:

MOVIMIENTO DE AVANCE/RETROCESO: MOTORIZADO Y MANUAL

Solicitan un MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICO, pero el requerimiento del punto aporta algo de confusión sobre los tipos de cortes que podrá ejecutar el equipo, por ello consultamos al área usuaria:

CONSULTA

Se pide al área usuaria dar claridad sobre este punto y confirmar si:

Movimiento avance/retroceso:: Motorizado y manual. Dando así libertad al usuario elegir usar uno u otro según sea la complejidad de corte de la muestra. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección precisa que su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTEs HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGÍA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:33:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan:

*Manivela de avance macro con selección de sentido de giro seleccionable.

CONSULTA

La manivela de avance macro es un elemento de mucha utilidad cuando se corta muestras complejas como gástricas que son muy pequeñas o como las muestras duras como útero o mama, se pide confirmar si esta manivela debe ser de accionamiento manual, que es la que corresponde a este tipo de equipos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección precisa que su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES, ADQUISICIÓN DE MICROTOMO DE ROTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA CLINICA Y PATOLOGIA DEL HOSPITAL " VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código : 20464408623

Nombre o Razón social : BAIRES S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 19:33:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
MICRÒTOMO DE ROTACIÓN

En las especificaciones solicitan:

*Posibilidad de trabajo en forma manual

CONSULTA

Se refiere a que el micrótomo además de realizar cortes finos motorizados también pueda realizar cortes finos manuales.
¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección precisa que su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null