

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1,2,3,4,5,6 , según los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICADOS EN EL PUNTO 3.2, se indica para cada uno de los Items que "Se consideran bienes similares a OTROS EQUIPOS DE LABORATORIO", lo cual es muy general y podría, por ejemplo, participar una empresa que venda equipos de laboratorio de electricidad, equipos de laboratorio de química, equipos de laboratorio médico, entre otros; los cuales no tienen relación alguna con el presente proceso de selección. Por tanto, solicitamos pueda acotarse la experiencia del postor a bienes de laboratorio relacionados como son laboratorios de ingeniería civil, laboratorios de arquitectura, laboratorios de mecánica de suelo o rocas, laboratorio de asfalto. De modo tal, la entidad asegura que los postores tengan experiencia en la venta de dichos equipos y también en la instalación y capacitación de los mismos. Por tanto, solicitamos se indique en los requisitos de calificación - Experiencia de postor en la especialidad de cada ítem: ".....y/o otros equipos de laboratorio de ingeniería civil, arquitectura, mecánica de suelo o rocas, asfalto".

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en virtud al oficio del área usuaria, ACLARA que, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores se mantiene la experiencia del postor en la especialidad como bienes similares a " Otros equipos de laboratorio"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	12:50:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "MEDIDOR DE FLUJO". Solicitamos al área usuaria y comité aclarar e indicarse en las bases integradas que se refiere a un "MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE" para evitar dualidad o confusión en las especificaciones técnicas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria, ACLARA que la especificación técnica del equipo ITEM 1 hace referencia a un medidor o indicador de flujo de aire.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

...

...

MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "BOMBA DE DIAGRAMA DE 6 LITROS/MIN. 230V, 50Hz". Solicitamos al área usuaria y comité verificar esta característica, ya que en Perú todos los equipos funcionan a 60Hz y no a 50Hz según la red eléctrica nacional. Un equipo de 50Hz no es operativo y no podría encenderse, en el peor caso podría dañarse la máquina. Debe indicarse en las bases integradas que es de 60Hz y no 50Hz.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, aclara precisando que efectivamente, el equipo HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA ÍTEM 1, la bomba de diafragma deberá ser de 60Hz, acorde a la red eléctrica en el Perú para poder ser operativo. Por lo tanto, se ACOGE la consulta y se aclarará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 1: HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA

...
Bomba de diafragma de 6 litros/min. 220v-240v, 60 Hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "DIMENSIONES REFERENCIALES: 600 x 600 x 900 mm (ancho x fondo x alto), PESO REFERENCIAL : 50KG". Indicamos al área usuaria y comité de selección, que la LCE y su reglamento, así como la OSCE en múltiples casos, indican claramente que no se deben colocar dimensiones y pesos en las especificaciones técnicas, ya que esto podría interpretarse como direccionamiento a una marca o modelo en específico y evitar la pluralidad de marcas y postores al presente proceso de selección. Colocar la palabra "referencial" tampoco exime de ello. Por tanto, solicitamos amablemente puedan retirar dimensiones y pesos de las especificaciones técnicas, o en todo caso debe indicarse que las dimensiones y pesos serán conforme a cada fabricante.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) artículo 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria, NO SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, precisando que las dimensiones y pesos del equipo ÍTEM 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son únicamente REFERENCIALES. Por lo tanto, los postores podrán ofertar sus equipos según dimensiones y pesos de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que no se ha indicado cuál es el rango de temperatura al que debe trabajar el equipo. Este parámetro es uno de los de mayor importancia para realizar los ensayos en este equipo, de lo contrario no se puede ofertar o definir una máquina. Sugerimos se indique un rango de +50 a +200°C como mínimo.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, el equipo ITEM 1: HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA deberá cumplir con requerimientos de la Norma ASTM E 145 tipo IB Gravedad-Convección), para temperaturas de funcionamiento de hasta 180°C (356°F). Según lo estipulado en las normas ASTM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...

-Deberá cumplir con los requerimientos de la Norma ASTM E 145 tipo IB Gravedad-Convección), para temperaturas de funcionamiento de hasta 180°C (356°F). Según lo estipulado en las normas ASTM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	12:50:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que no se ha indicado si el equipo debe contar con una pantalla o panel táctil a colores que muestre los datos y gráficas del ensayo en tiempo real. Solicitamos si se requiere que el equipo muestre gráficas y datos en tiempo real en la pantalla.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA, el equipo ÍTEM 1: HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA deberá contar con una pantalla táctil a colores, que como mínimo muestre los datos y gráficas en tiempo real. Por tanto, se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

....

-Deberá contar con una pantalla a colores táctil, que como mínimo muestre los datos y gráficas en tiempo real

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que no se han contemplado todos los accesorios necesarios para el correcto desarrollo del ensayo, por ejemplo no hemos verificado que se solicite el rascador para botella, la rejilla metálica para sostener las botellas, la pinza para botellas. Solicitamos al comité confirmar si se requieren dichos accesorios o si ya los tienen en el laboratorio. De requerirse, confirmar en las bases integradas

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, el equipo ITEM 1: HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA deberá contar con sus accesorios completos para su funcionamiento incluyendo 01 rascador de botella, 01 rejilla metálica para sujetar botellas, 01 pinza para botellas. por lo tanto se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

....

-Deberá contar con todos sus accesorios completos para su funcionamiento incluyendo 01 rascador de botella, 01 rejilla metálica para sujetar botellas y 01 pinza para botellas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 1 - HORNO DE PELICULA DELGADA ROTATORIA, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "CONTENEDORES DE VIDRIO RESISTENTES AL CALOR". Solicitamos al área usuaria y comité aclarar e indicarse en las bases integradas la cantidad de contenedores de vidrio que requieren para evitar dualidad o confusión en las especificaciones técnicas y al momento de la entrega.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, el equipo ÍTEM 1: HORNO DE PELÍCULA DELGADA ROTATORIA deberá contar con 08 contenedores de vidrio como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

.....

¿Contenedores de vidrio resistentes al calor (64 mm de altura x 140 mm de diámetro) con un mínimo de 08

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 2 - MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que no se han contemplado todos los accesorios necesarios para el correcto desarrollo del ensayo, por ejemplo no se ha solicitado que incluya el calentador eléctrico correspondiente, sin ello no puede trabajar con asfaltos y sólo sería una mezcladora común y corriente. Solicitamos al comité confirmar si se requiere el calentador eléctrico incorporado al equipo o si no lo van a solicitar. De requerirse, confirmar en las bases integradas

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, el equipo ITEM 2: MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS deberá contar obligatoriamente con su calentador eléctrico o isomanta ya que se trabajará con muestras asfálticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...

-Debe contar obligatoriamente con su calentador eléctrico o isomanta ya que se trabajará con muestras asfálticas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 2 - MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "DIMENSIONES REFERENCIALES: 610 x 730 x 1180 mm (longitud x fondo x alto), PESO REFERENCIAL : 128KG". Indicamos al área usuaria y comité de selección, que la LCE y su reglamento, así como la OSCE en múltiples casos, indican claramente que no se deben colocar dimensiones y pesos en las especificaciones técnicas, ya que esto podría interpretarse como direccionamiento a una marca o modelo en específico y evitar la pluralidad de marcas y postores al presente proceso de selección. Colocar la palabra "referencial" tampoco exime de ello. Por tanto, solicitamos amablemente puedan retirar dimensiones y pesos de las especificaciones técnicas, o en todo caso debe indicarse que las dimensiones y pesos serán conforme a cada fabricante.

Acápate de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) artículo 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria, NO SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, precisando que las dimensiones y pesos del equipo ÍTEM 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son únicamente REFERENCIALES. Por lo tanto, los postores podrán ofertar sus equipos según dimensiones y pesos de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 2 - MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "220V-240V / 50Hz". Solicitamos al área usuaria y comité verificar esta característica, ya que en Perú todos los equipos funcionan a 60Hz y no a 50Hz según la red eléctrica nacional. Un equipo de 50Hz no es operativo y no podría encenderse, en el peor caso podría dañarse la máquina. Debe indicarse en las bases integradas que es de 60Hz y no 50Hz.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que efectivamente, el equipo ÍTEM 2: MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS deberá ser de 60Hz, acorde a la red eléctrica en el Perú para poder ser operativo. Por tanto, se ACOGE la consulta y se aclarará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 2: MEZCLADOR DE MUESTRAS ASFÁLTICAS DE 20 LITROS

...

-220 ¿ 240 V / 60Hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ÍTEM 3 - TAMIZADOR MECÁNICO, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que solicitan "CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL CONTROL DEL CRONÓMETRO Y FRECUENCIA". Siendo esta una característica que no todos los fabricantes del mercado cumplen, y no siendo fundamental para la operación del equipo, solicitamos pueda indicarse que esta característica sea OPCIONAL. De este modo, se favorece la pluralidad de marcas y postores según la LCE y su reglamento, permitiendo que las empresas y marcas no se vean limitadas por esta característica. Favor de precisar en las bases integradas esta característica como OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, aclara que para el equipo ÍTEM 3: TAMIZADOR MECÁNICO, la pantalla táctil para el control del cronómetro y frecuencia es opcional según cada fabricante, ya que no limita la operatividad del bien durante el ensayo y sus funciones principales. Por tanto, se ACOGE la consulta y se aclarará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 3: TAMIZADOR MECÁNICO

...
¿Con pantalla táctil para el control del cronómetro y frecuencia OPCIONAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 3 - TAMIZADOR MECÁNICO, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica lo siguiente: "DIMENSIONES APROXIMADAS: 700 x 600 x 1500 mm (largo x ancho x alto), PESO APROXIMADO 60-70KG". Indicamos al área usuaria y comité de selección, que la LCE y su reglamento, así como la OSCE en múltiples casos, indican claramente que no se deben colocar dimensiones y pesos en las especificaciones técnicas, ya que esto podría interpretarse como direccionamiento a una marca o modelo en específico y evitar la pluralidad de marcas y postores al presente proceso de selección. Colocar la palabra "referencial" o "aproximado" tampoco exime de ello. Por tanto, solicitamos amablemente puedan retirar dimensiones y pesos de las especificaciones técnicas, o en todo caso debe indicarse que las dimensiones y pesos serán conforme a cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) artículo 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria, NO SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, precisando que las dimensiones y pesos del equipo ÍTEM 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son únicamente REFERENCIALES. Por lo tanto, los postores podrán ofertar sus equipos según dimensiones y pesos de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que solicitan "RELACIÓN DE CARGA PARA EL DISPOSITIVO ES DE 10:1". Hacemos notar al comité de selección y al área usuaria que para este tipo de ensayos se requieren como mínimo 3 relaciones de carga: 9:1, 10:1 y 11:1. Si sólo colocan una relación, están sumamente limitados al momento de realizar los ensayos en el laboratorio. Favor de revisar y confirmar en bases integradas que se requieren las 3 relaciones de carga estándar como mínimo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, las relaciones de carga que deberá tener el equipo como mínimo serán de 9:1, 10:1 y 11:1 (pudiendo tener más relaciones adicionales). Por tanto, se ACOGE la consulta y se aclarará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS

...

-La relación de carga que deberá tener el equipo como mínimo serán de 9:1, 10:1 y 11:1 (pudiendo tener más relaciones adicionales)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que solicitan "SOPORTE DE TORNILLO NIVELADOR". Solicitamos al área usuaria y al comité de selección indicar a qué se refieren con esta característica y si es opcional en todo caso.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, el soporte de tornillo nivelador hace referencia a que puedan nivelarse las patas del marco que sostienen los edómetros, siendo esta característica opcional según el diseño de cada fabricante. Por tanto, se ACOGE la consulta y se aclarará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS

-Soporte de tornillo nivelador (OPCIONAL)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	12:50:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que solicitan "TRANSFIERE LOS DATOS AL INSTANTE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL PUERTO USB". Solicitamos al área usuaria y al comité de selección aclarar si se deberá entregar una laptop con el software instalado, o si eso será provisto por la entidad. Favor de aclarar en las bases integradas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, el proveedor debe ser el responsable de entregar el software instalado para la lectura de datos. Se acoge Parcialmente la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS

...
-El proveedor deberá entregar el software instalado para la lectura de datos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que solicitan "TRANSFIERE LOS DATOS AL INSTANTE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL PUERTO USB". Solicitamos al área usuaria y al comité de selección aclarar si se deberá entregar también una plantilla de geoanálisis en excel para los datos del ensayo conforme a la norma ASTM, o si no es necesario.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, debe entregarse como mínimo con una plantilla de geoanálisis en Excel para los datos del ensayo conforme a ASTM. Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...

-Se debe incluir como mínimo 01 plantilla de geoanálisis en Excel para los datos del ensayo conforme a la norma ASTM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, hemos verificado que existe una contradicción en el modo de obtener los datos del ensayo. Por una parte piden que se "TRANSFIERA LOS DATOS AL INSTANTE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL PUERTO USB", pero luego indican como ACCESORIOS "INDICADOR DE CUADRANTE y SUJETADOR DIAL", y luego "SENSOR DE MEDICIÓN DE DEFORMACIÓN ELECTRÓNICA". Indicamos al área usuaria y al comité de selección que los accesorios "INDICADOR DE CUADRANTE" y el "SUJETADOR DE DIAL" son elementos para una medición analógica y no digital o electrónica, por tanto hay una contradicción. Solicitamos que dichos accesorios sean retirados, ya que NO SE NECESITAN para una medición digital como la que piden.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) artículo 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la OBSERVACIÓN del participante, se ACOGE PARCIALMENTE la observación, precisando que, para el equipo ITEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, el indicador de cuadrante y el sujetador dial no son requeridos, ya que se está solicitando un sistema de medición digital o electrónico. Por tanto, se debe entregar los accesorios necesarios para que la medición sea digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...

-La medición debe ser digital/electrónica por lo cual el proveedor debe incluir los accesorios necesarios para que la medición sea de manera digital

...

RETIRAR: Indicador de cuadrante 12.7 /0.002mm

RETIRAR: Con sujetador de dial

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indica como ACCESORIO: "CÉLULA DE CONSOLIDACIÓN", sin embargo no se ha precisado el tamaño que debe tener este accesorio. En el mercado existen múltiples tamaños como por ejemplo 50.47mm o 63.5mm, favor de precisar cuál de los tamaños se requiere.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5, la célula de consolidación debe ser de 63.5mm debido a que es el más aceptado y estándar para este tipo de ensayos. Se precisa además, que en total son 03 celdas o células de consolidación las que deben entregarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

....
-La célula de consolidación debe ser de 63.5mm debido a que es el más aceptado y estándar para este tipo de ensayos. Se precisa, además, que en total son 03 celdas o células de consolidación las que deben entregarse

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indican una serie de accesorios. Solicitamos al área usuaria y comité de selección confirmar si se requieren los accesorios para CADA UNO DE LOS 3 EDOMETROS solicitados. Es decir, en total 03 juegos de accesorios para el correcto funcionamiento del equipo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5, los accesorios necesarios deben ser completos para poder operar los 03 edómetros en simultáneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20507371281

Nombre o Razón social : LAB TOP PERU S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 12:50:17

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, indican JUEGO DE PESAS (4x10kg, 1x5kg, 1x2kg, 2x1kg, 1x0.5g, 2x0.25kg). Indicamos al área usuaria y comité de selección, que la configuración de las pesas varía entre cada fabricante, lo importante aquí es que se incluya un set como mínimo de 60kg distribuidos según cada fabricante. Colocar la distribución como se verifica actualmente en las bases limita la participación de cualquier marca o postor en el presente proceso de selección. Favor de modificar en las bases integradas y precisas JUEGO DE PESAS COMO MINIMO DE 60KG, DISTRIBUCIÓN SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) artículo 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria, ACOGE LA OBSERVACIÓN, precisando que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, el juego de pesas deberá ser como mínimo por un total de 60kg, siendo la distribución de los pesos según cada fabricante. Es importante mencionar que es 01 juego de pesas por cada edómetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...

Juego de pesas por un total de 60 kg, siendo la distribución de los pesos según cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	12:50:17

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, verificamos que no se han incluido algunos accesorios como los discos de calibración, transductores lineales ni tampoco la bureta graduada para permeabilidad. Solicitamos al área usuaria y al comité de selección confirmar si se requerirá dichos accesorios o no en la oferta, y precisarse en las bases integradas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ÍTEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, se debe incluir 01 disco de calibración y 01 bureta graduada por cada celda de consolidación. Se acoge parcialmente la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...
-se debe incluir 01 disco de calibración y 01 bureta graduada por cada celda de consolidación

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PIP DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	12:50:17

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Solicitamos amablemente a la entidad para el equipo ITEM 5 - EQUIPO DE CONSOLIDACION DE TRES PUESTOS, según las especificaciones técnicas mostradas en los ANEXOS DE LAS BASES ESTÁNDAR, para evitar confusiones al momento de la oferta o entrega, solicitamos al área usuaria y comité de selección precisar si la lectura de datos del equipo será analógica o será digital/electrónica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en virtud al oficio del área usuaria y en atención a la consulta del participante, ACLARA que, para el equipo ITEM 5: EQUIPO DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS, se está solicitando un sistema de medición digital / electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null