

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1 NÚMERO DE ACTA 001-2023-CS- AS N° 18-2023-GERESA/LL

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los 05 días del mes de octubre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 05:00 pm horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS N° 18-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 18-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BAJA COMPLEJIDAD Y MEDIANA COMPLEJIDAD - ITEM 1 BALANZA DIGITAL PEDIATRICA", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. RENATO ANDREE CASTILLO NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. LOURDES DE FATIMA RODRIGUEZ LLICAN	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20189254602
3	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141
4	BAYOMED HEALTH PERU SAC	20480981775
5	VITALTEC S.A.C.	20501645517
6	PESAJE Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.C	20510536488
7	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	20524983924
8	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
9	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
10	GRUPO BETTER WORLD S.A.C.	20600114396
11	EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL PERU E.I.R.L.	20601826870
12	TECHMED IMPORT S.A.C.	20601903637
13	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123
14	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311
15	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.	20611358343

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	22/08/2023	18:23:52
2	BAYOMED HEALTH PERU SAC	22/08/2023	21:31:42
3	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/08/2023	21:36:41
4	MEGATECH PERU S.A.C.	22/08/2023	20:42:01
	EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL PERU E.I.R.L.	22/08/2023	17:56:25
5	TECMEDIC	22/08/2023	20:09:36

6 Acto seguido, se procede con la apertura las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Consignar las razones para su no

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	NO CUMPLE CON EL PUNTO E DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISION, SE ADJUNTA LA EVALUACION TECNICA
2	MEGATECH PERU S.A.C.	NO CUMPLE CON EL PUNTO E DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISION, SE ADJUNTA LA EVALUACION TECNICA
3	TECMEDIC	1.-NO CONFORME ANEXO 04, EL PLAZO ES INCONGRUENTE Y CONFUSO AL NO TRATARSE DE UN PROCESO LLAVE EN MANO. 2.-NO CONFORME ANEXO05 - NO COLOCAN EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES. 3.- NO CUMPLE CON EL PUNTO E DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISION, SE ADJUNTA LA EVALUACION TECNICA

4	EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL PERU E.I.R.L.	NO CUMPLE CON EL PUNTO E DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISION, SE ADJUNTA LA EVALUACION TECNICA
---	---	--

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
	1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ITEM 1
	2	BAYOMED HEALTH PERU SAC	ITEM 1

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/ 74,505.00	99.36%
	9.1.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			
	9.2	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	BAYOMED HEALTH PERU	S/ 88,500.00	118.03%
	9.2.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS		
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.				

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100 PUNTOS
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 PUNTOS
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	BAYOMED HEALTH PERU	
		FACTORES		PUNTAJES
PRECIO			84.19 PUNTOS	
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			84.19 PUNTOS	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	100 PUNTOS
	2	BAYOMED HEALTH PERU	84.19 PUNTOS
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
		A.2	FATURACION	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			
	12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		BAYOMED HEALTH PERU	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
		A.2	FATURACION	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			
	SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.				

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	DE SER EL CASO INCLUIR:	
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		

15	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA			
	N°	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su oferta	
14	1	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Si	X
	No			
	ACUERDO ADOPTADO			
Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado, a lo cual se evidencia que el postor ganador supera el Valor Referencial, a lo cual se solicito la reducción de la oferta según lo estipulado en el Art. 65.3 del Reglamento de la ley de Contrataciones. Con la CARTA N° -2023-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST de fecha 04 de octubre del 2023, obteniendo la respuesta con la Carta n°00045-2023-DFSRL de fecha 05 de octubre del 2023.				

15	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		
<div><div> Econ, Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular</div><div> Ing. Renato Andree Castillo Nuñez Primer Miembro</div><div> Ing. Lourdes de Fátima Rodríguez Liican Segundo Miembro</div></div>			

AS-18-2023-GERESALL

ITEM 1 BALANZA DIGITAL PEDIATRICA

15 UNIDADES

S/ 74,983.50

MONTO DISPONIBLE

S/ 74,983.50

MARCA Y MODELO		SECA 374	SECA 334	SECA 374	ETIMSA IR721B	SECA 334	HEALT O METER
POSTORES		BAYOMED HEALTH PERU	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DEL PERU EIRL	DISEÑOS FLORES SRL	CONSORCIO TECMEDIC	IMPORTACIONES VASMED SAC	MEGATECH PERU
RUC		2048081758	20601826870	20189254602	---	20565935861	20454256141
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01		ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA DE DNI		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS		CUMPLE Y ACREDITA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4 ITEM 01		ANEXO 04	CUMPLE - 44 DIAS	CUMPLE - 45 DIAS	NO CONFORME, EL PLAZO ES INCONGRUENTE Y CONFUSO AL NO TRATARSE DE UN PROCESO LLAVE EN MANO	CUMPLE - 45 DIAS	CUMPLE - 45 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO		ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CONFORME - NO COLOCAN EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06 ITEM 1		ANEXO 06.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA							
BONIFICACION DE MYPE		5%	APLICA	APLICA	NO CONFORME - LA SOLITUD ES INDIVIDUAL	APLICA	APLICA
VALOR OFERTA ITEM 01		PUNTAJES					
% DEL VALOR DE OFERTA ITEM 01		S/ 88,500.00	S/ 66,990.00	S/ 74,505.00	S/ 116,625.00	S/ 63,630.00	S/ 42,985.00
PUNTAJE DE LA OFERTA ITEM 01		118.03%		99.36%			
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACION ITEM 01		84.19		100.00			
BONIFICACION ITEM 01		84.19		100.00			
PUNTAJE TOTAL ITEM 01		4.2093		5.000			
		88.396		105.000			

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION		2	1
EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01		CUMPLE	CUMPLE



ITEM 1: RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS DE LA AS-18-2023-GERESA/LL

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: "DQUISICION DE EQUIPO DE BAJA COMPLEJIDAD Y MEDIANA COMPLEJIDAD¿ - ITEM 1 BALANZA DIGITAL PEDIATRICA"

POSTOR:	1. BAYOMED S.A.C.	2. CONSORCIO TECMEDIC	3. DISEÑOS FLORES SRL	4. EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL PERU EIRL	5. IMPORTACIONES VASMED SAC	6. MEGATECH PERU SAC
MARCA	SECA	ETIMSA	SECA	SECA	SECA	HEALTH O METER
MODELO	374	IR721B	374	334	334	560 KL
PROCEDENCIA	ALEMANA	CHINA	ALEMANA	ALEMANA	ALEMANA	CHINA
CANTIDAD	15	15	15	15	15	15
GARANTÍA	24 MESES	24 MESES	24 MESES	24 MESES	24 MESES	24 MESES
PLAZO DE ENTREGA	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
OBSERVACIONES	Cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases.	El postor no acredita forma literal el numeral 1.08 función de amortiguación ó sistema que compense vibraciones, asegurando resultados precisos, aun en movimiento del paciente.	Cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las bases.	No sustenta los numerales 1.01y 1.02, incumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases.	El postor patra acreditar el numeral 1.01, "(...) ergonómico (...)” adultera el catálogo original de fábricaen el folio 20 de su propuesta.	El postor no acredita forma literal el numeral: 1.08 función de amortiguación ó sistema que compense vibraciones, asegurando resultados precisos, aun en movimiento del paciente.