

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:47:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANEXOS

ANEXO N° 11 (SOLICITUD DE BONIFICACION DEL 5% ¿. PEQUEÑA EMPRESA)

Al respecto, creemos que existe un error involuntario, pues la SOLICITUD DE BONIFICACION DEL 5% ¿. PEQUEÑA EMPRESA es correspondiente al ANEXO N° 10 y no al ANEXO N° 11.

Solicitamos corregir para evitar confusiones.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que la SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, corresponde al Anexo N°11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:48:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a los siguientes: ALQUILER DE CONGELADORA VERTICAL U HORIZONTAL PARA USO EN LABORATORIO MEDICO.

Al respecto, con la finalidad de promover la pluralidad de postores. Solicitamos al digno comité de selección ampliar la experiencia de los servicios similares a.

Se consideran servicios similares a los siguientes: ALQUILER DE CONGELADORA VERTICAL U HORIZONTAL PARA USO EN LABORATORIO MEDICO Y/O ALQUILER DE REFRIGERADORA DE USO MEDICO EN HOSPITAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, por exactitud de los valores de temperatura requeridos, se solicita empresas con experiencia en alquiler de congeladora de uso exclusivo en laboratorio, por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:49:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a los siguientes: ALQUILER DE CONGELADORA VERTICAL U HORIZONTAL PARA USO EN LABORATORIO MEDICO.

Al respecto, con la finalidad de promover la pluralidad de postores. Solicitamos al digno comité de selección TAMBIEN acepte como similares a:

Se consideran servicios similares a los siguientes: ALQUILER DE CONGELADORA VERTICAL U HORIZONTAL PARA USO EN LABORATORIO MEDICO Y/O ALQUILER DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORAS EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, solo se acepta experiencia en alquiler de congeladora de uso exclusivo en laboratorio, asimismo, se precisa que en la indagación de postores se verificó la pluralidad de postores, por lo que no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:50:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A09. Aislamiento de espuma de uretano libre de CFC en las paredes y la puerta o mejor tecnología.
Al respecto, con la finalidad de no limitar la participación de postores y sabiendo que el material de construcción viene en función al diseño de cada fabricante. Solicitamos, ampliar esta característica a:
A09. Aislamiento de espuma de uretano y/o POLIURETANO libre de CFC en las paredes y la puerta o mejor tecnología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica a: AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO Y/O POLIURETANO LIBRE DE CFC EN LAS PAREDES Y LA PUERTA O MEJOR TECNOLOGÍA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:50:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A10. En caso de falla de suministro eléctrico, el tiempo de calentamiento de -40 a -18 °C, calculado ¿¿, debe ser de 150 minutos o mayor.

Al respecto, solicitar un tiempo de calentamiento de 150 minutos, requiere obligatoriamente un SISTEMA DE AUTONOMIA ELECTRICA. Por ello, entendemos que los postores podremos ofertar el equipo más un UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), que asegure 150 minutos de trabajo una vez ocurrida la falla de suministro eléctrico. Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, el equipo debe garantizar una elevación de temperatura de -40 a -18°C, a temperatura ambiente de 20 a 25°C en un tiempo de 150¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:51:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
A12. Divisiones interiores con puertas.

Al respecto, con la finalidad de no limitar la participación de postores y sabiendo que el tipo y forma de construcción viene en función al diseño de cada fabricante. Solicitamos, ampliar esta característica a:

A12. Divisiones interiores con puertas Y/O DIVISIONES INTERIORES CON ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, se solicita divisiones internas, con puertas que faciliten el almacenaje, asimismo, se precisa que en la indagación de postores se verificó la pluralidad de postores, por lo que no se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:52:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
A12. Divisiones interiores con puertas.

Al respecto, sabiendo que el tipo y forma de construcción viene en función al diseño de cada fabricante, DEBEMOS MANIFESTAR QUE EXISTEN EQUIPOS CON UNA PUERTA SOLIDA Y EN SU INTERIOR VIENE CON ESTANTES DIVISORES DE ACERO INOXIDABLE, lo cual no afecta al normal funcionamiento del equipo.

Solicitamos, se acepte lo siguiente:

A12. Divisiones interiores con puertas Y/O PUERTA SOLIDA Y EN EL INTERIOR CON ESTANTES DIVISORES DE ACERO INOXIDABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, se solicita adicional a la puerta, divisiones internas con puertas que faciliten el retiro y almacenaje, por lo que no se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:52:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A14. Capacidad de almacenar 200 unidades de plasma como mínimo.

Solicitamos precisar el tamaño de bolsa de plasma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, la medida es 30x20x1.5, capacidad: 300cc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:53:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A16. Temperatura de trabajo programable a partir de -20 °C a menos.

Al respecto, solicitar: -20 °C a menos y sabiendo que los rangos de temperatura vienen predeterminados por los fabricantes.

Se puede interpretar su requerimiento como: -20 °C a -25 °C y/o -20 °C a -30 °C u otro a menos.

Por lo expuesto, solicitamos si la entidad aceptará lo siguiente:

A16. Temperatura de trabajo programable a partir de -20 °C a -25 °C y/o -20 °C a -30 °C u otro a menos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se aceptarán mejoras a las características técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:54:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
A26. COMPENSADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a que el equipo debe venir con UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE EXTERNO.

Confirmar, si nuestro entender es correcto?, de lo contrario especificar en otros términos para un mejor entendimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, el compensador de voltaje es integrado al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:55:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

C03. Termómetro externo para control de temperatura.

Al respecto, entendemos que también se aceptara termohigrómetro por ser mejor (mide tempertura y humedad)

Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, se aceptará el termohigrómetro propuesto como alternativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:55:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

C04. Cantidad necesaria de gavetas telescópicas y estantes para almacenar muestras tipo seroteca, ¿¿. equipo.

Al respecto, en el punto A13 solicitan bandejas interiores divisoras de acero inoxidable, todas o alguna ajustables en altura.

Entonces, se visualiza que existe incongruencia, pues las bandejas interiores divisoras de acero inoxidable ajustables son diferentes a las gavetas telescópicas que son fijas y no se pueden ajustar.

Para evitar confusiones, solicitamos al comité de selección establecer: GAVETAS TELESCÓPICAS ó BANDEJAS INTERIORES DIVISORAS DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, se solicita GAVETAS TELESCÓPICAS ADICIONALES A LAS BANDEJAS INFERIORES DE ACERO INOXIDABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CONGELADORA VERTICAL DE -20 C PARA EL HOSPITAL II VITARTE DE LA RPA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:56:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C
REQUERIMIENTOS TECNICOS OPCIONALES

Al respecto, por ser opcionales los puntos desde el D01 al D05, no requieren ser sustentados en la etapa de presentación de ofertas.

Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, Es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null