

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION		
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-HNDAC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION		

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
RANGO DE TOLERANCIA:
No Aplica - Medidas exactas por ser Instrumental de alta Especialidad.

Se solicita respetuosamente al comité de selección tenga a bien aceptar un rango en las medidas, dado como tolerancia de +/- 10% respecto a las medidas solicitadas, esto para no limitar la participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
S E I N T E G R A R A :
RANGO DE TOLERANCIA LAS MEDIDAS PODRAN TENER UNA
TOLERANCIA DE +/- 10% RESPECTO DE LA MEDIDA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO X 45 PIEZAS solicitan STILLE 21CM, por la especialidad se entiende que es una Pinza Stille de 21cm, pero en el mercado existen diferentes fabricantes y cada uno con su propia descripción. Se solicita respetuosamente al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "PINZA DE DISECCIÓN MODELO SUECO, 20CM" Ambas opciones tienen la misma funcionalidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA: PINZA STILLE 21CM o PINZA DE DISECCIÓN MODELO SUECO 20CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO X 45 PIEZAS solicitan PRICE-THOMAS PINZA BRONQUIAL, 22CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada uno con su propia descripción. Se solicita respetuosamente al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "AT-POTTS PINZA, ANGULADA, 55MM, 22CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INTEGRARA: PRICE-THOMAS PINZA BRONQUIAL 22CM o AT-POTTS PINZA, ANGULADA, 55MM, 22CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE HERNIOPLASTIA X 45 PIEZAS

En la página 33 solicitan TIJERA DE BRONQUIO 20CM, por la especialidad se entiende que es una Pinza de bronquio, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la tijera denominada "MICRO TIJERA, AGUDA, RECTA, 21CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA: TIJERA DE BRONQUIO 20CM o MICRO TIJERA, AGUDA, RECTA, 21CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA TORAXICA ABIERTA X 24 PIEZAS solicitan ALLISON ESPATULA PULMONAR, 33CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar "BASTIDOR TORACOTOMIA MINI" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA: ALLISON ESPATULA PULMONAR, 33CM o BASTIDOR TORACOTOMIA MINI

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

solicitan AT-DEBAKEY PINZA AORTICA, 30CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "PINZA VASCULAR ATRAUMATICA., COOLEY, 27.5CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA:
AT-DEBAKEY PINZA AORTICA, 30CM o PINZA VASCULAR ATRAUMATICA, COOLEY, 27.5CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

solicitan CLAMP DE SEMBS 28CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "PINZA PARA SACAR ORGANOS, ATRAUMA, 26CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA: CLAMP DE SEMBS 28CM o PINZA PARA SACAR ORGANOS, ATRAUMA, 26CM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 19 PIEZAS
solicitan PINZA TI, PED., ACOD. DOBL., 12 CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "COOLEY PINZA VASCULAR, AGULADA, 14.5CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INTEGRARA: PINZA TI, PED., ACOD. DOBL., 12 CM o COOLEY PINZA VASCULAR, AGULADA, 14.5CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 19 PIEZAS solicitan DISECT. MICRO,CASPAR,CV.ARR,1MM,20CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "PINZA MICRO, YASARGIL, BAY., 0.9MM, 20CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA : DISECT. MICRO,CASPAR,CV.ARR,1MM,20CM o PINZA MICRO, YASARGIL, BAY., 0.9MM, 20CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 19 PIEZAS solicitan DISECT. MICRO,CASPAR,CV.ARR,1MM,20CM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la pinza denominada "PINZA MICRO, YASARGIL, BAY., 0.9MM, 20CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INTEGRARA : DISECT. MICRO,CASPAR,CV.ARR,1MM,20CM o PINZA MICRO, YASARGIL, BAY., 0.9MM, 20CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar las especificaciones técnicas del contenedor de esterilización solicitado. Se recomienda para evitar consumibles y gastos para la entidad, solicitar un contenedor con filtro de vida útil ilimitada, para mayor durabilidad la apertura del contenedor sea mediante botones, evitando así el desgaste habitual que tienen las bisagras y por ultimo para mayor seguridad el contenedor tenga indicador externo donde evite posibles errores en esterilización.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACLARA, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PARTICIPANTES PODRAN OFERTAR COMO MEJORA CONTENEDOR CON FILTRO DE VIDA UTIL ILIMITADA. COMO TAMBIEN LA APERTURA DEL CONTENEDOR SEA MEDIANTE BOTONES Y/O INDICADOR EXTERNO. TOMANDO EN CUENTA QUE NO PRODUCIRAN UN SOBRE COSTO A QUIENES PARTICIPEN Y LA ENTIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	23:07:23

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

solicitan SUCCION FINA 22EM, en el mercado existen diferentes fabricantes y cada 1 con su propia descripción. Se solicita al comité, tenga a bien aceptar la cánula de succión denominada "FRAZIER TUBO DE ASPIR, Ø 2.0MM, 19.5CM" Ambas opciones tienen la misma funcionabilidad, esto es solo con la finalidad de no limitar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA EN VIRTUD AL ART. 46 DEL RLCE, SEÑALA QUE: ACOGE, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES SIN QUE ELLO IMPLIQUE AFECTAR LAS CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN REQUERIDA. SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARA : SUCCION FINA 22EM o FRAZIER TUBO DE ASPIR, Ø 2.0MM, 19.5CM