

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-HNDM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	16:02:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Composición: La solución luego de ser mezclada en la máquina de hemodiálisis con el agua tratada y la solución ácida correspondiente, deberá aportar las siguientes concentraciones a la mezcla:

	- Sodio	32 a 35 mmol/litro	-
Bicarbonato	32 a 35 mmol/litro		

Solicitamos aclarar que el aporte solicitado se alcanza con la dilución 1,225:33,775

La dilución en agua 1,225:33,775 aporta:
Bicarbonato¿.35,0 mmol/L
Sodio¿.35,0 mmol/L

La dilución en agua 1,755:43,245 aporta:
Bicarbonato¿.39,0 mmol/L
Sodio¿.39,0 mmol/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: Anexo 2 Página: 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que la dilución final de las soluciones concentradas deberá tener una proporción de 1:34 partes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	16:02:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Objeto de la convocatoria

N° 2 SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4.9 L

Solicitamos corregirlo: Debe ser volumen entre 4300 a 5000 ml

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2

Literal: Capítulo I

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que el envase debe tener un volumen entre 4300 a 5000 ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	17:37:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el sub Item 1- Solución para hemodialisis Acida sol 4L solicitamos al comité indicar si la cantidad requerida son 12,000 litros o 12,000 galoneras de 4 litros cada una

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que la cantidad requerida son de 12,000 galones de 3.6 a 4.0 litros cada una.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	17:37:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el sub Item 2- Solución para hemodialisis con bicarbonato sol 4.9L solicitamos al comité indicar si la cantidad requerida son 6,000 litros o 6,000 galoneras de 4.9 litros cada una

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que la cantidad requerida son de 6,000 galoneras de 4.3 a 5.0 litros cada una

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	17:37:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los requisitos de calificación en lo que se refiere a la experiencia del postor solicitamos al comité considerar también en lo que se refiere a bienes similares a los PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN GENERAL, con la intención de promover la participación de mayores postores y no vulnerar el principio de trato justo e igualitario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACEPTA la consulta y se incluye tambien productos farmaceuticos en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran similares: Productos farmace3uticos en general

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	17:37:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el sub item 1 - Solución para hemodialisis Acida sol 4L solicitamos al comité indicar si la siguiente composición es la requerida:
Cada 100 mL contiene:

CLORURO DE SODIO 21,068 g
CLORURO DE POTASIO 0,522 g
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,772 g
CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATO 0,356 g
ACIDO ACETICO GLACIAL 0,631 g
DEXTROSA ANHIDRA 3,500 g
(como Dextrosa Monohidratado 3,850g)
AGUA PARA INYECCION C.S.P 100mL

La dilución de uso es la siguiente:
UNA PARTE DE KESSLER-DIAL 35X-A Ca 3.0 + 1,225 PARTES DE KESSLER-DIAL 35X-B + 32,775 PARTES DE AGUA PURIFICADA PARA SER USADO EN RIÑO ARTIFICIAL

LA DILUCION 1:34 PROPORCIONA POR LITRO:
SODIO 103.0 mEq
POTASIO 2,0 mEq
CALCIO 3,0 mEq
MAGNESIO 1,0 mEq
CLORURO 109,0 mEq
ACETATO 3,00 mmol
DEXTROSA ANHIDRA 1,0g

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 11 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que la composición esta dentro de los parámetros requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Nomenclatura :AS-SM-25-2024-HNDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SERVICIO DE NEFROLOGIA

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	17:37:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el sub item 2, Solución para hemodialisis con bicarbonato sol 4.9L solicitamos al comité confirmar si la siguiente composición es la requerida:
Cada 100 mL contiene:

BICARBONATO DE SODIO 8.4g
AGUA PARA INYECCION C.S.P 100mL

La dilución de uso es la siguiente:
UNA PARTE DE KESSLER-DIAL A Ca 3.5 + 1,225 PARTES DE KESSLER-DIAL 35X-B + 32,775 PARTES DE AGUA PURIFICADA PARA SER USADO EN RIÑO ARTIFICIAL

LA DILUCION 1.225:33.775 PROPORCIONA POR LITRO:
SODIO 35,0 mEq
BICARBONATO 35.0 mEq

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 11 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante MEMORANDO N°377-SN-DEM-HNDM, ACLARA que la composición esta dentro de los parámetros requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null