

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En plazo de entrega del presente requerimiento solicitan: ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (05) días calendarios para cada entrega, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.¿

Considerando las verificaciones y actividades que se deben realizar para dejar operativos los mismos en el lugar de destino, solicitamos al comité de selección amplie el plazo a 20 días para permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. CAPITULO I ¿ 2.2.1.1 -PAG 17

En el inciso d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Siguientes características:

-Reactivos, presentación, tiempo de expiración, metodología y muestra biológica.

Que, al ser características específicas del producto y el equipo en cesión en uso, se solicita amablemente al comité que las características serán acreditadas con la presentación de insertos o folletos o instructivos o catálogos o manual de Instrucciones de Uso brochures, cartas y/o documentos emitidos por el fabricante (casa matriz) y/o dueño de la marca y/o Filial Autorizada y las características a ser acreditadas serán según se describe líneas abajo:

Reactivos: presentación, metodología y muestra biológica, excepto tiempo de expiración.

Equipo en cesión en uso: Tipo, metodología y performance, característica y muestra biológica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el inciso d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Siguientes características:

-Equipo en cesión en uso: Tipo, metodología y perfomance, características y muestra biológica.

Se consulta al comité de selección si es correcta nuestra apreciación que las características que se deben sustentar las especificaciones técnicas de los productos sean provenientes de los brochures, catálogos, folletería o instructivos y/o documentos denominados cartas que son emitidos por el Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACLARA que su apreciación es correcta.Las especificaciones técnicas a sustentar serán provenientes de los brochures, catálogos, folletería o instructivos y/o documentos denominados cartas que son emitidos por el Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los sub ítems del 1 al 7 solicitan Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Considerando que los productos solicitados son reactivos de fuente biológica y que este tipo de material no permiten fechas de expira mayores a 6 meses; se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria se acepte fechas de expira no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con carta de compromiso de canje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con la finalidad de promover la mayor participacion de postores se homologarán las fechas de expiración de todos los reactivos a no menor de 04 meses a partir del ingreso al almacén con carta de compromiso de canje."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los subítems del 1 al 7 en Muestra biológica solicitan Suero y/o plasma.

Conociendo el impacto negativo que puede generar el contar con un solo tipo de muestra bilógica, mala toma de muestra (volumen insuficiente, hemolisis), mala identificación. Solicitamos al comité especial precisar que el tipo de muestra biológica sea suero Y plasma con CPD, EDTA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la consulta del participante. Se precisará en las bases integradas: Muestra Biológica: Suero y Plasma con CPD y EDTA para los 7 marcadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el sub ítem Hepatitis B anticuerpo anticore total se indica en METODOLOGÍA ¿Quimioluminiscencia convencional con antígenos recombinantes del core de la Hepatitis B¿. Dentro de la metodología en mención existen las de tipo NO COMPETITIVO Y COMPETITIVO, considerando el impacto médico legal que pueda generarse en caso ocurriera una contaminación cruzada por arrastre de la fase de lavado, lo cual se genera con las metodologías competitivas, por lo cual se consulta amablemente al comité especifique si dentro de la metodología de quimioluminiscencia convencional este sea de tipo únicamente no competitivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y se aclara que la metodologia sera NO COMPE>TITIVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el sub ítem ANTICUERPO HEPATITIS C se indica en METODOLOGÍA ¿Quimioluminiscencia convencional que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C". Se consulta amablemente al comité si nuestra apreciación es correcta de que dentro de las regiones no estructurales se encuentran mínimamente las regiones NS3 y NS4.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria le aclara que el entender de la empresa es correcto y, que dentro de las regiones no estructurales se encuentran mínimamente la regiones NS3 y NS4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el sub ítem Performance solicitan: 150 o más pruebas por hora

Considerando la cantidad de unidades tamizadas y en base al cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia y competencia que debe regir la Ley de Contrataciones del Estado solicitamos amablemente al Comité Especial se acepte el performance de: 100 o más pruebas por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta y se aceptaran equipos con performance de 100 pruebas por hora a mas.a

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el sub ítem Características de Equipos en Cesión en Uso, solicitan ¿70 o más tubos primarios con códigos de barras. Considerando la cantidad de unidades tamizadas y en base al cumplimiento de los principios de libertad de concurrencia y competencia que debe regir la Ley de Contrataciones del Estado solicitamos amablemente al Comité Especial se acepte que sea: 65 o más tubos primarios con códigos de barras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta y se aceptaran equipos con capacidad de imngreso de 65 muestras a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6. Procesamiento de Datos solicitan: ¿Incluir el dispositivo de Internet móvil, el mismo que estará conectado al servidor que proveerá el postor¿.

En el presente requerimiento no mencionan que se realizará campañas de donación de sangre, motivo por el cual el dispositivo de internet móvil no es necesario para el funcionamiento del software de gestión ya instalado en el área de banco de sangre. Es por este motivo que se solicita retirar de las bases el dispositivo de internet móvil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el sub ítem 8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios, solicitan ¿Pruebas Efectivas (la reposición estimada de los controles y calibradores utilizados será del 15 % del total de pruebas solicitadas en el requerimiento) y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra¿.

Teniendo en cuenta que los controles y Calibraciones dependen de manera estricta a la frecuencia de corridas analíticas del banco de sangre (días de corridas a la semana) y de la frecuencia de variación de lote de reactivos entregados (lo cual es de muy poca frecuencia), respectivamente, se solicita al comité que en aras de realizar un cálculo real, la cantidad de pruebas en reposición sea verificada en base al informe del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinacion con el área usuaria acoge la consulta.
Se precisará en las bases integradas
La reposición estimada de los controles y
calibradores utilizados será calculado de acuerdo al informe que se obtiene de las frecuencias de corridas realizadas.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el sub ítem 8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios, solicitan: ¿El postor a quien se otorgue la Buena Pro deberá brindar al servicio una conservadora de Reactivos que permita el almacenamiento adecuado (en cantidad y temperatura) de los reactivos ofertados.

Se consulta al comité de selección si es correcta nuestra apreciación que dicho equipo será en calidad de cesión en uso con la finalidad de no incrementar el costo de las pruebas y en aras de permitir una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que su apreciación es correcta uy el ingreso de la conservadora de reactivos sera calidad de cesion en uso..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el sub ítem 8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios, solicitan: ¿El postor a quien se otorgue la Buena Pro deberá inscribir al Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del HMC en un Programa Control de Calidad Externo, que permita evaluar la calidad de los reactivos.

Teniendo en cuenta la cantidad de pruebas a adquirir y considerando que el Programa Control de Calidad Externo es de ciclo anual con procesamiento mensual. Se solicita al comité especial en coordinación con el al área usuaria retirar esta característica considerando que la cantidad de pruebas solicitadas no cubre el requerimiento solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el sub ítem 12. Antigüedad piden No mayor de 02 años de fabricación (Certificado del fabricante que consigne Fecha de fabricación emitido por Casa Matriz). Copia Simple.

Considerando que el analizador de inmunoserología se debe encontrar operativo durante las 24 hrs. al día y los 7 días a la semana. Adicionalmente debe contar y cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo, siendo la casa comercial postora responsable del buen funcionamiento del equipo. Ante lo expuesto, se solicita amablemente al área usuaria retirar la antigüedad del equipo con la finalidad de permitir una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta y se retirará la antigüedad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las presentes bases mencionan ¿Estos equipos pasarán a ser propiedad del establecimiento una vez culminado el contrato¿.

Al respecto y a efecto de no incurrir en interpretaciones erradas solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclarar y precise lo siguiente:
Que los equipos los cuales serán ofertados por el postor serán en calidad de cesión en uso, con la finalidad de no incrementar el precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de no incrementar el precio y permitir una mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ítem Reactivos de Inmunohematología solicitan Prueba de coombs poliespecífico en tarjeta.

De la revisión de las especificaciones técnicas en la pág. 31, observamos que por un error material no se adjuntaron las eett de los últimos 4 sub ítems. Se consulta al comité de selección aclare si aceptarán las siguientes especificaciones técnicas:

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a 0 o más pruebas individuales con Antiglobulina Humana poliespecífica anti IgG y C3d para prueba cruzada, / coombs directo. Tempo de expiración No menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega. Tempo de expiración no menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y glóbulos Rojos.

ACCESORIOS: Solución LISS, complementos y otros de acuerdo con metodología que permitan la realización completa de la prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara y precisa que ACOGE la consulta, incluirea en las bases integradas las siguientes especificaciones.

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a 06 a más pruebas individuales con Antiglobulina Humana poliespecífica anti IgG y C3d para prueba cruzada, / coombs directo. Tempo de expiración No menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega. Tempo de expiración no menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y glóbulos Rojos.

ACCESORIOS: Solución LISS, complementos y otros de acuerdo con metodología que permitan la realización completa de la prueba."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el ítem Reactivos de Inmunohematología solicitan Prueba de Prueba de Grupo sanguíneo ABO, RH Globular y Sérico en Tarjeta.

De la revisión de las especificaciones técnicas en la pág. 31, observamos que por un error material no se adjuntaron las eett de los últimos 4 sub ítems. Se consulta al comité de selección aclare si aceptarán las siguientes especificaciones técnicas:

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Grupos Sanguíneos debe incluir antisueros monoclonales Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D con capacidad de detectar el fenotipo DVI +, Control y prueba inversa que incluya la detección de A1 y B, en empaque adecuado. Tiempo de Expiración No menor a 04 meses para las tarjetas y No menor a 21 días para las células A1 y células B, a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en gel en columna.

MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Total Anticoagulada, Glóbulos rojos, suero y/o plasma.

ACCESORIOS: Solución LISS, Células de fenotipo A1 y B en empaque adecuada con fecha de vencimiento no menor de 21 días, insumos y otros complementos de acuerdo con la metodología que permitan la realización completa de la prueba.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara y precisa que ACOGE la consulta, incluirea en las bases integradas las siguientes especificaciones.

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Grupos Sanguíneos debe incluir antisueros monoclonales Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D con capacidad de detectar el fenotipo DVI +, Control y prueba inversa que incluya la detección de A1 y B, en empaque adecuado. Tiempo de Expiración No menor a 04 meses para las tarjetas y No menor a 21 días para las células A1 y células B, a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en gel en columna.

MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Total Anticoagulada, Glóbulos rojos, suero y/o plasma.

ACCESORIOS: Solución LISS, Células de fenotipo A1 y B en empaque adecuada con fecha de vencimiento no menor de 21 días, insumos y otros complementos de acuerdo con la metodología que permitan la realización completa de la prueba."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el ítem Reactivos de Inmunohematología solicitan Prueba para la determinación del fenotipo Rheuss + Kell.

De la revisión de las especificaciones técnicas en la pág. 31, observamos que por un error material no se adjuntaron las eett de los últimos 4 sub ítems. Se consulta al comité de selección aclare si aceptarán las siguientes especificaciones técnicas:

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de fenotipo Rh: C, c, E, e, más Kell y control en empaque adecuado. Opcional Cw. Tiempo de expiración no menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.

MUESTRA BIOLÓGICA: Glóbulos rojos.

ACCESORIOS: Solución LISS, complementos y otros de acuerdo con metodología que permitan la realización completa de la prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara y precisa que ACOGE la consulta, incluirea en las bases integradas las siguientes especificaciones.

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de fenotipo Rh: C, c, E, e, más Kell y control en empaque adecuado. Opcional Cw. Tiempo de expiración no menor de 04 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.

MUESTRA BIOLÓGICA: Glóbulos rojos.

ACCESORIOS: Solución LISS, complementos y otros de acuerdo con metodología que permitan la realización completa de la prueba.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el ítem Reactivos de Inmunohematología solicitan Kit completo para el rastreo de células de anticuerpos eritrocitarios.

De la revisión de las especificaciones técnicas en la pág. 31, observamos que por un error material no se adjuntaron las eett de los últimos 4 sub ítems. Se consulta al comité de selección aclare si aceptarán las siguientes especificaciones técnicas:

PRESENTACIÓN: Kit de Células de fenotipo adecuado (Células I, II y III) debe incluir el antígeno Diego (a) dentro o fuera del kit, fecha de expiración no menor de 21 días, se aceptará menor vencimiento con carta de compromiso de canje.
METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o plasma.
ACCESORIOS: Solución LISS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara y precisa que ACOGE la consulta, incluirea en las bases integradas las siguientes especificaciones.
PRESENTACIÓN: Kit de Células de fenotipo adecuado (Células I, II y III) debe incluir el antígeno Diego (a) dentro o fuera del kit, fecha de expiración no menor de 21 días, se aceptará menor vencimiento con carta de compromiso de canje.
METODOLOGIA: Aglutinación en columna Gel.
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o plasma.
ACCESORIOS: Solución LISS."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las presentes bases solicitan en OTROS ACCESORIOS: los que al finalizar el contrato pasarán a ser propiedad de la institución.

Al respecto y a efecto de no incurrir en interpretaciones erradas solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise lo siguiente:

Que los equipos los cuales serán ofertados por el postor serán en calidad de cesión en uso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En referencia a las especificaciones técnicas del equipo en cesion en uso, solicitamos al comité en coordinación con el área uso en el punto 3. Performance:
Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptara que el equipo tenga una performance de 20 a más tarjetas a bordo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En referencia a las especificaciones técnicas del equipo en cesion en uso, solicitamos al comité en coordinación con el área uso en el punto 4. Características:
Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptará Equipo totalmente automatizado de acceso continuo y/o por tandas de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En referencia a las especificaciones técnicas del equipo en cesion en uso, solicitamos al comité en coordinación con el área uso en el punto 4. Características solicitan Capaz de procesar muestras STAT (Priorizar muestras)

Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptará OPCIONAL procesar muestras STAT (Priorizar muestras).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:51:05

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En referencia a las especificaciones técnicas del equipo en cesión, Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise que incluirá el punto 5. Muestra Bilógica: Hematies y/o glóbulos rojos y/o plasma y/o suero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que se integrará en las bases Muestra Biológica: Hematíes y/o glóbulos rojos y/o plasma y/o suero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null