

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Nomenclatura :	AS-SM-29-2023-UNAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Antecedentes:

#### CAPITULO II

#### DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

#### 2.5. FORMA DE PAGO

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Certificado de Garantía del fabricante de cada equipo

Observación:

Considerando que el contratista se encargará de asumir la garantía del equipo ofertado, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar certificado de garantía del contratista.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.5    **Página:** 18

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección NO ACOGE LA OBSERVACION del participante, es necesario contar con la garantía del equipo emitida por el fabricante toda vez que se tendrá un compromiso temporal que asume el fabricante de reparar o sustituir gratuitamente dicho equipo en caso de fallas.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Pantalla touchscreen de color de 3.5¿

Observación:

Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección aceptar también pantalla LCD 128X64 backlight (retroiluminación) con teclado de membrana de 4 teclas:

¿ Pantalla touchscreen de color de 3.5¿ o pantalla LCD 128X64 backlight (retroiluminación) con teclado de membrana de 4 teclas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención a lo manifestado por el área usuaria. ACOGE PARCIALMENTE la observación del participante por lo que con motivo de la integración de bases administrativas se modificara lo requerido a: Pantalla y teclado según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

¿ Pantalla y teclado según especificaciones técnicas del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ 8 volúmenes programables

Observación:

Con la finalidad de tener un equipo muy versátil en relación a los volúmenes programables, solicitamos al Comité de Selección que los volúmenes programables sean entre 8 a 13, y que el volumen de aire aspirado se pueda modificar según los valores programados. 30, 50, 60, 90, 100, 160, 200, 283, 320, 400, 500, 700, 1000 Litros / min:

¿ Volúmenes programables entre 8 a 13 y volumen de aire aspirado se pueda modificar según los valores programados. 30, 50, 60, 90, 100, 160, 200, 283, 320, 400, 500, 700, 1000 Litros / min.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria No ACOGE LA OBSERVACION, indicando que se pide como mínimo 8 volúmenes. Valores superiores a lo requerido se consideraran como mejoras.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
CAPITULO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR  
ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL  
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
¿ 50 usuarios programables

Observación:  
Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección aceptar que los usuarios programables sean entre 10 a 50:  
¿ 10 a 50 usuarios programables

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION del participante por lo que con motivo de la Integración de bases administrativas se modificara lo requerido a: Usuarios según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Usuarios según especificaciones técnicas del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
CAPITULO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR  
ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL  
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
¿ 400 locaciones programables

Observación:  
Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección aceptar que las locaciones programables sean entre 10 a 400.  
¿ 10 a 400 locaciones programables

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PÁRCIALMENTE LA OBSERVACION, con motivo de la integración de las bases administrativas se modificara lo solicitado a: Locaciones programables según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Locaciones programables según especificaciones técnicas del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Compatible de discos petri estándar 90mm

Consulta:

¿Podría el Comité de Selección precisar si discos petri significa placas Petri?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en merito a lo indicado por el área usuaria ACLARA que discos Petri significa placas Petri y es análogo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Cubierta contra polvo de acero inoxidable

Observación:

Por lo general el equipo correspondiente al Ítem N° 2 requiere asegurar que su material de construcción permita una protección hermética contra agua y polvo, donde no necesariamente el material es de acero inoxidable, por lo que a efectos de permitir una mayor participación de postores y asegurar que el bien adquirido cumpla con la protección hermética contra agua y polvo del equipo (independientemente del material de la cubierta), solicitamos al Comité de Selección acepte lo siguiente:

¿ Cubierta contra polvo de acero inoxidable o que cumpla con grado de protección IP65 (demostrable en catálogo o manual).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE LA OBSERVACION, por lo que con motivo de la integración de bases administrativas se modificara lo requerido de acuerdo a lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Cubierta contra polvo de acero inoxidable o que cumpla con grado de protección IP65 (demostrable en catálogo o manual).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Puerto USB

Observación:

Los equipos para muestreo microbiológico de aire son regularmente sistemas que son totalmente herméticos en su fabricación, debido a la función para la cual fueron diseñados, el requerir que el equipo cuente con puerto USB en su diseño, dejaría un punto muerto para el ingreso de polvo/agua que posteriormente puede afectar la vida útil del equipo y sería un punto de contaminación que no garantizaría la idoneidad del muestreo al momento de su uso. Si la finalidad del puerto USB es extraer los datos generados, solicitamos al Comité de Selección pueda aceptar que esta función se pueda realizar de manera inalámbrica (Bluetooth) mediante un APP para conectar dispositivos Android o mediante un software para PC:

¿ Puerto USB o transferencia de datos inalámbrica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de las bases administrativas modificara lo requerido a: Sistema de descarga de información y calibración de equipo según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Sistema de descarga de información y calibración de equipo según especificaciones técnicas del fabricante.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Registros en formato .CSV, fecha, duración, ubicación, usuario, volumen, ciclos, estado.

Observación:

Se solicita que el reporte se emita en formato CSV, y que dentro del reporte se detalle la siguiente información, fecha, duración, ubicación, usuario, volumen, ciclos, estado. sin embargo, algunos nombres pueden estar detallados de otra manera según la marca del equipo, por ello solicitamos que para los casos de ciclos se considere Count (cuenta), y también para el caso de estado el nombre de result (resultado):

¿ Registros en formato .CSV, fecha, duración, ubicación, usuario, volumen, ciclos (count o cuenta), estado (result o resultado).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de las bases administrativas modificara lo requerido a: Registros en formato de descarga de datos según especificación técnica del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Registros en formato de descarga de datos según especificación técnica del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
CAPITULO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR  
ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL  
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
¿ Registros en formato .CSV, fecha, duración, ubicación, usuario, volumen, ciclos, estado.

Observación:  
Es importante tener registrado, el equipo usado (serie), el tipo de medio de cultivo utilizado y el cabezal utilizado en el muestreo (número o serie del cabezal), por lo que solicitamos al Comité de Selección, incluir dentro de las bases que el reporte incluya la opción de colocar equipo utilizado (serie), medio de cultivo y cabezal (número o serie).

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, debido a que esos detalles pueden variar según fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Condiciones ambientales: 0-40°C / 0-90%HR

Observación:

Considerando que el equipo es un sistema portátil y la toma de muestra puede darse en ambiente con condiciones ambientales complejas, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien considerar dentro del rango de temperatura de trabajo del equipo desde -10°C hasta +40°C y de 0-80% HR:

¿ Condiciones ambientales: -10°C hasta +40°C / 0-80%HR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE LA OBSERVACION y con motivo de la integración de las bases administrativas modificara lo requerido a: Condiciones ambientales: -10°C hasta +40°C / 0-80%HR, con el fin de promover la participación de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Condiciones ambientales: -10°C hasta +40°C / 0-80%HR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Observación:

Actualmente el gobierno de Perú mediante Decreto Supremo 072-2003-PCM en el artículo 6, inciso d, se pone de manifiesto que la entidad estatal debe garantizar la autenticidad de la información, de esta manera se garantiza la ¿integridad¿ de la misma, y en concreto en el ámbito público, se dispuso, en el 2016, mediante Resolución Ministerial 004-2016-PCM la obligatoriedad de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, por lo que es importante que los equipos que las entidades del estado puedan adquirir cumplan con alguna normativa que garantice la integridad de datos electrónicos que se generen, frente a ello, solicitamos al Comité de Selección incluir en las bases que el equipo cumpla con 21 CFR PART 11 - FDA o certificación similar que permita garantizar la integridad de los datos electrónicos generados durante el uso del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Omite de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que el muestreador tiene la finalidad de impactar un flujo de aire sobre una superficie, por lo que es de interés mantener caudales constantes, desde ese punto de vista la información que se almacena en el equipo esta respecto al caudal y las condiciones climáticas de la medición, siendo de interés la estabilidad del caudal, la que se podría verificar mediante un calibrador, así mismo usted sugiere aplicar una normativa extranjera FDA, lo que limitaría las propuestas de postulación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Observación:

El número de microorganismos contados en la superficie de la placa de contacto debe corregirse teniendo en cuenta la posibilidad estadística de que varias partículas pasen por el mismo orificio, por lo que se solicita al Comité de Selección, que el postor entregue una tabla de corrección para ajustar el recuento de colonias realizado por el usuario. Esta tabla debe estar incluida en el manual de usuario y debe indicar la fórmula de trabajo que debe usar el usuario para obtener el resultado final.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que esos detalles deben estar incluidos dentro del manual de uso, por lo que no es necesario especificarlo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS

¿ Cabezal de acero inoxidable 316L

Observación:

Con la finalidad de poder contar con mayor participación de postores solicitamos al Comité de Selección que el cabezal solicitado sea de acero inoxidable ya sea grado AISI 316 o AISI 316L, los cuales son utilizados dentro de los procesos de muestreo y en ambos casos son aceros inoxidables austeníticos de cromo-níquel-molibdeno que tienen buena resistencia en ácidos no oxidantes y medios que contienen cloro:

¿ Cabezal de acero inoxidable grado AISI 316 o AISI 316L.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1.**

**Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que el cabezal sera de acero o con sistema resistente al polvo y agua.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS

¿ Adaptador de 24 VDC con cable de poder

Observación:

En relación al cable de poder y adaptador, se debe considerar que las baterías del equipo se desgastan de manera más rápida cuando la carga es a través de conexión directa, por ello es recomendable que la carga se dé de manera inalámbrica a fin de conservar por un periodo más largo la eficiencia de la batería, debido a ello solicitamos al Comité de Selección que incluya en las bases Adaptador de 24 VDC con cable de poder o sistema para carga inalámbrica como parte del accesorio, esto con la finalidad de poder contar con mayor participación de postores:

¿ Adaptador de 24 VDC con cable de poder o sistema para carga inalámbrica (como parte del accesorio).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, debido a que esa propuesta de modificación si bien se puede considerar una mejora, limitaría a otros postores, por tanto se deja tal cual, pero es admisible como mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS

¿ 1 frasco de 1 kg de agar sabouraud

¿ 1 frasco de 1 kg de agar plate count

Observación:

Actualmente los frascos de agares vienen en presentaciones de 500 gramos, por lo que, a efectos de promover una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien precisar que se aceptará presentaciones equivalentes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, indicando que se puede aceptar 2 frascos de 500 gr. para completar el Kg. solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

¿1 frasco de 1 kg de agar Sabouraud o 2 frascos de 500 gr.

¿1 frasco de 1 kg de agar plate count o 2 frascos de 500 gr.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

3. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS

¿ Memoria USB

¿ 12 placas Petri de vidrio para puesta en marcha

¿ 1 frasco de 1 kg de agar sabouraud

¿ 1 frasco de 1 kg de agar plate count

Observación:

Estos accesorios y consumibles que se indican son de marca distinta del equipo Muestreador microbiológico portátil (Ítem N° 2), por lo que solicitamos al Comité de Selección tenga a bien permitir que para para la memoria USB, las 12 placas Petri de vidrio y los frascos de agares, se acepte una declaración jurada de compromiso de entrega suscrita por el contratista para su sustento en el Anexo N° 12.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que se acepta que los accesorios y consumibles que se indican son de marcas distintas al equipo, pero deben estar presentes y ser entregados para la puesta en marcha del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:37:34

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
CAPITULO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR  
ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL  
8. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
¿ 220V, 50/60Hz - Alimentación de red Monofásico

Observación:  
Con la finalidad de poder abarcar un mayor rango de voltaje que permita proteger al equipo frente a fluctuaciones de la energía solicitamos al Comité de Selección, tenga a bien modificar la especificación técnica e incluir el siguiente detalle: Requerimiento de energía de 120 a 230V, 50/60Hz 120W (el cual cubre el rango requerido), además esta ampliación permitirá mayor participación de postores dado que no todas las marcas tienen un voltaje fijo de uso para sus equipos: ¿ 120-230V, 50/60Hz 120W

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1.      Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria y con motivo de promover la participación de postores ACOGE LA OBSERVACION, con motivo de la integración de las bases administrativas modificara lo requerido a 120-230V, 50/60Hz 120W monofásico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

120-230V, 50/60Hz 120W monofasico

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

9. MANTENIMIENTO

Se debe considerar mantenimientos preventivos cada 6 meses dentro del tiempo establecido en la garantía

Observación:

Respecto al mantenimiento del equipo, y considerando que se trata de un equipo que requiere especial cuidado, se solicita al Comité de Selección incluir en las bases que el personal que realice el servicio de mantenimiento cuente con certificado emitido por el fabricante y haber realizado su entrenamiento en casa matriz del fabricante, el cual deberá ser adjuntado en la oferta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION, indicando que el postor ganador se hace responsable de cumplir con los mantenimientos solicitados, por lo que adicionar mas elementos cerraría el proceso limitando la participacion de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

10. CAPACITACION

La capacitación es presencial en las instalaciones del laboratorio y deberá incluir el encendido, operación, cambio de consumibles, combinación de sensores y calibración de equipo. Para ello, el capacitador deberá contar con el equipo, consumibles y accesorios para el desarrollo de pruebas, uso y combinación de sensores para la implementación de un método requerido por el usuario. Toda capacitación debe ser certificada.

Observación:

En relación al punto "combinación de sensores", debemos indicar que el equipo es un sistema para muestreo microbiológico de aire, por lo que, la capacitación en combinación de sensores no aplicaría considerando las especificaciones técnicas de las bases administrativas; y teniendo en cuenta el principio de funcionamiento del equipo, en lugar de capacitar en "combinación de sensores", solicitamos al Comité de Selección modificar e incluir capacitación en "diferentes modos de muestreo (continuo, fragmentado)".

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1.      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACOGE LA OBSERVACIÓN, con motivo de la integración de bases administrativas se modificara conforme a lo observado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La capacitación es presencial en las instalaciones del laboratorio y deberá incluir el encendido, operación, cambio de consumibles, diferentes modos de muestreo( continuo, fragmentado) y calibración de equipo. Para ello, el capacitador deberá contar con el equipo, consumibles y accesorios para el desarrollo de pruebas, uso y combinación de sensores para la implementación de un método requerido por el usuario. Toda capacitación debe ser certificada.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

10. CAPACITACION

La capacitación es presencial en las instalaciones del laboratorio y deberá incluir el encendido, operación, cambio de consumibles, combinación de sensores y calibración de equipo. Para ello, el capacitador deberá contar con el equipo, consumibles y accesorios para el desarrollo de pruebas, uso y combinación de sensores para la implementación de un método requerido por el usuario. Toda capacitación debe ser certificada.

Observación:

En relación al punto "calibración de equipo", es importante y necesario precisar que los procesos de calibración lo realizan entidades acreditadas ya sean locales o el mismo fabricante, las cuales manejan patrones de referencia , por lo que el área usuaria regularmente no tiene alcance para ejecutar este tipo de procedimiento; debido a ello, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aclarar que lo que se solicita, en relación a este punto, es capacitar en información (entidades que realizan el servicio) y recomendaciones sobre la frecuencia de calibración (todo a nivel teórico).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1.

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria, aclara que la capacitación es teórico practica en lo que sea la parte operativa, respecto a la calibración esta puede variar según el modelo, o puede que algún proveedor incluya el calibrador de campo, por lo que esta sujeto a la oferta del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20501262260

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : GEN LAB DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:37:34

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos Muestreadores de Alto Volumen para Medición, Muestreadores Microbiológicos, Analizadores de Combustión y gases.

Observación:

Con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien aceptar a equipos de laboratorio como bienes similares para la acreditación del monto facturado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2.    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección NO ACOGE LA OBSERVACION en atención al área usuaria, debido a que no todos los equipos de laboratorio son similares a lo solicitado ni realizan la misma o similar función.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº1: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM10

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros", lo cual podría llevar a una confusión ya que se trata de una característica técnica y no de un accesorio, por lo que sugerimos que se precise que se requiere un accesorio porta filtros.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección reemplazar el requerimiento "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros" por "Un Porta Filtros", pudiendo quedar dicho requerimiento como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

Un porta filtros

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1. ET

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el portafiltros es parte del equipamiento, pudiendo variar con el proveedor o marca, ya sea fijo o móvil, no se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº1: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM10

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
-Placa de calibración y calibración de campo

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Placa de calibración y calibración de campo", consideramos que existe un error tipográfico y sugerimos modificar este requerimiento como sigue: Plato de calibración para la calibración en Campo.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección modificar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
Plato de calibración para la calibración en campo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que efectivamente hubo un error de tipeo por lo que en la integración de bases administrativas se modificara lo observado a Placa de calibración para la calibración de campo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plato de calibración para la calibración en campo



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº1: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM10

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

- Maletín de transporte

Sustento:

Consideramos que al indicar "maletín de transporte" se requiere para el plato de calibración, por lo que sugerimos precisar.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar que el maletín de transporte es para el plato de calibración, pudiendo quedar dicha especificación como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

- Maletín de transporte para el Plato de calibración.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se deniega lo solicitado, por que no solo se debe de proteger el plato, sino también el cuerpo del equipo en el transporte.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº1: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM10

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro

Sustento:

Existen diferentes tipos y modelos de manómetros según el diseño de cada fabricante, por lo que sugerimos precisar este requerimiento como: manómetro según diseño de cada fabricante.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro según diseño de cada fabricante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1. ET    **Página:** 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA, que se pide manómetro que sea compatible con el equipo vendido el cual puede variar según el fabricante, se acepta la propuesta del participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Manómetro según diseño de cada fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº2: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM2.5

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

- Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros.

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros", lo cual podría llevar a una confusión ya que se trata de una característica técnica y no de un accesorio, por lo que sugerimos que se precise que se requiere un accesorio porta filtros.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección reemplazar el requerimiento "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros" por "Un Porta Filtros", quedando dicho requerimiento como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

- Un porta filtros

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria indica que no acepta lo propuesto por el participante y ACLARA que el portafiltros es parte del equipamiento, pudiendo variar con el proveedor o marca, ya sea fijo o móvil.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº2: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM2.5

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Placa de calibración y calibración de campo

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Placa de calibración y calibración de campo", consideramos que existe un error tipográfico y sugerimos modificar este requerimiento como sigue: Plato de calibración para la calibración en Campo.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección modificar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Plato de calibración para la calibración en campo

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 21**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área ACLARA que hubo un error tipográfico por lo que con motivo de la integración de bases se corregirá el error.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Plato de calibración para la calibración en campo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº2: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM2.5

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Maletín de transporte

Sustento:

Consideramos que un maletín es requerido para transportar el plato de calibración, por lo que solicitamos precisar.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar que el maletín de transporte es para el plato de calibración, pudiendo quedar dicha especificación como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Maletín de transporte para el Plato de calibración.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que no solo se debe de proteger el plato, sino también el cuerpo del equipo en el transporte. No se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE N° 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
N°2: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE PM2.5

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro

Sustento:

Existen diferentes tipos y modelos de manómetros según el diseño de cada fabricante, por lo que sugerimos precisar este requerimiento como: manómetro según diseño de cada fabricante.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro según diseño de cada fabricante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1. ET    **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se pide manómetro que sea compatible con el equipo vendido el cual puede variar según el fabricante, se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Manómetro según diseño de cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº3: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE TSP

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros.

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros", lo cual podría llevar a una confusión ya que se trata de una característica técnica y no de un accesorio, por lo que sugerimos que se precise que se requiere un accesorio porta filtros.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección reemplazar el requerimiento "Cuerpo de sistema de filtración de partículas, con porta filtros" por "Un Porta Filtros", quedando dicho requerimiento como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos

- Un porta filtros

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1. ET

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el portafiltros es parte del equipamiento, pudiendo variar con el proveedor o marca, ya sea fijo o móvil se acepta lo prouesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº3: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE TSP

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Placa de calibración y calibración de campo

Sustento:

Según el antecedente se requiere el accesorio "Placa de calibración y calibración de campo", consideramos que existe un error tipográfico y sugerimos modificar este requerimiento como sigue: Plato de calibración para la calibración en Campo.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección modificar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Plato de calibración para la calibración en campo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1. ET

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que hubo un error tipográfico, por lo que con motivo de la integración de la bases administrativas se corregirá el error.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plato de calibración para la calibración en campo



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº3: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE TSP

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Maletín de transporte

Sustento:

Consideramos que el maletín es para transportar el plato de calibración, por lo que se sugerimos precisar.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar que el maletín de transporte es para el plato de calibración, pudiendo quedar dicha especificación como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Maletín de transporte para el Plato de calibración.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que no solo se debe de proteger el plato, sino también el cuerpo del equipo en el transporte. No se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº3: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE TSP

Antecedente

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro

Sustento:

Existen diferentes modelos de manómetros según el diseño de cada fabricante, por lo que sugerimos precisar este requerimiento como: manómetro según diseño de cada fabricante.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección precisar este requerimiento, pudiendo quedar como sigue:

3. Accesorios y Consumibles Incluidos  
- Manómetro según diseño de cada fabricante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1. ET    **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se pide manómetro que sea compatible con el equipo vendido el cual puede variar según el fabricante, se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Manómetro según diseño de cada fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20508666293	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TECHLAB SAC	Hora de envío :	19:00:11

**Consulta: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM/ PAQUETE Nº 01: EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN  
Nº3: MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MEDICIÓN DE TSP

Antecedente

1. UTILIDAD

El equipo muestreador de aire de alto volumen de partículas suspendidas totales (PST) está diseñado para recoger las partículas del aire.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN CON CABEZAL PTS

Sustento:

Se observa el uso de las abreviaturas TSP, PST y PTS se refieren a una misma especificación: Total Suspended Particulate (TSP), Partículas suspendidas totales (PST) y Partículas totales suspendidas (PTS), por lo que sugerimos considerar como validas cualquiera de estas tres abreviaturas por ser equivalentes.

Consulta:

Por lo expuesto, ¿el Comité de Selección considerará las tres abreviaturas TSP, PST y PTS como válidas ya que son equivalentes?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1. ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que las abreviaturas son variables según la traducción y esto no afectan al bien a adquirir.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

Antecedente:

14. Plazo de Entrega

14.1. Plazo de Reposición de los equipos: El plazo para la reposición de los bienes será de treinta (30) días calendarios de notificada la observación, sin costo alguno para la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Sustento:

En la eventualidad que el Equipo Muestreador de Alto volumen para material particulado PM 10 ó PM 2.5 ó TPS, presente defectos de fabricación y se requiera la reposición del equipo por otro nuevo. Como estos equipos son productos de importación, el plazo de 30 días calendarios es insuficiente, por lo que solicitamos que el plazo de reposición sea de 110 días calendarios y dentro del plazo de garantía.

Consulta:

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección modificar el plazo de reposición de los equipos (bienes), pudiendo quedar este requerimiento como sigue:

14. Plazo de Entrega

14.1. Plazo de Reposición de los equipos: El plazo para la reposición de los bienes será de ciento diez (110) días calendarios de notificada la observación, sin costo alguno para la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y durante el plazo de garantía.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III**

**Literal: 3.1. ET**

**Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que no se espera que los equipos fallen por que los plazos cortos aseguran que la garantía sea aplicable, se deniega lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 19:00:11

**Consulta: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

Antecedente:

#### 14. PLAZO DE ENTREGA

14.1. Plazo de entrega de los equipos:

ITEM/PAQUETE N° 01 EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN

Se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendario

Sustento:

Debido a la crisis de la cadena de suministros tecnológicos ocasionados a consecuencia de la pandemia COVID -19, y la guerra Rusia-Ucrania, los tiempos de entrega de equipos especializados de diversos fabricantes, se han extendido significativamente en comparación a los años antes de la pandemia y previos a la guerra Rusia-Ucrania. Además, por ser fin de año muchas fabricas cierran sus operaciones comerciales desde el 15 de diciembre 2023 hasta el 10 de enero 2024, el transporte aéreo internacional se congestiona y los procesos de desaduanaje requieren de mayor tiempo.

Por lo expuesto y para que exista mayor pluralidad de postores con las diversas marcas existentes a nivel global, solicitamos ampliar el plazo de entrega del bien de 90 días calendario a 110 días calendario, para evitar retrasos en la entrega del bien, y de esta manera no incurrir en penalidades por entrega de bienes fuera del plazo requerido. Asimismo, con esta ampliación del plazo de entrega se podría evitar que el proceso de adjudicación simplificada quede desierto.

Consulta:

Por lo expuesto, ¿El Comité de Selección aceptará ampliar el plazo de entrega a 110 días calendarios al Ítem/Paquete N° 01: Equipos muestreadores de alto volumen?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap III

**Literal:** 3.1. ET

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que el tiempo considerado es para poder ejecutar el presupuesto del año 2023, plazos mayores podrían afectar el proceso, así mismo en la indagación de mercado se determino ese plazo. Se deniega lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20602864244

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C

Hora de envío : 23:07:43

**Consulta: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

SE DICE:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos Muestreadores de Alto Volumen para Medición, Muestreadores Microbiológicos, Analizadores de Combustión y gases

SE SOLICITA AMABLEMENTE AL COMITE CONDIDERAR BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: Equipos Muestreadores de Alto Volumen para Medición, Muestreadores Microbiológicos, Analizadores de Combustión y gases y equipos de laboratorio.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección ACLARA que los equipos de laboratorio no son similares a los equipos de campo o muestreadores ni realizan la misma función por lo tanto no se acepta lo propuesto por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	23:16:26

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL  
solicitan que el equipo tenga Pantalla touchscreen de color de 3.5". Por favor confirmar si aceptarán un muestreador con pantalla de Cristal Líquido alfanumérico (LCD) retroiluminada que permite visualizar claramente en las opciones del Menu: Volumen a muestrear, tiempo de retardo, usuario, fecha y hora, status de los muestreos, plantillas de muestreo, entre otras configuraciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que en atención a una consulta anterior se acepto que la pantalla y teclado sean según especificaciones técnicas del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pantalla y teclado según especificaciones técnicas del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	23:16:26

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

solicitan que el equipo tenga 8 volúmenes programables, por favor confirmar si aceptarán un equipo con 5 volúmenes programables (50, 100, 250, 500 y 1,000 LITROS), pueden ser modificados entre valores de 1 a 2,000 litros.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ACLARA que en una consulta anterior se preciso que se pueden aceptar de 8 volúmenes a mas, 5 es muy poco para los trabajos de medición que se requieren en los laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20100099447

Nombre o Razón social : MERCK PERUANA S A

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 23:16:26

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

solicitan que el equipo tenga 50 usuarios programables. Favor confirmar si aceptarán un equipo cuyo software permita manejar 10 usuarios con niveles de acceso Estándar y Avanzado, solo el usuario con nivel avanzado puede otorgar permisos a los usuarios estándar, por ejemplo Los usuarios estándar solo pueden descargar los muestreos pero no pueden modificar los parámetros configurados, los datos obtenidos de los muestreos pueden ser descargados a la computadora en cualquier momento para garantizar la completa trazabilidad; puede activarse o desactivarse la función de Usuario.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección ACLARA que en una consulta anterior se preciso que la cantidad de usuarios sera según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Usuarios según especificaciones técnicas del fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20100099447

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : MERCK PERUANA S A

Hora de envío : 23:16:26

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

solicitan que el equipo tenga 400 locaciones programables. Favor confirmar si aceptarán un equipo que permita cargar hasta 100 locaciones (puntos de muestreo), nuestro muestreador puede guardar hasta 10 Planes de muestreo con un total de 100 locaciones a la vez en la memoria del instrumento, paralelamente en la computadora puede tenerse creado todos los Planes de muestreo que necesiten e ir guardando en la memoria del equipo los que necesiten por día, por semana o por mes o por el período que convengan.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección ACLARA que se preciso en las bases debido a una consulta que las Locaciones programables según especificaciones técnicas del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Locaciones programables según especificaciones técnicas del fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código : 20100099447

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : MERCK PERUANA S A

Hora de envío : 23:16:26

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

solicitan que el equipo pueda operarse de 0-90% de humedad relativa. Favor confirmar si aceptarán un equipo que trabaje hasta 80% de Humedad relativa a 31°C hasta 50% a 40°C.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA, los equipos se requieren para trabajar en la selva, por lo que el rango de humedad es critico y 50% es un valor muy bajo, se deniega lo propuesto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO "REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	23:16:26

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO PORTÁTIL

solicitan como accesorio 12 placas Petri de vidrio, favor confirmar si aceptarán 1 caja x 500 unidades de placas Petri descartables estériles que son más seguras de utilizar en monitoreos ambientales, dado que el equipo es portátil y las placas también se trasladan de un lugar a otro.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención al área usuaria ACLARA que se mantienen las placas solicitadas y el material del cual están constituidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO.