

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-INIA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934		

Ruc/código :	20608985094	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SOL GENETICA E.I.R.L.	Hora de envío :	13:02:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en experiencia del postor en la especialidad; consideran bienes similares: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS.
solicitamos amablemente al comité de selección en pro de una mayor participación de postores, ampliar los bienes similares a equipos veterinarios para biotecnología reproductiva animal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores con experiencia en venta de equipos de alta tecnología relacionados al objeto de la contratación se modificara: Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS por ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:27:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases indican: "Módulo para el análisis de la viabilidad espermática - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/PI Double Stain Apoptosis para 100 muestras y/o similar y 02 paquetes de microtubos de reacción de 2.0ml bolsa/50 unids y/o similar"

Se le solicita al Comité de Selección tenga bien a considerar que cada modelo y marca de un Equipo cuenta con un diseño propio y características particulares de acuerdo a su fabricación; por lo que los ACCESORIOS deben considerarse como una opción adicional. Ello con la finalidad permitir la concurrencia de los postores y que ofrezcan mejores condiciones del Equipo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1ES.TECN Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara: Módulo para el análisis de la viabilidad espermática - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/PI Double Stain Apoptosis para 100 muestras y/o similar y 02 paquetes de microtubos de reacción de 2.0ml bolsa/50 unids y/o similar por Módulo para el análisis de la viabilidad espermática - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/PI Double Stain Apoptosis para 100 muestras y/o similar y 02 paquetes de microtubos de reacción de 2.0ml bolsa/50 unids y/o similar a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Módulo para el análisis de la viabilidad espermática - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/PI Double Stain Apoptosis para 100 muestras y/o similar y 02 paquetes de microtubos de reacción de 2.0ml bolsa/50 unids y/o similar a cada Fabricante

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:27:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases indican: "Módulo para el análisis de la integridad del acromosoma - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/FITC-PNA Integridad de Acrosoma para 100 muestras y/o similar

Se le solicita al Comité de Selección tenga bien a considerar que cada modelo y marca de un Equipo cuenta con un diseño propio y características particulares de acuerdo a su fabricación; por lo que los ACCESORIOS deben considerarse como una opción adicional. Ello con la finalidad permitir la concurrencia de los postores y que ofrezcan mejores condiciones del Equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1ES.TECN Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara: Módulo para el análisis de la integridad del acromosoma - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/FITC-PNA Integridad de Acrosoma para 100 muestras y/o similar por Módulo para el análisis de la integridad del acromosoma - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/FITC-PNA Integridad de Acrosoma para 100 muestras y/o similar a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Módulo para el análisis de la integridad del acromosoma - ACCESORIOS: 05 kits Hoechst 33342/FITC-PNA Integridad de Acrosoma para 100 muestras y/o similar a cada fabricante

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:27:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases indican: "Módulo para el análisis de la integridad del ADN (fragmentación espermática) - ACCESORIOS: 05 kits de análisis de integridad de ADN para evaluación de fragmentación de ADN espermatozoides bovinos para un máximo de 40 análisis y/o similar"

Se le solicita al Comité de Selección tenga bien a considerar que cada modelo y marca de un Equipo cuenta con un diseño propio y características particulares de acuerdo a su fabricación; por lo que los ACCESORIOS deben considerarse como una opción adicional. Ello con la finalidad permitir la concurrencia de los postores y que ofrezcan mejores condiciones del Equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.1ES.TECN Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara: Módulo para el análisis de la integridad del ADN (fragmentación espermática) - ACCESORIOS: 05 kits de análisis de integridad de ADN para evaluación de fragmentación de ADN espermatozoides bovinos para un máximo de 40 análisis y/o similar por Módulo para el análisis de la integridad del ADN (fragmentación espermática) - ACCESORIOS: 05 kits de análisis de integridad de ADN para evaluación de fragmentación de ADN espermatozoides bovinos para un máximo de 40 análisis y/o similar a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Módulo para el análisis de la integridad del ADN (fragmentación espermática) - ACCESORIOS: 05 kits de análisis de integridad de ADN para evaluación de fragmentación de ADN espermatozoides bovinos para un máximo de 40 análisis y/o similar a cada fabricante

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:27:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISI SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS

Se solicita al comité de selección que para considere como Bienes Similares y/o afines a la convocatoria, a los EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.2 B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores con experiencia en venta de equipos de alta tecnologia relacionados al objeto de la contratación se modificara: Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS por ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20524509858	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	17:02:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados Comité de selección, en las características técnicas solicitadas, podemos observar que estas están dirigidas directamente a un equipo de un proveedor extranjero, que tiene un representante exclusivo en Perú. Muestra de ello que solicitan 04 objetivos 4x,10x,40x, 100x. Y paralelamente solicitan un equipo que tenga un revolver de 5 posiciones, dirigiendo el microscopio a una marca específica de un fabricante específico.

Solicitamos que se especifique en las características técnicas de la siguiente manera:

Microscopio con revolver que tenga mínimo 4 posiciones y objetivos de campo claro, campo oscuro y fluorescencia. Esto ayudará al concurso dado que habrá mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores se modificara: Revolver de 5 posiciones por Revolver de 5 posiciones o mas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Revolver de 5 posiciones o mas

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20524509858	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	17:04:30

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, solicitan una Platina calefactora integrada que llegue a 55°C, dirigiendo el proceso a una platina especifica de un fabricante especifico.
Agradeceremos solicitar una platina Térmica con una temperatura desde 35°C a más. Con la finalidad de la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que como la especificacion tecnica lo indica se requiere una platina calefactora integrada que llegue a los 55° C, esto quiere decir que el rango de la platina debe ser de 0 a 55° C en ese contexto con la finalidad de ser mas claros con respecto a lo solicitado SE ACOGE PARCIALMENTE y se modificara de la siguiente manera Sistema de platina calefactora integrada al Microscopio ofertado con controlador de temperatura digital hasta +55°C por Sistema de platina calefactora integrada al Microscopio ofertado con controlador de temperatura con rango de 0 a 55°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de platina calefactora integrada al Microscopio ofertado con controlador de temperatura con rango de 0 a 55°C. 4

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20524509858	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	17:06:18

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, solicitan filtros para la torreta de Fluorescencia, describiendo rangos, y marcas. Solicitamos al comité modificar la pregunta de la siguiente manera:
El sistema de Fluorescencia debe contar con los filtros respectivos para trabajos de inseminación o trabajos con equipos C.A.S.A.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores y equipos que cumplen con lo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE adicional se hace de conocimiento que los rangos solicitados son indispensables para determinar las longitudes de onda específicas de fluorescencia de acuerdo a las tinciones que se utilizaran que van desde las regiones ultravioleta hasta las regiones visibles del espectro electromagnético entre otras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20524509858	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	17:10:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección aceptará:
Un Sistema de Análisis de Semen que contenga los siguientes software y
y Hardware:
Movilidad Concentración
Morfología
Vitalidad
Fragmentación ADN
Integridad de Acrosoma
Contador Manual
Microscopio Trinocular
Platina temperada Portátil
Cámara de alta velocidad con pedal
Ordenador de última generación compatible con el Sistema de Análisis de Semen.
Entrega en 15 días.
Capacitación de un profesional de Fabrica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores y equipos que cumplen con lo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE, adicional se reafirma que lo solicitado por el área usuaria es un software automatizado y no un contador manual como lo solicitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20524509858	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.	Hora de envío :	17:14:54

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados(as) respetables Comité de Selección ¿Aceptarían un microscopio con objetivo 10X negativo especial para trabajos de análisis de semen de movilidad y concentración?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores y equipos que cumplen con lo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE, y se reafirma que lo solicitado es un objetivo 10 x Plan acromático plano infinito con contraste de fases negativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	17:16:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección considerar como bienes similares a los Equipos de Biotecnología Reproductiva tales como:
ECOGRAFOS VETERINARIOS, CONGELADOR DE EMBRIONES, CABINA DE FLUJO LAMINAR, TANQUES CRIOGENICOS, PLATINAS TERMICAS, BALANZAS ANALITICAS, CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES, BOMBA DE VACIO, INCUBADORAS PORTATILES GASIFICADAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.2 B Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores con experiencia en venta de equipos de alta tecnología relacionados al objeto de la contratación se modificara: Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS por ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: SOPORTE TECNICO, durante el periodo de garantía el contratista atenderá los requerimientos de diagnostico por mal funcionamiento del equipo; para lo cual enviará un personal de soporte al lugar donde se encuentre el equipo y emitirá el reporte correspondiente al área usuaria.

Se solicita al comité de selección tenga a bien permitir que el contratista envíe un personal o realice una videollamada o realice una conexión remota, para revisar y emitir el reporte correspondiente al área usuaria. Debido a la naturaleza del equipo a adquirir, SISTEMA COMPUTARIZDO DE ANALISIS SEMINAL (CASA), la revisión y diagnostico ante un problema del software puede realizarse vía remota.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de salvaguardar la operatividad y funcionabilidad del equipo se modificara de la siguiente manera: SOPORTE TECNICO, durante el periodo de garantía el contratista atenderá los requerimientos de diagnostico por mal funcionamiento del equipo; para lo cual enviará un personal de soporte al lugar donde se encuentre el equipo y emitirá el reporte correspondiente al área usuaria por SOPORTE TECNICO, durante el periodo de garantía el contratista atenderá los requerimientos de diagnostico por mal funcionamiento del equipo; realizando la revision y diagnostico ante un problema de software vía remota y en caso no se encuentre una solucion enviará un personal de soporte al lugar donde se encuentre el equipo y emitirá el reporte correspondiente al área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOPORTE TECNICO, durante el periodo de garantía el contratista atenderá los requerimientos de diagnostico por mal funcionamiento del equipo; realizando la revision y diagnostico ante un problema de software vía remota y en caso no se encuentre una solucion enviará un personal de soporte al lugar donde se encuentre el equipo y emitirá el reporte correspondiente al área usuaria.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
Se solicita al comité de selección tenga a bien aclarar que el contratista cuando indican que se tendrán todos los implementos, insumos y materiales necesarios para PRUEBAS DE CALIBRACIÓN, se refieren a las PRUEBAS OPERATIVAS O PRUEBAS DE VERIFICACIÓN, dado que no existe una norma técnica peruana para la calibración de este tipo de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que las pruebas de calibracion se refieren a pruebas de operatividad o pruebas de verificacion del equipo una vez instalado y puesto en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS.

Se solicita al comité de selección que para validez correctamente la experiencia del postor en la especialidad y asegurar que la empresa cuenta con la capacidad de brindar el soporte técnico y la garantía de tres (03) años solicitada en este proceso, se deben de considerar únicamente como bienes similares a los equipos: ANALIZADOR DE SEMEN VETERINARIO Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL DEDICADO A VETERINARIA Y/O SOFTWARE DE ANALISIS DE IMAGEN COMPUTARIZADO CON MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PARA USO EN GANADERÍA O VETERINARIA.

Cabe resaltar que los equipos como MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS, son definiciones muy generales de bienes similares al detalle del bien a adquirir, equipos como lo antes descritos no aseguran que el postor tenga experiencia en equipos de alta gama y más complejos como un microscopio de fluorescencia, así como en el manejo de un sistema computarizado o software de análisis seminal, es por ello que no deben ser considerados como bienes similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores con experiencia en venta de equipos de alta tecnología relacionados al objeto de la contratación se modificara: Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS por ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANALIZADOR DE SEMEN Y/O MICROSCOPIO CON CAMARA INTEGRADA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL Y/O ESTEREOSCOPIOS Y/O MICROSCOPIOS Y/O MICROMANIPULADOR Y/O ANALIZADOR DE SEMEN PORTATIL Y/O INCUBADORA CON TECNOLOGÍA TIMELAPSE Y/O MICROSCOPIO CONFOCAL

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) Y/O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) Y/O MICROSCOPIO INVERTIDO Y/O ECOGRAFOS VETERINARIOS Y/O CONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: PRUEBA EN PUESTA DE FUNCIONAMIENTO
Se solicita al comité de selección tenga a bien aclarar que cuando indican que los equipos adjudicados deberán ser CALIBRADOS, se refieren a las PRUEBAS OPERATIVAS O PRUEBAS DE VERIFICACIÓN O CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, dado que no existe una norma técnica peruana para la calibración de este tipo del SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL (C.A.S.A.)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que las pruebas de calibracion se refieren a pruebas de operatividad o pruebas de verificacion del equipo una vez instalado y puesto en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ¿ EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Se solicita al comité de selección que, para corroborar la acreditación de capacidad técnica y profesional del personal clave se debe considerar que la experiencia efectiva certificada y acumulada sea en el USO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ANALIZADOR DE SEMEN VETERINARIO O PARA GANADERIA Y/O SISTEMA INTEGRADO COMPUTARIZADO DE ANALISIS SEMINAL VETERINARIO O PARA GANADERIA; que no se considere experiencia en el uso e instalación de microscopios con cámara integrada dado que esta experiencia no demuestra conocimiento del manejo del software de análisis seminal ni de los conocimientos que se requieren para los sistemas computarizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores y equipos que cumplen con lo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE la solicitud y se recomienda ceñirse a lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección, tengan a bien considerar dentro del PERFIL DEL POSTOR, que pueda acreditar la instalación de al menos 03 equipos de Análisis de Semen o Sistemas Computarizados de Análisis Seminal (C.A.S.A.), orientados a la ganadería o veterinaria, en el territorio peruano; se puede acreditar con factura y comprobante de pago de las ventas realizadas anteriormente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores y equipos que cumplen con lo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE la solicitud y se recomienda ceñirse a lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que para promover la pluralidad de marcas y postores acepten las siguientes mejoras al equipo solicitado: Revolver de 5 posiciones o más y una cámara Análisis de potencial de mitocondrias o actividad mitocondrial; esta modificación en las características no merma el rendimiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores se modificara: Revolver de 5 posiciones por Revolver de 5 posiciones o mas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Revolver de 5 posiciones o mas

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que para promover la pluralidad de marcas y postores acepten las siguientes mejoras al equipo solicitado: Revolver de 5 posiciones o más; esta modificación en las características no merma el rendimiento del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores se modificara: Revolver de 5 posiciones por Revolver de 5 posiciones o mas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Revolver de 5 posiciones o mas

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que para promover la pluralidad de marcas y postores acepten una Cámara a color de resolución full HD o alta resolución de hasta 2048 pixeles x 2048 pixeles y como mínimo velocidad de 75 FPS; estas características idóneas para el análisis del software computarizado de análisis seminal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores se modificara: Cámara a color de alta velocidad y resolución full HD con fuente de alimentación, Para análisis de motilidad, concentración, morfología, integridad de membrana (viabilidad), fragmentación de ADN, integridad de acrosoma, potencial de mitocondrias, con adaptador incluido para microscopio, con fuente de alimentación. Resolución mínima de 1024 pixeles x 1024 pixeles, mínimo velocidad de fotogramas 101 FPS por Cámara a color de alta velocidad y resolución full HD o alta resolución con fuente de alimentación, para análisis de motilidad, concentración, morfología, integridad de membrana (viabilidad), fragmentación de ADN, integridad de acrosoma, potencial de mitocondrias, integrado o con adaptador incluido para microscopio, con fuente de alimentación y resolución mínima de 1024 pixeles x 1024 pixeles con un mínimo de velocidad de fotogramas 75 FPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cámara a color de alta velocidad y resolución full HD o alta resolución con fuente de alimentación, para análisis de motilidad, concentración, morfología, integridad de membrana (viabilidad), fragmentación de ADN, integridad de acrosoma, potencial de mitocondrias, integrado o con adaptador incluido para microscopio, con fuente de alimentación y resolución mínima de 1024 pixeles x 1024 pixeles con un mínimo de velocidad de fotogramas 75 FPS

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección puedan aclarar que, cuando indican en las especificaciones: SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN PARA CAPTURA Y MEDICIONES, hacen referencia a que: LA CÁMARA SEA COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN PARA CAPTURA Y MEDICIONES (SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL - CASA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN PARA CAPTURA Y MEDICIONES, tambien aplica y no limita a los equipos que disponen de una CÁMARA COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN PARA CAPTURA Y MEDICION DE ESPERMATOZOIDES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que puedan aceptar dentro de las especificaciones del software que realice el análisis de GRAN NUMERO DE ESPERMATOZOIDES POR CAMPO DE ANALISIS (mayor o igual a 1000); para fomentar la pluralidad de marcas y postores en el proceso de adquisición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores se modificara: Gran número de espermatozoides por campo de análisis (>1000) por GRAN NUMERO DE ESPERMATOZOIDES POR CAMPO DE ANALISIS (mayor o igual a 1000)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GRAN NUMERO DE ESPERMATOZOIDES POR CAMPO DE ANALISIS (mayor o igual a 1000)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTARIZADO DE ANÁLISIS SEMINAL (C.A.S.A.), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:02:40

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección puedan aclarar que, cuando indican en las especificaciones: OPCION DE FLUORESCENCIA BASADO EN ANALISIS DE MOTILIDAD Y CONCENTRACIÓN, hacen referencia al análisis de funcionalidad espermática (morfología y morfometría, integridad de acrosoma, viabilidad, integridad de ADN; parámetros medidos a través de la fluorescencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que la OPCION DE FLUORESCENCIA BASADO EN ANALISIS DE MOTILIDAD Y CONCENTRACIÓN, tambien aplica y no limita a los equipos que realizan el análisis de funcionalidad espermática (morfología y morfometría, integridad de acrosoma, viabilidad, integridad de ADN; parámetros medidos a través de la fluorescencia).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null