

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-INIA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112		

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	12:54:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Experiencia :

Experiencia de ventas de equipos similares al bien en entidades públicas o privadas hasta por le monto de una vez( 01 ) el valor estimado de la contratación o del bien, acreditados con copias simples de facturas, contratos y/o órdenes de compra

Bienes similares : BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACION

Nuestra empresa participa y gana procesos en entidades públicas y privadas con equipos como espectrofotómetros de diferentes rangos así como equipos de laboratorio en general, aparte cumple con los servicios conexos en todos los procesos en los cuales obtuvo la buena pro.

Es por estas razones que solicitamos respetuosamente al Comité permita el requisito a EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL con la finalidad de una mayor participación de postores en beneficio del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se incorporará en las bases administrativas como similares lo siguiente: ¿¿¿Vitrinas de Gases o Cabinas de Seguridad Bilógica o Microscopios o Agitadores o Rotaevaporador o Estufas o Liofilizador o Centrífugas.

Por otro lado, se aclara que los postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia del S/. 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles)¿¿¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia del S/. 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles) ¿¿¿¿ (¿)

Se considera bienes similares a campana extractora de gases o cabina extractora de gases sin gabinete o cabina de flujo laminar o Vitrinas de Gases o Cabinas de Seguridad Bilógica o Microscopios o Agitadores o Rotaevaporador o Estufas o Liofilizador o Centrífugas.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan: Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA  
CONSULTAMOS al comité si por cumplir con lo solicitado y por ser una denominación sinónima aceptará la alternativa:  
Normativas y Cumplimientos: Cumplen y exceden las normas de seguridad OSHA, SEFA, ASHRAE 110, y AMCA, y sus equivalentes Europeas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, se acepta equivalentes de Cumplimiento de la norma y certificaciones:  
EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA y sus equivalentes europeos.  
¿ Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cumplimiento de la norma y certificaciones:  
EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA y sus equivalentes europeos.  
¿ Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas.  
(¿)¿

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Solicitan: Dimensiones:

- Externas:

Ancho (G/W): 180 cm (Vitrina), 150 cm (Campana)

Profundidad (D/D): 93 cm (Vitrina), 87 cm (Campana)

Altura (Y/H): 240-275 cm (Vitrina), 152 cm (Campana)

- Internas:

Ancho (G/W): 160 cm (Vitrina)

Profundidad (D/D): 75 cm (Vitrina)

Altura (Y/H): 115-150 cm (Vitrina)

- Área de Trabajo (Campana):

Ancho: 140-160 cm

Fondo: 62 - 75cm

Alto: 115-125 cm

- Gabinete Incluido (Campana):

o Altura del Gabinete: 75- 88 cm

Las dimensiones del equipo dependen de los criterios de diseño de fabricante, por lo que solicitar en algunos casos medidas exactas sin rangos, solo restringe la participación dirigiendo las bases hacia un postor en específico, adicionalmente el solicitar medidas exactas tanto de vitrina-campana-área de trabajo y gabinete restringe aún más la participación ya que la mayoría de las marcas en el mercado solo especifican las dimensiones externas e internas de la cabina; que sería lo más importante o adecuado para que se pueda estimar el acople o armado en el espacio disponible en el laboratorio; por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará:

**DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CABINA:**

Ancho(cm): 180

Fondo(cm): 87

Alto(cm): 152

**DIMENSIONES INTERNAS DE LA CABINA**

Ancho(cm): 170

Fondo(cm): 62

Alto(cm): 125

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas encajen dentro de los espacio de los laboratorios y permitan una labor eficiente del personal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: Materiales y Construcción:

-Cuerpo:

Material: Acero galvanizado recubierto con pintura en polvo electrostática de base epoxi, espesor de 1mm (Vitrina)

-Estructura:

Material: Aluminio recubierto con pintura en polvo electrostática de base epoxi (Vitrina)

o Vidrio: Doble pieza de 6 mm, vidrio templado (Vitrina)

OBSERVAMOS este requerimiento ya que el cuerpo y la estructura tienen el mismo significado ya que hacen referencia a la construcción exterior; por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección si aceptará como especificación equivalente: Materiales de fabricación: Construcción exterior en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostática, guillotina con 6mm de espesor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cumple con la operatividad propia del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: Opción de control de la hoja (vitrina).  
Barrera de seguridad laser y control de impacto  
CONSULTAMOS al comité de selección si para una mayor participación de postores ante este proceso pudiese aceptar o incluir dentro de sus especificaciones lo siguiente: Opción de control de la hoja (vitrina-guillotina): Barrera de seguridad laser y control de impacto ó guillotina manual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores se acepta y se incluye en las especificaciones lo siguiente:  
Opción de control de la hoja (vitrina-guillotina):  
Barrera de seguridad laser y control de impacto o guillotina manual, cuya incorporación no afecta la funcionalidad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Materiales y construcción  
¿(¿)  
¿ Opción de control de la hoja (vitrina-guillotina):  
- Soporte manual o de elevación  
- Barrera de seguridad laser y control de impacto o guillotina manual  
(¿)¿¿.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: Gabinetes:

- Gabinete para equipos
- Gabinete de almacenamiento de químicos estándar
- Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina).

Solicitamos amablemente al comité aclarar si los tipos de gabinetes antes mencionados son referenciales y si se podría incluir en la oferta solo uno de ellos a manera de OPCIONES; ya que incluirlos todos no resultaría posible, tomando en cuenta que el gabinete se ubicaría en la parte de debajo de la cabina (especie de empotrado).

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cuenten con un gabinete que permita, almacenar equipos que quepan en el gabinete, así como insumos químicos estándares, ácidos y bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y campana).  
CONSULTAMOS al comité de selección si pudiese aceptar lo siguiente como alternativa: Controlador con pantalla LCD para monitoreo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, se acepta la alternativa de Controlador con pantalla LCD para monitoreo, el cual quedara de la siguiente manera:  
¿(¿)¿.  
Panel de Control:  
¿ Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y Campana), con alternativa de controlador con pantalla LCD para monitoreo.  
¿(¿)¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿(¿)¿.  
Panel de Control:  
¿ Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y Campana), con alternativa de controlador con pantalla LCD para monitoreo.  
¿(¿)¿.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina).

CONSULTAMOS al comité de selección si pudiese aceptar lo siguiente como alternativa a lo solicitado: Velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, se acepta la alternativa de Controlador con pantalla LCD para monitoreo, el cual quedara de la siguiente manera:

¿.(¿)

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

o Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o Velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

(¿)¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿.(¿)

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

o Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o Velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

(¿)¿.



Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	14:24:52

**Observación: Nro. 9**  
**Consulta/Observación:**  
Solicitan: Control de gestión (Vitrina)  
OBSERVAMOS este requerimiento; tomando en consideración que los parámetros más importantes a monitorear o controlar dentro de una cabina son el flujo y la velocidad del motor; no se entiende cuales serian los controles de gestión que tendrían que incorporarse al panel de control. Por lo tanto; para no limitar la participación de postores en este proceso solicitamos amablemente al comité de selección sea tomada esta especificación como OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, se acoge la observación y se incorporar que la condición de ¿opción¿  
¿.(¿)  
Panel de Control:  
¿ Opciones de Visualización:  
o Control de gestión (Vitrina) es OPCIONAL.  
(¿)¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
¿.(¿)  
Panel de Control:  
¿ Opciones de Visualización:  
- Control de gestión (Vitrina) es OPCIONAL.  
(¿)¿.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

DICE:

Cumplimiento de Normas y Certificaciones:

Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA

Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas (Las certificaciones serán presentados en el procedimiento de selección).

Se solicita al Comité de Selección si se puede cambiar este requerimiento dado que restringe la participación de postores, proveedores y marcas, que cumplan con las normas requeridas en la descripción básica de las características técnicas del bien, en adición a ello también se debería considerar la normativa CE para poder fomentar la pluralidad en cuanto a la normatividad requerida junto con la pluralidad de postores que cumplan con las respectivas normativas, y así permitir una mayor participación para el presente proceso.

Cumplimiento de Normas y Certificaciones:

Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6 o ASHRAE-110 o SEFA-1 o OSHA o AMCA o CE

Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas (Las certificaciones serán presentados en el procedimiento de selección).

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, se acepta equivalentes de Cumplimiento de la norma y certificaciones:

EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA y sus equivalentes europeos.

¿ Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Cumplimiento de la norma y certificaciones:

EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA y sus equivalentes europeos.

¿ Certificaciones: Certificado conforme a las normativas mencionadas.

(¿)¿

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

DICE:  
Dimensiones:  
Externas:  
Ancho (G/W): 180 cm (Vitrina), 150 cm (Campana)  
Profundidad (D/D): 93 cm (Vitrina), 87 cm (Campana)  
Altura (Y/H): 115-150 cm (Vitrina)

Se informa al Comité de Selección que las siguientes características técnicas en las dimensiones externas del equipo sean de una campana extractora de 4 o 6 pies, dado que las especificaciones requeridas direcciona la campana extractora de gases a una marca, por ende, a fin de evitar direccionamientos solicitamos que las especificaciones técnicas sean referenciales o según fabricante y con ello fomentar una pluralidad de postores al momento de la apertura de ofertas.

Dimensiones externas: de una cabina de 4 o 6 pies

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cuenten con un gabinete que permita, almacenar equipos que quepan en el gabinete, así como insumos químicos estándares, ácidos y bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

**Observación: Nro. 12**  
**Consulta/Observación:**  
DICE:  
Dimensiones:  
Internas:  
- Ancho (G/W): 160 cm (Vitrina)  
- Profundidad (D/D): 75 cm (vitrina)  
- Altura (Y/H): 115-150 cm (vitrina)

Se informa al Comité de Selección que las siguientes características técnicas en las dimensiones internas del equipo sean en relación a una cabina de 4 o 6 pies, dado el requerimiento solicitado evidencia direccionamiento a una marca que tenga las características requeridas, por ende, a fin de evitar direccionamientos solicitamos que las especificaciones técnicas.

Dimensiones Internas: 4 o 6 pies  
**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas encajen dentro de los espacio de los laboratorios y permitan una labor eficiente del personal  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

DICE:  
Dimensiones:  
Área de Trabajo (Campana):  
Ancho: 140 - 160 cm  
Fondo: 62 - 75 cm  
Alto: 115 - 125 cm

Se informa al Comité de Selección que las siguientes características técnicas en las dimensiones del área de trabajo del equipo sean suprimidas dado que el área de trabajo del equipo son las dimensiones internas del equipo, lo que este requerimiento direcciona la campana extractora de gases a una marca que tenga las características requeridas, por ende, a fin de evitar direccionamientos solicitamos que las especificaciones técnicas sean suprimidas y con ello fomentar una pluralidad de postores al momento de la apertura de ofertas.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas encajen dentro de los espacio de los laboratorios y permitan una labor eficiente del personal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

DICE:

Materiales y Construcción:

Cuerpo:

Material: Acero galvanizado recubierto con pintura electrostática de base epoxi, espesor de 1 mm

Estructura:

Material: de aluminio recubierto con pintura electrostática de base epoxi

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar como mejora técnica los siguientes requerimientos "Material externo: Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.", a fin de fomentar la pluralidad de proveedores que cumplan con el requerimiento técnico con mejoras técnicas favoreciendo al área usuaria en cuanto a los materiales y la construcción del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cumplan con el objetivo de operatividad dentro del laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

DICE:

Materiales y Construcción:

Estructura:

Vidrio de doble pieza de 6 mm, vidrio templado

Opción de Control de la Hoja (vitrina)

Soporte manual o de elevación

Barrera de seguridad láser y sensor de impacto

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un vidrio templado desde 5 mm a mayor, pero con la mejora técnica de "Resistente a ácidos y álcalis, Altura ajustable", dado que el ambiente usual para las campanas extractoras de gases se realizan con ácidos y álcalis por lo que un vidrio de doble pieza no brindaría la seguridad al área usuaria con los experimentos o reacciones a llevar a cabo en la campana extractora de gases mientras que nuestra propuesta brinda la protección al usuario con una ventana frontal resistente a ácidos y álcalis además de que se puede manipular la altura de la ventana de trabajo, pero se debe poner de manera opcional la "Barrera de seguridad láser y sensor de impacto" por el motivo de que direcciona la CAMPANA EXTRACTORA a una marca que posee el requerimiento, tras lo evidenciado esperamos la respuesta del Comité de Selección.

Materiales y Construcción:

Estructura:

Vidrio templado desde 5 mm o mayor, material resistente a ácidos y álcalis

Opción de Control de la Hoja

Soporte manual o de elevación

Barrera de seguridad láser y sensor de impacto (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cumplan con el objetivo de operatividad dentro del laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DICE:  
Revestimiento del Área de Trabajo:  
Opciones: Pintura en polvo electrostática a base de epoxi, acero inoxidable, polipropileno, cerámica o laminado compacto resistente a productos químicos:

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar también como material de la tabla de trabajo una ¿resina fenólica resistente a químicos¿, esto con la finalidad de ampliar en el requerimiento en el material del área de trabajo y así fomentar la pluralidad de postores en la apertura de ofertas, quedando así de la siguiente manera:

Revestimiento del Área de Trabajo:  
Opciones: Pintura en polvo electrostática a base de epoxi o de acero inoxidable o polipropileno o resina fenólica o cerámica o laminado, que sea resistente a productos químicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cumplan con el objetivo de operatividad dentro del laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	16:38:22

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

- DICE:
- Panel de Control:
- Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y Campana)
- Opciones de visualización:
- Flujo y tasa de flujo de aire instantáneo (Vitrina)
- Iluminación del panel de control (Vitrina)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina)
- Control de gestión (Vitrina)
- Control del motor de las cuchillas (opcional) a través del panel de control (Vitrina)

Se informa al Comité de selección el requerimiento solicitado evidencia direccionamiento a una marca que posea estas características técnicas, por lo que restrinja la participación de postores, por ello se solicita también aceptar las siguientes características técnicas a fin de garantizar la pluralidad de postores para el presente proceso.

- Panel de Control:
- Tipo: Digital táctil en color o Pantalla táctil LCD o Pantalla LCD o control por microprocesador con pantalla LED
- Opciones de visualización:
- Flujo y tasa de flujo de aire instantáneo, o con 9 niveles de flujo de aire ajustables mediante botones en caso de que el equipo use pantalla LED
- Iluminación del panel de control (opcional en caso de que el equipo use una pantalla LED)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (opcional)
- Control de gestión (opcional en caso de que el equipo posea pantalla LED)
- Control del motor de las cuchillas a través del panel de control (opcional)

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge observación, en concordancia con el artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 29.1 del artículo 29° y el numeral 32.3, del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el requerimiento contiene la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación (pluralidad de postores y marcas); asimismo, con las características mínimas solicitadas se asegura que las cabinas cumplan con el objetivo de operatividad dentro del laboratorio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases se menciona lo siguiente:

- Dimensiones:
- \* Externas:
  - Ancho (G/W): 180 cm (Vitrina), 150 cm (Campana)
  - Profundidad (D/D): 93 cm (Vitrina), 87 cm (Campana)
  - Altura (Y/H): 240-275 cm (Vitrina), 152 cm (Campana)

Solicitamos a la Entidad confirmar los espacios de ancho y altura que deben tener para la instalación de las cabinas extractoras de gases en los laboratorios de Pucallpa y Yanayuca, de acuerdo a lo siguiente:

- ¿El espacio libre en ancho deberá tener como mínimo 1.80m a más para la instalación de las cabinas extractoras de gases?.

- ¿El espacio libre en altura deberá tener como mínimo de 2.90m a más, para la instalación de las cabinas extractoras de gases?.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad confirmar que los espacios de ancho y altura para la instalación de las cabinas extractoras de gases en los laboratorios de suelos, aguas y foliares de las Estaciones Experimentales Agrarias de Pucallpa y Yanayuca, cuentan con espacio libre en ancho superior al 1.80 m. así como en altura cuentan con más de 2.90 m., que permitirá con mucha facilidad y holgura la instalación de las cabinas extractoras de gases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Equipamiento adicional:

\* Boquilla de servicio:

¿ Boquilla para agua y gas.

Solicitamos a la Entidad confirmar los servicios existentes como la salida de agua, salida de desagüe y salida de gas que estén en los espacios de cada campana extractora de gases de los laboratorios de Pucallpa y Yanayuca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad confirmar la existencia de puntos de toma y salida de agua, así como de salida de desagüe y salida de gas, los cuales están ubicados en los espacios de cada campana extractora de gases de los laboratorios de Pucallpa y Yanayuca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Equipamiento adicional:

- \* Boquilla de servicio:
- \* Boquilla para agua y gas.

Solicitamos a la Entidad confirmar los servicios existentes como salida de agua, salida de desagüe y salida de gas que estén en los espacios de cada vitrina de gases de los laboratorios de Pucallpa y Yanayuca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad confirmar la existencia de puntos de toma y salida de agua, así como de salida de desagüe y salida de gas, los cuales están ubicados en los espacios de cada campana extractora de gases de los laboratorios de Pucallpa y Yanayuca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Solicitamos a la Entidad confirmar las medidas de las puertas de ingresos de los laboratorios Pucallpa y Yana yuca, las medidas de la puerta principal de la instalación, los pasillos e ingreso a laboratorio; éstas deben tener como mínimo 1.10m de ancho para el traslado de las cabinas extractoras de gases, ya que vienen en tres partes base de 1.80m (soporte), cabina superior de 1.80m y un motor de extracción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad confirma que las medidas de la puerta principal de la instalación, los pasillos de ingreso a laboratorio son mayores a 1.10 m., de ancho que va permitir el traslado y movimiento de las cabinas extractoras de gases, para su instalación en las zonas reservadas para dicho fin, en los laboratorios de Pucallpa y Yanayacu.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Solicitamos a la Entidad confirmar a qué distancia del laboratorio se instalará los motores de extracción y su ubicación; éstos deberán estar lo mas cercano al laboratorio. Así también indicar si la superficie para la ubicación del motor es techo de concreto o de calamina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicamos que los lugares de instalación son salas amplias que permiten el acceso de las cabinas para que puedan ser instaladas, así mismo los motores serán instalados fuera de la cabina el cual dista de 3 a 4 metros, desde el punto de ubicación de la cabina y están muy cercanos a esta, el techo del laboratorio es de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-46-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Solicitamos a la Entidad confirmar si los almacenes de los laboratorios Pucallpa y Yanayuca cuentan con techo y piso, ya que estos bultos deben estar bajo cubierta y en piso plano para la descarga de los tres bultos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaramos que los laboratorios cuentan con almacenes con techo de protección, con piso enchapado y plano para descargar sin dificultad los bultos respectivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-46-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS DE DIGESTIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:07:36

**Observación: Nro. 24**  
**Consulta/Observación:**  
REQUISITOS DE CALIFICACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR

En las bases se indica lo siguiente:

¿Se considera bienes similares a campana extractora de gases, cabina extractora de gases sin gabinete, cabina de flujo laminar.¿

Según la Norma EN 14175 una VITRINA DE GASES se define como ¿un dispositivo de protección ventilado mediante un flujo de aire inducido a través de una apertura de trabajo ajustable¿. La vitrina de gases es uno de los elementos fundamentales en los laboratorios porque garantiza la seguridad del usuario y mantiene el ambiente libre de cualquier agresión derivada de los agentes químicos que se manipulan dentro de él tales como humos tóxicos, vapores, polvo.

De la misma forma, el fundamento de la Cabina de Seguridad Biológica es similar al de una Campana de Extracción de Gases; es decir, son recintos ventilados diseñados para limitar al máximo el riesgo del personal de laboratorio expuesto a agentes infecciosos.

Por lo expuesto, se solicita amablemente a la Entidad considerar como bienes similares la venta de Vitrinas de Gases, Cabinas de Seguridad Bilógica, por ser bienes similares a lo solicitado, con el fin de promover la pluralidad de postores.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 a), Art. 16 Ley N° 30225 y Art. 29 D.S. N° 344-2018-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de obtener mayor concurrencia de postores, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se incorporará en las bases administrativas como similares lo siguiente: ¿¿¿Vitrinas de Gases o Cabinas de Seguridad Bilógica o Microscopios o Agitadores o Rotaevaporador o Estufas o Liofilizador o Centrífugas.

Por otro lado, se aclara que los postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia del S/. 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles)¿¿¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
EXPERIENCIA DEL POSTOR

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia del S/. 25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles) ¿¿¿¿ (¿)

Se considera bienes similares a campana extractora de gases o cabina extractora de gases sin gabinete o cabina de flujo laminar o Vitrinas de Gases o Cabinas de Seguridad Bilógica o Microscopios o Agitadores o Rotaevaporador o Estufas o Liofilizador o Centrífugas.