

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE EL RETABLO - COMAS

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Se solicita modificar la antigüedad del bien a un máximo de doce (12) meses a la fecha de notificación/emisión de la orden de compra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: anexo1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, la antigüedad solicitada en las especificaciones técnicas del bien requerido se solicitan basados en el principio de vigencia tecnológica, en beneficio de la Entidad y la atención a los pacientes que esta brinda, por lo que tendrá que considerar lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE EL RETABLO - COMAS

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En aras de no afectar el las especificaciones técnicas del repuesto, a efectos de cumplir con las horas de autonomía de las baterías, solicitamos considerar como alternativa lo siguiente:

- (3) baterías de Li-on, como mínimo, de 3200 mAh.

Del mismo modo, mi representada se compromete a suministrar (1) batería adicional, siendo un total de (4), con el fin de mantener su uso ininterrumpido y operatividad entre tiempos de recarga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: anexo1 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, el tipo de baterías requeridas son necesarias para brindar una adecuada atención con el equipo, en beneficio de los pacientes, por lo que deberá de considerar lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-32-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL
POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE EL RETABLO - COMAS

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	18:45:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Dentro de las especificaciones técnicas, se encuentra el numeral 9. Perfil del proveedor (empresa con experiencia mínima de 3 años en mantenimiento de equipos), ante ello se solicita detallar cómo será la forma de acreditación de este apartado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, de la verificación realizada a las especificaciones técnicas de las bases, se puede verificar que este numeral no corresponde a un proceso de selección, por lo que sera retirado de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE EL RETABLO - COMAS

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:59:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LAS BASES DE ESTE PROCESO, PLAZO DE ENTREGA SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

Plazo de entrega 45 días calendarios,

Aquí debemos mencionar que en la actualidad los tiempos de fabricación, importación y traslado de los equipos biomédicos están alargados por diversas situaciones logísticas y por la alta demanda, sumado a ellos los trámites de desaduanaje que prolongan los tiempos de entrega de los equipos. por lo que solicitamos una ampliación o redistribución en el tiempo de entrega, lo cual permitirá cumplir con los plazos.

SOLICITAMOS AL RESPETADO COMITÉ DE SELECCIÓN POR FAVOR CONFIRMAR SI ES POSIBLE CONSIDERAR UN TOTAL DE 65 DÍAS CALENDARIOS PARA PLAZO DE ENTREGA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, el plazo de entrega considerado en las Bases, están dados tomando en consideración la necesidad urgente de contar con el citado equipo, para continuar brindando la atención a los pacientes, asimismo en las actuaciones preparatorias existían pluralidad de postores y marcas que ofrecían el citado bien en 45 días, por lo que deberá de cumplir con lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA FLAT PANEL PARA IMÁGENES DIGITALES EQUIPO DE RAYOS X DEL POLICLÍNICO DE COMPLEJIDAD CRECIENTE EL RETABLO - COMAS

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:59:14

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimado comité evaluador solicitamos pueda aclararnos la denominación del repuesto ya que en la pagina 4 del formato de especificaciones técnicas mencionan que la denominación del repuesto es un flat panel para angiografo sin embargo en la página 1 de este misma menciona ¿ adquisición de accesorio sistema Flat Panel para usarlo en equipo de rayos x estacionario del policlinico de complejidad creciente (¿);

El flat panel para angiografía no es un detector portátil inalámbrico y en las especificaciones técnicas mencionan características como detector portátil inalámbrico para ser integrado a equipos de rayos x estacionario portátil o rodable para insertar directamente en la bandeja Bucky sin modificación alguna para radiografía general.

Esperamos puedan aclarar esta observación siendo la denominación del repuesto flat panel para equipo rayos x estacionario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, la denominación es Flat panel para rayos x estacionario, lo cual será modificado en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Flat panel para rayos x estacionario