

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:05:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente al punto 1. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA)

Según la Resolución Ministerial N° 132-2015-MINSA del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros; el Certificado de Buenas practicas de almacenamiento aplica a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieran registro sanitario mas no a mobiliario clínico como es en este caso.

y según el Listado de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por Digemid , Ítem N° 1429: Vitrina para instrumental no requiere registro sanitario por lo cual no aplica el Certificado de Buenas practicas de almacenamiento.

Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia, igual de trato y transparencia de la Ley de contrataciones del estado y para así garantizar la mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa; se solicita retirar este requisito de calificación por no corresponder a la convocatoria, y corregir esta falencia que tiene en la presente bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución Ministerial N° 132-2015-MINSA Ley N.° 29459

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada es aceptada retirando la presentacion del certificado de buenas practicas de almacenamiento (BPA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:05:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referente al punto donde dice: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (CBPM) vigente

Según los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia, igual de trato y transparencia de la Ley de contrataciones del estado y para así garantizar la mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa; solicitamos aceptar como alternativo a la referencia : el Certificado ISO 9001:2015

Considerando que la convocatoria VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO es considerado mobiliario Clínico mas un dispositivo médico y no requiere registro sanitario según DIGEMID, por el cual no es aplicable el Art. 24 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA para dicha convocatoria, por lo tanto se solicita reemplazar este requisito de calificación por no corresponder a la convocatoria, y corregir esta falencia que tiene en la presente bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 24 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA Ley 29459

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada es aceptada retirando la presentacion del certificado de buenas practicas de manufactura (BPM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:05:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referente al punto donde dice: Se considera bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO

Según los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia, igual de trato y transparencia de la Ley de contrataciones del estado y para así garantizar la mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa; solicitamos aceptar bienes similares a productos en general fabricados íntegramente de acero inoxidable, considerando que el producto de la convocatoria VITRINA METALICA no es un equipo médico y no se encuentra en la Relación de productos que a la fecha no están sujetas a otorgamiento de registro sanitario según DIGEMID.

Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando como bienes similares: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:05:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

referente: B. PLAZO DE ENTREGA

dice :

De 3 hasta 5 días calendarios : 20 puntos

De 6 hasta 8 días calendarios : 15 puntos

De 9 hasta 10 días calendarios : 10 puntos

Se solicita en las bases, en requisitos de calificación, para el mejor puntaje que se entreguen los bienes en menor tiempo, sin embargo las cantidades de los bienes solicitados es de 109 vitrinas por lo que resulta difícil por no decir imposible que algún postor cuente con el stock de la totalidad de los bienes debido a su gran volumen y espacio, salvo que hubiera alguna coordinación previa con el proveedor.

Asimismo, se debe considerar que el fabricar 109 vitrinas tiene su procedimiento de compra de material, corte, dobléz y armado del producto en fin.

Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contrataciones del estado , solicitamos al comité de selección acoger a la observación como plazo de entrega 25 días calendarios, a fin de propiciar mayor participación de postores y para así tener un trato justo para todos los participantes. Igualmente solicitamos también se modifique el factor de evaluación del plazo de entrega

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: IV

Literal: B

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta no es aceptada, prevaleciendo el plazo de entrega en 10 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:26:55

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referente donde dice: FOLLETERIA O MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO (ORIGINAL O COPIA SIMPLE)

Considerando que la VITRINA METÁLICA es un MOBILIARIO y no es un equipo médico ni dispositivo médico por el cual, no amerita la presentación de folletería o manual de instrucciones de uso o inserto.

Por lo tanto, para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes, solicitamos retirar este documento ya que no aplica a la convocatoria solicitada.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada retirando lo concerniente a la folleteria o manual de instrucciones de uso o inserto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Piden Certificado de buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de Manufactura. ¿Es requisito obligatorio? ¿Puede adjuntarse el Certificado de NSF (garantía de cumplimiento de los requisitos técnicos del producto)?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando los certificados BPA y BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

los certificados de Buenas Prácticas de almacenamiento está dirigido a establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Los mismo con los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura que está dirigido principalmente para empresas con procesos y control de alimentos. Sugerimos que esos requisitos sean sólo facultativos. La garantía sanitaria del producto es con el Certificado de Calidad del Acero Inoxidable.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada, retirando la presentacion del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

- 1. definir o mostrar una imagen referencial del término ¿patines reguladores de PVC¿
- 2. en el Sistema de Seguridad la cerradura es con llave?
- 3. en el sistema de seguridad, la cerradura con varillas perpendiculares tienen mango (tirador), se podría utilizar a un lado la cerradura con mango y al otro lado solo tirador?
- 4. en los cajones corredizos corresponde el uso de bisagras?
- 5. en los cajones corredizos debería usarse tiradores y chapa con llave?

* LA PAGINA 13 ES LA QUE ESTA FOLIADA MANUALMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "1. definir o mostrar una imagen referencial del término ¿patines reguladores de PVC- ES DE ACUERDO A LA IMAGEN REFERENCIAL PUBLICADAS EN LAS BASES
2. en el Sistema de Seguridad la cerradura es con llave?- SI
3. en el sistema de seguridad, la cerradura con varillas perpendiculares tienen mango (tirador), se podría utilizar a un lado la cerradura con mango y al otro lado solo tirador?-SI
4. en los cajones corredizos corresponde el uso de bisagras?-NO
5. en los cajones corredizos debería usarse tiradores y chapa con llave?-SI"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la Foto Referencial, falta las medidas de las alturas de los gabinetes superior e inferior, y la altura de los cajones corredizos.

* LA PAGINA 12 ES LA QUE ESTA FOLIADA MANUALMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se indica que debe cumplir con las medidas estandares de las vitrinas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Plazo de Entrega¿, el tiempo de entrega de 15 días calendario es muy corto para 109 vitrinas, salvo alguien tenga en stock y eso limitaría la participación de las demás MYPES. Se sugiere ampliar el plazo de 45 días calendarios como mínimo y 60 días como máximo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	12:31:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Cuando se logre la adjudicación entregarán planos con mas especificaciones o hay alguna muestra para definir detalles?.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.5 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se debe regir a las especificaciones solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:00:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

5.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Certificado de Buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)

Certificado de Buenas prácticas de Manufactura (CBPM)

De la revisión del producto VITRINAS METALICA, este se encuentra en el listado de productos que no Requieren Registro Sanitario, asimismo dichos documentos son de obligación para droguerías, que comercialicen dispositivos médicos o farmacéuticos, que se obligan a contar con CBPA y CBPM, y que además sus productos pasen por control de calidad y por ende una emisión de protocolo de análisis.

Por lo que solicitamos amablemente al comité pueda aceptar dichos documentos de corresponder de manera opcional, y presentar el listado de DIGEMID que acredita que no requiere registro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART: 2 LIT A, B y C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se retiraran los certificados de BPA y BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:00:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN

Certificado de Buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)

Certificado de Buenas prácticas de Manufactura (CBPM)

De conformidad con la primera consulta, se solicita se puede solicitar dichos documentos de corresponder o manera opcional para postores que tengan la condición de droguerías, mas no a postores que se dedican a la comercialización de mobiliario médico y que no están sujetos a fiscalización de DIGEMID, y que no estamos obligados a dichos certificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: A. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se retiraran los certificados de BPA y BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:00:43

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

¿ Declaración jurada de presentación del dispositivo ofertado y vigencia

Al comité se solicita aclarar este requisito, ya que lo solicitado en el requerimiento es un mobiliario clínico y/o médico.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: NA

Literal: A.

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta declaracion sera retira de la especificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Puerta inferior fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B DE 1.00¿.. Sistema de bisagra para apertura y sistema de seguridad.

Cada fabricante es dueño de sus diseños las cuales cumple con la funcionalidad del equipo. Por ello solicitar especificaciones precisas restringe la pluralidad de postores, solicitamos amablemente al comité aceptar como mejora tecnológica:

Sistema de bisagra para apertura y/o Sistema de bisagra incorporado mediante un pin y gatillo de acero inoxidable que va interno en la estructura de la puerta y sistema de seguridad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: NA Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respect a la consulta efectuada esta es aceptada, quedando Sistema de bisagra para apertura y/o Sistema de bisagra incorporado mediante un pin y gatillo de acero inoxidable que va interno en la estructura de la puerta y sistema de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan:
cajón fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B...Sistema de bisagra para apertura y sistema de seguridad.
Se observa que lo solicitado en este punto hacen referencia a los cajones los cuales llevan correderas telescópicas, estas no llevan sistema de bisagra para su apertura.
Solicitamos amablemente al comité quitar el sistema de bisagras de los cajones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: NA Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando el sistema de bisagras de los cajones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Factores de evaluación:

De 03 hasta 5 días calendarios : 20 puntos

De 06 hasta 08 días calendarios: 15 puntos

De 09 hasta 10 días calendarios: 10 puntos

Al respecto en atención a lo solicitado al PLAZO DE ENTREGA, este debería ser en conformidad con la realidad de los proveedores especializados en la venta de estos equipos, teniendo en cuenta la FINALIDAD PÚBLICA la cual debe satisfacer una adecuada precisión en la cantidad, calidad, condiciones y características. Ya que no todos los proveedores cuentan DISPONIBILIDAD de STOCK y al indicar que la entrega sea de 03 a 05 días para obtener el mejor puntaje están direccionando el proceso a un proveedor que cuente con ENTREGA INMEDITA ya que no se ha tomado en cuenta que un EQUIPO NUEVO y sin uso requiere un proceso de fabricación lo cual implica un tiempo razonable y objetivo no menor a los 15 días calendarios.

Por ello solicitamos al comité que el tiempo de entrega no sea considerado como factores de evaluación a fin de tener un trato justo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: NA Literal: NA Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada no es aceptada, quedando el plazo de entrega como factor de evaluacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Ficha técnica del producto (copia simple)

Se observa lo solicitado ya que el mobiliario VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO no requiere de registro sanitario por ello no cuenta con ficha técnica porque no es un producto farmacéutico.

Al comité se solicita suprimir este requisito

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: NA Literal: A. **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta retirando la ficha tecnica del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609607123	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:50:10

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA) vigente.

Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPA) vigente.

El Mobiliario solicitado, no requiere de Registro Sanitario, por tanto no se debería exigir los Certificados precedentes. Sugerimos en todo caso solicitar el Certificado ISO 9001 que avala la calidad de los producto.

Por lo expuesto:

Solicitamos se sirvan eliminar lo solicitado como Requisito de Calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada retirando el certificado de BPA y BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 10/11/2023

Hora de envío : 22:04:42

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando como Requisito de Calificación el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA);

El procedimiento de selección es ADQUISICIÓN DE VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD PERIFÉRICA AREQUIPA CAYLLOMA; dicho producto no es dispositivo medico y no requiere registro sanitario tampoco la presentación de BPA con la finalidad de una mayor participación de postores; Solicitamos al comité que elimine de las bases y de los requisitos de habilitación la presentación obligatoria de éste documento al no estar considerado como un dispositivo médico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada retirando el certificado de BPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 10/11/2023

Hora de envío : 22:04:42

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se observa en la página 25 en los requisitos de calificación que se está solicitado lo siguiente:

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)

Se solicita comité para garantizar la calidad suprimir Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y se solicite CERTIFICADO ISO 9001-2015 - Sistema de Gestión de Calidad a nombre del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada retirando el certificado de BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 10/11/2023

Hora de envío : 22:04:42

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se esta solicitando en la experiencia del postor que sea acreditada como similar a lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO

En virtud de mayor pluralidad a los postores se solicita al comité agregar como similares INSUMOS MÉDICOS EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como bienes similares, equipos medicos, mobiliario medico, mobiliario de oficina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares, equipos medicos, mobiliario medico, mobiliario de general.