

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 14/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:05:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de diez días calendarios

El estudio de mercado indica que existen empresas que cumplen con este plazo de 10 dias calendarios, también es bien cierto que al estudio de mercado no han sido invitadas a cotizar las demás empresas que también comercializan este tipo de pruebas rapidas; por las cantidades de kits solicitados estás necesitan por lo menos de 30 dias calendarios para su fabricación además del tiempo que demora su transporte al Peru mas los tiempos de nacionalización, El plazo de entrega creemos debería ser de entre 45 a 60 dias calendarios de emitida la orden de compra, solicitamos con el aval de la parte usuaria ampliar el plazo de entrega hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, no se pretende cambiar ni modificar esta regulación para orientarla hacia nuestra empresa, se pide ampliar el tiempo del plazo de entrega para una participación mas plural de todas empresas, sobretodo de las que no han sido invitadas al estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1.9

Literal: s/l

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección absuelve lo siguiente: se acoge parcialmente la consulta, en consecuencia se resuelve ampliar el plazo de entrega, el mismo que no puede exceder de veinte (20) días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la orden de compra, a su respectivo correo electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sífilis kit 25 det.

Características

La prueba rápida HIV/Syphilis Ab Combo

Esta descripción corresponde a una determinada marca comercial, para evitar direccionar la adquisición hacia un producto con esta denominación, se solicita que se retire esta descripción y se reemplace por prueba rápida para VIH 1-2 y sífilis kit, tal como se indica en el detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa lo siguiente: el termino HIV /Syphilis ab combo es una sinonimia de pruebas dual o dos pruebas en uno y la presentación de 25 determinaciones es adecuado para las zonas rurales y evitar la caducidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sífilis kit 25 det.

Características

Una prueba de tres líneas que detecta IgG, IgM e IgA contra el VIH 1, VIH 2 y Treponema pallidum

Se solicita precisar que las tres líneas corresponden a lo siguiente: una línea para VIH 1-2, la segunda línea para sífilis y la tercera línea para el control interno de procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa lo siguiente: en las especificaciones técnicas menciona claramente que el producto detecta los IgM, IgG e IgA del VIH-1, VIH-2 y T. Pallidum y las líneas son: línea para VIH 1 - 2, línea para SYP y línea para control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sifilis kit 25 det.

Características

Un porta cassette que contiene cassettes de VIH/SYP y VHB/VHC

Se solicita retirar VHB/VHC porque no corresponde a la prueba solicitada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** s/l **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa que. debe ser: Un porta cassette que contenga cassette de VIH/SYP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sífilis kit 25 det.

Características

HIV 1-2 Ab (en comparación con una prueba rápida comercial)

Sífilis Ab (en comparación con una prueba rápida comercial)

Se solicita PRECISAR que no todos los fabricantes evalúan su prueba rápida frente a otra prueba rápida comercial, la mayor parte de los fabricantes evalúan su prueba rápida frente a una prueba de mayor sensibilidad y especificidad como un ELISA, por ese motivo se solicita considerar también que la prueba rápida se enfrente a otra prueba rápida comercial o a una prueba de ELISA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** s/l **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección, aclara que las empresas que producen las pruebas rápidas debe realizar la evaluación con una prueba ELISA y con otras pruebas rápidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sífilis kit 25 det.

Características HIV 1+2 Ab

Sensibilidad 100%

Especificidad 100%

Se solicita PRECISAR que una prueba rápida con sensibilidad y especificidad 100% correspondería a un GOLD STANDARD cosa que no es así exactamente, siempre tiene un porcentaje de error, así lo expresa también la OMS en sus estudios a diferentes pruebas rápidas, en ese orden de ideas se solicita se modifique la sensibilidad y especificidad de acuerdo al siguiente detalle:

Sensibilidad 99.8% - 100%

Especificidad 99.8% . 100%

Acápate de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** s/l **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección acoge la consulta y señala lo siguiente: se acepta la Sensibilidad: 99.8% - 100% y Especificidad 99.8% - 100%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Prueba rápida para VIH 1-2 y Sífilis kit 25 det.
Características Sífilis Ab
Sensibilidad 100%

Se solicita PRECISAR que una prueba rápida con sensibilidad 100% correspondería a un GOLD STANDARD cosa que no es así exactamente, siempre tiene un porcentaje de error, así lo expresa también la OMS en sus estudios a diferentes pruebas rápidas, en ese orden de ideas se solicita se modifique la sensibilidad y especificidad de acuerdo al siguiente detalle:
Sensibilidad 99% - 100%

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5 **Literal:** s/l **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía opinión del área usuaria, el comité de selección acoge la consulta y señala lo siguiente: se acepta la Sensibilidad: 99.8% - 100%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Prueba rápida para hepatitis B HBeAg/HBsAg kit 30 det

Se solicita PRECISAR que el nombre correcto de esta prueba rápida es HBsAg siendo innecesario incluir HBeAg, por lo que solicitamos que el nombre correcto quede de la siguiente forma: HBsAg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa que el nombre correcto de esta prueba rápida es HBsAg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Prueba rápida para detectar sangre oculta en heces kit x 25 det.

Tubos para toma de muestra

Cada uno tiene 2 ml de nacl de 0.9% con azida de sodio de 0.02% envasados individualmente

Se solicita PRECISAR que solución diluyente que contiene los tubos de muestra es diseño propio de cada fabricante, por lo que se solicita se acepte la composición de la solución del tubo de muestra que el fabricante estime proveer en el kit de prueba rápida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/ **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa que los tubos para toma de muestra, Cada uno tiene 2 ml de nacl de 0.9% con azida de sodio de 0.02% envasados individualmente y se acepte la composición de la solución del tubo de muestra que el fabricante estime proveer en el kit de prueba rápida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Prueba rápida para detectar sangre oculta en heces kit x 25 det.
Cantidad muestra a trabajar
(90 ¿ 135 ul)

Se solicita PRECISAR que algunos fabricantes determinan la cantidad de muestra en base a un numero determinado de ¿gotas¿ por lo que se solicita se acepte que en el inserto se acepte si no indica el volumen de muestra en ul, se acepte tal como lo indica ¿en determinado numero de gotas¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección precisa que también se aceptará de acuerdo a lo que el fabricante determine en su producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Prueba rápida para detectar sangre oculta en heces kit x 25 det.

Sensibilidad 98.3%

Especificidad 99.6%

Precisión 99.3%

Solicitamos al comité se acepten rangos para estos criterios, no todas las marcas consideran estos valores y para permitir la participación mas plural de otras marcas, se sugiere lo siguiente:

Sensibilidad 97.3% - 98.3%

Especificidad 98.5% - 99.6%

Precisión 98.2% - 99.3%

Solicitar estos rangos no significa rebajar los niveles de sensibilidad, especificidad y precisión, son valores aceptados en diferentes marcas comerciales existentes en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa opinión del área usuaria, el comité de selección, no acoge la consulta debido a, a mayor sensibilidad, especificidad y precisión los resultados de la lectura serán mas fiables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Ficha técnica del bien

Solicitamos al comité indicar si este documento será emitido por el fabricante o se aceptara que cada postor elabore una ficha técnica por cada prueba rápida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía opinión del área usuaria, el comité de selección aclara que la ficha técnica debe ser emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS, PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBSaG Y PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AMBITO DE LA RED DE SALUD HUAMANGA.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:05:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Factor de evaluación

Plazo de entrega

Solicitamos al comité por una consulta planteada al plazo de entrega modificar estos criterios en base a la consulta planteada, esperando sea aceptada por ser mas real de acuerdo a las cantidades solicitadas:

De 30 a 40 días calendarios	10 puntos
De 41 a 59 días calendarios	05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** s/l **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que los factores de evaluación serán modificados en la integración de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null