

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código : 20606381264

Nombre o Razón social : DAFA MEDIC E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/05/2025

Hora de envío : 13:04:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases dice:

3. ANALIZADOR DE FIBRA DIETÉTICA AUTOMATIZADO

Equipo especializado diseñado para la determinación precisa y eficiente de la fibra dietética en diversos alimentos e ingredientes. Este instrumento se basa en métodos enzimáticos y de referencia, garantizando resultados confiables y consistentes.

En ese sentido, se solicita al comité de selección ACLARAR si el analizador de fibra dietética automatizado, debe añadir automáticamente las soluciones y las enzimas requeridas para determinar la fibra dietaria total, insoluble y soluble y controlados desde la pantalla táctil del analizador.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.2.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Aclara: No necesariamente esas adiciones deben ser autamaticas, pueden tambien ser de manera manual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:36:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.2.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Filtración rápida

CONSULTA:

Se solicita al Honorable Comité, muy amablemente, considerar modificar el filtración rápida , proponiendo en su lugar "Filtración rápida o según diseño de fabricante", ya que permite mayor pluralidad y competencia entre postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consultas del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Se Aclara que se aceptara la propuesta donde indicara en las características tecnicas del equipo: " Filtración rápida o según diseño de fabricante" aclarando que debe tener esa funcion de filtrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Filtración rápida o según diseño de fabricante" aclarando que debe tener esa funcion de filtrado.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:36:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.2.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sin acumulación de residuos en los filtros

CONSULTA:

Se solicita al Honorable Comité, muy amablemente, considerar modificar el sin acumulación de residuos en los filtros , proponiendo en su lugar "Sin acumulación de residuos en los filtros o según diseño de fabricante", ya que permite mayor pluralidad y competencia entre postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Se Aclara que se aceptara la propuesta donde indicara en las caracteristicas tecnicas del equipo: "Sin acumulación de residuos en los filtros o según diseño de fabricante", ya que existen modelos que tienen cristaleria o crisoles para ese efecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sin acumulación de residuos en los filtros o según diseño de fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:36:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.2.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Control por Microprocesador: Pantalla LCD/Touch.

CONSULTA:

Se solicita al Honorable Comité, muy amablemente, considerar modificar control por Microprocesador: pantalla LCD/Touch, proponiendo en su lugar "Control por Microprocesador: Pantalla LCD o LED/Touch",ya que permite mayor pluralidad y competencia entre postores , asimismo, permitirá considerar equipos compatibles sin afectar su funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Se Aclara que se aceptara la propuesta donde indicara en las características tecnicas del equipo: Control por Microprocesador: Pantalla LCD/Touch o de acuerdo a diseño de fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Control por Microprocesador: Pantalla LCD/Touch o de acuerdo a diseño de fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:36:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

3.2.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sistema de Filtrado, Agitación, Enjuague Automático: SI

CONSULTA:

Se solicita al Honorable Comité, muy amablemente, considerar modificar sistema de Filtrado, Agitación, Enjuague Automático: SI, proponiendo en su lugar un "Sistema de Filtrado, Agitación, Enjuague Automático o manual : SI " ,ya que permite mayor pluralidad y competencia entre postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Observacion del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Se aclara que el filtrado y la agitacion pueden ser manuales, sin embargo el sistema de enjuague si debe ser automatico, ya que esta caracteristica reduce la incertidumbre de la obtencion de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-21-2025-CS-UNAMBA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de equipos Determinador de Fibra Dietética Automatizado para el Proyecto: ¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:36:25

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Todo tipo de equipos de analizador de fibra a nivel de laboratorio y/o equipos de nivel instrumental a nivel laboratorio, independientemente de su configuración.

OBSERVACIÓN:
Se solicita al honorable comité, muy amablemente, aceptar TODO TIPO DE EQUIPOS DE ANALIZADORES DE LABORATORIO EN GENERAL,de acuerdo al rubro OBJETO DE LA CONVOCATORIA, fomentando una mayor pluralidad de postores potenciales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Observacion del postor se comunico al area tecnica usuaria y al mismo es preciso mencionar que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion de sus requerimientos y en respuesta del area tecnica Se aclara que se considerará: Todo tipo de equipos de analizador de fibra de nivel de laboratorio, y/o equipos de nivel instrumental a nivel de laboratorio, y/o equipos de analizadores de laboratorio de acuerdo al rubro independientemente de su configuración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Todo tipo de equipos de analizador de fibra de nivel de laboratorio, y/o equipos de nivel instrumental a nivel de laboratorio, y/o equipos de analizadores de laboratorio de acuerdo al rubro independientemente de su configuración.