

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-130-2024-OEC/GR-PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS , JUNTAS EXPANDIBLES Y ALARMAS CON SENSORES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	17:50:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenas tardes estimado comite.

En los ítems 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12, nos indican como parte de las características de las cajas de valvulas lo siguiente:

"Material de la caja: acero calibre 18 (minimo): con marco de aluminio, puerta con mica plastica con chapa y llave. Acabado: Fabricada en lamina de acero galvanizado en acabado de pintura electrostatica en polvo horneada en color blanco, con ventanilla abatible (bisagra) del mismo material y con acrilico transparente de 3mm 5mm de espesor. Version empotrada al muro"

Como indica lineas arriba, nos solicitan que las cajas de valvulas de gases tengan ventanilla abatible (bisagra) del mismo material con chapa y llave. Debemos comentar que este tipo de cajas vienen fabricadas en lamina de acero galvanizado y del mismo material es el marco, es decir acero galvanizado y no es de aluminio. Teniendo en cuenta que de igual manera la pintura es electrostatica garantizado la durabilidad del bien.

Por lo cual, solicitamos amablemente al comite que las cajas de metal para valvulas de gases sean con: "Material de la caja: Acero calibre 18 (minimo) con marco de aluminio o acero galvanizado, puerta con mica plastica con chapa y llave"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.5 Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación indicada por el Postor INVERSIONES ZENCO S.A.C.; se aclara que el marco de cajas de control de válvulas tambien son fabricadas en material Aluminio. Al respecto, se solicita a los postores señirse a los TDR de las bases integradas, por descrito No ACCEDER a la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-130-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS , JUNTAS EXPANDIBLES Y ALARMAS CON SENSORES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	17:50:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Buenas tardes estimado comite,

En la experiencia del postor, solicitan que las empresas postulantes acrediten su experiencia en bienes similares a: Venta de cajas de metal para valvula y/o venta de junta de expansibles de cobre.

Teniendo en cuenta que en esta licitacion tambien se solicita alarmas de gases medicinales. Solicitamos amablemente al comite incluir la experiencia en este bien tambien, quedando asi:

Experiencia del postor en la especialidad:
Se considera bienes similares a los siguientes:
- Venta de cajas de metal para valvula, venta de junta de expansibles de cobre y/o alarmas de area audiovisual para gases medicinales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante el area usuaria mediante informe decide acceder a la solicitud del participante por lo que se moficara en la parte pertinente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocacion de la integracion de bases se añadira:
"VENTA DE CAJAS DE METAL PARA VALVULA, VENTA DE JUNTA DE EXPANDIBLES DE COBRE Y/O ALARMAS DE AREA AUDIOVISUAL PARA GASES MEDICINALES"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-130-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS , JUNTAS EXPANDIBLES Y ALARMAS CON SENSORES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	21:53:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Debido a la pésima situación económica que atravesamos y con el fin de reactivar y recuperarnos de la recesión en la que vivimos, solicitamos que a la firma del contrato la entidad otorgue un adelanto del 30%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 13 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación indicada por el Postor TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.L.TDA.; según TDR, ítem 13 "FORMA DE PAGO" La entidad efectuará en PAGO ÚNICO por la prestación pactada a favor del contratista, (¿)

Al respecto, se solicita a los postores señirse a los TDR de las bases integradas, por lo descrito se decide no acceder a la solicitud del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la observación indicada por el Postor TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.L.TDA.; según TDR, ítem 13 "FORMA DE PAGO" La entidad efectuará en PAGO ÚNICO por la prestación pactada a favor del contratista, (¿)

Al respecto, se solicita a los postores señirse a los TDR de las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-130-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS , JUNTAS EXPANDIBLES Y ALARMAS CON SENSORES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	21:53:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El tiempo establecido para la entrega es de 35 días. La entidad no está considerando que especialmente las alarmas son importadas y la logística en estos casos es complicada; por lo que solicitamos que el tiempo de entrega sea ampliada a 60 días, ésta modificación redundará en beneficio de la entidad ya que permitirá se entregue productos de buena calidad y de ultima generación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante informe accede a la solicitud del participante y procede a ampliar el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se procedera PRECISAR LO SIGUIENTE:
"La entrega del bien se ejecutará en un plazo de sesenta (60) días calendarios", contados desde el dia siguiente de notificacion de la orden de compra

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-130-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS , JUNTAS EXPANDIBLES Y ALARMAS CON SENSORES PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE GASES MEDICINALES A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	21:53:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para sustentar la experiencia en el rubro, en BIENES SIMILARES indica "cajas de metal para válvulas", ésta condición es muy genérica y posibilitará que la venta de una simple caja de gasfiteria que puede contener válvulas, sea válida como experiencia. Debido a que el rubro de alarmas para gases medicinales es un tema muy especializado sugerimos que se agregue como experiencia la venta y/o instalación de paneles para gases medicinales, tal vez pueda ser una experiencia calificada con mayor puntaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B) Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante informe accede a la solicitud del participante y procede a modificar la experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocacion de la integracion de bases se procedera PRECISAR LO SIGUIENTE:
"VENTA DE PANELES PARA GASES MEDICINALES"