

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:12:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité que considere ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y a la absolucion del area usuaria, es preciso señalar que es necesidad de la entidad, proporcionar datos de manera oportuna para la toma de decisiones dentro del marco sus competencias como las alertas en la vigilancia de la calidad del aire. Asi mismo, el plazo solicitado garantiza la pluralidad de marcas y postores conforme a la indagacion de mercado realizado A su vez los tiempos se encuentran acorde, no siendo observada dicho plazo. Ademas, al ser un presupuesto asignado por demanada adicional, la disponibilidad presupuestal solo garantiza el pago en el presente año. En ese sentido, NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:12:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con relación al personal clave, las bases señalan que este debe estar certificado o capacitado por la marca ofertada; a efectos de obtener una mayor pluralidad de postores, se solicita amablemente al comité suprimir dicha condición.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Eficiencia y Eficacia y a la absolucion del area usuaria, es preciso señalar que, al ser la presnete contratacion bajo la modalidad "llave en mano" es necesario contar con un profesional certificado por la marca del bien a ofertar que ejecute la adecuada instalacion y puesta en marcha del equipo, dado a la complejidad y sofisticación del bien a adquirir. Ademas, durante la indagacion de mercado se esta garantizada la pluralidad de marcas y postores que cumplen el requerimiento solicitado en el especificaciones tecnicas. En ese sentido, NO SE ACOGE su observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:12:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores y debido a la naturaleza del objeto de la convocatoria se solicita amablemente al comité que tenga bien a considerar como bienes similares lo siguiente:Experiencia en venta de equipos biomedicos y medicos en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y a la absolucion del area usuaria, es preciso indicar que se entiende como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo que los equipos biomedicos o medicos en general que solicita se incluya como bienes similares, no guardan relación o afinidad o semejanza con bien adquirir objeto el presente procedimiento de selección, mas aun por el uso y función de los equipos a adquirir. En ese sentido, NO SE ACOGE SU OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indican que el personal clave debe ser un técnico o ingeniero. Solicitamos confirmar que documentos se deben presentar para acreditar la calidad de Técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Competencia y a la absolución del area usuaria, se precisa que el documento para acreditar la calidad de técnico será a través del titulo de técnico, por lo que se realizara dicha precisión en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

9. CRITERIO DE CALIFACION DEL POSTOR,

b) Requisitos del personal clave.

"(...) para técnico, acredita con título de técnico; para ingeniero acreditara con título profesional universitario para la suscripción del contrato".

(...)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indican que el personal clave debe ser un técnico o ingeniero. Solicitamos confirmar que documentos se deben presentar para acreditar la calidad de Ingeniero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Competencia y a la absolucion del area usuaria, se precisa que el documento para acreditar la calidad de ingeniero sera a traves del titulo profesional universitario, por lo que se realizara dicha precision en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

9. CRITERIO DE CALIFACION DEL POSTOR,

b) Requisitos del personal clave.

"(...) para técnico, acredita con título de técnico; para ingeniero acreditara con título profesional universitario para la suscripción del contrato".

(...)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación con nuestra consulta N° 2, solicitamos confirmar en que momento se deberá presentar el Certificado de Habilidad, en caso se haya acreditado a un Ingeniero (la normativa recomienda que se presente antes de la ejecución de los servicios).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Competencia y a la absolucion del area usuaria, se precisa que en caso se acreditara con un ingeniero, el certificado de habilidad se presenta antes de la ejecución del servicio y serán enviados a los correos de especialistas del área usuaria DZ4, cpardave@senamhi.gob.pe y achaparro@senamhi.gob.pe; por lo que se realizara dicha precision en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
9. CRITERIO DE CALIFACION DEL POSTOR,
b) Requisitos del personal clave.

(...)

En caso se acreditara con un ingeniero, el certificado de habilidad se presenta antes de la ejecución del servicio y serán enviados a los correos de especialistas del área usuaria DZ4, cpardave@senamhi.gob.pe y achaparro@senamhi.gob.pe".

(...)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan que el equipo cuente con una bomba de muestreo interna, sin embargo, esa característica depende de cada fabricante ya que algunos usan bomba interna y otros bomba externa, y ambas opciones (bomba interna o bomba externa) permiten cumplir con el protocolo de la USEPA, MCerts o TUV, por lo que restringir el uso exclusivo de bombas internas estaría significando que se estaría restringiendo la participación de más postores. Tomando como ejemplo la USEPA, en su documento "List of designated Reference and Equivalent Methods, June 15,2023", confirma que 36 marcas están listadas para cumplir los requerimientos de Equipos Ambientales Automaticos que son aprobados para el contaminante CO y algunas usan bombas internas y otras bombas externas. Por otra parte, en paralelo a este proceso hay uno por Analizadores de O3 (AS-SM-14-2023-SENAMHI-1) y en ese caso si se permiten bombas internas o externas, por lo que no existiría un criterio técnico para que en este caso solo se acepten bombas internas. Al parecer solo se trataría de un requisito que busca impedir la participación de más postores, lo cual se encuentra expresamente prohibido en el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Competencia y a la absolucion del area usuaria, y a fin de propiciar la mayor participacion de postores, se considerara la bomba interna o externa siempre que cumplan con la acreditacion USEPA, Mcerts o TUV en el bien ofertado; por lo que se incluirea en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
ANEXO N° 01
ANALIZADOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO)
(¿)
f) Bomba de muestreo interno o externo
(¿)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se requieren mangueras PTFE de ¼¿ (10m) por cada analizador. Solicitamos confirmar estos tres (03) datos: diámetro interior, diámetro exterior y espesor de la manguera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 2 b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y Principio de Competencia y a la absolucion del area usuaria, se precisa que los datos solicitados son: Dext:1/4"; Dint 3/8"; Espesor 0.062', por lo que se realizara dicha precision en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

ANEXO N° 02

ANALIZADOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO)

(¿)

b) Mangueras PTFE con las siguientes medidas Dext:1/4"; Dint 3/8"; Espesor 0.062" y conectores para el manifold y sistema de calibración de gases (10 metros).

(¿)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) PARA REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE¿

Ruc/código :	20601619947	Fecha de envío :	11/09/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRO ANDINOS S.A.C.	Hora de envío :	21:47:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Al término del literal a) indican que hay información que se entregará conjuntamente con los equipos al momento de la entrega de estos. Solicitamos confirmar que la información a la que se refieren corresponde tanto al manual en inglés (disponible on line en el dominio - página web del fabricante) como a la información de contacto para el acceso directo a consultas del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 2 b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme al Principio de Transparencia y a la absolucion del area usuaria, se confirma y aclara que en el Anexo 2 literal A se solicita la entrega del "Manual en español", al momento de la entrega de los equipos, este mismo literal indica "..y encontrarse disponible on-line en inglés (en internet para descarga) de dominio (página web) del fabricante, donde se obtenga para el usuario libre acceso (sin usuario y contraseña) la información de forma permanente. Acceso directo a consultas técnicas al fabricante..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null