

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLA X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección específica. Capítulo I GENERALIDADES
Página 15
1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: (05) días calendario, posterior a la notificación de la orden de compra o suscripción de contrato (lo que se dé primero).

Solicitamos al comité especial se modifique a:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de: (05) días calendario, posterior a la notificación de la orden de compra, el mismo que incluye la entrega de los equipos en cesión de uso y las adecuaciones de ambiente que fuese necesario para la correcta ejecución.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que la entrega de reactivos y consumibles , deberá ser durante los primeros 05 días calendario después de notificada la orden de compra o suscripción de contrato; así mismo la instalación y entrega de equipos en cesión de uso, serán durante los 20 días calendario posterior a la notificación de orden de compra o suscripción de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección específica. Capitulo III REQUERIMIENTO
Página 21
3.1 Especificaciones técnicas
BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450ML CON OPTISOL
Características
Con dos bolsas satélites para conservar plaquetas x 5 días y/o plasmas constituidos de PVC + TOTM.

Al respecto debemos mencionar que las bolsas cuádruples de sangre en conjunto con sus bolsas satélites de la marca TERUMO, la cual distribuimos son elaboradas de polipropileno bajo los estándares de ISO 13485, ISO 3826 y la farmacopea de los Estados Unidos quienes validan la calidad del material y garantizan que las bolsas satélites y/o transferencia están diseñadas para conservar las plaquetas por cinco (05) día, por lo expuesto solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, a efecto de permitir una mayor pluralidad de postores aclare y precise que se aceptará:

Con dos bolsas satélites para conservar plaquetas x 5 días y/o plasmas constituidos de PVC + TOTM o Bolsas de PVC plastificado con DEHP (Di-etil-hexil-ftalato) o Bolsas de polipropileno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, para fomentar la pluralidad de los postores, acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLA X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección específica. Capítulo III REQUERIMIENTO
Página 21

3.1 Especificaciones técnicas
BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLA X 450ML CON OPTISOL

Características:
Aguja calibre 16G con ángulo tribiselado/trifacetado o biselado para una punción suave y una cateterización optimizada, ¿
Entendemos que para una punción suave y una cateterización optimizada se requiere aguja de calibre 16G, ángulo
biselado con doble revestimiento de silicona o aguja de calibre 16G ½ (o 38 mm) con bisel tribiselado /trifacetado, con
cilindro siliconado, especialmente diseñado que permita una fácil penetración para una punción suave. Aclarar si nuestro
entender es el correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que su apreciación es correcta, por lo que para una
punción suave y una cateterización optimizada se requiere aguja de calibre 16G, ángulo biselado con doble revestimiento
de silicona o aguja de calibre 16G ½ (o 38 mm) con bisel tribiselado /trifacetado, con cilindro siliconado, ello permitirá una
punción suave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección Especifica. Capitulo III REQUERIMIENTO
Página 21
3.1 Especificaciones técnicas
BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450ML CON OPTISOL
Empaque inmediato
En blíster transparente y estéril o empaque individual de polipropileno en multiempaque.

Al respecto debemos indicar que las bolsas colectoras de sangre de marca Terumo, actualmente se comercializan en multiempaque de papel poli-aluminizado, el cual permite almacenar las bolsas colectoras de sangre por más de 24 meses y proteger a la solución anticoagulante y solución aditiva de los rayos solares.

Solicitamos al comité especial en coordinación del área usuaria aclarar que en el caso de multiempaque TAMBIEN se aceptará Multiempaque de papel poli-aluminizado conteniendo 3 unidades en empaque individual de polipropileno estéril. Quedando de la siguiente manera:
Empaque inmediato
En blíster transparente y estéril o empaque individual de polipropileno en multiempaque de papel poli-aluminizado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, para fomentar la pluralidad de los postores, acoge la consulta, quedando de la siguiente manera: Empaque individual: En blíster transparente y estéril o empaque individual de polipropileno y en el caso sea multiempaque, deberá ser de papel poli-aluminizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona en:

Sección Especifica. Capitulo III REQUERIMIENTO

Página 21

3.1 Especificaciones técnicas

BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450ML CON OPTISOL

Empaque inmediato

Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Entendemos que las bolsas colectoras deben ser contenedores estériles con contornos interiores aerodinámicos que facilitan el flujo de fluido suave durante la separación t la colecta. Además, que presente una forma redondeada que minimice la pérdida de hemo componentes y asegure una mezcla fácil.

Solicitamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria precisar si nuestro entender es el correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que su entender es correcto, precisando que las bolsas colectoras deben ser contenedores estériles con contornos interiores aerodinámicos. Además, que presente una forma redondeada que minimice la pérdida de hemocomponentes y asegure una mezcla fácil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLA X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se menciona en: Sección Especifica. Capitulo III REQUERIMIENTO

Página 21

3.1 Especificaciones técnicas

BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLA X 450ML CON OPTISOL

Características:

Bolsa premuestra, reducción de la contaminación bacteriana, desviación de los primeros ml de sangre, capacidad de 20 ml hasta 40ml.

Considerando que la capacidad e bolsa premuestra varia de acuerdo a cada fabricante(ml) y con la finalidad de permitir la concurrencia de un mayor números de postores , solicitamos al Comité de selección en coordinación con el área usuaria se sirva a AMPLIAR la capacidad e la bolsa premuestras, hasta 60ml, precisando que el volumen es controlado por el flebotomista al momento de la colecta y vuestra entidad ya tiene experiencia en ello , quedando de la siguiente manera : Bolsa premuestra, reducción de la contaminación bacteriana, desviación de los primeros ml de sangre, capacidad de 20 ml hasta 60ml.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, para fomentar la pluralidad de los postores, acoge la consulta, quedando de la siguiente manera : Bolsa premuestra, reducción de la contaminación bacteriana, desviación de los primeros ml de sangre, capacidad de 20 ml hasta 60ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección Especifica. Capitulo III REQUERIMIENTO
Página 22

3.1 Especificaciones técnicas
EQUIPO DE FRACCIONAMIENTO SANGUINEO

Características:
Con 10 sensores ópticos en la placa móvil o pantalla según diseño de fabricante con menú intuitivo y de fácil manejo con mensajes en español.
Entendemos que existió un error material y los postores debemos ofertar: fraccionador automatizado, con 10 sensores ópticos en la placa móvil que contenga una pantalla grafica a color o según diseño de fabricante con menú intuitivo y de fácil manejo con mensajes en español Solicitamos al comité especial precisar si nuestro entender es el correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que solicita un fraccionador automatizado, con 10 sensores ópticos en la placa móvil que contenga una pantalla grafica a color o según diseño de fabricante con menú intuitivo y de fácil manejo con mensajes en español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC-HRI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON OPTISOL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:49:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se menciona en:
Sección Especifica. Capitulo III REQUERIMIENTO
Página 22
Accesorios:
(04) sillones portátiles plegables.
Página 23

Accesorios complementarios:
03 sillones portátiles plegables con ¿
Al respecto debemos mencionar que la cantidad de sillones portátiles plegables mencionadas en las páginas antes mencionadas difieren en cuanto a las cantidades solicitadas, por lo cual consideramos que existió un error material al consignar la cantidad. Solicitamos se consigne la cantidad adecuada según el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que lo solicitado es 4 sillones portátiles plegables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null