

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20108237148                              | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | Hora de envío :  | 17:42:36   |

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

En la sección: CARACTERÍSTICAS Y/O COMPONENTES DE LOS BIENES A CONTRATAR

- SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS URINARIOS
- SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS
- SISTEMA PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SISTÉMICOS
- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS

Indica: ¿Las tarjetas o paneles no deberán requerir reactivos reveladores de reacción bioquímica.¿

Comunicamos respetuosamente al comité que al indicar que el equipo cuente con un sistema automatizado que no requiera del uso de reactivos reveladores estaría contradiciendo lo indicado en las secciones de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS descrita en la sección 1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR (ÍTEM PAQUETE): ¿Metodología: Colorimétrica y/o Fluorométrica¿. Una metodología basada en la colorimetría requiere obligatoriamente de la adición de reactivos durante y/o al finalizar la prueba para que el equipo pueda interpretar los cambios colorimétricos como un resultado. Finalmente, el manejo adecuado de los reactivos disminuye considerablemente los riesgos biológicos que podrían presentarse en el cambio ESPORÁDICO de los mismos. Por lo que solicitamos respetuosamente se agregue al enunciado: ¿¿no necesitará de reactivos reveladores para la identificación o, en caso la metodología del fabricante lo requiera, la adición de los mismos dependerá completamente del equipo automatizado.¿

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.7      Literal: CAP III      Página: 25

## Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIO QUE RIGE A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace de conocimiento que en el mercado existen sistemas que utilizan la colorimetría como principio en el cual el reactivo revelador ya se encuentra dentro del pocillo o celda del panel o tarjeta. Por otro lado, si bien es cierto la adición de los reactivos reveladores es automatizada, el Mantenimiento del equipo y la eliminación de los paneles que contiene restos de estos, es el operador quien eventualmente deberá realizar el recambio manual de los reactivos que se hayan consumido y también es él quien deberá realizar la eliminación de paneles o tarjetas, exponiéndolo a sustancias que pueden ser corrosivos, tóxicos o inflamables, lo cual pondría en peligro la integridad física del usuario. En este sentido, deberán ceñirse a lo indicado en las Bases.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20108237148                              | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | Hora de envío :  | 17:42:36   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la sección 1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O COMPONENTES DE LOS BIENES A CONTRATAR:  
Indica: ¿Deben tener un mecanismo que minimice la contaminación y garantice la mayor bioseguridad se debe cerrar, sellar o tapar herméticamente, después de la inoculación de la muestra del aislamiento primario.¿  
Solicitamos respetuosamente al comité que, al requerir un mecanismo para reducir la contaminación, se exprese de manera más objetiva y específica, ya que no se ha indicado una metodología concreta para medir la contaminación. Por lo tanto, solicitamos que se presenten documentos respaldados por organismos internacionales, como el MSDS (Material Safety Data Sheets) o fichas de datos de seguridad de materiales. Estos documentos enumeran los ingredientes peligrosos de un producto, sus propiedades físicas y químicas, sus efectos en la salud humana, posibles reacciones adversas con otros productos químicos, así como precauciones de manipulación, entre otros aspectos. En resumen, estos documentos detallan las características y propiedades de una sustancia específica para su uso seguro, con el objetivo principal de proteger la integridad física del operador durante su manipulación y garantizar una mayor bioseguridad. Además hemos de indicar que al presentar el certificado de la FDA y/o CE y/o ISO 13485 de los reactivos solicitados significa que antes de salir a ser comercializados pasaron por todos las evaluaciones de bioseguridad para el usuario final por lo que un sello hermético no sería estrictamente necesario. Por lo anterior expuesto solicitamos respetuosamente se modifique el enunciado: ¿Deben tener un mecanismo que minimice la contaminación y garantice la mayor bioseguridad en caso sea necesario y además se debe cerrar, sellar, tapar herméticamente o contar con un sello de superficie después de la inoculación de la muestra del aislamiento primario.¿

Acápíte de las bases :Sección: Específico

Numeral: 1.7

Literal: CAP III

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIO QUE RIGE A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que deberan tener un mecanismo que minimice la contaminación cruzada y garantice la mayor bioseguridad se debe cerrar, sellar o tapar herméticamente, después de la inoculación de la muestra del aislamiento primario, eso con la finalidad de evitar la expocision a sustancias que pueden ser corrosivos, tóxicos o inflamables, lo cual pondría en peligro la integridad física del usuario.En este sentido, deberan ceñirse a lo indicado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20108237148                              | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | Hora de envío :  | 17:42:36   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la sección VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO en donde se estipula que No se aceptará productos con una vigencia menor a seis (seis) meses así se acompañe con carta de compromiso de canje, se solicita amablemente al área usuaria la posibilidad de entregar una carta de compromiso de canje solo en caso de que alguno de los productos ofertados no cumpla con la vigencia estipulada en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b.- Literal: CAP III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIO QUE RIGE A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, en caso el contratista entregue reactivos con una fecha de expiración menor de 6 meses (pero con una vigencia NO MENOR a 04 meses), este debe estar acompañado con su respectiva Carta de Compromiso de Canje por Vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS URINARIAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con el sistema de identificación y antibiograma para grandes negativas tanto urinaria y sistémicas en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara este producto, teniendo en conocimiento que el sistema de identificación reconoce tanto bacterias sistémicas y urinarias y que el sistema antibiograma no afectara el sistema de identificación sin afectar la cantidad total a entregar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el productor que garantice la identificación de bacterias gram negativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS URINARIAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con antibiograma para Gram negativas tanto urinaria y sistémicas en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara este producto, teniendo en conocimiento que este sistema se puede usar tanto en bacterias sistémicas y urinarias?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente toda vez que el producto ofertado para el antibiograma de bacterias gram negativas urinarios cuenta con antibioticos de uso exclusivo en orina como: nitrofurantoina, ertapenem y norfloxacino, eso como parte del tratamiento a los pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual comparte el sistema de identificación con el sistema antibiograma para Gram positivas en una sola placa

Consulta: ¿el comité especial aceptara este producto, teniendo en conocimiento que el sistema antibiograma no afectara el sistema de identificación sin afectar la cantidad total a entregar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el producto que garantice la identificación de bacterias gram positivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SISTÉMICAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con identificación y antibiograma para grandes negativas tanto urinaria y sistémicas en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara este producto, teniendo en conocimiento que el sistema de identificación reconoce tanto bacterias sistémicas y urinarias y que el sistema antibiograma no afectara el sistema de identificación sin afectar la cantidad total a entregar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el producto que garantice la identificación de bacterias gram negativas sistemicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SISTEMICAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con antibiograma para Gram negativas tanto urinaria y sistémicas en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara este producto, teniendo en conocimiento que este sistema se puede usar tanto en bacterias sistémicas y urinarias?

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: III    Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el producto que garantice el resultado del antibiograma de las bacterias gram negativas sistemicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con sistema de identificación y el antifungigrama para levaduras en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara SE PUEDA PARTICIPAR CON este producto, teniendo en conocimiento que esta presentación no afectara al resultado final ni a la cantidad total a entregar cada ítem? Disminuyendo el tiempo de trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el producto que garantice el resultado de la identificación para levaduras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ANTIFUNGIGRAMA PARA LEVADURAS

Si bien nuestro producto cumple al 100 % las especificaciones técnicas requeridas, nuestra empresa comercializa con una marca, la cual cuenta con sistema de identificación y el antifungigrama para levaduras en una sola placa.

Consulta: ¿el comité especial aceptara SE PUEDA PARTICIPAR CON este producto, teniendo en conocimiento que esta presentación no afectara al resultado final ni a la cantidad total a entregar cada ítem? Disminuyendo el tiempo de trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptará el producto que garantice el resultado del antifungigrama levaduras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA  
SI BIEN EN LAS BASES SE SOLICITAN UNA PRESENTACION DE TARJETAS O PANELES, NUESTRA EMPRESA CUANTA CON UNA PRESENTACION DEN PLACA X 120 POSILLOS

Consulta: ¿el comité especial aceptara SE PUEDA PARTICIPAR ESTA PRESENTACION Y ADICIONAR EL TERMINO PLACAS EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
se acoge la consulta. Se agregará termino "placas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20423555182                    | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | Hora de envío :  | 18:41:18   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes todos los reactivos de microbiología, solicitamos al comite de seleccion que tambien tengan en cosideracion lo siguiente , hemocultivos, pruebas rapidas para deteccion de sangre oculta en heces, colorantes, pruebas para helicobacter pilory en heces, pruebas rapidas para deteccion de rota/adenovirus en heces, colorantes, placas, agaros, los cuales tambien se encuentran dentro de los reactivos de microbiología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se consideran bienes similares a: todos los reactivos de microbiología; por lo tanto deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega para la primera entrega:

Plazo de entrega: Se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios del día siguiente de perfeccionado el contrato para la entrega de equipo y reactivos (Para la primera entrega).

Al respecto, cabe señalar que no se ha computado correctamente el cómputo del plazo de entrega, por ello, a fin de evitar ambigüedades en relación con el plazo de entrega para la primera entrega, solicitamos al Comité de Selección que precise y establezca el plazo de entrega para la primera entrega de la siguiente manera:

Primera entrega: Plazo de treinta (30) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. (Para la entrega del equipo y reactivos).

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A los treinta (30) días calendarios del día siguiente de la notificada la orden de compra, plazo que incluye la entrega de los reactivos, del equipo con su instalación y puesta en funcionamiento (para la primera entrega). A partir de la segunda a la décimo segunda entrega, cinco (05) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el literal h) de la página 20 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

h) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)

Entendemos que se aceptará copia simple del COPIA DE CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO (EN SUS PROPIOS FORMATOS), pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Es oportuno indicar que los documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen, aplicables para DISPOSITIVOS MÉDICOS NORMAS específicas de calidad de reconocimiento internacional.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se hace de conocimiento que es correcta su apreciación y con la finalidad de no limitar la participación de postores también se aceptará certificado de análisis y/o protocolo de análisis (copia simple) de acuerdo con el formato de cada fabricante, con la informacion que estos aclaren en el mismo, incluyendo los emitidos electronicamente o con firma electronica. siempre y cuando sea auorizado por DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el extremo para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se indica que se consideran como bienes similares a los siguientes: Todos los reactivos de microbiología.

Al respecto, a fin de que quede claro el presente extremo de las Bases, solicitamos que se aclare que se consideran como bienes similares LA VENTA DE REACTIVOS E INSUMOS DE MICROBIOLOGIA.  
(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 40 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se consideran bienes similares a: todos los reactivos de microbiología; por lo tanto deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: Los necesarios que se necesitan para realizar la prueba: CPU, monitor, impresora, mouse, lector de códigos de barras...¿

Al respecto, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que, al ser solo un equipo, se requerirá solo 1 sistema de cómputo (pantalla y CPU), 1 impresora, 1 mouse y 1 lector de códigos de barras.

Esto con la finalidad de especificar todos los accesorios que se van a requerir para dar cobertura la necesidad del área.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los accesorios del equipo que se solicitan, son los necesarios para un correcto funcionamiento que permitan la realización completa de la prueba siendo estos utilizados durante el tiempo que dure el contrato y en caso de presentar fallas deben ser cambiados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: Los necesarios que se necesitan para realizar la prueba: ¿ ¿ dispensador, diluyentes...¿

Al respecto, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que, los dispensadores y diluyentes se entregarán siempre y cuando lo indique la metodología que se oferta.

Solicitamos ello, a fin de no limitar la participación de marcas y postores en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Todos los consumibles y accesorios deberán ser entregados en forma periódica en cantidad suficiente; de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las pruebas por el periodo del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ITEMS 1, 2, 3,4, 5 6,7,8,9,10

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PRESENTACIÓN: Deben estar empacadas y selladas individuales o en combo, estas deberán contar con código de barras en cada una.

Solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que, cuando se indica una presentación en combo, quiere decir que la identificación y antibiograma pueden estar en una misma tarjeta o panel, siempre y cuando se cumpla con entregar la totalidad de pruebas solicitadas según cronograma.

(ver pagina 25, 26, 27 y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la presentación en combo tendra la identificación y antibiograma, siendo entregados según la descripción del ítem requerido y las cantidades señaladas en el cronograma de entregas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:  
ITEMS 1, 2, 3,4, 5 6,7,8,9,10

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PRESENTACIÓN: incluye fecha de expiración y numero de lote en cada panel o tarjeta.

Al respecto solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que el panel o tarjeta deberá incluir la fecha de expiración en el empaque primario a fin de que el usuario verifique la vigencia antes de su uso.

(ver paginas 25, 26, 27 y 28)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la fecha de expiración y lote debe estar indicado en cada empaque de acuerdo a la presentación de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ITEM 4. ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS:

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PARA EL ANTIBIOGRAMA: ¿la cantidad de antimicrobianos varía según inserto de cada modelo y deberá contar con 3 concentraciones como mínimo por cada antibiótico¿

En referencia a ello, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que para este bien EXCEPCIONALMENTE se aceptará una (01) concentración para aquellos antibióticos que son de alta carga (GENTAMICINA Y ESTREPTOMOCINA) considerando su misma naturaleza y función.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, En caso de presentar algún antibiótico con menos de tres concentraciones, se podrá sustentar con documentos técnicos indistintamente de su denominación, validados por el fabricante o por su filial o sucursal o distribuidor; estos documentos deberán ser acreditados durante la primera entrega de los suministros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM 8. ANTIFUNGIGRAMA PARA LEVADURAS

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PRESENTACIÓN: ¿CAJA X 20 O 25 PANELES O TARJETAS¿

Al respecto, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria aceptar que dicho el bien este dispuesto en CAJA X 10 O 20 O 25 Paneles o tarjetas o Microplacas, ya que la presentación dependerá de lo dispuesto por cada fabricante, lo cual no afecta la finalidad para lo cual es adquirido el presente bien.

Solicitamos ello, a fin de no limitar la participación de marcas y postores en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta la presentación de los paneles , tarjetas o placas o microplacas podrá ser en caja por 10 ó 20 ó 25 sin afectar esto la cantidad total

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ITEM 8. ANTIFUNGIGRAMA PARA LEVADURAS

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PARA EL ANTIFUNGIGRAMA: ¿Antifungigrama automatizado (opcional)¿

En referencia a lo señalado, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que se aceptará un producto de uso AUTOMATIZADO O MANUAL.

Asimismo, solicitamos que la presentación sea en: panel, tarjeta o microplacas, dado que el diseño de estos corresponderá a la metodología que el fabricante haya desarrollado para la prueba.

Solicitamos ello, a fin de no limitar la participación de marcas y postores en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el ítem de antifungigrama podrá ser automatizado o manual. De acuerdo a la presentación de cada fabricante. Se agregará la presentación "en microplacas" para dicho ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM 8. ANTIFUNGIGRAMA PARA LEVADURAS

1.7 CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR.

SOLICITAN: PARA EL ANTIFUNGIGRAMA: ¿Deben contar con código de barras en cada una¿

En referencia a lo señalado, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria que sea OPCIONAL el código de barras en cada microplaca cuando se oferte una metodología MANUAL, dado que por la naturaleza de esta prueba no requiere la intervención de equipos para su procesamiento y teniendo en cuenta que ello no afecta la finalidad para lo cual es adquirido el presente bien.

Solicitamos ello, a fin de no limitar la participación de marcas y postores en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Deberán contar con código de barras en cada una (Opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-HLEV-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SISTEMA DE IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS AUTOMATIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO COMO DATA

|                         |                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501887286                | Fecha de envío : | 03/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío :  | 19:08:59   |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el literal b. FECHA DE VENCIMIENTO, SOLICITAN: VIGENCIA NO MENOR DE 09 MESES. No se aceptará vigencia menor de 06 meses así se acompañe de carta de compromiso de canje.

En referencia a ello, debemos indicar que en el mercado nacional existen productos que, por su naturaleza física, química y biológica, sumado al control de calidad previo a la distribución, los tiempos de importación y demás tramites que acortan su vigencia, se distribuyen a nivel nacional con expiración aprox. de 4-6 meses aprox.

Por tanto, solicitamos gentilmente al comité en coordinación con el área usuaria que la Vigencia mínima sea de 09 meses, aceptándose hasta 04 meses de vigencia al momento del ingreso al almacén de la institución siempre y cuando esté acompañada de carta de canje por vencimiento, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia) y considerando que las proyecciones de compra deben ser reales al consumo promedio de la entidad, el cual se ha colocado en cronograma mensual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, en caso el contratista entregue reactivos con una fecha de expiración menor de 6 meses (pero con una vigencia NO MENOR a 04 meses), este debe estar acompañado con su respectiva Carta de Compromiso de Canje por Vencimiento "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null