

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15.02.23
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y BIOQUIMICA
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	12
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">NO APLICA</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">NO APLICA</div>

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0048-2023-DF-AE-HNDM	Fecha de recepción	20.01.23		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	01.02.23	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDO N°212-EQ-PGR-OL-2023-HNDM	25.01.23			

A

CONSULTA POSTOR DIAGNOSTICA PERUANA SAC.: En el estudio de mercado solicitan lo siguiente: lectura de plaquetas por impedancia y fluorescencia. Entendemos que el area usuaria desea que las plaquetas sean leídas en simultaneo por dos metodologías en este caso impedancia y fluorescencia. Al respecto el analizador que ofertamos realiza una combinacion de tecnologías que permiten hasta tres mediciones en simultane, permitiendo que su lectura tenga un desempeño incluso superior a la lectura de plaquetas por fluorescencia y/o optica. Por lo expuesto solicitamos se acepte tambien lectura de plaquetas por impedancia digitalizada y por triplicado con flujo de barrido.

CONSULTA POSTOR PRODUCTOS ROCHE SA: En las especificaciones técnicas en Condiciones de los equipo en cesion de uso; los equipos entregados en cesion de uso por el proveedor deben ser no repotenciados y contar con una antigüedad de fabricacion no mayor a 2 años, con certificación del fabricante.

CONSULTA POSTOR SIMED PERU SA: En las especificaciones técnicas en Control Interlaboratorial, se consulta tener a bien considerar un reporte de control interlaboratorial donde se evidencien todos los parametros solicitado. Adicionalmente se debe tener en cuenta que los reportes son de caracter confidencial por ser datos pertenecientes a una entidad, en ese sentido, no se debería hacer publico el nombre de la entidad a la que pertenece el reporte.

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDO N°0182-2023-DF-AE-HNDM	01.02.23			

RESPUESTA AL POSTOR DIAGNOSTICA PERUANA SAC.: El area usuaria acepta la consulta a fin de promover la pluralidad de postores, por lo que se solicitara en Características: lectura de plaquetas por impedancia y otra metodologia alternativa. Asimismo, en Metodología, lectura de plaquetas por impedancia y otra metodologia alternativa.

RESPUESTA AL POSTOR PRODUCTOS ROCHE SA: El area usuaria no acepta su consulta, se aclara que los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas son los requerimientos mínimos solicitados en funcion a la necesidad de la entidad.

RESPUESTA AL POSTOR SIMED PERU SA: El area usuaria no acepta la propuesta, bastara con la presentacion del Anexo N°3 Declaracion Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.01.23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.02.23
---	----------	--	----------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
DIAGNOSTICA PERUANA SAC, PRODUCTOS ROCHE SA			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
BECKMAN COULTER - SYSMEX			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA			

4	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>Lic. Adm. HARRY R. COSTA PORTOCARRERO</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>MANUEL EUGENIO CARRERO GAMBOA</p> <p>Equipo de Programación Oficina de Logística</p>
---	--	--