

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20509997340

Fecha de envío : 13/07/2023

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Hora de envío : 11:54:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL

GENERALES

A16 CINELOOP MAYOR A 6,000 FRAMES, LOOP REVIEW (MODO M): 8,000 LINEAL O MÁS

OBSERVAMOS QUE ESTAN SOLICITANDO 8 000 LINEAS (EN MODO M) PARA REVIEW SIN EMBARGO ESTO VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE Y MODELO DE EQUIPO, EL GUARDADO DE IMÁGENES NO ES RELEVANTE PARA LA VELOCIDAD NI CALIDAD DE TRABAJO DEL EQUIPO. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR:

A16 CINELOOP MAYOR A 6,000 FRAMES, LOOP REVIEW (MODO M): 181 SEGUNDOS O 8,000 LINEAL O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1

Literal: A16

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16 CINELOOP MAYOR A 6,000 FRAMES, LOOP REVIEW (MODO M): 90s SEGUNDOS A MAS O 8,000 LINEAL A MÁS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL TRANSDUCTORES
B03 UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL MULTIFRECIENCIAL DE 3.0 A 16 MHZ O RANGO MÁS AMPLIO NO MENOR A 25.2MM

OBSERVAMOS QUE REQUIEREN DE UN TRANSDUCTOR LINEAL CON FRECUENCIA DE 3.0 A 16 MHZ, SIN EMBARGO ESTO SERÁ VARIABLE DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, EN NUESTRO EQUIPO LA FRECUENCIA ES DESDE 3.7 A 13.0 MHZ CON ACTIVACIÓN DE ARMÓNICA TISULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y NITIDEZ DE LA IMAGEN. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR:

B03 UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL MULTIFRECIENCIAL DE 4 A 13MHZ O RANGO MÁS AMPLIO NO MENOR A 25.2MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: B03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al area usuaria y se vio por conveniente no modificar la EETT B03. No se acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL MODOS DE IMAGEN

C10 ONDA CONTINUA DOPPLER

LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CUENTAN CON EQUIPOS DIRECCIONADOS A LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE EXISTEN, OBSERVAMOS QUE SOLICITAN UN SOFTWARE CARDIACO DEDICADOS PARA ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, QUE NO ES LA FINALIDAD DE USO DEL EQUIPO. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA NO ENCARECER EL PRODUCTO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR:

C10 ONDA CONTINUA DOPPLER (OPCIONAL)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** C10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al area usuaria y se vio por conveniente no modificar la EETT C10. No se acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
ECOGRAFO ULTRANOSIDO PORTATIL
ENERGIA
PERIFERICOS

REQUERIMIENTO DE
F03 POTENCIA MAX. 130 VA CON

LO EQUIPOS PORTÁTILES TIENEN DIFERENTES CONSUMOS DE POTENCIA, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE SIENDO ESTOS EN TODOS LOS CASOS MENORES A 500 VA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ELIMINE O EN SU DEFECTO CONSIDERAR VALORES MÁS ALTOS COMO 400 VA. MÁS AUN TENIENDO EN CUENTA, SI EN LA ESPECIFICACIÓN E02 SE SOLICITA UN UPS DE POTENCIA MÍNIMA DE 2KVA, LO CUAL ES SOBREDIMENSIONADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** F03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria acepta parcialmente su consulta quedando reformulada de la siguiente manera para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
F03 POTENCIA MAX. 500 VA CON PERIFERICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL
ACCESORIOS

H04 UN (01) UN COCHE RODABLE DE LA MISMA MARCA QUE EL ECOGRAFO (NO ADAPTADO), CON SISTEMA DE ALTURA, REGULABLE, PORTA TRANSDUCTORES A AMBOS LADOS, INTERRUPTOR DE PIE DE PEDAL PARA FIJAR EL EQUIPO Y CON CAPACIDAD PARA ALOJAR IMPRESORA TERMICA

LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DISEÑAN SUS ECÓGRAFOS CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS COMO POR EJEMPLO EL DISEÑO DE SUS TRANSDUCTORES, LA ERGONOMÍA, LOS TIPOS DE SOFTWARE QUE VARÍAN DE MODELO A MODELO. EN NUESTRO EQUIPO CONTAMOS CON UNA ALTURA FIJA DEL COCHE DE FABRICA CON FRENOS PARA FIJAR EL EQUIPO. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR:

H04 UN (01) UN COCHE RODABLE DE LA MISMA MARCA QUE EL ECOGRAFO (NO ADAPTADO), CON SISTEMA DE ALTURA REGULABLE O FIJA, PORTA TRANSDUCTORES A AMBOS LADOS, INTERRUPTOR DE PIE DE PEDAL O

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: H04 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al area usuaria y se vio por conveniente no modificar la EETT H04. No se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL
ACCESORIOS
D02 PROGRAMA DE CÁLCULO Y REPORTE OBSTETRICO COMPLETO CON CURVAS DE CRECIMIENTO

LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE ECOGRAFOS OFRECEN SOFTWARES QUE PERMITEN LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DE ECOGRAFÍA, AUTOMATIZA EL FLUJO DE TRABAJO CLÍNICO EN LOS PROTOCOLOS DE EXAMEN MÁS FRECUENTES DE FORMA LÓGICA Y "PASO A PASO". TAMBIÉN EVITA QUE SE OMITAN PARTES IMPORTANTES DE LOS EXÁMENES Y DISMINUYE LOS TIEMPOS DE REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES. POR LO ANTES EXPUESTO SOLICITAMOS CONSIDERAR DENTRO DE LAS EETT LO SIGUIENTE:

D02 PROGRAMA DE CÁLCULO Y REPORTE OBSTETRICO COMPLETO CON CURVAS DE CRECIMIENTO Y CON AUTOMATIZACION DEL FLUJO DE TRABAJO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: D02 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al area usuaria y se vio por conveniente no modificar la EETT D02. No se acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ECOGRAFO ULTRASONIDO PORTATIL MODOS DE IMAGEN

C03 3D/4D

LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE ECOGRAFOS OFRECEN SOFTWARES QUE PERMITEN TRABAJAR IMÁGENES EN VOLUMETRIA CON EL TRANSDUCTOR CONVEXO Y ENDOCAVITARIO PARA UNA MEJOR EVALUACION. POR LO ANTES EXPUESTO Y PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR DENTRO DE LAS EETT LO SIGUIENTE:

C03 3D/4D CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES EN 3D ESTATICO EN TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** C03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al area usuaria y se vio por conveniente no modificar la EETT C03. No se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO PÓRTATIL PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO BAJO DEL AMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	11:54:20

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En Experiencia del Personal Clave solicitan que el personal tenga experiencia en mantenimiento de equipos de laboratorio en general, lo cual es incogruente con el equipo que se esta adquiriendo, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección realizar la correccion respectiva precisando que el personal debe tener obligatoriamente experiencia en mantenimiento de ecografos

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria acepta parcialmente su consulta quedando reformulada de la siguiente manera para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero electronico, Ingeniero Biomedico, tecnico electronico industrial y/o tecnico especializado y/o otros profecionales con experiencia minima de (02) años en instalación y reparación y/o mantenimiento de equipos medicos y biomedicos.