

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:28:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que las entregas se den en 45 días.

CONSULTA , solicitamos al comite que para el ítem, la entrega pueda ser de 60 días , ya que es equipo de importacion año 2024 Y en estas fechas del ultimo bimestre del año, la importacion se retrasa mucho por cierre de año. Solicitamos al comite pueda considerar nuestro pedido para una mejor disposicion, participacion en el proceso, cumplimiento en la entrega y pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Considerando la necesidad de cumplimiento de metas y de los procesos de la administración pública actual, se deberá cumplir con los plazos estipulados en el requerimiento inicial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:28:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA REFRIGERADA, SE INDICA ROTORES DE TIPOS DIFERENTES Y ADAPTADORES DIFERENTES. HAY UNA INCONGRUENCIA ENTRE VOLUMEN DE 750 ML POR ROTOR Y RANGO VOLUMETRICO DE 3000 ML.

SE SOLICITA AL COMITÉ ACLARAR LOS DETALLES, PORQUE SOLICITAN ADAPTADORES DE 15ML PARA 56 TUBOS, ADAPTADORES DE 50ML PARA 28 TUBOS QUE ES EQUIVALENTE A 840 ML Y 1400ML.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la centrifuga como tal deberá aceptar un volumen mínimo de 3,000ml. El rango de 750 ml se refiere a la capacidad de los tubos o frascos que los rotores puedan aceptar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:28:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CENTRIFUGA REFRIGERADA, INDICA 8 TAPONES PARA CESTILLOS CON PROTECCION ANTIAEROSOLES, SE SOLICITA AL COMITÉ ACLARAR LOS DETALLES, YA QUE ESTE CRITERIO DE TAPONES PARA CESTILLOS ANTIAEROSOLES, ESTARIA DIRIGIDO A UNA MARCA, PORQUE DEBERIA SER TAPA DE CESTILLOS PARA BIOCONTENSION.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los tapones para los cestillos serán de acuerdo a las características de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

08 Tapones para cestillos con protección anti aerosoles o de acuerdo a la nominación de cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: Dimensión externa: 600*575*370 mm

Establecer valores exactos respecto a las dimensiones del equipo induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y sus dimensiones externas varíe mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serían significativas, además que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a sus estándares internacionales de calidad. Solicitamos amablemente al comité aceptar: "Dimensión externa aproximadas: 600*575*370 mm"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 20**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerará como dimensión externa aproximada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensión externa aproximada: 600*575*370mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: NO/GW: 84 kg/105 kg

Establecer valores exactos respecto al peso del equipo induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su peso varié mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serían significativas, además que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a sus estándares internacionales de calidad. Solicitamos amablemente al comité aceptar: "NO/GW: 84 kg/105 kg aproximados"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerará un peso aproximado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ NO/GW: 84KG/105KG aproximados

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: Max FCR con rotor basculante | 4.500xg o mejor

Entendemos que la entidad requiere adquirir un equipo de alta tecnología y con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores para equipos que cumplen con todas las Especificaciones técnicas solicitamos amablemente al comité aceptar:

Max FCR con rotor basculante - 3700xg o mejor.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, regirse a lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: Max Capacidad del rotor | 4 x 750 mL/4 x 4 MTP

Entendemos que la entidad requiere adquirir un equipo de alta tecnología y con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores para equipos que cumplen con todas las Especificaciones técnicas solicitamos amablemente al comité aceptar:

Max Capacidad del rotor | 4 x 750 mL / 4 x 2 MTP o mejor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de promover la mayor pluralidad de postores, se solicitará Max Capacidad del rotor | 4 x 750 mL / 4 x 2 MTP o mejor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Max Capacidad del rotor | 4 x 750 mL / 4 x 2 MTP o mejor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: Incrementos aceleración y frenado | 10/10 s

Entendemos que la entidad requiere adquirir un equipo de alta tecnología y con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores para equipos que cumplen con todas las Especificaciones técnicas solicitamos amablemente al comité aceptar:

Incrementos aceleración y frenado | 15/15 s.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aceptará incrementos aceleración y frenado 10/10s y/o 15/15s y/o características superiores a las solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Incrementos aceleración y frenado 10/10s y/o 15/15s y/o características superiores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Número de Programas 35 definidos por el usuario

Establecer valores exactos respecto al número de programas definidos por el usuario del equipo induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y el número de programas varíe mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serían significativas, además que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a sus estándares internacionales de calidad. Número de Programas 20 como mínimo definidos por el usuario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el numero se aceptará el numero de programas 20 como mínimo definido por el usuario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Número de programas: mínimo 20 definidos por el usuario

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: Nivel de ruido < 56 dB(A)

Entendemos que la entidad requiere adquirir un equipo de alta tecnología y con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores para equipos que cumplen con todas las Especificaciones técnicas solicitamos amablemente al comité aceptar:

Nivel de ruido < 59 dB(A)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de tener la mayor participación de postores, se acepta nivel de ruido <59db(a)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Nivel de ruido: <59dB(A)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: Max consumo de energía | 1650 W

Establecer valores exactos respecto al consumo del equipo induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su consumo varíe mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serían significativas, además que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a sus estándares internacionales de calidad. Max consumo de energía aproximado 1650 W.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de tener una mayor participación de postores se solicitara como max consumo de energía: 1650W aproximado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Max consumo de energía: 1650W aproximado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Peso 5220 g

Establecer valores exactos respecto al peso del equipo induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su peso varíe mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serían significativas, además que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a sus estándares internacionales de calidad. Solicitamos amablemente al comité aceptar: ¿Peso aproximado 5220 g ¿

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, a fin de promover la mayor pluralidad de postores, se solicitará un peso aproximado de 5220g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Peso aproximado: 5220g

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura : AS-SM-8-2024-DSRSLCC-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Centrifuga Refrigerada para uso en el área de tuberculosis de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Tubos cónicos

Solicitamos amablemente al comité nos aclare la característica solicitada. Debido a que no se menciona, medida ni cantidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se solicitan 500 tubos cónicos de 15ml y 500 tubos cónicos de 50ml¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ 500 tubos cónicos de 15ml y 500 tubos cónicos de 50ml¿