

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/04/2025

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 16:54:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Capítulo II, NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE OFERTAS, SUB NUMERAL 2.2.1.1. Documentación para la admisión de la oferta, literal d ¿ página 17

En el literal mencionado, si bien se solicita que se brinde una declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en las bases, no se precisa que características deben de ser sustentadas para la corroboración en la evaluación de las ofertas de información relevante por parte del comité técnico. En ese sentido, se solicita al comité especifique que las siguientes características:

REACTIVOS: presentación, metodología, muestra biológica; sea sustentada con insertos, y solo en casos en donde la información de interés no esté indicada, con carta de fabricante y/o fabricante legal.

EQUIPO EN CESIÓN EN USO: metodología, performance; sea sustentada con brochures y folleterías.

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que se deberá acreditar lo siguiente con folletería, brochure, catálogos y/o carta emitida por el fabricante o dueño de la marca: - Reactivos: Presentación, Metodología y Muestra biológica. - Equipo: Tipo, Metodología, Performance, Características, Muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO ¿ página 21 AL 24

Para cada uno de los 7 ítems solicitados en la presente convocatoria, el sub ítem PRESENTACIÓN se detalla tiempo de expiración no menor a 18 meses. Considerando que los productos que cumplen las especificaciones y fines para tamizaje serológico solicitados en las bases son de naturaleza biológica, las fechas de expira no son igual de extensas que las que tienen bienes de material inerte. En ese sentido, se solicita amablemente al comité técnico pueda aceptar como tiempo de expiración no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con al adjunto de carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge parcialmente su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, ÍTEM REACTIVO PARA HIV Ag/Ac ¿ página 23

Teniendo presente que el patrón AFSSAPS o Pasteur no son los únicos, si no que la OMS cuenta con uno que es el patrón internacional código del NIBSC: 90/636, se solicita al comité técnico pueda aceptar como límite de detección para el antígeno p24 un límite menor de 0.8 IU/mL en base al patrón internacional de la OMS, considerando, además, que la sensibilidad del ensayo sea del 100%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 28 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, ÍTEM REACTIVO HBsAg (Ag. SUPERFICIE HEPATITIS B) ¿ página 23

En METODOLOGÍA, se brinda el enunciado ¿altamente específicos y alta sensibilidad¿, sin embargo, esta no se detalla de manera porcentual. Dicho ello, consultamos al comité de

selección si esta premisa hace referencia a una sensibilidad del 100% y una especificidad no menor del 99.9%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que el requerimiento solicitado por el área usuaria para la Metodología es que sean altamente específicos y alta sensibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, ÍTEM CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ¿ página 24

En el enunciado se detalla: ¿grupo par mínimo de 30 participantes¿. Respecto a ello se consulta amablemente al comité técnico si grupo par hace referencia a aquel grupo conformado por participantes con misma metodología y marca de reactivo ofertado, ó, misma metodología y marca de equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que se aceptará Controles de Calidad Externo que cuenten con grupo par para los 7 marcadores en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, ÍTEM CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ¿ página 24

En el enunciado se detalla: ¿grupo par mínimo de 30 participantes¿. Referente a este, si bien las guías internacionales como IUPAC o ISO 13528, que desarrollan estudios sobre robustez estadística de comparaciones interlaboratoriales, establecen un número ideal de 30, también es preciso mencionar que el mínimo aceptable es 20. Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se consulta amablemente al comité técnico si el mínimo de grupo par sea de 20 participantes, y que este sea acreditado en la etapa de presentación de oferta con informes del control externo a brindar de no mayor de 4 meses de antigüedad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que se aceptará Controles de Calidad Externo que cuenten con grupo par para los 7 marcadores en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, ÍTEM VIGENCIA ¿, página 24

Se detalla tiempo de vigencia mínimo 18 meses. Considerando que los productos que cumplen las especificaciones y fines para tamizaje serológico solicitados en las bases son de naturaleza biológica, las fechas de expira no son igual de extensas que las que tiene bienes de material inerte. En ese sentido, se solicita amablemente al comité técnico pueda aceptar como tiempo de expiración no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con al adjunto de carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:54:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Capítulo III REQUERIMIENTO, NUMERAL 9 REQUISITOS DEL PROVEEDOR ¿ página 26

En este párrafo se solicita REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE. Nuestra apreciación es que esta documentación es aplicable solo para los bienes objeto de la presente convocatoria. Se consulta al comité de selección confirme si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria se aclara que el Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente es para los 7 reactivos solicitados en el presente requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/04/2025

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 16:54:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, LITERAL B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En la mencionada sección se indica un monto facturado y como bienes similares: Insumos y reactivos. Teniendo presente que el Banco de Sangre es un área especializada y crítica dentro del sistema hospitalario, y que amerita una atención oportuna y eficiente por parte del proveedor, se solicita al comité precise que en bienes similares sea Insumos y reactivos relacionados al BANCO DE SANGRE.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: b

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, so se acoge su consulta, se consideran bienes similares a Insumos y reactivos de laboratorio con equipo en cesión en uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con reactivos, controles y calibradores líquidos y listos para usar, entendiendo que cada fabricante cuenta con su propia metodología de trabajo y presentación, solicitamos amablemente al comité aceptar también que uno de los componentes del reactivo pueda ser liofilizado sin que ello afecte la precisión y confiabilidad del resultado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consuta, se aceptará que uno de los componentes del reactivo para Hepatitis C pueda ser liofilizado sin que ello afecte la precisión y confiabilidad del resultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para HTLV I-II con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para HTLV I-II con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o antígenos recombinantes y/o péptidos sintéticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Enfermedad de Chagas con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas que contenga antígenos recombinantes de última generación, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes de última generación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes de última generación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Enfermedad de Chagas con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con Controles Dependientes individuales para HIV 1, HIV 2, Ag p24 y control negativo, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología y con ello la fabricación de sus propios controles de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, los cuales son corroborables en los diversos estudios demostrados en sus propios insertos, consultamos amablemente al comité acepte los controles internos para VIH Ag/Ac de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que los controles internos para VIH Ag/Ac sean de acuerdo a lo establecido por cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigenciaJ20a se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH Ag/Ac con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 20 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas que contengan antígenos recombinantes y/o péptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo O y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 28 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, Se acoge su consulta, se aceptará también que los controles internos para VIH Ag/Ac sean de acuerdo a lo establecido por cada fabricante.J20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Anti-HBc con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Anti-HBc con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas no competitiva con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado con el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo HBsAg con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo HBsAg con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con anticuerpos monoclonales altamente específicos y alta sensibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo Sífilis con un Tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menos a 18 meses, solicitamos amablemente al comité pueda aceptar también un Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega caso contrario presentar su carta de compromiso de canje por tiempo de vigencia igual o menor a 6 meses teniendo en cuenta los tiempos de vigencia de acuerdo a la naturaleza del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge parcialmente su consulta, se aceptará un tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, y en caso de menor vigencia se adjuntará carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo Sífilis con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también micropartículas y/o partículas magnéticas con antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

Consultamos amablemente al comité si todos los reactivos deben ser validados con población de donantes de sangre cuyos resultados figuren en los insertos dado el nivel de seguridad y confiabilidad que se requiere para este tipo de pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación todos los reactivos deben ser validados con población de donantes de sangre avalados en los insertos de cada reactivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 23

Dentro de los Accesorios de los 7 reactivos solicitan que el equipo automatizado cuente con 135 muestras a más para cada marcador serológico, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan Control de Calidad Externo de frecuencia mensual con un grupo par mínimo de 30 participantes en la evaluación cualitativa para los 7 marcadores del equipo ofertado, el cual deberá ser acreditado a través de informes de no mayor de 4 meses de antigüedad, al respecto mencionamos que en el mercado actual existen múltiples ofertas de controles de calidad externo de alto performance con sus diferentes características en beneficio del paciente, por lo cual consultamos amablemente al comité acepte Controles de Calidad Externo que cuente con grupo par para los 7 marcadores del equipo ofertado y se acredite con la folletería respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que se aceptará Controles de Calidad Externo que cuenten con grupo par para los 7 marcadores en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un performance de 200 o más pruebas por hora, al respecto según el requerimiento de las presentes bases se calcula un aproximado diario de 166 pruebas por lo que un equipo con un performance de 180 pruebas por hora cumpliría en exceso el requerimiento solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también un performance de 180 o más pruebas por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también un equipo con un performance de 180 o más pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo, al respecto mencionamos que existen metodologías que si bien tienen un tiempo un poco mayor a 40 minutos para el resultado después de ingresada al equipo cuentan con un menor tiempo de preparación del reactivo fuera del equipo lo cual contabilizado en tiempo total sería mucho menor a lo solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan el siguiente Tipo de equipo: Analizador de Quimioluminiscencia de acceso continuo completamente automatizado, entendemos que el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 135 muestras a más, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 120 muestras a más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 25

Consultamos amablemente al comité si el Analizador automatizado de Quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que el Analizador automatizado de Quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con Lectores de códigos de barras para los reactivos y tubos primarios, al respecto mencionamos que para lograr un procesamiento completo de las muestras se utilizan también los controles internos entendemos que los frascos de estos controles también deben contar con códigos de barras desde fábrica, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, es correcta su apreciación los frascos de los controles internos también deben contar con códigos de barras desde fábrica y no se deben colocar manualmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller, con certificado de capacitación no menor de 02 años, para tal efecto se acreditará con la copia de la capacitación y entrenamiento según corresponda, al respecto mencionamos que una de las obligaciones del postor ganador es garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas, por ello consultamos amablemente al comité acepte también que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller que garantice el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas y que se acredite con una declaración jurada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que bastará acreditar con una declaración jurada el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 26

Dentro del requerimiento solicitan para el Analizador automatizado una Antigüedad no mayor de 04 años, consultamos amablemente al comité solicite que la Antigüedad del equipo sea no mayor de 01 año y se acredite con el Certificado de Manufactura del equipo garantizando así una menor prevalencia de mantenimientos correctivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta la Antigüedad del equipo deberá ser no mayor de 01 año y se acreditará con Certificado de Manufactura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 21

Consultamos amablemente al comité pueda establecer el Cronograma de entregas teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el consumo del laboratorio bimensual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, no acoge la consulta, ceñirse a las especificaciones técnicas en una sola entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:26:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

1. Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 15

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra y a su vez esclarecer los plazos para las siguientes entregas de acuerdo al cronograma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, Se acoge parcialmente su consulta, el plazo de entrega será de 25 días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null