

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:32:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité pueda establecer el Cronograma de entregas teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el consumo del laboratorio bimensual o trimestral.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN A LOS DIFERENTES POSTORES QUE DEBEN CEÑIRSE A LAS BASES, CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:32:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 10 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o la notificación de la orden de compra, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra y a su vez esclarecer los plazos para las siguientes entregas de acuerdo al cronograma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN A LOS DIFERENTES POSTORES QUE DEBEN CEÑIRSE A LAS BASES, CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-14-2025-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:32:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Equipo modular para inmunohematología en microcolumna gel el cual utilizará las distintas tarjetas para su procesamiento, entendemos que estas tarjetas pasarán por un proceso de transporte del proveedor al almacén del hospital y posteriormente al Banco de Sangre donde finalmente serán utilizadas, existe la posibilidad que en este recorrido el gel de las tarjetas sufra determinados movimientos que alteren la posición inicial del gel dentro de la columna de cada tarjeta, es por ello la necesidad de una precentrifugación previa de las tarjetas antes de que inicie el procesamiento. Consultamos amablemente al comité si el Analizador deberá contar con la opción de Precentrifugación automatizada de las tarjetas para un procesamiento y lectura eficaz del resultado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE SI EL POSTOR CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES SE SOBREENTINDE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO Y SI TIENE TIENE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES MUCHO MEJOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null