

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:01:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Lo expuesto en el acápite de ANTECEDENTE evidencia de forma razonable que el requerimiento ha sido elaborado para favorecer al proveedor que tiene instalados sus equipos en el hospital desde años anteriores; toda vez, que expresamente se señala: "Los Dispositivos médicos solicitados son para los pacientes (¿) que se viene utilizando desde años anteriores en el área de hospitalización (...)". Esto hace presumir de manera razonable que las especificaciones técnicas se han elaborado teniendo como única referencia a los dispositivos médicos instalados en el hospital desde años anteriores. Lo cual limita la participación de otros postores con equipos de mejor tecnología, conforme lo permite la normativa de contrataciones del estado. En ese sentido, solicitamos se reformule el ANTECEDENTE y las especificaciones técnicas a fin de permitir la participación de mayor número de postores en igualdad de condiciones y evitar la futura nulidad del proceso en etapas posteriores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación debido a que se trabaja con neonatos extremadamente prematuros, y es indispensables contar con equipos con mayor confiabilidad en la infusión de volúmenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:01:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica como característica del equipo para bomba de infusión con volutrol, que el dispositivo de entrada de aire posea un filtro que impida la entrada de gérmenes y bacterias (0.8 micras), solicitamos que se acepte también filtro de 0.3 micras, que constituye un diámetro que técnicamente ha sido demostrado que igualmente puede eliminar una sustancia extraña.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria ACOGE la observación como opcional. Filtro desde 0.3 micras hasta 3 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Filtro desde 0.3 micras hasta 3 micras.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código : 20381450377	Fecha de envío : 12/07/2024
Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío : 17:01:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica como característica del equipo para bomba de infusión con volutrol, con camara de goteo flexible, transparente que permita la observacion continua del goteo seguida de un cassette. Solicitamos que este extremo se considere como opcional. Lo cual no incide en la eficiencia o rendimiento del equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación, debido a que el insumo demuestra mayor eficiencia en infusiones continuas de bajos flujos y de bajos volúmenes; lo cual es vital en el cuidado del neonato prematuro extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:01:29

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases indica como característica del equipo para bomba de infusión con volutrol, con tornillo regulador de flujo disminuye los riesgos libre, con camara atrapa burbujas y puerto secundario, con conector sin aguja, solicitamos que este extremo se considere como opcional. Lo cual no incide en la eficiencia o rendimiento del equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación, debido a que las características mencionadas influyen en la seguridad de la administración de la terapia intra venosa; así como a mantener el sistema cerrado durante todo el tratamiento y así evitar microbolos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código : 20381450377	Fecha de envío : 12/07/2024
Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío : 17:01:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases indica como característica de la Bomba de infusion, de dos canales de infusion simultanea o alterna. Solicitamos se consideren bombas infusion de un solo canal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** N.A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación. Dado que las bombas de infusión de 2 canales permiten controlar mecánicamente la exactitud de los volúmenes programados en ambos canales; así mismo por su propia condición crítica de los neonatos prematuros extremos necesitan múltiples infusiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código : 20381450377	Fecha de envío : 12/07/2024
Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío : 17:01:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases indica como característica de la Bomba de infusión, manejo inteligente de aire, con opción de retro-purgado sin desconectar al paciente. Solicitamos que este extremo se considere como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3 **Literal:** N.A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación, ya que permite garantizar el manejo del sistema cerrado durante la terapia intra venosa para prevenir complicaciones asociadas como infecciones del torrente sanguíneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código : 20381450377	Fecha de envío : 12/07/2024
Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío : 17:01:29

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases indica como característica de la Bomba de infusión, con cámara de goteo, con punzón penetrante que va unido a una cámara de goteo seguido de un cassette, con dispositivo de entrada de aire con filtro de 3 micras. Solicitamos que este extremo se considere como opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: N.A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria ACOGE la observación como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

cámara de goteo, con punzón penetrante que va unido a una cámara de goteo seguido de un cassette, con dispositivo de entrada de aire con filtro de 3 micras (opcional)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HONADOMANI-SB-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI SB PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	17:01:29

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases indica como característica de la Bomba de infusión, mecanismos que permitan la infusión sea por vía parenteral y no parenteral (enteral) hemoderivadas, plasma y sangre. Solicitamos que este extremo se considere como opcional.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: N.A **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.082-2019-EF:ART. 2 INC.A), B) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante NOTA INFORMATIVA N°1905-2024-SF-DAT HONADOMANI-SB, el área usuaria NO ACOGE la observación, debido a las características y las necesidades propias que demanda en la atención del neonato prematuro extremo, quirúrgicos y otros. En el manejo intravenoso de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null