

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20607920363

Nombre o Razón social : MEGA-MED E.I.R.L.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 12:05:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A VIDEO PROCESADOR INTEGRADO, CON FUENTE DE LUZ INTEGRADO

1. En concordancia con lo descrito en el numeral (A02) procesador y fuente de luz en un solo equipo o separado, solicitamos al comité corregir el aparente error que se ha cometido al colocar el numeral (A) lo siguiente: Video procesador integrado, con fuente de luz integrado. Por lo tanto solicito al comité colocar lo siguiente : procesador y fuente de luz en un solo equipo o separado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Siendo congruente con lo solicitado en el numeral A2 se acoge la consulta toda vez que el procesador y fuente de luz cumplan con las características solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A. VIDEO PROCESADOR CON FUENTE DE LUZ SEPARADA O INTEGRADA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20607920363

Nombre o Razón social : MEGA-MED E.I.R.L.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 12:06:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

D03 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920 X 1200 PÍXELES.

Aparentemente se ha cometido un error de tipeo en el numeral (D03) dice :
Resolución mínima de 1920 x 1200 píxeles, favor de considerar lo siguiente: Resolución mínima de 1920 x 1080 píxeles

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, toda vez que la resolución del monitor tiene que guardar relación con la resolución del video procesador, ambos tienen que ser de alta resolución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D03: RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20609358271	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INVERSIONES HOTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:33:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el Capitulo II de las Bases en el numeral 2.7 (Forma de Pago) se menciona que:

La Entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Solicitamos a la Entidad que acepten adelantos del 30% según La Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge consulta a solicitud del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20609358271	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INVERSIONES HOTEI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:33:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el numeral 11 (Plazo de Entrega) del Capitulo II de las Bases, se menciona que la entrega de los bienes serán en 45 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra y/o firma del contrato.

Solicitamos a la Entidad, Aclarar y Confirmar desde cuando serán entregados los bienes, después de ser notificada la orden de compra o firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que la entrega de bienes serán 45 días calendarios contados a partir de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20609358271	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INVERSIONES HOTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:33:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el literal C.1 (Experiencia del Personal Clave) se menciona que la acreditación de la experiencia del Personal Clave será mediante: (i) Copia Simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) "cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal presupuesto".

Solicitamos a la Entidad aclarar cual seria "cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal presupuesto" y si dentro de ello aceptarían un ingeniero con bachiller como experiencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C) Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que se consideran como otra documentos a aquellos documentos debidamente firmados donde se indique las labores desempeñadas relacionas con la instalación, reparación y/o mantenimiento de equipos médicos en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1:

A. VIDEO PROCESADOR INTEGRADO DE HDTV, CON FUENTE DE LUZ LED. EN EL PUNTO A. SOLICITAN: VIDEO PROCESADOR INTEGRADO, CON FUENTE DE LUZ LED INTEGRADO.

ASIMISMO, EN EL PUNTO A13, DEL MISMO COMPONENTE SOLICITAN: FUENTE DE LUZ XENON O LED.

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN:

EN EL PRESENTE PUNTO, SE SOLICITA AL COMITÉ SELECCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE SIRVA ACLARAR Y CONSIDERAR EL PUNTO A13 FIN DE GENERAR PLURALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta parcialmente, aclarando que lo solicitado en el numeral A13 INDICA:

A13:FUENTE DE LUZ XENON O LED DE 300W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1:

A. VIDEO PROCESADOR INTEGRADO DE HDTV, CON FUENTE DE LUZ LED. EN EL PUNTO A. SOLICITAN: VIDEO PROCESADOR INTEGRADO, CON FUENTE DE LUZ LED INTEGRADO.

EN EL PUNTO A08, SOLICITAN: CON TECNOLOGÍA DE CROMOENDOSCOPIA BLI, LCI O FICE.

OBSERVACIÓN:

EN EL PRESENTE PUNTO, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA (FUJINÓN) Y EN TAL SENTIDO ES DE CUMPLIMIENTO DE UN ÚNICO POSTOR.

EN TAL SENTIDO SE SOLICITA AL COMITÉ DEL PRESENTE PROCESO CONSIDERAR Y ADICIONAL LA TECNOLOGÍA NBI AL SER DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES LOS SOLICITADAS. A FIN DE GENERAR PLURALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, toda vez que los equipos ofertados cuenten con cromoendoscopia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: CON TECNOLOGÍA DE CROMOENDOSCOPIA TIPO BLI, LCI, FICE o NBI

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1:

A. VIDEO PROCESADOR INTEGRADO DE HDTV, CON FUENTE DE LUZ LED. EN EL PUNTO A. SOLICITAN: VIDEO PROCESADOR INTEGRADO, CON FUENTE DE LUZ LED INTEGRADO.

EN EL PUNTO A11, SOLICITAN: MEMORIA INTERNA DE 1413MB A MÁS.

OBSERVACIÓN:

EN EL PRESENTE PUNTO, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA (FUJINÓN) Y EN TAL SENTIDO ES DE CUMPLIMIENTO DE UN ÚNICO POSTOR.

EN TAL SENTIDO SE SOLICITA AL COMITÉ DEL PRESENTE PROCESO CONSIDERAR MEMORIA INTERNA DE 1413MB O DE 1GB A MÁS.

DE LOS SOLICITADAS. A FIN DE GENERAR PLURALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta toda vez que lo que se busca es pluralidad de postores que cumplan con lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11: MEMORIA INTERNA DE 1412 MB O 1GB COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: A. VIDEO PROCESADOR INTEGRADO DE HDTV, CON FUENTE DE LUZ LED. EN EL PUNTO A. SOLICITAN: VIDEO PROCESADOR INTEGRADO, CON FUENTE DE LUZ LED INTEGRADO.

EN EL PUNTO A14, SOLICITAN: EQUIPO APTO PARA ENDOSCOPIÁS CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA PACS, DICOM INCORPORADO AL EQUIPO

OBSERVACIÓN.

AL RESPECTO DE LA PRESENTE CARACTERÍSTICA, SE ENTIENDE QUE LO IMPORTANTE ES QUE EL EQUIPO A ENTREGAR CUENTE CON LA CONEXIÓN DICOM, PERO SE ESTA CONDICIONANDO QUE ESTO SEA INCORPORADO, LO CUAL ATENTA CONTRA LA LIBRE PARTICIPACION DE VARIOS POSTORES, QUE CUENTAN CON ESTA EETT DE FORMA INDEPENDIENTE O EXTERNA.

EN ESE SENTIDO, PODEMOS PRECISAR QUE SE PUEDE TRABAJAR CON PROCESADOR DE VÍDEO Y CONEXIÓN A DICOM DE FORMA INDEPENDIENTE ADICIONANDO UN COMPONENTE EXTERNO COMO UNA COMPUTADORA, LO CUAL PUEDE TRAER BENEFICIOS DE FUNCIONABILIDAD PARA EL USUARIO.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR LA PRESENTE MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMO SIGUE: CAPACIDAD DE CONEXIÓN A DICOM INCORPORADO O EXTERNO QUE INCLUYA UNA COMPUTADORA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A14: EQUIPO APTO PARA ENDOSCOPIAS CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA PACS. DICOM INCORPORADO O EXTERNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO GASTROSCOPIO.

EN EL PUNTO B01, SOLICITAN: CONECTOR RESISTENTE AL AGUA, CON TAPON PARA REPROCESAMIENTO.

AL RESPECTO DE LA PRESENTE CARACTERÍSTICA, CABE PRECISAR QUE LOS GASTROSCOPIOS DE TECNOLOGÍA ACTUAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA COMPLETAMENTE HERMÉTICA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS COMO TAPAS EXTERNAS PARA EL REPROCESAMIENTO, EN TAL SENTIDO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PRESENTE PROCESO CONSIDERAR: CONECTOR RESISTENTE AL AGUA, CON O SIN TAPON PARA REPROCESAMIENTO. CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consultas, en aras de asegurar que el equipamiento adquirido contribuya a la mejora de los procesos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01: CONECTOR RESISTENTE AL AGUA CON O SIN TAPÓN PARA REPROCESAMIENTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO GASTROSCOPIO.

EN EL PUNTO B10, SOLICITAN: LONGITUD TOTAL 140CM.

OBSERVACIÓN:

AL RESPECTO DE LA PRESENTE CARACTERÍSTICA, CABE PRECISAR QUE LA LONGITUD SOICITADA EN ÍNICA DE UN SOLO POSTOR POR LO QUE SE SOLICITA ABRIR LA PRESENTE CARACTERÍSTICA Y CONSIDERAR: LONGITUD TOTAL 135CM.A MÁS. CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta con la finalidad de permitir mayor participación de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B10: LONGITUD TOTAL 135 CM O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO GASTROSCOPIO.

EN EL PUNTO B11, SOLICITAN CON SISTEMA DE CHORRO DE AGUA (WATHER JET).

SE SOLICITA CONSIDERAR LA PRESENTE CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL, CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consultas, en aras de asegurar que el equipamiento adquirido contribuya a la mejora de los procesos, quedando:

B11. CON SISTEMA DE CHORRO DE AGUA (WATER JET)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO COLONOSCOPIO.

EN EL PUNTO C05, SOLICITAN DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL 12.MM O MENOR.

SE SOLICITA CONSIDERAR LA PRESENTE CARACTERÍSTICA DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL 12.8MM O MENOR.

CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, considerando que a mayor diámetro del tubo de inserción, el paso a través de las estructuras internas se hace más complejo. En aras de asegurar que el equipamiento adquirido contribuya a la mejora de los procedimientos endoscopicos considerar lo solicitado en las eett.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO COLONOSCOPIO.

EN EL PUNTO C06, SOLICITAN DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN 12.MM.
SE SOLICITA CONSIDERAR LA PRESENTE CARACTERÍSTICA DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL 12.8.MM O MENOR.
CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta no es clara y no genera certeza ya que el numeral C06 (DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE INSERCIÓN 12.MM) que corresponde a otra característica técnica del que ustedes solicitan, el cual es el C05 (DIÁMETRO EXTERNO DEL EXTREMO DISTAL 12.MM O MENOR) Por lo tanto no se acoge a la consulta, por no ser clara la consulta del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan:

ITEM 1: B. VIDEO COLONOSCOPIO.

EN EL PUNTO C07, SOLICITAN DIÁMETRO INTERNO DEL CANAL DE BIOPSIA 3.8MM O MAYOR. DEBIDO A QUE, LA PRESENTE CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UNA MARCA DETERMINA, SE SOLICITA CONSIDERAR: DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO: 3,7 MM O MAYOR, A FIN DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C07: DIÁMETRO INTERNO DEL CANAL DE BIOPSIA 3.7MM O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

4.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITAN:

ITEM 1: B. VIDEO COLONOSCOPIO.

OBSERVACIÓN:

EN EL PUNTO C07, SOLICITAN LONGITUD TOTAL 1990MM. DEBIDO A QUE, LA PRESENTE CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A UNA MARCA DETERMINA, SE SOLICITA CONSIDERAR: LONGITUD TOTAL 1990MM O MAYOR: A FIN DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta no es clara y no genera certeza ya que el numeral C07 corresponde a otra característica técnica. Por lo tanto no se acoge a la consulta, por no ser clara la consulta del postor. Se aclara que lo referente al numeral C07 ha sido absuelto en la consulta 15 de su representada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:58:43

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONSULTA

ANTECEDENTES

REF ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-GR-CAJ/UESH-BCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PAGINA 23,24,25

ANTECEDENTES

El proceso en mención deriva del proceso anterior de compra que contiene el mismo número de referencia, el cual ha sido materia de un pronunciamiento del OSCE en base a su contenido, en ese sentido, en referencia a las eett de este proceso se observa que las muchas ESPECIFICACIONES TECNICAS HAN SIDO CAMBIADAS en este nuevo proceso y favoreciendo a la marca FUJIFILM lo cual atenta a la pluralidad de postores.

En ese sentido, el estudio de mercado efectuado NO CONTIENE a las dos marcas (OLYMPUS Y PENTAX) que en conjunto con la marca FUJI lideran el mercado de equipos de endoscopia a nivel mundial, por lo contrario, se muestra que dos empresas (CARDIO PERFUSION EIRL Y MEGA MED EIRL) ofertan la misma marca FUJIFILM y una tercera empresa que oferta una marca que no tiene presencia en el mercado peruano menos en el extranjero (ENDOMED MSYSTEMS). Si bien es cierto el estudio de mercado en mención menciona una PLURALIDAD DEPOSTORES y también una PLURALIDAD DE MARCAS , esto aún no es demostrable puesto que no se aprecia el documento donde la marca ENDOMED MSYSTEMS cumple con las eett al 100% , lo cual es poco probable .

CONSULTA

A manera del valor de la transparencia Puede el comité mostrar documentoS sustentatorio (ficha técnica , catalogo, etc) donde se muestre que la empresa ENOMED MSYSTEMS cumple con el 100 % de las eett que se solicitan en las bases de este proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 2325

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, con referencia a los documentos solicitados, en este etapa solo se absuelven consultas u observaciones de forma motivada en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases

72.1. Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases.

Como se expresa de forma literal las consultas están referidas a cualquier extremo de las bases, por consiguiente, la solicitud del participante no obedece a esta etapa. Adicional aquello, manifestamos que el pronunciamiento mencionado, preciso con claridad:

Declarar la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 005-2023-GR-2023- GR-CAJ/UESH-BCA ¿ Primera convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca - Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc Bambamarca, para la ¿Adquisición de equipo biomédico video endoscopio para el servicio de gastroenterología que contribuirá a la atención de pacientes afiliados del SIS para el hospital Tito Villar Cabeza, del ámbito la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc Bambamarca¿, y retrotraerlo a su etapa de convocatoria, previa reformulación del requerimiento y las bases, conforme a lo señalado en los fundamentos expuestos. Como se puede observar se manifestó la reformulación del requerimiento y las bases, es decir un estudio de mercado nuevo, iniciando desde cero, ante ello se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Artículo 16. Requerimiento; 16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UESH-BCA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA QUE CONTRIBUIRA A LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS DEL SIS PARA EL HOSPITAL TITO VILLAR CABEZA, DEL ÁMBITO LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Específico	III	3.1	2325
------------	-----	-----	------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Y de forma concordante con lo dispuesto en el Artículo 32. Valor estimado; 32.3. La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

En ese sentido se ha cumplido con todos los extremos y la normativa señalada en el requerimiento del área usuaria y la pluralidad de postores y marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null