

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

Ruc/código : 20471742792

Fecha de envío : 20/03/2025

Nombre o Razón social : METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.

Hora de envío : 10:03:57

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

En el Literal C) Experiencia del Postor en la Especialidad, se considera servicios similares a balanzas cuya magnitud es totalmente ajena a temperatura, cuyos procedimientos de calibración se aplican de forma mecánica utilizando patrones que pueden llegar a pesas de una tonelada, sin embargo para la medición de los equipos solicitados se deberá considerar inicialmente un acondicionamiento para el periodo de estabilización y posteriormente realizar la calibración repitiendo 10 veces la medición.

Por lo que solicitamos amablemente al comité, por el principio de igualdad de trato, no sean considerados como equipos similares a las balanzas toda vez que no se encuentra dentro de la magnitud de temperatura como termómetros, termohigrómetros, etc.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** C      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la consulta, toda vez que si resulta razonable en que los servicios similares guarden concordancia con el objeto de la convocatoria, que es la calibración de instrumentos de medición específicamente en la magnitud de temperatura. No se esta considerando etc, ya que sería muy general y ambiguo y no sería claro la experiencia en servicios similares.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(...)

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de calibración a instrumentos de medición en general tales como termómetros, termohigrómetros.

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

Ruc/código :	20471742792	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.	Hora de envío :	10:03:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Literal A) Capacidad Legal, en Habilitación, Requisitos  
El postor deberá estar acreditado ante el INACAL como laboratorio con la norma ISO 17025  
En consideración que el servicio es especializado, complejo y de alta importancia para la conservación de los bienes de la entidad y bajo el principio de eficiencia "Las contrataciones deben realizarse con la mejor calidad, precio, y plazos de ejecución y entrega", por lo que a fin de realizar con la mejor calidad posible bajo estándares regulados por el INACAL solicitamos se considere lo siguiente:  
Requisitos:  
El postor deberá estar acreditado ante el INACAL como laboratorio con la norma ISO 17025, en la disciplina/magnitud de temperatura.  
Tal cual figura en el registro de la web [www.inacal.gob.pe](http://www.inacal.gob.pe)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, toda vez que por tratarse de calibración de instrumentos de medición de temperatura, los laboratorio a participar deben estar acreditados ante el INACAL, como laboratorio con la norma ISO 17025, en la disciplina/magnitud de temperatura; Esto a razón que la técnica para la calibración de los instrumentos de medición de temperatura son muy distintos a otros instrumentos de medición que no están relacionados a la temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HABILITACIÓN  
(¿)

Acreditación:  
El postor deberá estar acreditado ante el INACAL como laboratorio con la norma ISO 17025, en la disciplina/magnitud de temperatura.

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : CP-SM-2-2025-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

Ruc/código :	20516943689	Fecha de envío :	21/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSGIAKO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSGIAKO SAC	Hora de envío :	14:32:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el capítulo III, del literal A) Capacidad Legal, en Habilitación solicitan estar acreditados ante el INACAL, como laboratorio con la norma ISO 17025. Puede ser acreditado en balanzas de camiones de 80 toneladas o solo en la magnitud de temperatura?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la acreditación debe ser en la magnitud de temperatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null