

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta/Observación:

Se solicita precisar cuál de los dos enunciados tachados debe considerarse válido para la presente especificación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A13 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACLARA, QUE LO DESCRITO EN EL PUNTO A13 ES 26,6 X 35,5mm (+/- 5%), POR
 LOCUAL QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: A13 AREA REACTIVA DEL SENSOR DE 26,6 X
 35,5mm (+/- 5%)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13 AREA REACTIVA DEL SENSOR DE 26,6 X 35,5mm (+/- 5%)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

D02 CON BATERÍA RECARGABLE INTERNA, QUE SUMINISTRE AUTONOMÍA POR UN PERIODO DE 3 HORAS COMO MINIMO.

Aunque el equipo de rayos X dental es rodable, su uso sigue estando previsto dentro de un entorno clínico controlado, donde el desplazamiento se realiza entre áreas con acceso a tomacorrientes. Por lo tanto, no se requiere una batería interna para su operación, ya que no está destinado a usarse en movimiento ni en zonas sin alimentación eléctrica. El UPS requerido proporcionará la autonomía y protección necesarias para mantener la continuidad operativa en caso de cortes de energía, asegurando así la funcionalidad y seguridad del equipo durante su uso clínico.

Por ello, apelando al principio de eficacia y eficiencia y al de vigencia tecnológica de la Ley de Contrataciones del Estado, que indican que las decisiones que se adopten deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad y que los bienes a adquirir deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, solicitamos que se modifique la característica técnica de la siguiente manera:

D02 CON BATERÍA RECARGABLE INTERNA, QUE SUMINISTRE AUTONOMÍA POR UN PERIODO DE 3 HORAS COMO MINIMO. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** D02 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACOGE,Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores quedaria de la siguiente manera:D02 CON BATERÍA RECARGABLE INTERNA, QUE SUMINISTRE AUTONOMÍA POR UN PERIODO DE 3 HORAS (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02 CON BATERÍA RECARGABLE INTERNA, QUE SUMINISTRE AUTONOMÍA POR UN PERIODO DE 3 HORAS (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
ÍTEM 1: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE

Indica el plazo de entrega en 30 días

Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada seria en los siguientes términos:

Indica el plazo de entrega en 60 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE CON EL FIN DE PROMOVER UN MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA: PLAZO DE ENTREGA EN 60 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PLAZO DE ENTREGA EN 60 DIAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice:

f) REGISTRO SANITARIO: de los bienes que por normatividad correspondan, presentar una Copia simple de la certificado de registro sanitario del bien ofertado y/o Resolución de autorización de registro sanitario, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios).

Entendemos que se debe presentar SOLO para el equipo principal (ÍTEM 1: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE)

Solicitamos al comité confirmar si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: f **Página: 18**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL PUNTO F) REGISTRO SANITARIO ES PARA EL ITEM: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice:

B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

Profesión: Profesional de salud o ingeniero electrónico (y telecomunicaciones) o ingeniero biomédico o ingeniero industrial o ingeniería mecatrónica Mecatrónico.

Entendemos que el profesional que tiene la profesión de ingeniero electrónico puede presentarse, ya que no todos tienen la profesión ingeniero electrónico y telecomunicaciones, por ello solicitamos aclarar dicha consulta.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACLARA QUE EN EL PUNTO B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL, SU APRESIACION ES CORRECTA Y TAMBIEN SE ADMITIRAN LA PROFESION INGENIERO ELECTRONICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice:
27.2
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 606011:2010 Equipos Médicos Eléctricos. Cualquiera de los certificados emitido por Institución competente, Deberá ser demostrado en el manual o catalogo o ficha técnica o documento del fabricante.
Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad vigente en el país y deberán funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen con voltaje DC). Los equipos no se aceptarán con adaptadores de enchufes externos, extensiones o supresores de pisco. En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizara la inspección técnica respectiva.

Entendemos que se debe presentar SOLO para el equipo principal (ÍTEM 1: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE)

Solicitamos al comité confirmar si es correcta nuestra apreciación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 27.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL PUNTO F) REGISTRO SANITARIO ES PARA EL ITEM: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice:
CERTIFICADO ISO 13485 Medical devices: Quality management systems- Requirements for regulatory purposes; o NTP-ISO 13485 Dispositivos medicos. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para propósitos regulatorios. 2º Edición, o equivalente. El certificado deberá estar referido (alcance) a uno o más de las siguientes fases productivas: al Diseño, Desarrollo, Fabricación, Investigación en el campo del equipo propuesto.

Entendemos que se debe presentar SOLO para el equipo principal (ÍTEM 1: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE)

Solicitamos al comité confirmar si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 27.3 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL PUNTO DOCUMENTACION SOLICITADA ES PARA EL ITEM: EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estos ANEXOS:

- ¿ (ANEXO N° 11) DECLARACIÓN JURADA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES
- ¿ (ANEXO N° 12) FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO POST-VENTA
- ¿ (ANEXO N° 14) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AMPLIACION DE GARANTIA POR INCUMPLIMIENTO
- ¿ FORMATO N° 02 ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS
- ¿ FICHA TÉCNICA
- ¿ FORMATO PARA EL PROTOCOLO DE PRUEBAS
- ¿ RESULTADO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS
- ¿ FORMATO N° 12 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- ¿ PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- ¿ ACTA DE CAPACITACION BÁSICA EN EL CORRECTO MANEJO, OPERACIÓN FUNCIONAL, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO
- ¿ ACTA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO
- ¿ FORMATO N° 03 ACTA DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Entendemos que estos formatos son para la entrega del equipo, solicitamos al comité confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: FORMATOS Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACLARA QUE LO ANEXOS MENCIONADOS EN LA CONSULTA SON PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA

Siendo este proceso modalidad llave en mano, según el formato, indica que debemos detallar lo siguiente:

Plazo de entrega: XX días

Instalación: XX días

Puesta en funcionamiento: XX días

Plazo total: XX días

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL ANEXO N°4 DEBE ESTAR TOTALMENTE DETALLADO RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PLAZO TOTAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:25:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Según la página 21, FORMA DE PAGO, indica que será un PAGO UNICO

Entendemos que se solo se debe presentar la oferta total, sin desagregar la principal y accesoría.

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS

Literal: ANEXO 6

Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARO QUE EN EL ANEXO N°6 PRECIO DE OFERTA DEBERA CONTENER SOLO LA OFERTA TOTAL DEL ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GERESA/LL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : IOARR 2604589 ¿ADQUISICION DE CRANEOTOMO, EQUIPO ECOGRAFO OFTALMOLOGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y MAMOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿-ITEMS: UNIDAD DE RAYOS X DENTAL

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	02/06/2025
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	20:27:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE CONTROL A08.TIEMPO MAS CORTO DE EXPOSICION:RANGO DE 0.01 A 2S O RANGO MAS AMPLIO SOLICITAMOS AL USUARIO QUE CONSIDERE COMO UN RANGO MAS AMPLIO DE TIEMPO DE EXPOSICION EL INTERVALO DE 0.04 A 2 S. EN COMPARACION CON EL RANGO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.YA QUE EL VALOR MINIMO DE 0.04S PERMITE MANTENER UNA SENSIBILIDAD ADECUADA SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE IMAGEN E DISPOSITIVOS COMUNES DE CAPTURA. POR LO TANTO CONSIDERAMO QUE EL RANGO PROPUESTO DE 0.04S A 2S REPRESENTA UN RANGO MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACOGE,Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores quedaria de la siguiente manera:A08 CORTOS DE EXPOSICION DE 0.04. A 2 SEGUNDOS O RANGO MAS AMPLIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 CORTOS DE EXPOSICION DE 0.04. A 2 SEGUNDOS O RANGO MAS AMPLIO