

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código : 20516225964

Nombre o Razón social : GIARDINO DEL PERU SRL

Fecha de envío : 24/10/2024

Hora de envío : 16:00:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Fundamento en los métodos de Soxhlet y Randall, extrae la grasa (u otras sustancias) de la muestra mediante su arrastre por disolvente.

OBSERVACIÓN

Esta característica es exclusiva de un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:

" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

METODO DE EXTRACCIÓN SOXHLET Y/O RANDALL

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE PORQUE LA APRECIACION DEL POSTOR ES INCORRECTA. EL METODO DE EXTRACCION DE GRASA POR ARRASTRE DE DISOLVENTE ES UN METODO VALIDADO UNIVERSALMENTE, SE REALIZA DESDE UNA FORMA MANUAL UTILIZANDO MATERIAL DE VIDRIO Y MECHERO HASTA DE FORMA AUTOMATICA UTILIZANDO EQUIPOS ELECTRONICOS AUTOMATIZADOS. ASIMISMO, EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO			
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1			
Nro. de convocatoria :	1			
Objeto de contratación :	Bien			
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249			

	Específico	5	5.2	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
-				

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:01:09

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

Se entrega con 2 conjuntos de juntas aptas para los diferentes disolventes

OBSERVACIÓN
Estos accesorios son exclusivos para un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Eliminar esta característica es exclusiva de la marca JP SELECTA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO
Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE, EL REQUERIMIENTO ESTA BASADO A LA NECESIDAD DE CONTAR CON CANTIDAD DE JUNTAS SUFICIENTES PARA PDOER REALIZAR EL PROCESO SIN PROBLEMAS.

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:02:28

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

Cartuchos de extracción de celulosa de Ø ext 26 x 60 mm

OBSERVACIÓN
Este accesorio y sus características son exclusivos para un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Cartuchos de extracción de celulosa Y/O Papel filtro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: RESPUESTA: NO SE ACOGE, LOS CARTUCHOS DE CELULOSA SON LOS ADECUADOS PARA REALIZAR EXTRACCIONES EN GRASAS Y ACEITES, EL PAPEL FILTRO NO.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:04:04

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

Número de programas memorizables: 16

OBSERVACIÓN
Esta característica es exclusiva de un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Número de programas memorizables: 16 Y/O 5 métodos de extracción pre-programados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE PARCIALMENTE EL CONTAR CON PROGRAMAS MEMORIZABLES PERMITE AHORRAR TIEMPO EN LA CONFIGURACION DEL METODO Y EVITA ERRORES DE DIGITACION Y APLICACION.

NUMERO DE PROGRAMAS MEMORIZABLES: 10 PROGRAMAS COMO MINIMO

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS
NUMERO DE PROGRAMAS MEMORIZABLES: 10 PROGRAMAS COMO MINIMO

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:05:08

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

Tiempo de extracción ¿boiling¿: de 0 a 99 minutos
Tiempo de extracción ¿rinsing¿: de 0 a 99 minutos

OBSERVACIÓN

Esta característica es exclusiva de un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado

Asimismo, según la Ley de Contrataciones son el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Tiempo total del proceso de extracción (boiling y rinsing): 240 minutos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE. LOS TIEMPOS DE EXTRACCION MAS RAPIDOS SON CRITICOS EN EL PROCESO REQUERIDO. EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:06:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Consumo H2O litros/minuto: 2

OBSERVACIÓN

Esta característica es exclusiva de un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Consumo de agua (H2O) según fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE, EL AHORRO EN TIEMPO Y CONSUMO DE AGUA SON IMPORTANTES EN EL PROCESO REQUERIDO. EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:07:43

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Display LCD de 20 x 2 caracteres

OBSERVACIÓN

Esta característica es exclusiva de un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Display LCD de 20 x 2 caracteres, o Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, o pantalla LCD según fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE PARCIALMENTE, SE ACEPTARA DISPLAY LCD DE 20 X 2 CARACTERES O PANTALLA TACTIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS
... PANTALLA TACTIL.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:09:43

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

Accesorios incluidos:
Cartuchos de extracción de celulosa: 25
Gradilla soporte cartuchos de extracción: 3
Gradilla portavasos: 3
Tubo de aluminio para el soporte de cartuchos: 6
Soportes para los cartuchos de extracción: 18
Vasos de aluminio: 18
Pinza magnética para manipulación de cartuchos: 1
Pinza para la manipulación de los vasos de aluminio: 1
Gradilla niveladora: 1
Asa de transporte: 1
Juntas de Butyl: 2
Juntas de Viton: 2

OBSERVACIÓN

Los accesorios solicitados son exclusivos para un equipo marca JP SELECTA modelo: DET-GRAS N, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Accesorios Incluidos:

Accesorios y consumibles necesarios para el uso y correcto funcionamiento del Extractor Soxhlet

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 5	Literal: 5.2	Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE. ESTOS ACCESORIOS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL METODO.				
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.				
La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
-				

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:33:50

Observación: Nro. 9
Consulta/Observación:
SOLICITAN:

12 tubos para digestión

Sres. Del Comité, un equipo con 20 tubos optimiza el proceso de digestión ya que a mayor número de muestras es menor el tiempo de operación y mayor la cantidad de análisis realizados.

OBSERVACIÓN

Esta característica es de un equipo marca JP SELECTA modelo: BLOC-DIGEST 12, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:
 " Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere como una mejora:

- 20 tubos para el proceso de digestión

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** A **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
 LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO
Análisis respecto de la consulta u observación:
 El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE PARCIALMENTE.
 SE ACEPTARA 12 TUBOS PARA DIGESTION COMO MINIMO
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS
 SE ACEPTARA 12 TUBOS PARA DIGESTION COMO MINIMO

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO		
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249		

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:38:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

Consumo de agua del generador de vapor 2.5 litros/h

OBSERVACIÓN

Esta característica es de un equipo marca JP SELECTA modelo: BLOC-DIGEST 12, esta marca tiene un solo proveedor autorizado en el Perú. Esta condición dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente al importador autorizado.

Asimismo, según la Ley de Contrataciones con el Estado CAPITULO II, artículo 16, numeral 16.2:

" Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma OBJETIVA y precisa, proporcionando acceso en CONDICIONES DE IGUALDAD al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO..../ en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un PROVEEDOR DETERMINADO o a MARCAS, patentes o tipos o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de FAVORECER O DESCARTAR CIERTOS PROVEEDORES O CIERTOS PRODUCTOS"

Además; el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento establece que "Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos".

Por lo expuesto y en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado, permitiendo así permitir la PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, solicitamos respetuosamente que se considere:

Consumo de agua del generador de vapor desde 1.5 hasta 2.5 litros/h

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE, EL AHORRO EN TIEMPO Y CONSUMO DE AGUA SON IMPORTANTES EN EL PROCESO REQUERIDO. EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	16:49:31

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

El espectrofotómetro ingresado en las bases es de la marca BOECO, pero con la salvedad de que en las páginas 28 y 29 en los cuadros de EETT solicitan 2 modelos diferentes. Lo cual imposibilita saber cual quieren exactamente.

Por tal motivo solicitamos especifiquen el tipo de espectrofotómetro que necesitan: PARA ANALISIS DE AGUA O ANALISIS EN GENERAL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que los postores se rijan a las Especificaciones Técnicas establecidas y se suprimira de las bases el S-200-VIS

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá en las bases integradas uno de los equipos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:55:54

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dice: Espectrofotómetro : Plazo de entrega 60 días calendarios.
Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 70 días calendarios ya que dicho equipo es de importación y así tener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 75 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se establecerá en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:55:54

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dice: Mufla eléctrica : Plazo de entrega 70 días calendarios.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 90 días calendarios ya que dicho equipo es de importación y así tener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE A LA CONSULTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 90 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indicara en las bases integradas plazo de entrega 90 días

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Observación: Nro. 14
Consulta/Observación:
1.9 PLAZO DE ENTREGA

ITEM 2: ESPECTROFOTÓMETRO

El plazo de entrega es de sesenta (60) días calendarios y será computado, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o suscrito el contrato, lo que ocurra primero. La adquisición del equipo incluye todos los gastos de transporte necesarios a disposición del área beneficiaria (dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicados en la Ciudad Universitaria de la UNT) e instalación (incluye costo por materiales, insumos y otros para su puesta en marcha).

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 75 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 75 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporara en las bases integradas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

ITEM 4: Mufla electrica

El plazo de entrega es de setenta (70) días calendarios y será computado, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o suscrito el contrato, lo que ocurra primero. La adquisición del equipo incluye todos los gastos de transporte necesarios a disposición del área beneficiaria (dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicados en la Ciudad Universitaria de la UNT) e instalación (incluye costo por materiales, insumos y otros para su puesta en marcha).

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 90 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Método de extracción: Soxhlet y Randall

Consulta:

Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de los métodos de extracción "Randall y/o Twisselmann". Aunque el método Soxhlet es tradicionalmente aceptado, los métodos de extracción Randall y Twisselmann presentan eficiencias equivalentes o superiores en ciertos tipos de muestras y matrices. Estas alternativas brindan una extracción más rápida y eficiente, manteniendo la precisión en la determinación de contenido graso. La flexibilidad de aceptar estos métodos permitirá una optimización de los tiempos de análisis sin comprometer la calidad y reproducibilidad de los resultados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACOGE.
SE REQUIERE UN EQUIPO QUE REALICE EXTRACCION POR EL METODO SOHXLET Y RANDALL.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Rango de temperatura: 90 a 240 °C

Consulta

Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de un "rango de temperatura de Ambiente +5 °C a 220 °C". Aunque el requisito especifica un rango de hasta 240 °C, la tecnología que proponemos permite un control preciso de la temperatura dentro de un rango ajustado de +5 °C sobre la temperatura ambiente y hasta 220 °C, suficiente para la mayoría de las aplicaciones estándar de extracción de grasas. Además, el sistema de control avanzado garantiza la estabilidad térmica requerida para obtener resultados consistentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:

NO SE ACOGE.

PARA PODER REALIZAR UN PROCESO ADECUADO, SE REQUIEREN ALTAS TEMPERATURAS.

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Tiempo de extracción: 50 minutos

Consulta:
Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de un "tiempo de extracción variable según la programación del equipo". La tecnología propuesta permite ajustar los tiempos de extracción de acuerdo con las características de las muestras y el método seleccionado, lo que brinda flexibilidad en el procesamiento y optimiza los tiempos en función de la matriz de muestras. Esto se traduce en una mejora operativa y una optimización en el uso de los recursos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACOGE.
CONTAR CON UN MENOR TIEMPO DE EXTRACCION ES IMPORTANTE PARA EL PROCESO.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Dimensiones del equipo: 70 x 75 x 40 cm

Consulta:
Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de "Dimensiones: 68 x 33 x 58 cm" o "Dimensiones según el fabricante". Aunque las dimensiones exactas difieren ligeramente de las especificadas, el equipo propuesto es más compacto en dos de las tres dimensiones, lo cual facilita su ubicación y manejo en laboratorios con espacio limitado. Además, estas dimensiones mantienen todas las capacidades técnicas necesarias para el cumplimiento de las especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE ALA CONSULTA PARCIALMENTE
SE ACEPTARA DIMENSIONES DEL EQUIPO DE 70 X 75 X 40 CM O 68 X 33 X 58 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA LAS BASES INTEGRADAS ...68 X 33 X 58 CM.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Peso 25 kg

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de un "peso adecuado según fabricante".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE.

SE ACEPTARA PESO DE 25 KG O MENOR

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara a las bases integradas ...o menor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM 1: Aparato de extracción soxhlet automático

Consumo H2O litros/minuto: 2

Consulta:

Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de un "consumo de agua de hasta 4 litros/minuto". Aunque el requisito original establece 2 litros/minuto, la tecnología del equipo propuesto utiliza un mayor caudal para asegurar la eficiencia en el enfriamiento y recuperación de disolventes, manteniendo la seguridad operativa y maximizando la eficiencia del proceso de extracción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:

NO SE ACOGE.

EL AHORRO EN TIEMPO Y CONSUMO DE AGUA SON IMPORTANTES EN EL PROCESO DE EXTRACCION POR LO QUE DEBE BASARSE EN LO REQUERIDO.

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 4: Mufla electrica

-Mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité aceptar "Mueble exterior metálico con salida de humos", en lugar de especificar un tipo de modelo específico, para no restringir la variabilidad de opciones disponibles en el mercado. Esta apertura permitiría considerar diferentes modelos con características equivalentes, manteniendo la funcionalidad y seguridad requeridas para la extracción de humos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACOJE .POR FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD LA SALIDA DE HUMO DEBE IR EN LA PARTE SUPERIOR

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 4: Mufla eléctrica

Sonda de temperatura tipo K

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de "sondas de temperatura de tipo K o equivalentes", ya que los equipos propuestos cuentan con esta especificación, ampliamente utilizada en hornos industriales debido a su precisión y resistencia a altas temperaturas. Esta alternativa garantiza un control preciso de la temperatura en todas las etapas de los ensayos y proporciona flexibilidad para optar por tecnologías que cumplen con los mismos estándares de calidad y rendimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE EL PEDIDO SE ACEPTA SONDA DE TEMPERATURA TIPO K O EQUIVALENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara a las bases integradas
...o equivalente.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO		
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:03:15

Consulta: Nro. 24
Consulta/Observación:
5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 4: Mufla eléctrica

Se suministra con bandeja ceramica refractaria seccionada como base para soltera o para soporte del material a ensayar.

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de "Se suministra con bandeja ceramica refractaria seccionada como base para soltera o laterales para soporte del material a ensayar" "disposición alternativa que asegure una distribución homogénea del calor",, ya que los modelos propuestos disponen de diferentes configuraciones que optimizan la eficiencia energética y la distribución uniforme del calor en el interior del horno, asegurando así el cumplimiento de los ensayos y una mayor flexibilidad para atender distintas necesidades operativas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACEPTA LA PROPUESTA
Se suministra con bandeja cerámica refractaria seccionada como base para solera o laterales para soporte del material a ensayar
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incorpora a las bases integradas
... o laterales...

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:11:31

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dice:
PLAZO DE ENTREGA

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

ITEM I, ITEM II, ITEM III Y ITEM IV:
Hasta 60 días calendario: 10 puntos

ITEM I, ITEM II, ITEM III Y ITEM IV:
De 61 hasta 90 días calendario: 05 puntos

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

Estos equipos se fabrican a pedido y requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado. Asimismo, la escasez actual de materias primas, partes electrónicas y eléctricas, debido a la actual coyuntura mundial, aplaza la obtención de las mismas y por consiguiente genera un retraso por parte del fabricante para la elaboración de los equipos, ocasionado postergaciones en los plazos de entrega con sus clientes y distribuidores.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Contemplando así:

ITEM I, ITEM II, ITEM III Y ITEM IV:
Hasta 90 días calendario: 10 puntos

ITEM I, ITEM II, ITEM III Y ITEM IV:
De 91 hasta 120 días calendario: 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION NO SE ACOGE A LA OBSERVACION, LOS FACTORES DE EVALUACION FUERON FORMULADOS EN BASE A LA INDAGACION DE MERCADO PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo señalado en varios puntos de la especificaciones técnicas de la licitación como ¿ El almacenamiento externo con tarjeta SD y software para PC descargable gratuito Master-Report (www.boeco.com) permite la exportación de datos a la PC en texto compatible con el formato de la hoja de cálculo para el procesamiento de datos en la PC en texto¿ y accesorios adicionales ¿ BOE 8622004, BOE 8620003, BOE 8620020, BOE 8620030, BOE 8622040, BOE 8620050, BOE 8622001, BOE 8622070 ¿.En el siguiente enlace se puede entender que la adquisición del equipo se encuentra dirigida a la marca BOECO : <https://www.boeco.com/spectrophotometers/boeco-models-s-200-vis-s-220-uv-vis&sk=56> Con el objetivo de mantener una igualdad de condiciones en los postores, se solicita en generar especificaciones técnicas que sean a fin a la aplicación y no a una marca en específico. De igual manera se solicita filtrar las especificaciones ya que se presentan dos equipos diferentes en la primera columna se solicita espectrofotómetro VISIBLES y en la segunda columna espectrofotómetro UV/VIS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que los postores se rijan a las Especificaciones Técnicas establecidas y se suprimira de las bases el S-200-VIS

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprimira de las bases uno de los equipos que S-200-VIS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita en un nivel de ruido 0.005 abs.

Se solicita amablemente considerar los siguientes niveles de ruido como válidos. ¿0.00020A at 0A at 260 and 500 nm ¿0.00030A at 1A at 260 and 500 nm ¿0.00040A at 2A at 260 and 500 nm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA SE ACEPTARA los siguientes niveles de ruido como válidos. ¿0.00020A at 0A at 260 and 500 nm ¿0.00030A at 1A at 260 and 500 nm ¿0.00040A at 2A at 260 and 500 nm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara a las bases integradas
... 0.00020A at 0A at 260 and 500 nm ¿0.00030A at 1A at 260 and 500 nm ¿0.00040A at 2A at 260 and 500 nm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita planitud basal de 0.2%T- 0.5%T.

Se solicita amablemente considerar valores de absorbancia en planitud basal de $\pm 0.002A$.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE A LA CONSULTA SE ACEPTARA planitud basal de $\pm 0.002A$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES planitud basal de $\pm 0.002A$.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita en que pantalla de visualización de la pantalla LCD táctil colorida de 4,3 pulgadas.
Se solicita amablemente considerar esta característica de acuerdo con el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACEPTA LA PROPUESTA PORQUE SE REQUIERE QUE SEA PANTALLA LCD TACTIL PARAFACILIDAD EN EL MANEJO. EN RELACIÓN A LA DIMENSIÓN DE LA PANTALLA PUEDE SER COMO MINIMO 4.3 PULGADAS.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita una impresora térmica de 80 columnas especificada (puerto serie)

Se solicita amablemente considerar una impresora térmica con especificaciones de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE A LA CONSULTA, se aceptara la impresora termina de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES

se aceptara la impresora termina de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita una velocidad de escaneo de longitud de 2400nm/min o 300 nm/min

Se solicita amablemente considerar valores de Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: se acoge a la consulta se acepta que sera de hasta 166nm/min

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: se incorporara a las bases ...hasta 166nm/min

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita una resolución seleccionable de 1, 0,1, 0,01 o 0,001
Se solicita amablemente considerar valores válidos de 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA SE ACEPTARA valores válidos de 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS ...(0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Según se indica en las características técnicas se solicita una memoria de almacenamiento mediante tarjeta SD Se solicita amablemente considerar como válido un USB-A único admite dispositivos de memoria flash para almacenamiento de métodos y datos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE A LA CONSULTA Y SE ACEPTARA USB-A único

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas ...USB-A único

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

se indica en las características técnicas se talla de 400 (Ancho) x 280 (Profundidad) x 160 (Alto) mm.
Se solicita amablemente considerar esta característica a de acuerdo con el fabricante.
Exportar datos a la red o PC a través de Ethernet o Wi-Fi
Imprima a través de USB, Ethernet o Wi-F

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:

SE ACOGE A LA CONSULTA, TAMBIEN SE ACEPTARA SIMILARES O APROXIMADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS ...SIMILARES O APROXIMADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

se indica en las características técnicas se solicita un puerto de impresora en serie conecta la impresora térmica, el puerto USB conecta la PC, el puerto de tarjeta SD guarda datos y métodos de medición, el puerto de accesorios conecta y controla varias opciones.

Se solicita amablemente no considerar el puerto de tarjeta SD como puerto de comunicación, ya que este desfasado y se ofrece en su lugar las siguientes conexiones para su validez

USB-A único admite dispositivos de memoria flash para almacenamiento de métodos y datos

USB-A dúplex admite la conexión a una computadora con Windows que ejecuta software de control remoto, teclado y mouse opcionales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:

SE ACOGE A LA CONSULTA SE ACEPTARA USB-A único

USB-A dúplex

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las bases integradas ...USB-A único

USB-A dúplex.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Dentro de los detalles técnico no se menciona; sin embargo, es necesario incluir con el equipo un estabilizador de energía de 2KV_a, ya que este permitirá mejorar el tiempo de vida del equipo.

Se solicita confirmar si se incluirá o no el estabilizador de energía de 2KV_a dentro de las en las especificaciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: Se confirma que incluirá estabilizador de energía de 2KV_a

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases ¿estabilizador de energía de 2KV_a

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Dentro de las características técnicas se señala ¿temperaturas regulables hasta 1300°C¿.

Se solicita amablemente considerar temperatura de funcionamiento regulables hasta 1100°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 5.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:SE ACOGE A LA CONSULTA. CONSIDERAR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO 1100°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Incorporara a las bases TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MÍNIMO 1100°C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Dentro de las características técnicas se señala ¿Interruptor luminoso de puesta en marcha¿

Se solicita amablemente considerar como válido el Interruptor de puerta de seguridad para interrumpir energía al elemento calefactor cuando se abre la puerta; protege la calefacción elemento y minimiza la exposición a usuario final opciones de controlador, todas con protección contra sobrecalentamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 5.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE A LA CONSULTA Interruptor de puerta de seguridad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara a las bases que se aceptara ...Interruptor de puerta de seguridad

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Dentro de las características técnicas se señala ¿modulo interior y contrapuerta en fibra de cerámica de muy alta resistencia sin amianto¿.

Se solicita amablemente esta modificar esta característica a según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** 5.2 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA:NO SE ACOJE. SE PRECISA FIBRA DE ALTA RESISTENCIA Y SIN AMIANTO PORQUE ES NOCIVO PARA LA SALUD DEL USUARIO

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Dentro de las características técnicas se solicita¿ el suministro del equipo con bandeja cerámica refractario-seccionada como base para solera o soporte del material a ensayar¿Dentro de las características técnicas se señala ¿elementos calefactores situados en los laterales o salera¿.

Se solicita amablemente esta modificar esta característica a según fabricante.

Se solicita amablemente esta modificar esta característica como opcional o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 5.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: NO SE ACOGE.

DEBIDO A QUE ES INDISPENSABLE POR SEGURIDAD DEL EQUIPO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Con el objetivo de mantener una igualdad de condiciones en los postores, se solicita en generar especificaciones técnicas que sean a fin a la aplicación y no a una marca en específico. En el siguiente enlace se puede entender que la adquisición del equipo se encuentra dirigida a la marca JP Selecta. https://www.dilabo.com/producto_23081_NombreProd.html

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: NO SE ACOGE.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 2 de las estructura y funcionamiento ¿ Fundamentado en los métodos Soxhelt y Randall, extrae la grasa(u otras sustancias) de la muestra mediante su arrastre por disolvente. Las dos fases de extracción y la rapidez en alcanzar las temperaturas elevadas representan un ahorro de entre el 30 y 70% del tiempo de extracción respecto al método Soxhelt clásico.

Se solicita amablemente considerar como válido para el proceso de extracción de grasas la metodología GOLDFISH, lo cual nos permite una mejor eficiencia en la recuperación del solvente. Normalmente se puede llegar al 90% de recuperación, siendo este optimizado por un baño termostático.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPUESTA: NO SE ACOGE.
SE REQUIERE UN EQUIPO QUE REALICE EXTRACCION POR EL METODO SOHXLET Y RANDALL.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 4 de las estructura y funcionamiento ¿Radiador para asegurar el calentamiento de todas las muestras por igual¿

Se solicita amablemente considerar como válido una resistencia que garantice la uniformidad de calentamiento del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:

SE ACOGE PARCIALMENTE.
SE ACEPTARA RADIADOR PARA ASEGURAR EL CALENTAMIENTO DE TODAS LAS MUESTRAS POR IGUAL O CALEFACCION POR RESISTENCIAS ELECTRICAS BLINDADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporara a las bases integradas ...y/o CALEFACCION POR RESISTENCIAS ELECTRICAS BLINDADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 5 de las estructura y funcionamiento ¿Grado de protección IP65¿

Se solicita amablemente considerar esta característica como opcional, ya que el grado de protección IP65 está más dirigido al sector industrial donde se ven altamente expuesto a polvo y agua; y no a un equipo e laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE. SE REQUIERE UN EQUIPO CON GRADO DE PROTECCION IP65 CONTRA AGUA Y POLVO. EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 6 de las estructura y funcionamiento ¿Control de temperatura por termopar de gran robustez¿

Debido a que el término utilizado ¿robustez¿ es interpretable de diversas formas. Se solicita aceptar un sensor tipo J para la operación del sistema de extracción de grasas, ya que este permite la medición de rangos de temperatura útiles para la extracción de grasas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE PARCIALMENTE.

SE ACEPTARA CONTROL DE TEMPERATURA POR TERMOPAR DE GRAN ROBUSTEZ O TERMOPAR TIPO J

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS ...Y/O TERMOPAR TIPO J

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 11 de las estructura y funcionamiento ¿Se entregan 2 conjuntos de juntas apatas para los diferentes disolvente ¿
Se solicita amablemente considerar esta característica como opcional ya que son específicos de la marca JP SELECTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: NO SE ACOGE. ESTOS ACCESORIOS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL METODO.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 14 de las estructura y funcionamiento ¿Cartucho reutilizable de vidrio¿

Se solicita amablemente considerar esta característica como opcional ya que los cartuchos solicitados son propios de la marca JP SELECTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACOGE.

ESTOS ACCESORIOS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL METODO.

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 15 de las estructura y funcionamiento ¿Temperatura de trabajo: 90-240°C¿

Se solicita amablemente considerar esta característica como Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
NO SE ACOGE.
PARA PODER REALIZAR UN PROCESO ADECUADO, SE REQUIEREN ALTAS TEMPERATURAS.
EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-25-2024-UNT/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 18 de las estructura y funcionamiento ¿Número de programas memorizables:16¿

Se solicita amablemente considerar esta característica como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE PARCIALMENTE EL CONTAR CON PROGRAMAS MEMORIZABLES PERMITE AHORRAR TIEMPO EN LA CONFIGURACION DEL METODO Y EVITA ERRORES DE DIGITACION Y APLICACION.

NUMERO DE PROGRAMAS MEMORIZABLES: 10 PROGRAMAS COMO MINIMO

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a a las bases integradas: ...10 PROGRAMAS COMO MINIMO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Según se indica en el punto 19 20 y 21 de las estructura y funcionamiento ¿Tiempo de extracción ¿boiling¿, ¿rinsing¿ .

Se solicita amablemente considerar esta característica como opcional ya que es propio de la marca JP SELECTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

ESTOS PARAMETROS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL METODO.

EN BASE AL ESTUDIO DE PROBABILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, SE DEMOSTRO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES PARA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO.

La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en Dimensiones ¿ dimensiones: 70x75x40 cm ¿

Se solicita amablemente no considerar ello como opcional o según fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE ALA CONSULTA PARCIALMENTE
SE ACEPTARA DIMENSIONES DEL EQUIPO DE 70 X 75 X 40 CM O 68 X 33 X 58 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara a las bases integradas ...y/o 68 X 33 X 58 CM.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en Consumo ¿ Peso :25 cm ¿

Se solicita amablemente no considerar ello como opcional o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE PARCIALMENTE.
SE ACEPTARA PESO DE 25 KG O MENOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas ...PESO DE 25 KG O MENOR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en Peso ¿ Peso :25 cm ¿

Se solicita amablemente no considerar ello como opcional o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que: SE ACOGE PARCIALMENTE.

SE ACEPTARA PESO DE 25 KG O MENOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS ...PESO DE 25 KG O MENOR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UNT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL PIP: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIOS DE DISECCIÓN DE LUZ O DE ESTÉREO, POTENCIÓMETROS Y ESTUFA DE LABORATORIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRÍCOLA, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y ZOOTÉCNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI 2471249

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:50:29

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en Panel de mandos ¿ Display LCD de 20 x 2 caracteres y Teclado de 4 teclas que permite seleccionar temperatura, tiempo y programa ¿

Se solicita amablemente no considerar ello como opcional o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en Virtud al oficio del área usuaria OFICIO N° 886-2024/UNT-UEI indica que:
SE ACOGE PARCIALMENTE.
SE ACEPTARA DISPLAY LCD DE 20 X 2 CARACTERES O PANTALLA TACTIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA A LAS BASES INTEGRADAS ...Y/O PANTALLA TACTIL.