

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20327514581

Nombre o Razón social : PLATINUM CORP S.R.L.

Fecha de envío : 30/05/2023

Hora de envío : 18:37:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Cronograma de Entrega

=====

Respecto a la cantidad de agente esterilizante solicitado (95UND), considerando que nuestra forma de presentación es en caja por 5 unidades, conforme a nuestra cotización que ha sido utilizada para la validez del resumen ejecutivo y precio estimado.

Consultamos para que en nuestro caso (sin alterar el total solicitado) se acepte también que la entrega se realice del modo siguiente:

1ra entrega: 20 Unidades
2da entrega: 15 Unidades
3ra entrega: 15 Unidades
4ta entrega: 15 Unidades
5ta entrega: 15 Unidades
6ta entrega: 15 Unidades
Total: 95 Unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE PARA LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN MÚLTIPLOS DE CINCO (5), SE ACEPTARÁ EL INTERNAMIENTO BIMENSUAL SUGERIDO POR EL CONTRATISTA. LA REFERIDA ADECUACIÓN SERÁ EFECTUADA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CRONOGRAMA DE ENTREGA: AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: 1RA ENTREGA: 20 UNIDADES, 2DA ENTREGA: 15 UNIDADES, 3RA ENTREGA: 15 UNIDADES, 4TA ENTREGA: 15 UNIDADES, 5TA ENTREGA: 15 UNIDADES, SEXTA ENTREGA: 15 UNIDADES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20327514581

Nombre o Razón social : PLATINUM CORP S.R.L.

Fecha de envío : 30/05/2023

Hora de envío : 18:37:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página19

e) Ficha técnica, folletos, instructivos y otros documentos en español, emitidos por el fabricante, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE (de cumplimiento obligatorio) indican que: La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida.

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que las especificaciones a acreditar en LOS INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN son lo referido a:

Insumos de Esterilización, Punto 5.2 del Requerimiento

- ¿ Características
- ¿ Composición
- ¿ Concentración (cuando corresponda)
- ¿ Condición Biológica
- ¿ Presentación
- ¿ Color (cuando corresponda)
- ¿ Nota

PARA LOS INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN.

Y que lo referido a ENVASE, ENBALAJE y los puntos 5.3 a 5.9 del Requerimiento, al tratarse de condiciones de cumplimiento a futuro y solo exigibles a quien obtenga la buena pro y suscriba el contrato, se acrediten en esta etapa solo con la presentación de la Declaración Jurada del Anexo 03.

Considerando además que están solicitando muestras para la evaluación objetivas de las especificaciones técnicas solicitadas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 e) **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estándar aprobadas por el OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACIÓN, Y EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL QUE DEBERÁ SER PUBLICADA EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PARTICIPANTE, SE EXIGIRÁ QUE SE ACREDITE: CARÁCTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN (CUANDO CORRESPONDA), CONDICIÓN BIOLÓGICA, PRESENTACIÓN, COLOR (CUANDO CORRESPONDA, ASI COMO LO REQUERIDO EN LO EXPRESADO COMO "NOTA". LO REFERIDO AL ENVASE Y EMBALAJE, ASI COMO LO REQUERIDO EN LOS NUMERALES 5.3 AL 5.9 SERÁN CONSIDERADAS ACREDITADAS CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL LITERAL D) DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIBILIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS.- ...E) FICHA TÉCNICA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS Y OTROS DOCUMENTOS EN ESPAÑOL, EMITIDOS POR EL FABRICANTE PARA ACREDITAR LAS CARÁCTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN (CUANDO CORRESPONDA), CONDICIÓN BIOLÓGICA, PRESENTACIÓN, COLOR (CUANDO CORRESPONDA, ASI COMO LO REQUERIDO EN LO EXPRESADO COMO "NOTA" DE LOS BIENES A SER ADJUDICADOS.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 30/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:37:13 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página19

e) Ficha técnica, folletos, instructivos y otros documentos en español, emitidos por el fabricante, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE (de cumplimiento obligatorio) indican que: La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida.

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que las especificaciones del Equipo de Esterilización referidas a los numerales A01 al A18 y B01 de las páginas 32 y 33 de las bases deben acreditadas en la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1.e) **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estándar aprobadas por el OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN DEL NUMERAL A01 AL A18 Y B01, DEBEN SER ACREDITADAS CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL LITERAL E) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 30/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:37:13 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 36

Otros factores de evaluación

PLAZO DE ENTREGA

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejora el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

=====
Consultamos para que previa evaluación del área usuaria se precise que el plazo de entrega al que se hace en referencia en este extremo se refiere solo al plazo de recepción e instalación del equipo, indicado en el cuarto párrafo del numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA (página 15 de las bases). Considerando que las entregas de insumos de esterilización se realizan mediante un cronograma de internamiento específico ya previsto en el requerimiento y bases (CRONOGRAMA DE ENTREGA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** IV.B **Página:** 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE EL FACTOR DE EVALUACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA, ES REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. EL PLAZO PARA EL EQUIPO, EXPRESADO EN LA PÁGINA 15 DE LAS BASES, ES REFERENTE A LA RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO, Y NO CONTIENE UN FACTOR DE EVALUACIÓN A QUIEN MEJORE EL MENCIONADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN;..B. PLAZO DE ENTREGA.- Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado de los insumos de la central de esterilización, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20327514581

Nombre o Razón social : PLATINUM CORP S.R.L.

Fecha de envío : 30/05/2023

Hora de envío : 18:37:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Página 31

Prestaciones Accesorias a la prestación principal

¿ El equipo en cesión en uso será entregado por el proveedor en óptimas condiciones de operatividad, no debe ser repotenciado. El proveedor deberá presentar documentación otorgada por la casa matriz que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado.

=====
Consultamos para que lo solicitado que hace referencia a condiciones en la etapa de ejecución contractual, se permita también la alternativa de presentar Carta del Contratista adjuntando la placa adherida desde fábrica del equipo esterilizador y pueda verificarse al momento de la entrega los datos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III 5.9 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE PARA EFECTOS DE ACREDITAR LAS ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO, SE ACEPTARÁ EN ADICIÓN LA CARTA DEL CONTRATISTA EN LA CUAL ADJUNTE LA PLACA ADHERIDA DESDE FÁBRICA EN DONDE SE VERIFIQUE LOS DATOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS¿.5.9 Prestaciones accesorias a la prestación principal¿..Características del Equipo¿..¿ El equipo en cesión de uso será entregado por el proveedor en óptimas condiciones de operatividad, no debe ser repotenciado. El proveedor deberá presentar documentación otorgada por la casa matriz ó carta del contratista en la cual se adjunta la placa adherida desde fábrica que indique fecha de fabricación, marca modelo y número de serie del equipo ofertado.

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 30/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:37:13 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Páginas 26 a 30

Para mantener la uniformidad en el viraje a la exposición con el peróxido de hidrogeno y garantizar la continuidad del procedimiento de esterilización y el funcionamiento óptimo de los equipos de esterilización, CONSULTAMOS para que se precise que:

Todos los insumos de esterilización solicitados que conforman el paquete y que deben ser utilizados en conjunto con el equipo de esterilización, deben ser exclusivos para el método de esterilización a baja temperatura por plasma de peróxido de hidrogeno y validados por el fabricante del equipo ofertado..

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE LO REFERIDO SOBRE LA EXCLUSIVIDAD DE LOS INSUMOS AL METODO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y SU VALIDACIÓN POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, SE ENCUENTRA REFERIDO EN CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES CONSIDERADOS EN EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MGP/DISAMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN /BIEN PP 0135

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20327514581 | Fecha de envío : | 30/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | PLATINUM CORP S.R.L. | Hora de envío : | 18:37:13 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Agente Esterilizante

=====

CONSULTAMOS para que se precise que por cada dispositivo plástico que contenga peróxido de hidrogeno debe indicar por 5 ciclos de esterilización

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE LO SOLICITADO POR EL PARTICIPANTE DE INDICAR QUE POR CADA DISPOSITIVO PLÁSTICO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, DEBE INDICAR 5 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CONLLEVARÍA A DIRIGIRLO A UNA DETERMINADA PRESENTACIÓN, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE NO ATENTAR CONTRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y LIBRE CONCURRENCIA, DEBERÁ ACOGERSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PROCESO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null