

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PLASMA, SILLON DE HEMODONACION, MONITOR DESFIBRILADOR Y COCHE DE PARO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, CON CUI 2566935-1 ITEM:SILLON PARA HEMODONACION (MOBILIARIO CLINICO)

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 15:33:08

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Conforme a lo señalado en el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar en su oferta las siguientes exigencias:

- Hoja de presentación de producto.

Solicitamos al Comité confirmar si nuestra apreciación es correcta: Que la hoja de presentación de producto debe estar sustentada cada característica con un catálogo, manual o folletería ORIGINAL del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2

Literal: E

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, los proveedores deberán presentar documentación técnica como: manuales, catálogos, folletería, datasheet, carta u otro documento emitido por el(los) fabricante (s).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PLASMA, SILLON DE HEMODONACION, MONITOR DESFIBRILADOR Y COCHE DE PARO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, CON CUI 2566935-1 ITEM:SILLON PARA HEMODONACION (MOBILIARIO CLINICO)

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20521180260         | Fecha de envío : | 03/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | OLIMPEX PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 15:33:08   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

...Ambos con esponja de poliuretano de alta densidad de 50mm (2") de espesor, que soporte por lo menos un peso de 20kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable de facil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alergénico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.

Solicitamos al Comité en aras de brindar mejoras al usuario final, pueda aceptar : ..."esponja de poliuretano de alta densidad de 50mm (2") de espesor o mayor..."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: V.2.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO SILLÓN PARA HEMODONACIÓN SOLICITADO, SE ENCUENTRAN APROBADAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI).

POR OTRA PARTE, SE PRECISA QUE LA ESPONJA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM (2") DE ESPESOR ES UN REQUERIMIENTO DEL USUARIO, POR LO CUAL NO CORRESPONDE EFECTUAR NINGUNA MODIFICACIÓN A LAS EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PLASMA, SILLON DE HEMODONACION, MONITOR DESFIBRILADOR Y COCHE DE PARO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, CON CUI 2566935-1 ITEM:SILLON PARA HEMODONACION (MOBILIARIO CLINICO)

|                         |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20521180260         | Fecha de envío : | 03/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | OLIMPEX PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 15:33:08   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

...con esponja de poliuretano de alta densidad de 50mm (2") de espesor, que soporte por lo menos un peso de 20kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable de facil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alergénico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.

Solicitamos al Comité en aras de brindar mejoras al usuario final, pueda aceptar : ..."esponja de poliuretano de alta densidad de 50mm (2") de espesor o mayor..."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: V.2.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO SILLÓN PARA HEMODONACION SOLICITADO, SE ENCUENTRAN APROBADAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI).

POR OTRA PARTE, SE PRECISA QUE LA ESPONJA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM (2") DE ESPESOR ES UN REQUERIMIENTO DEL USUARIO, POR LO CUAL NO CORRESPONDE EFECTUAR NINGUNA MODIFICACIÓN A LAS EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PLASMA, SILLON DE HEMODONACION, MONITOR DESFIBRILADOR Y COCHE DE PARO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, CON CUI 2566935-1 ITEM:SILLON PARA HEMODONACION (MOBILIARIO CLINICO)

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 15:33:08

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1% )

Largo de la plataforma (desplegada horizontalmente) 2100mm

Ancho de la plataforma: 650mm

Altura de la plataforma (posicion mas baja) 550 mm

Solicitamos al Comité pueda considerar la ampliación de las medidas aproximadas para poder dar oportunidad a las empresas que no comercializamos equipamiento fabricado localmente, sino que traemos tecnología de Europa/ EEUU. Esta tecnología que cumple con muy buenos estandares de calidad y hasta certificaciones en sus procesos de fabricación.

Por ello, solicitamos al comité pueda considerar lo siguiente:

Dimensiones aproximadas:

Largo de la plataforma (desplegada horizontalmente) 2100mm (+/- 35mm)

Ancho de la plataforma: 650mm (+/- 10mm)

Altura de la plataforma (posicion mas baja) 550 mm (+/- 5mm)

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.2

**Literal:** V.5

**Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO SILLÓN PARA HEMODONACIÓN SOLICITADO, SE ENCUENTRAN APROBADAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI).

POR OTRA PARTE, SE PRECISA QUE LA TOLERANCIA MÁXIMA EN LAS DIMENSIONES DEL MOBILIARIO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN +/- 1%, TOLERANCIA QUE ES UN REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, CUYO CUMPLIMIENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, POR LO CUAL NO CORRESPONDE EFECTUAR NINGUNA MODIFICACIÓN A LAS EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PLASMA, SILLON DE HEMODONACION, MONITOR DESFIBRILADOR Y COCHE DE PARO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, CON CUI 2566935-1 ITEM:SILLON PARA HEMODONACION (MOBILIARIO CLINICO)

|                         |                                   |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501701956                       | Fecha de envío : | 03/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:32:15   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

V.5 Dimensiones aproximadas:

Solicitan:

Altura de la plataforma (posición más baja): 550mm

De la revisión de las especificaciones técnicas y las imágenes adjuntas a las especificaciones se observa que el sillón para hemodonación es de altura fija a 550mm, es correcto nuestra apreciación.

Agradeceremos confirmar si el sillón para hemodonacion es de altura fija a 550mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: NA      Literal: NA      Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL IETSI A TRAVES DEL MEMORANDO N° 1295-IETSI-ESSALUD-2023, SE PRECISA QUE EN EL NUMERAL V.1 DE LA FICHA TÉCNICA SE MENCIONA LO SIGUIENTE: "CON SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE PIERNERAS Y RESPALDAR, CON CAPACIDAD PARA DESPLEGAR POSICIÓN TRENDELEMBURG, HORIZONTAL O SENTADO COMO MÍNIMO A TRAVÉS DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL REMOTO ALAMBRICO O INALAMBRICO".

ASIMISMO, EN EL NUMERAL V.2 SE MENCIONA "PLATAFORMA DE PACIENTE DIVIDIDA EN AL MENOS TRES PARTES: RESPALDAR, ASIENTO Y PIERNERA".

EN CONSECUENCIA, SIENDO LAS PIERNERAS Y EL RESPALDAR PARTES DE LA PLATAFORMA Y DEBIDO A QUE AMBAS TIENEN UN DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL, QUE DEBE DESPLEGAR ADEMAS LA POSICIÓN TRENDELEMBURG (UNA POSICIÓN EN LA QUE EL CUERPO ESTA INCLINADO HACIA ABAJO CON LOS PIES ELEVADOS), HACE QUE LA ALTURA DE LA PLATAFORMA SEA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null