

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.6 se ha establecido que la MODALIDAD DE EJECUCIÓN, es LLAVE EN MANO; lo cual no es correcto

De lo expuesto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable ante la contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita la responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de éstos, situación que, en el presente caso, no ocurre, toda vez que, el objeto de contratación no comprende la adquisición de los equipos en cesión de uso, sino la adquisición de bolsas colectoras. En esa línea, aun cuando el procedimiento de selección tiene como objeto la adquisición de bienes (bolsas colectoras), no debió indicarse que su modalidad de contratación sea llave en mano, aspecto que, resulta concordante con la Resolución N° 0995-2019-TCE-S3 - PRONUNCIAMIENTO N° 257-2022/OSCE-DGR.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR que la presente contratación se encuentra sujeta a la modalidad de llave en mano, toda vez, que esta no corresponde, conforme a los alcances indicados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que la modalidad de ejecución corresponde a LLAVE EN MANO debido a que el equipo en cesión de uso tiene que estar instalado y listo para usar con las bolsas colectoras de sangre cuádruple x 450 ML en la presente convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro del PLAZO DE ENTREGA, se ha establecido que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendario contados a partir del día siguiente de firmado el contrato; no obstante, el INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA, no es lo más idóneo y razonables por las siguientes razones:

1. Los bienes deben ser recibidos por el responsable del almacén de la entidad, quién solicita para el internamiento la respectiva orden de compra, considerando que con dicho documento puede verificar correctamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
2. Para poder efectuar el seguimiento del pago, así como los demás documentos en la etapa de ejecución contractual, resulta necesario contar la orden de compra.
3. De conformidad con el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Por tanto, la norma de contrataciones del Estado permita que la ejecución contractual sea con la orden de compra.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que establezca que el plazo de entrega será de 10 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 14

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área no acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega sera de 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato. Cabe precisar que la orden de compra sera emitida y notificada para fines pertinentes del postor adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se ha establecido cierta documentación que servirá para acreditar las especificaciones técnicas; sin embargo, no se ha detallado las especificaciones técnica de los bolsa colectora y del equipo en cesión de uso (EQUIPO AUTOMATIZADO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUINEO) que serán materia de acreditación en la oferta; por lo que corresponde señalar que las Bases estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida.

En ese sentido solicitamos al comité de selección sirva INCORPORAR en las bases, las características técnicas sujetas a su acreditación, sugiriendo que sean las siguientes:

PARA LA BOLSA COLECTORA: 1) Característica y 2) Dispositivos de bioseguridad

PARA LOS EQUIPO EN CESIÓN DE USO (EQUIPO AUTOMATIZADO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUINEO): 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Performance y 4) Características.

Acápite de las bases :Sección: EspecíficoNumeral: 2.2Literal: k,lPágina: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que se debe acreditar lo siguiente:

PARA LA BOLSA COLECTORA: 1) Característica y 2) Dispositivos de bioseguridad

PARA LOS EQUIPO EN CESIÓN DE USO (EQUIPO AUTOMATIZADO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO): 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Performance y 4) Características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que se debe acreditar lo siguiente:

PARA LA BOLSA COLECTORA: 1) Característica y 2) Dispositivos de bioseguridad

PARA LOS EQUIPO EN CESIÓN DE USO (EQUIPO AUTOMATIZADO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO): 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Performance y 4) Características.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con relación al CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA; entendemos que es aplica solo para la BOLSA COLECTORA.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: j) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura se aplica solo para las Bolsas Colectora de Sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura se aplica solo para las Bolsas Colectora de Sangre.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Considerando que en los literales k) y l) se ha previsto diversos documentos de manera indistinta solicitamos al comité de selección ACLARE, que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas serán con: COPIA SIMPLE DE CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS Y/O MANUALES Y/O INSERTOS Y/O BROCHURES Y/O CARTAS ACLARATORIAS, EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA DE MANERA INDISTINTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: k,l Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara para la acreditación de los literales k) y l) : COPIA SIMPLE DE CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS Y/O MANUALES Y/O INSERTOS Y/O BROCHURES Y/O CARTAS ACLARATORIAS, EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA DE MANERA INDISTINTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara para la acreditación de los literales k) y l) : COPIA SIMPLE DE CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS Y/O MANUALES Y/O INSERTOS Y/O BROCHURES Y/O CARTAS ACLARATORIAS, EMITIDAS POR EL FABRICANTE Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA DE MANERA INDISTINTA.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con relación a los literales m) y q) se está solicitando (las exigencias se repiten): m) DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL EQUIPO OFERTADO NO DEBE SER DE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 4 AÑOS y q)DECLARACIÓN JURADA DE FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO; no obstante, estas aparte de estar DUPLICADAS contraviene la disposición establecida en las bases estándar: Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento

En ese sentido, solicitamos que éstas sean suprimidas, al encontrarse subsumidas en el contenido del Anexo N°03

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que dichas declaraciones juradas de los literales m) y q) son para poder verificar y estar con la certeza que dicho equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas que solicita el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se está solicitando COLEGIATURA Y HABILITACIÓN VIGENTE, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, toda vez, que esta exigencia debe requerirse al inicio efectivo del contrato, tal como lo establece la Opinión N° 225-2017/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE precisó que lo siguiente: ¿(¿) De otro lado, respecto de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos como ¿personal profesional clave¿ en la oferta del postor, este Organismo Técnico Especializado ha señalado en diversos Pronunciamientos que ¿si bien los profesionales deben encontrarse colegiados y habilitados para el ejercicio de su profesión, la relevancia de dicho requerimiento no coincide necesariamente con la presentación de las ofertas, así como tampoco con la suscripción del contrato, sino con el inicio de su participación efectiva del contrato.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva SUPRIMIR la exigencia consignada en el literal k) del numeral 2.4 ¿ Requisitos para perfeccionar el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: -- Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que deberá presentar en la documentación de presentación obligatoria una Declaración jurada de soporte técnico indicar el nombre del personal técnico y que estará a disponibilidad del Iren Sur las 24 horas del día de lunes a domingo incluido feriados y días no laborables, debe contar con experiencia no menor a 12 meses en el mismo modelo del equipo ofertado. El postor ganador al momento de la firma de contrato deberá adjuntar la colegiatura y habilitación vigente y documentos que acrediten la experiencia como mínimo de 12 meses en el mismo modelo del equipo ofertado, de tal manera se podrá tener la certeza que se cumple con lo solicitado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, entendemos las exigencias previstas serán acreditadas al internamiento de los bienes.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que para la firma de contrato se deberá acreditar con relación al soporte técnico con la finalidad de tener la veracidad que se esta cumpliendo con lo solicitado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, al encontrarse la información dispersa en las bases administrativas, solicitamos se unifique en un solo apartado, debiendo precisarse su requisito y forma de acreditación al inicio efectivo del contrato (internamiento de los bienes)

1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que deberá presentar en la documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta una Declaración jurada de soporte técnico donde deberá indicar el nombre del personal técnico y que estará a disponibilidad del Iren Sur las 24 horas del día de lunes a domingo incluido feriados y días no laborables, debe contar con experiencia no menor a 12 meses en el mismo modelo del equipo ofertado y El postor ganador de la buena pro deberá presentar la colegiatura y habilitación vigente y documentos que acrediten la experiencia como mínimo de 12 meses en el mismo modelo del equipo ofertado en los documentos para perfeccionar el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con relación a la ANTIGÜEDAD de los equipos FRACCIONADOR AUTOMATICO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUINEO Y CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BOLSAS DE SANGRE TOTAL solicitamos al comité de selección amplie el rango de ésta (se solicita que el equipo ofertado no sea mayor de 4 años), fomentando así la pluralidad de postores precisando que la ANTIGÜEDAD será no mayor a seis (06) años, que permita a la entidad obtener la oferta más ventajosa para la entidad; más aún cuando LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO reciben mantenimientos preventivos conforme a lo señalado por el fabricante y mantenimientos correctivos, en caso se detallen fallas técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara la antigüedad del equipo en cesión de uso no mayor a 6 años, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara la antigüedad del equipo en cesión de uso no mayor a 6 años.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con relación a la ANTIGÜEDAD del equipo, entendemos que ha existido un error en el término ¿desde la fecha de ingreso a la entidad¿, toda vez, que esta es incierta y depende del desarrollo del procedimiento de selección; por lo que solicitamos al comité de selección precise lo siguiente:

ANTIGÜEDAD: No mayor de 06 años desde su manufactura hasta la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que el equipo en cesión de uso no debe tener una antigüedad mayo de 6 años desde su manufactura hasta la presentación de la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el equipo en cesión de uso no debe tener una antigüedad mayo de 6 años desde su manufactura hasta la presentación de la oferta

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Con relación al ROTULADO; entendemos que este será solo aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección acoge la consulta y aclara que el rotulado solo es aplicable para el envase mediato debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que el rotulado solo es aplicable para el envase mediato debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección adecue el apartado de GARANTÍA COMERCIAL, toda vez, que esta no se encuentra acorde con la naturaleza de ésta (garantía no es igual a antigüedad); es por ello oportuno indicar que Garantía Comercial: Consiste en la obligación que asume el proveedor de proteger a la Entidad frente a un riesgo de mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad; más aún cuando los bienes objeto de la convocatoria son reactivos, no del equipo ofertado en cesión de uso (propiedad del contratista).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta; y aclara que GARANTÍA COMERCIAL, precisando que esta es solo aplicable frente a un riesgo de mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que la GARANTÍA COMERCIAL, precisando que esta es solo aplicable frente a un riesgo de mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección PRECISE que la presente contratación no contempla PRESTACIONES ACCESORIAS (no se advierte plazo de entrega, ni forma de pago diferenciado), toda vez, que el mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y capacitación, forma parte de la prestación principal, considerando que los equipos no se entregarán como adquisición sino en cesión de uso, siendo el contratista responsable de efectuar todas las actividades descritas; no correspondiendo así un pago individualizado por estas actividades.

En base al artículo 29.9 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se indica que las Prestaciones Accesorias se deben indicar en la definición del requerimiento, en caso esta se haya previsto deberá desglosar la forma de pago, plazo de ejecución, entre otros, SITUACIÓN NO APLICABLE EN PRESENTE CASO, por la naturaleza del requerimiento (adquisición de dispositivos médicos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que el proceso de selección es a suma alzada y llave en mano que en su propuesta económica debe incluir todos los gastos e impuestos, etc. necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BOLSAS COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	14:45:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR el numeral 7.9 ¿ Otras penalidades; toda vez, que no se ajusta a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; caso contrario, se incluya un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección acoge la consulta y aclara que suprimirá el numeral 7.9 otras penalidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificaran las bases