


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-ESSALUD/CEABE-1 (2398L00031)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO							
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia Central de Proyectos de Inversión						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición de Equipamiento Biomédico para el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	3.3						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1391						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA / IOARR	Código	2430673					
		Declaratoria de la viabilidad	VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1721-GCPI-CEABE-ESSALUD-2022		Fecha de recepción	30/06/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/10/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	5/12/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	----	
		Fecha de la cuarta versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----	
		Fecha de la quinta versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			----	Fecha de aprobación	----	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			----	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N°	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3				3	Memorando N° 908-SGPYEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2022	12.07.2022
<p>La empresa ENDOMED TECHNOLOGIES S.A.C. hace observaciones a las EETT B06, B07, B14 y D03 del ítem 1 y solicita su modificación.</p> <p>Las empresa MASTER MEDIC S.A., respecto a la EETT A02 del ítem 2, solicita indicar: de parámetros preconfigurados o modulares (monitor y módulos de la misma marca), de parámetros integrados y ranuras para incrementar parámetros a través de módulos.</p> <p>La empresa VITALTEC S.A.C. solicita aclaraciones respecto a la ubicación de los equipos de los ítems 1 y 2, así como la ubicación de los puertos LAN.</p>								



**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-ESSALUD/CEABE-1 (2398L00031)**

2	2				2	Memorando N° 924-SGPYEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2022	20.07.2022
La empresa BASCAT & CIA S.A.C. con respecto al ítem 1, solicita aclarar la cantidad de cables troncales EEG señalado en las EETT D02 y D03; así mismo cuestiona el total de sensores de la EETT D05 manifestando que esto encarece el equipo. La empresa TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. observa las EETT B03 y B05 del ítem Video Colonoscopio Especializado, señalando que son anti técnicas.							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N°	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2				2	Memorando N° 58-SGECC-GEP-GCPI-ESSALUD-2022	25.07.2022
Respecto a las observaciones realizadas por la empresa ENDOMED TECHNOLOGIES S.A.C. , de la característica B06 señala que la Entidad solicita una salida de RED ETHERNET que soporte velocidades de 10/100/1000 MBIT/SEG.; respecto a la característica B07 señala que se solicita puertos USB con la finalidad de asegurar una velocidad mínima de transferencia de datos; en relación a la característica B14, señala que la lectora/grabadora es un requerimiento mínimo solicitado por la Entidad de cumplimiento obligatorio; respecto a la característica D03 señala que requiere que los cables troncales sean de 5 ramales para 7 derivaciones; en ninguno de los casos señalados corresponde realizar ninguna modificación. En relación a lo observado por la empresa MASTER MEDIC S.A. , señala que los monitores deben ser modulares, el mismo que ha sido aprobado por el IETSI, por lo que no corresponde efectuar ninguna modificación.							
2	3				3	Memorando N° 63-SGECC-GEP-GCPI-ESSALUD-2022	4/08/2022
Respecto a las observaciones de la empresa TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. , el área usuaria señaló que las características B03 y B05, son requerimientos técnicos mínimos solicitados por la Entidad, por lo que no es posible retirar dichos literales. En relación a lo solicitado por la empresa BASCAT & CIA S.A.C. , de la característica D02 precisa que se requieren 02 cables troncales de ECG de 3 ramales, luego se requieren 3 cables-ramales para conectar al cable troncal en una cantidad de 4 juegos por cada troncal. Con respecto a la característica D03, precisa que se requiere 2 cables troncales de ECG de 05 ramales para conectar al cable troncal en una cantidad de 4 juegos por cada troncal. En cuanto a la característica D05, señala que las cantidades indicadas en la ficha técnica son las mínimas solicitadas por la Entidad. Con respecto a la consulta formulada por la empresa VITALTEC S.A.C. , señala que es responsabilidad del proveedor la correcta instalación de los equipos, para ello deberá realizar los trabajos de preinstalación, sin costo adicional para EsSalud.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
	Se excluyeron 03 ítems de la presente contratación, los cuales serán objeto de otras contrataciones.						

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2022			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		

4	
	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MANUEL ALBERTO SANCHEZ CEBAS
Gerente de Adquisición de Bienes Estratégicos
Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos
ESSALUD

