

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY
Nomenclatura :	LP-ABR-5-2025-HRGDV-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código : 20612262587
Nombre o Razón social : DELTALABO S.A.C.

Fecha de envío : 09/06/2025
Hora de envío : 16:18:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a los 24 reactivos solicitados en el presente proceso, indican que se solicita que el número de determinación por kit sea de 100 determinaciones, en este sentido y en aras de la pluralidad de postores, solicitamos amablemente al comité evaluador, adicione las presentaciones por kit de 50 det y 2 x 50 det, toda vez que estas presentaciones son múltiplos de la cantidad total de pruebas solicitadas en las bases.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge la consulta, ya que contar con un kit de 100 pruebas o un kit de 50 pruebas no altera el requerimiento realizado, siempre y cuando el postor ganador entregue la totalidad de las pruebas solicitadas.

Por lo que, se incluye lo siguiente en las bases integradas de las especificaciones técnicas de reactivos de inmunología y hormonas:

Empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura :LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	16:18:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Item 25: Respecto al ítem HTLV I -II solicitado en el presente proceso y considerando que esta prueba es efectuada rutinariamente por el servicio de Banco de Sangre de su Institución, lo cual reduce significativamente la demanda de pruebas de HTLV I-II en el servicio de Patología Clínica; como consecuencia, la adquisición de este ítem implicaría un gasto innecesario en un reactivo de baja rotación. Por tal motivo, solicitamos amablemente al comité evaluador que dicho ítem sea considerado como opcional dentro del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité NO ACOGE la consulta, ya que, si bien el Servicio de Banco forma parte del Departamento , tiene otras finalidades y prioridades que es garantizar reactivos de tamizaje para las unidades de sangre . Como Servicio de Patología Clínica realiza procesamiento de pruebas inmunológicas a todos los pacientes del HRGDV las 24 horas del día .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el apartado 3.3 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, d. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES indican: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en [INDICAR DIRECCIÓN EXACTA DEL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES].

Se solicita al comité indicar la dirección de entrega de los bienes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la consulta de acuerdo a lo señalado en el literal j) del artículo 5° de la LGCP que señala: j) Competencia: los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que garantice el equilibrio entre la calidad y el precio. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Por lo que con motivo de la Integracion de bases se considera e incorpora en las bases (pag. 21) que, el bien, materia de la presente convocatoria se entregaran en ALMACÉN CENTRAL del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión ¿ Abancay - Abancay - Apurimac

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El bien, materia de la presente convocatoria se entregaran en ALMACÉN CENTRAL del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión ¿ Abancay - Abancay - Apurimac

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en el reactivo 1 Antígeno de superficie Hepatitis B (HBsAg) indican que este debe tener una Especificidad de 99.47%.

Se solicita al comité de selección ACLARAR si se refiere a una especificidad mínima solicitada; es decir, SI ACEPTAN una especificidad MAYOR A LA INDICADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que la especificidad solicitada es la mencionada en las bases, sin embargo, si un postor cuenta con una especificidad mayor a la indicada se Aceptara, por lo que se incluye en las bases integradas lo siguiente:

Especificidad: mayor o igual a 99.47%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificidad: mayor o igual a 99.47%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en la descripción de los reactivos indican que el reactivo debe venir EN EMPAQUE SELLADO CON CÓDIGO DE BARRAS DE 100 DETERMINACIONES

Actualmente en el mercado, existen analizadores automatizados con lector RFID para reactivos, que contiene la información completa de un reactivo (fecha de vencimiento, lote, cantidad de pruebas).

Se solicita al comité de selección ACEPTAR un empaque sellado con lector RFID para reactivos, basándonos Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge la consulta y se incluye de la siguiente manera como opcional en las bases integradas: Reactivos para la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B en empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Reactivos para la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B en empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en la descripción de los reactivos indican que el reactivo debe venir EN EMPAQUE SELLADO CON CÓDIGO DE BARRAS DE 100 DETERMINACIONES

Actualmente en el mercado, existen presentaciones de reactivo de 100 y 50 determinaciones, dichas presentaciones son adecuadas para pruebas especiales de baja rotación y garantizan una seguridad en la estabilidad del reactivo.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR un empaque sellado de 50 o 100 determinaciones, que en casos de presentación sería: 1 EMPAQUE DE 100 DETERMINACIONES o 2 EMPAQUES DE 50 DETERMINACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge la consulta, ya que contar con un kit de 100 pruebas o un kit de 50 pruebas no altera el requerimiento realizado, siempre y cuando el postor ganador entregue la totalidad de las pruebas solicitadas. Por lo que, se incluye lo siguiente en las bases integradas de las especificaciones técnicas de reactivos de inmunología y hormonas:

Empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en el reactivo 4 Hepatitis C indican que este debe tener una Especificidad de 99.61%.

Se solicita al comité de selección ACLARAR si se refiere a una especificidad mínima solicitada; es decir, SI ACEPTAN una especificidad MAYOR A LA INDICADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que la especificidad solicitada es la mencionada en las bases, sin embargo, si un postor cuenta con una especificidad mayor a la indicada se Aceptara, por lo que se incluye en las bases integradas lo siguiente:
Especificidad: mayor o igual a 99.61%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificidad: mayor o igual a 99.61%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en el reactivo 23 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA CUANTITATIVO.

Se conoce que esta hormona posee de dos subunidades, alfa y beta, siendo la beta la más comúnmente dosada en los laboratorios clínicos.

Se solicita al comité ACLARAR si el reactivo solicitado es la HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA SUB UNIDAD BETA CUANTITATIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA que el ítem solicitado es GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA SUB UNIIDAD BETA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en el reactivo 24 CYFRA.

Se conoce que hay un marcador tumoral llamado CYFRA 21.1 que sirve para apoyar el diagnóstico, seguimiento y respuesta al tratamiento en casos de cáncer de pulmón.

Se solicita al comité ACLARAR si el reactivo solicitado es el CYFRA 21.1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el reactivo solicitado es CYFRA o CYFRA 21.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA Y HORMONAS, en el reactivo 25 HTLV I-II indican que este debe tener una Especificidad de 99.47%.

Se solicita al comité de selección ACLARAR si se refiere a una especificidad mínima solicitada; es decir, SI ACEPTAN una especificidad MAYOR A LA INDICADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que la especificidad solicitada es la mencionada en las bases, sin embargo, si un postor cuenta con una especificidad mayor a la indicada se Aceptara, por lo que se incluye en las bases integradas lo siguiente:
Especificidad: mayor o igual a 99.47%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especificidad: mayor o igual a 99.47%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANALIZADOR EN CESIÓN DE USO, en CARACTERÍSTICAS GENERALES indican:

Con uso de tips individuales y desechables para evitar arrastre-contaminación.

Actualmente en el mercado existen analizadores con 4 estaciones de lavado de agujas de muestreo que garantizan un arrastre menor igual a 10⁻⁵.

Se solicita al comité ACEPTAR como OPCIONAL la característica del Uso de tips individuales y desechables para evitar arrastre - contaminación, teniendo en cuenta que también se puede evitar con UNA TECNOLOGÍA DE LAVADO DE AGUJA EN 4 ESTACIONES.

Basándonos en el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge a lo solicitado, por lo que en la integración de bases de las características del analizador en cesion de uso se incluye lo siguiente:

Uso de tips individuales y desechables u otro sistema de acuerdo a cada fabricante con la finalidad que evite el arrastre - contaminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Uso de tips individuales y desechables u otro sistema de acuerdo a cada fabricante con la finalidad que evite el arrastre - contaminación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRGDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA Y HORMONAS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HRGDV - ABANCAY

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:26:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANALIZADOR EN CESIÓN DE USO, en MUESTRAS mencionan que estas deben:
TRABAJAR CON REACTIVOS SELLADOS Y CON CÓDIGO DE BARRAS.

Actualmente en el mercado, existen analizadores automatizados con lector RFID, que contiene la información completa de un reactivo (fecha de vencimiento, lote, cantidad de pruebas).

Se solicita al comité de selección ACEPTAR un empaque sellado con lector RFID para reactivos, basándonos Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge la consulta y se incluye de la siguiente manera como opcional en las bases integradas:
Reactivos para la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B en empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Reactivos para la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B en empaque sellado con código de barra opcional con lector RFID de 50 determinaciones a más, listos para usar.