

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-IRENSUR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Advertimos que en el numeral 1.6 se ha establecido que la presente contratación se encuentra bajo la modalidad de ejecución de LLAVE EN MANO; lo cual no es correcto conforme al objeto de la convocatoria (adquisición de dispositivos médicos asociados a equipos en cesión de uso); ello ha sido materia de diversos pronunciamientos PRONUNCIAMIENTO N° 257-2022/OSCE-DGR, así como opiniones - Opinión N° 104-2017-OSCE/DTN del OSCE, que detallamos a continuación :¿De lo expuesto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable ante la contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita la responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de éstos, situación que, en el presente caso, no ocurre, toda vez que, el objeto de contratación no comprende la adquisición de los equipos en cesión de uso, sino la adquisición de reactivos¿

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva precisar que la presente contratación NO ES APLICABLE la modalidad de ejecución llave en mano.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que la modalidad de ejecución corresponde a LLAVE EN MANO debido a que el equipo en cesión de uso tiene que estar instalado y listo para usar con los reactivos adquiridos en la presente convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con relación al PLAZO DE ENTREGA, la entidad ha establecido que esta será de 15 días calendario; sin embargo, este plazo resulta insuficiente considerando las actividades que deben desplegarse, no solo la entrega de dispositivos médicos sujetos a importación, sino también del equipo en cesión de uso; por tal motivo solicitamos al comité de selección amplie el plazo de entrega a VEINTE (20) días calendario, ello permitirá no solo promover la competencia efectiva en la fase selectiva, sino también obtener la oferta más ventajosa para la entidad.

De aceptar nuestra consulta el texto quedaría redactado de la siguiente manera:

¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de 20 días calendario (¿)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta debido a que por ser un Instituto especializado en atender a pacientes con cáncer se necesita los reactivos en el plazo mas corto, se aclara que el plazo de entrega sera de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato. Además existe pluralidad de postores en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Como se observa también del INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA, se ha establecido que este comenzará a computarse desde el día siguiente de firmado el contrato; sin embargo, ello no es lo idóneo y razonable por las siguientes razones:

- 1. Los bienes deben ser recibidos por el responsable del almacén de la entidad, quién solicita para el internamiento la respectiva orden de compra, considerando que con dicho documento puede verificar correctamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
- 2. Para poder efectuar el seguimiento del pago, así como los demás documentos en la etapa de ejecución contractual, resulta necesario contar la orden de compra.
- 3. De conformidad con el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Por tanto, la norma de contrataciones del Estado permita que la ejecución contractual sea con la orden de compra; mas aún cuando existe demoras para la suscripción del contrato.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva establecer que el INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA será contabilizado A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega sera de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato; cabe aclarar que la orden de compra se emitirá y notificara para los fines pertinentes para el proveedor adjudicado, pero no contabilizara para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se ha establecido cierta documentación que servirá para acreditar las especificaciones técnicas; sin embargo, no se ha detallado las especificaciones técnica de los reactivos y del equipo en cesión de uso que serán materia de acreditación en la oferta; por lo que corresponde señalar que las Bases estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida.

En ese sentido solicitamos al comité de selección sirva INCORPORAR en las bases, las características técnicas sujetas a su acreditación, sugiriendo que sean las siguientes:

PARA LOS REACTIVO: 1) Forma de presentación y 2) Metodología.

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO: 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Características y 4) Control de Calidad Interno y externo

Las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que las especificaciones técnicas acreditar de los reactivos son: 1) Forma de presentación y 2) Metodología. Las especificaciones técnicas acreditar del equipo en cesión de uso son: 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Características y 4) Control de Calidad Interno y externo. y las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones técnicas acreditar de los reactivos son: 1) Forma de presentación y 2) Metodología. Las especificaciones técnicas acreditar del equipo en cesión de uso son: 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Características y 4) Control de Calidad Interno y externo. y las demás especificaciones técnicas se encontrarán debidamente acreditadas en la oferta con el ANEXO N°03

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De aceptarse la consulta anterior, entenderíamos que solo se acreditará especificaciones técnicas del equipo Principal y Reactivos Principales.

Solicitamos al comité de selección PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que las especificaciones técnicas a acreditar son del equipo principal en cesión de uso y los reactivos del objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones técnicas a acreditar son del equipo principal en cesión de uso y los reactivos del objeto de la convocatoria.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerando que en los literales k) y l) se ha previsto diversos documentos de manera indistinta solicitamos al comité de selección ACLARE, que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas serán con: ¿folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que para acreditar las características y/o requisitos funcionales serán con: folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que para acreditar las características y/o requisitos funcionales serán con: folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria de manera indistinta

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con relación a los literales m) y q) se está solicitando (las exigencias se repiten) que los postores declaremos que el equipo ofertado no debe ser de una antigüedad mayor a cinco (05) años; no obstante, estas aparte de estar duplicadas contraviene la disposición establecida en las bases estándar: Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento

En ese sentido, solicitamos que éstas sean suprimidas, al encontrarse subsumidas en el contenido del Anexo N°03

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que dichas declaraciones juradas de los literales m) y q) son para poder verificar y estar con la certeza que dicho equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas que solicita el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se esta solicitando COLEGIATURA Y HABILITACIÓN VIGENTE, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, toda vez, que esta exigencia debe requerirse al inicio efectivo del contrato, tal como lo establece la Opinión N° 225-2017/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE precisó que lo siguiente: ¿(¿) De otro lado, respecto de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos como ¿personal profesional clave¿ en la oferta del postor, este Organismo Técnico Especializado ha señalado en diversos Pronunciamientos que ¿si bien los profesionales deben encontrarse colegiados y habilitados para el ejercicio de su profesión, la relevancia de dicho requerimiento no coincide necesariamente con la presentación de las ofertas, así como tampoco con la suscripción del contrato, sino con el inicio de su participación efectiva del contrato.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva SUPRIMIR la exigencia consignada en el literal k) del numeral 2.4 ¿ Requisitos para perfeccionar el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta correspondiente, por ser un requisito solicitado por el área usuaria y además al ser un instituto especializado en tratamiento de cáncer se necesita que el personal que repare o que haga mantenimiento al equipo en cesión de uso que tenga las capacidades correspondientes para el mantenimiento de estos equipos y que sea de manera rápida según los TDR y se le aclara que los documentos de acreditación de dicho personal se presentaran a la firma de contrato. Además, existen pluralidades de postores en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, al encontrarse la información dispersa en las bases administrativas, solicitamos se unifique en un solo apartado, debiendo precisarse su requisito y forma de acreditación al inicio efectivo del contrato (internamiento de los bienes)

1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que con relación al SOPORTE TÉCNICO su requisito y forma de acreditación se debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que con relación al SOPORTE TÉCNICO su requisito y forma de acreditación se debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
1. CONTAR UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRONICO.
Se acreditará con copia simple del grado académico.
2. CAPACITADO POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑO DE LA MARCA.
Se acreditará con copia simple del certificado solicitado.
3. EXPERIENCIA COMO MÍNIMO DE 12 MESES EN LA INSTALACIÓN DEL MISMO MODELO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, la entidad ha previsto que el ingeniero tenga residencia local; no obstante, no se ha precisado cual será el documento a través del cual será acreditado dicha exigencia; por lo que solicitamos al comité de selección PRECISE que esta exigencia será acreditada a la suscripción del contrato con cualquiera de los siguientes documentos; copia simple de DNI, copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que la residencia local del soporte técnico se deberá acreditar al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato con cualquier de los siguientes documentos: copia simple de DNI, copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que la residencia local del soporte técnico se deberá acreditar al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato con cualquier de los siguientes documentos: copia simple de DNI, copia simple de algún servicio público o cualquier documento que acredite su residencia en la ciudad de Arequipa.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con relación al ROTULADO; entendemos que este será solo aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el Rotulado solo es aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el Rotulado solo es aplicable para el ENVASE MEDIATO, debido a que no se puede alterar las propiedades físicas, químicas de los bienes objeto de la convocatoria.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección adecue el apartado de GARANTÍA COMERCIAL, toda vez, que esta no se encuentra acorde con la naturaleza de ésta, así como los bienes objeto de la convocatoria (dispositivos médicos); es por ello oportuno indicar que Garantía Comercial: Consiste en la obligación que asume el proveedor de proteger a la Entidad frente a un riesgo de mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad; más aún cuando los bienes objeto de la convocatoria son reactivos, no del equipo ofertado en cesión de uso (propiedad del contratista).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que no corresponde garantía comercial debido al objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la página 25 se indica el siguiente texto: ¿El área usuaria podrá solicitar el canje del insumo próximo a vencer con la debida anticipación (mayor o igual a 02 meses)?

Entendemos que dicha exigencia, SOLO CORRESPONDE PARA AQUEL PROVEEDOR QUE NO CUMPLE CON LA VIGENCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES, toda vez, que sería un despropósito y una medida poco razonable para los proveedores, que sí cumplen con esta, toda vez, que ello impactaría en el monto de las ofertas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el canje solo corresponde para aquel proveedor que no cumple con la vigencia mínima requerida para los reactivos de la presente convocatoria en las especificaciones técnicas al momento del internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el canje solo corresponde para aquel proveedor que no cumple con la vigencia mínima requerida para los reactivos de la presente convocatoria en las especificaciones técnicas al momento del internamiento de los bienes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR el numeral 7.9 Otras penalidades, por no cumplir lo dispuesto en el artículo 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debemos recordar que no se puede aplicar otras penalidades por incumplimiento en el plazo de entrega establecido como mora en la ejecución de prestaciones, asimismo de incluir otras penalidades debe establecerse en requerimiento, el supuesto de aplicación de otras penalidades, la formula del calculo y el procedimiento mediante el cual se verifica estas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta ya clara que suprimirá el numeral 7.9. otras penalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificaran las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se requiere presentar el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASÍ COMO SU CRONOGRAMA durante el periodo de la prestación; sin embargo, la entidad no ha establecido dicho periodo, lo cual haría que no se conozca con exactitud la necesidad de la entidad y que esta se vea reflejada en las ofertas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección PRECISE el periodo de la presente contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que el periodo de prestación será de seis meses

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que el periodo de prestación sera de seis meses.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que incorpore dentro de los documentos para la admisión de la oferta, la siguiente exigencia:

REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO del REACTIVO (incluye accesorios: diluyentes, control interno y células) que permitan la realización completa de la prueba.

Asimismo, solicitamos se precise que: ¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

Sustento: Los bienes materia de la presente contratación deben ser autorizados para su comercialización en el mercado nacional por la autoridad competente, que en este caso es DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara el certificado de REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO del REACTIVO (incluye accesorios: diluyentes, control interno y células) que permitan la realización completa de la prueba. En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara el certificado de REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO del REACTIVO (incluye accesorios: diluyentes, control interno y células) que permitan la realización completa de la prueba. En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Al revisar las especificaciones técnicas de la prueba de RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ANTIERITROCITARIOS en el apartado de ACCESORIOS solicitan ¿Células de Fenotipo adecuado (Células I, II y III) y panel de células (11 a más células)¿

Al respecto entendemos que las Células de Fenotipo adecuado (Células I, II y III) y panel de células (11 a más células) deben contener el antígeno Diego A dentro del kit por ser de alta prevalencia durante el estudio de anticuerpos Anti-Dia a nivel de Latinoamérica.

Solicitamos al comité de selección PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que las Células de Fenotipo adecuado (Células I, II y III) y panel de células (11 a más células) deben contener el antígeno Diego A dentro del kit por ser de alta prevalencia durante el estudio de anticuerpos Anti-Dia a nivel de Latinoamérica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que as Células de Fenotipo adecuado (Células I, II y III) y panel de células (11 a más células) deben contener el antígeno Diego A dentro del kit por ser de alta prevalencia durante el estudio de anticuerpos Anti-Dia a nivel de Latinoamérica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Al revisar las especificaciones técnicas del EQUIPO EN CESIÓN DE USO en el apartado de CONSUMIBLES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS Solicitan que debe incluir el control de calidad interno, para cada una de las pruebas.

Entendemos que la solicitud de control de calidad interno hace referencia a aquel material de control que es producido por el fabricante por lo tanto compatible con los equipos en cesión de uso.

Solicitamos al comité de selección PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que la solicitud de control de calidad interno hace referencia a aquel material de control que es producido por el fabricante por lo tanto compatible con los equipos en cesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que la solicitud de control de calidad interno hace referencia a aquel material de control que es producido por el fabricante por lo tanto compatible con los equipos en cesión de uso.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Al revisar las especificaciones técnicas del EQUIPO EN CESIÓN DE USO en el apartado de ANTIGÜEDAD solicitan que el año de FABRICACIÓN será no mayor a 05 año de antigüedad a la presentación de la oferta.

Entendemos que esta exigencia es solo para el equipo principal.

Al respecto hacemos notar al comité de selección que el equipo Backup solo será usado en circunstancias poco frecuentes. Ya que de presentarse alguna incidencia con el equipo principal este podrá ser atendido, las 24 horas del día y los 7 días a la semana.

Por ello se solicita al comité de selección aceptar un equipo backup no mayor a 06 años de antigüedad con características similares al equipo principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta y aclara que el equipo principal en cesión de uso la antigüedad de fabricación sera no mayor a 05 años a la presentación de la oferta y para el equipo Backup no mayor a 06 años de antigüedad con características similares al equipo principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que el equipo principal en cesión de uso la antigüedad de fabricación sera no mayor a 05 años a la presentación de la oferta y para el equipo Backup no mayor a 06 años de antigüedad con características similares al equipo principal.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Al revisar el punto 6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor

Solicitan 01 impresora para tarjeta PVC para entrega de carnet a donantes de sangre fidelizados.

Al respecto debemos indicar al comité de selección que este es un requerimiento costoso, lo cual implicaría un encarecimiento de las pruebas.

Por ello solicitamos al comité de selección suprimirlo ya que además no se hace imprescindible para el proceso de las pruebas, objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que la (01) impresora para tarjeta PVC para entrega de carnet a donantes de sangre fidelizados será de manera opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que la (01) impresora para tarjeta PVC para entrega de carnet a donantes de sangre fidelizados será de manera opcional.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL AREA INMUNOHEMATOLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:01:46

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Al revisar el punto 6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor

Solicitan 02 equipos de computo (de generación reciente con sus respectivos accsesorios)

Entendemos que estas computadoras serán parte del equipamiento de implementación del software.

De no ser así, sería un requerimiento adicional, lo cual implicaría un encarecimiento de las pruebas.

Por ello solicitamos al comité de selección suprimirlo o PRECISAR si las 02 PCs solicitadas formarían parte del equipamiento de implementación del software.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que las (02) PCs solicitadas forman parte del equipamiento de implementación del software

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las (02) PCs solicitadas forman parte del equipamiento de implementación del software