

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE DISPOSITIVO MEDICO : ASA DE CORTE PARA RESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HNASS DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20106695700	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A.	Hora de envío :	21:11:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANEXO Nº B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Empaque:

* Que garantice la esterilidad e integridad del producto

Para promover la pluralidad de postores, solicitamos se acepte también Asas no estériles (asépticas) ya que su condición biológica no altera la funcionalidad del dispositivo médico, quedando la característica técnica de la siguiente manera:

* Que garantice la esterilidad/asepsia e integridad del producto

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR SER UN DISPOSITIVO MEDICO DESCARTABLE PARA USO INVASIVO CLASE III DE CLASIFICACION DE RIESGOS, TIENE QUE SER ESTERIL, TANTO EL DISPOSITIVO COMO EL AMPAQUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR SER UN DISPOSITIVO MEDICO DESCARTABLE PARA USO INVASIVO CLASE III DE CLASIFICACION DE RIESGOS, TIENE QUE SER ESTERIL, TANTO EL DISPOSITIVO COMO EL AMPAQUE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE DISPOSITIVO MEDICO : ASA DE CORTE PARA RESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HNASS DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20106695700	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A.	Hora de envío :	21:11:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ANEXO Nº B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:
* Condiciones Biológicas: Estéril, libre de látex, libre DEHP

Para promover la pluralidad de postores, solicitamos se acepte también Asas no estériles (asépticas) ya que su condición biológica no altera la funcionalidad del dispositivo médico, quedando la característica técnica de la siguiente manera:
* Condiciones Biológicas: Estéril o Aséptica, libre de látex, libre DEHP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR SER UN DISPOSITIVO MEDICO DESCARTABLE PARA USO INVASIVO , CLASE III DE CLASIFICACION DE RIESGOS, TIENE QUE SER ESTERIL TANTO EL DISPOSITIVO COMO EL EMPAQUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR SER UN DISPOSITIVO MEDICO DESCARTABLE PARA USO INVASIVO , CLASE III DE CLASIFICACION DE RIESGOS, TIENE QUE SER ESTERIL TANTO EL DISPOSITIVO COMO EL EMPAQUE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE DISPOSITIVO MEDICO : ASA DE CORTE PARA RESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HNASS DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20106695700	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A.	Hora de envío :	21:11:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ANEXO Nº B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características:

* Asa de corte de vapo-resección en forma de U, con cable de alimentación integrado

Para promover la pluralidad de postores, solicitamos que la característica técnica "con cable de alimentación integrado" sea opcional ya que esta característica la cumple una sola marca el mercado nacional, quedando la característica técnica de la siguiente manera:

* Asa de corte de vapo-resección en forma de U, con o sin cable de alimentación integrado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE MODIFICARA LA FICHA TECNICA LOCAL, SEGÚN LO SOLICITADOPOR SU REPRESENTADA A FIN DE FAVORECER LA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE MODIFICARA LA FICHA TECNICA LOCAL, SEGÚN LO SOLICITADOPOR SU REPRESENTADA A FIN DE FAVORECER LA PLURALIDAD DE POSTORES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2023-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE DISPOSITIVO MEDICO : ASA DE CORTE PARA RESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HNASS DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20106695700	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A.	Hora de envío :	21:11:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ANEXO Nº B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características:
* Uso único (descartable)

Para promover la pluralidad de postores, solicitamos se acepte también Asas de varios usos (según su desgaste) obteniendo eficientemente el máximo de la vida útil de cada Asa, quedando la característica técnica de la siguiente manera:

* Uso único (descartable) o De varios usos (reusable)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, LA CODIFICACION SAP DEL DISPOSITIVO MEDICO CORRESPONDE A MATERIAL DESCARTABLESEGUN MAESTRODE MATERIALES DE ESSALUD, POR LO TANTO NO SE PUEDE MODIFICAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, LA CODIFICACION SAP DEL DISPOSITIVO MEDICO CORRESPONDE A MATERIAL DESCARTABLESEGUN MAESTRODE MATERIALES DE ESSALUD, POR LO TANTO NO SE PUEDE MODIFICAR.