

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código : 20501523756

Fecha de envío : 17/05/2023

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 17:32:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los equipos que son motivo de la presente convocatoria por su naturaleza son muy especializados y es muy difícil que los fabricantes los tengan en stock; por lo que se recomienda que sean fabricados a pedido, para garantizar el uso de los últimos componentes electrónicos, así como asegurar la vigencia tecnológica por muchos años más. El tiempo de fabricación promedio es de 270 días, tiempo necesario para asegurar que cada componente e instrumentación electrónica esté disponible. A esto debemos sumarle el transporte y el proceso de nacionalización de los equipos que por lo regular lleva 30 días adicionales. Es por estas razones que: Solicitamos al comité ampliar el plazo de entrega como sigue: 300 DÍAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previo coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado ACOGER la presente consulta realizando la modificación de acuerdo al plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizara la modificación correspondiente al plazo de entrega de la siguiente manera:

El plazo de entrega del bien es hasta trescientos (300) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato y/o notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita que se consideren bienes similares a los siguientes productos: EQUIPOS, PERIFERICOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS; es claro que la experiencia en la comercializan este tipo de productos NO GARANTIZA un buen servicio de puesta en marcha, instalación y capacitación en los tipos de productos que se están solicitando; no es lo mismo vender computadores personales o suministros de laboratorio que aquellas empresas que pueden sustentar una experiencia en la comercialización de PLANTAS PILOTO o INSTRUMENTACION ESPECIALIZADA DE LABORATORIO tanto para educación o investigación académica. Solicitamos al comité, modificar la experiencia del postor adjuntando evidencia comercial en la venta de EQUIPOS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIA, INGENIERIA DE ALIMENTOS o INGENIERIA QUIMICA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado ACOGER la presente consulta realizando la modificación de acuerdo los bienes similares como evidencia de la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizara la modificación correspondiente a la modificación de los bienes similares como evidencia de la Experiencia del Postor en la Especialidad añadiendo lo siguiente:
Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS, PERIFERICOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS, EQUIPOS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIA, INGENIERIA DE ALIMENTOS o INGENIERIA QUIMICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de garantizar una CAPACITACION ESPECIALIZADA, se solicita al COMITE TECNICO, CONFIRMAR como parte de DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE LA OFERTA una CARTA DEL FABRICANTE dirigida al Comité, indicando el nombre completo del Ingeniero titulado del área que ha sido capacitado, certificado y está autorizado por el fabricante para la capacitación en el uso de los bienes ofertados en todo el territorio peruano.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado ACOGER la presente consulta debiendo incluir dentro de los DOCUMENTOS DE PRESENTACION PARA ADMISION DE OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizara la inclusion en punto 2.2. del Capitulo II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN lo siguiente:
-Carta del Fabricante dirigida al Comité de Selección con el nombre completo del Ingeniero Titulado, certificado y autorizado para la capacitación en el uso de los bienes a adquirir en el Territorio Peruano.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	17:32:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consultamos al comité ACLARAR, si el ítem ESPECTROFOTOMETRO cuando se refiere Software VISION lite para controlar externamente el instrumento desde una PC con Windows 7, el proveedor deberá entregar junto con el bien un computador o la universidad proporcionara una para instalar el software respectivo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación del area usuaria, se ACLARA que el computador sera proporcionado por la UNIA para la instalación del software del ítem ESPECTROFOTOMETRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones al respecto de Integrar las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	23:16:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta N° 1

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO

3.1 Especificaciones Técnicas

Item 01.02.01.03.01 ¿ Secador de Bandejas tipo Armfield

Página 24

Las características técnicas solicitadas pertenecen COMPLETAMENTE a la marca Electronica Veneta - PROCESOS DE EXPANSION DE UN GAS PERFECTO Mod. TDc/EV. Esto restringe la pluralidad de postores limitando su participación e igualdad de oportunidades. Encontrándose PROHIBIDA la existencia de privilegios, direccionamiento de procesos, ventajas o favoritismo de marcas y/o hacia empresas por parte del área usuaria.

Se solicita al comité con todo respeto que las características técnicas sean de la siguiente manera

¿ La cámara debe presentar una puerta de acceso transparente con cuatro bandejas de dimensiones del propio fabricante sin influir en la funcionabilidad del equipo, suspendidas sobre el plato de una balanza electrónica (0-10 kg división de 0.1g) montada encima del secador.

¿ Estructura de acero inoxidable AISI 304 con ruedas o equipo sobremesa, conducto horizontal de acero inoxidable con ventana con dimensiones del propio fabricante sin influir en la funcionabilidad del equipo.

¿ Cuadro eléctrico o consola electrónica IP55 normalizado según CE, representación de todos los controles del equipo.

¿ Que se presente el modulo Secador de Bandejas, que cumpla con el principio de funcionabilidad SOLICITADO según sus características.

Esto a fin de permitir y promover la mayor participación de postores, no limitando su participación y que todos puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado NO ACOGER la presente consulta aclarando que el item es Secador de Bandejas tipo Armfield mas no un PROCESOS DE EXPANSION DE UN GAS PERFECTO, por lo que se mantienen las especificaciones técnicas solicitadas, y a fin de permitir mayor concurrencia y competencia de postores, se pueden presentar propuestas técnicas que cumplan la función y utilidad de lo solicitado sustentada en la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones al respecto de Integrar las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	23:16:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta N° 2

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO
3.1 Especificaciones Técnicas
Item 01.02.01.03.03 ¿ Planta piloto con filtro prensa
Página 25

Las características técnicas solicitadas pertenecen COMPLETAMENTE a la marca Electronica Veneta - PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA Mod. FP-2S/EV. Esto restringe la pluralidad de postores limitando su participación e igualdad de oportunidades. Encontrándose PROHIBIDA la existencia de privilegios, direccionamiento de procesos, ventajas o favoritismo de marcas y/o hacia empresas por parte del área usuaria.
Se solicita al comité con todo respeto que las características técnicas sean de la siguiente manera
¿ Tanque de alimentación de acero inoxidable AISI 304 o polietileno con capacidad mínima de 100L proviste de sistema de agitación con bomba.
¿ Tanque de recolección de agua filtrada, acero inoxidable o polietileno con capacidad mínima de 100 L
¿ Filtro prensa con estructura de acero inoxidable AISI 304 y cuadros plexiglás transparente u otro material según fabricante sin influir en la funcionabilidad del equipo.
¿ Cuadro eléctrico o consola electrónica IP55 normalizado según CE, representación de todos los controles del equipo.
¿ Dimensiones: A propuesta del fabricante
¿ Que se presente el modulo Planta Piloto con Filtro Prensa, que cumpla con el principio de funcionabilidad SOLICITADO según sus características

Esto a fin de permitir y promover la mayor participación de postores, no limitando su participación y que todos puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado NO ACOGER la presente consulta en vista que la elaboración y/o modificación de las especificaciones técnicas es una facultad exclusiva que posee el Area Usuaria de la Entidad, siendo la única responsable de que los mismos sean adecuados asegurando la calidad sobre el bien a adquirir del presente requerimiento, disposición que además se encuentra sustentada en la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, en el que se indicó que el Area Usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones al respecto de Integrar las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código : 20108605392

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : ZAMTSU CORPORACION SRL

Hora de envío : 23:16:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consulta N° 3

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO

3.1 Especificaciones Técnicas

Item 01.02.01.03.03 ¿ Planta piloto con filtro prensa

Página 25

Debido a que el equipo a solicitud es una planta piloto didáctica, siendo este un equipo que viene implementado de diversos sensores y actuadores de alta tecnología, además que la adquisición tiene el objetivo de optimizar y potencia la capacidad en procedimientos agroindustriales experimental de los alumnos de la UNIA, así como potencializar las líneas tecnológicas e investigación de carácter Agroindustrial

Se solicita al comité con todo respeto agregar la característica de:

¿ Debe incluir software de adquisición de datos, manejo de datos y control PID

Esto a fin de llegar a los objetivos planteados en la adquisición de este equipamiento.

Acápite de las bases : Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado ACOGER PARCIALMENTE, para obtener así una mayor concurrencia y competencia de postor, considerando como Opcional la inclusión de un software de adquisición de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizara la inclusión en las Especificaciones Tecnicas del item Planta Piloto con Filtro Prensa agregando como opcional lo siguiente:

- Opcional: software de adquisición de datos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UNIA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE POSCOSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Ruc/código : 20108605392

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : ZAMTSU CORPORACION SRL

Hora de envío : 23:16:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Consulta N° 4

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO

3.1 Requisito de Calificación

C. Experiencia del personal clave

Página 32

Se solicita como requisito UN (1) Ingeniero Agroindustrial o Ing. Industrias Alimentarias o Ing. Químico especialista en los equipos de la convocatoria.

Dichas carreras son especialistas pueden tener conocimientos y contribuir con su experiencia en los temas de la especialidad del equipo más no necesariamente en el uso, funcionabilidad, mantenimiento, soporte. Teniendo al ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico la capacidad de poder capacitar en la especialidad de los módulos solicitados.

Se solicita al comité con todo respeto lo siguiente:

Agregar a lo indicado en las especificaciones técnicas de las bases, a Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electrónico especialista en los equipos de la convocatoria y que cuenten con capacitaciones certificadas por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía coordinación y aprobación del área usuaria, se ha determinado ACOGER la presente consulta realizando la inclusion correspondiente al Personal Clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizara la modificación correspondiente a los Requisitos de la Experiencia del Personal Clave añadiendo lo siguiente:

- Se solicita como requisito UN (1) Ingeniero Agroindustrial y/o Ing. Industrias Alimentarias y/o Ing. Químico y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecatrónico especialista en los equipos de la convocatoria.