

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:52:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE IDENTIFICA EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, QUE PERMITEN ACREDITAR CON AUTOCLAVES, consultamos al comité si ESO SIGNIFICA QUE PODEMOS PRESENTAR UNA EXPERIENCIA CON ESTERILIZADOR a vapor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision el area usuaria - tecnica, SE ACLARA que su apreciacion es correcta, las Autoclaves son Esterilizadores con generador de vapor o Esterilizadores con vapor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en experiencia del postor en la especialidad - bienes similares lo siguiente: ESTERILIZADOR A VAPOR.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:52:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, NO SE VISUALIZA QUE SOLICITAN PERSONAL CLAVE, ELLO DEBE SER TOMADO EN CUENTA YA QUE LOS EQUIPOS REQUERIRAN DE UNA INSTALACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO SEGÚN LO REVISADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SOLICITAMOS AL COMITE SIRVASE AGREGAR LA SOLICITUD DE PERSONAL CLAVE, DEFINIENDO EL PERFIL DEL PROFESIONAL , LA EXPERIENCIA Y CAPACITACION RESPECTIVA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión el área usuaria - técnica, NO ACOGE, se indica que al tratarse de equipos de mediana tecnología, no es necesario contar con un personal altamente especializado para su instalación, capacitación, mantenimiento dado que la entidad cuenta con el personal apto para el correcto funcionamiento y en ánimo de propiciar la concurrencia de pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:52:30

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE VISUALIZA EN LAS BASES QUE SOLICITAN UN PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO, NOSOTROS CONTAMOS CON EL STOCK NECESARIO Y EL PERSONAL TECNICO CAPACITADO EN UN MENOR TIEMPO, SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL SIRVASE BRINDAR UN PUNTAJE AL MENOR TIEMPO OFERTADO, TODA VEZ QUE ELLO PERMITIRA QUE PUEDAN ATENDER CON CELERIDAD SU FINALIDAD PUBLICA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO ACOGE y en ánimo de propiciar la concurrencia de pluralidad de postores se mantiene el plazo de entrega según las bases dado que el plazo de entrega solo son 15 días calendarios caso contrario si se consideraría como factor de evaluación el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:56:25

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

de la revisión de las bases , observamos que en los documentos de admision de oferta no estan considerando la presentacion de una hoja de presentacion en la cual debera figurar la marca modelo procedencia y año de fabricacion . Asi mismo no se esta considerando el contar con el sustento tecnico de cada punto de las especificaciones tecnicas, con lo cual se demuestre el cumplimiento fehaciente segun su requerimiento. Por tanto solicitamos al digno comite sirvase solicitar la presentacion de una hoja de presentacion de producto con el respectivo sustento tecnico, el cual debera estar demostrado a travez de informacion tecnica del fabricante como catalogos, brochure, data sheet, planos o manuales del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision el area usuaria - tecnica, ACOGE la observacion, se indica que dicha documentacion permitira verificar el cumplimiento tecnico fehaciente de las especificaciones tecnicas solicitadas en el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se añadira en documentos para la admision de ofertas lo siguiente: hoja de presentacion del producto en la cual debera figurar la marca modelo procedencia y año de fabricacion ADEMÁS con el respectivo sustento tecnico, el cual debera estar demostrado a traves de informacion tecnica del fabricante como catalogos, brochure, data sheet, planos o manuales del fabricante.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:56:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a sus características técnicas, observamos que no se encuentran las medidas máximas aceptadas para su equipo, ya que es una realidad nacional que los ambientes de odontología y de los Establecimientos de salud del primer nivel suelen ser limitados en espacio de infraestructura. Por tanto solicitamos al comité definir las medidas máximas permitidas para los equipos a adquirir.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión del área usuaria- técnica, SE ACOGE, se indica que a fin de optimizar el espacio físico asignado para odontología dentro de los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Este y en ánimo de propiciar la concurrencia de pluralidad de postores se establecen las siguientes medidas del equipo: Ancho: 50cm +/- 2 cm, Alto 75cm +/- 2 cm, Profundidad 50cm +/- 2 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se añadirá en las bases integradas: Medidas del equipo : Ancho: 50cm +/- 2 cm, Alto 75cm +/- 2 cm, Profundidad 50cm +/- 2 cm

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:56:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el rubro dental, existen diversos tipos de compresores, OBSERVAMOS QUE SOLICITAN 1.5HP, lo cual no garantiza que se lleguen a realizar todo tipo de procedimiento cuando trabaje con la unidad dental, por tanto solicitamos al comité sirvase ampliar dicho requisito a al menos 2HP, con lo cual no solo garantizara realizar todo tipo de procedimiento sino tambien al tener mayor potencia generara robustes y un mayor tiempo de vida util del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria - tecnica ACOGE la observacion en animo de propiciar la concurrencia de pluralidad de postores y aclara que la potencia del equipo sera: 1.5 HP minimo Hasta 2.0 HP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: POTENCIA: 1.5 HP hasta 2 HP

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20600896777
Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.

Fecha de envío : 21/08/2023
Hora de envío : 23:10:46

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS
A13 ACCESORIO: CASETA INSONORIZADA VENTILADA PARA ELIMINAR RUIDOS DE FACIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (SE PODRA SUSTENTAR CON UNA DECLARACION JURADA DEL POSTOR)

Respecto al punto A13, se pide una caseta insonorizada ventilada para la compresora como accesorio. le informamos que Las casetas que no son del mismo fabricante e integradas a la compresora no son adecuadas para su uso, estas casetas no cumplen con las normas de seguridad eléctrica y están elaboradas con materiales inadecuados (madera, melamina y esponja) que evitan la liberación de calor y aumenta la propagación de bacterias e ácaros, además que en ciertas situaciones pueden generar accidentes como incendios y dañar el funcionamiento del equipo por recalentamiento del motor reduciendo su tiempo de vida en un 70%. Las cajas insonorizadas deben cumplir ciertas características para asegurar la calidad del producto: deben de estar elaboradas de metal (para una mejor liberación de calor) además de estar pintadas con pintura electrostática, contar con ventiladores de entrada y salida, y revestidas internamente espuma de poliuretano antibacteriano.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a13 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión el área usuaria - técnica, NO ACOGE lo mencionado, se indica que la caseta insonorizada solicitada es un accesorio externo al equipo, por lo que no necesariamente será del mismo fabricante del compresor. Así mismo, cada postor es responsable de la caseta a ofertar siempre y cuando cumpla con el requisito de ser insonorizada, ventilada y con fácil acceso y mantenimiento; ya que el postor será responsable de la garantía total del equipo y accesorio externo ofertado con el fin de reducir la contaminación sonora en los pacientes de la DIRIS LE. además que dicho accesorio podrá sustentarse con una declaración jurada del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20600896777	Fecha de envío : 21/08/2023
Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío : 23:10:46

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Se presento en la convocatoria un plazo de entrega para los equipos de 15 días calendarios, le informamos que el tiempo que se nos da para la entrega del bien en las instalaciones del almacén de la DIRIS LE, la instalación y puesto en funcionamiento del equipo es un plazo muy corto.

. Además, según las características técnicas, certificaciones de calidad (ISO 13485), seguridad eléctrica (EN 61000-6-3:2007+A1 y EN 61000-6-1:2007) y sanitaria requeridas en las bases integradas del proceso estos equipos no se pueden encontrar en el Perú, por lo que, los equipos deben ser importados al país. Por lo antes mencionado se solicita que se amplie el plazo de entrega a 90 días calendarios para poder cumplir con la entrega de los equipos , hay que tener en cuenta que los equipos tiene que tener instalación en cada establecimiento de salud,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria - tecnica detalla respecto a la observacion NO ACOGER lo solicitado dado que el abastecimiento de los bienes materia de convocatoria son de suma urgencia para la entidad por lo que deben ser entregados en el plazo solicitado a fin de brindar atencion oportuna a la poblacion de la jurisdiccion de la DIRIS LE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-DIRIS LE-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Odontológica, Equipo: Compresora de Aire de Uso Odontológico para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20600896777	Fecha de envío : 21/08/2023
Nombre o Razón social : LATIN DENT S.A.C.	Hora de envío : 23:10:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

solicitamos que se incluya que los equipos y componentes ofertados por los postores deben ser nuevos (sin uso) . los equipos , componentes no seran prototipo, ni tampoco seran repotenciados (refurbished) y que año de fabricación deberá ser del presente año 2023, esta solicitud con el afán de que la entidad adquiera equipos de ultima generación y con una actual vigencia tecnológica,

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en las especificaciones técnicas se esta solicitando el punto A12 donde se solicita que el equipo sea fabricado en el 2023. Asi mismo se solicita que los equipos sean nuevos sin uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null