

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-15-2025-HRA/OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CAMPO QUIRRURGICO DESCARTABLE DE 45CM X 45CM Y CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90CM X 90CM PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO		

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	10:17:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las fichas técnicas de Campo QD 45 x 45 cm y 90 x 90 cm, no especifica el método de esterilización.

Deberían considerar el método de esterilización por vapor presurizado, recomendado para los productos del objeto de la convocatoria.

Aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** FICHA TECN **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia e Igualdad de trato de la Ley Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA, VISTO QUE EN LA FICHA TECNICA NO SOLICITA DICHA ESPECIFICACION Y CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL ÓXIDO DE ETILENO TIENE EFECTOS NOCIVOS CONTRA LA SALUD AL SER UN IRRITANTE CUTÁNEO Y DE LAS MUCOSAS Y EN CONTACTO CON LA PIEL PUEDEN CAUSAR ENROJECIMIENTO PIEL SECA, SENSACIÓN DE QUEMARSE, DOLOR ETC, Y SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS PUEDEN PROVOCAR ENROJECIMIENTO, DOLOR Y VISIÓN BORROSA, PUDIENDO CAUSAR ASIMISMO EFECTOS CANCERÍGENOS Y MUTATIVOS AL CONTACTO CON SERES HUMANOS, ACOGE LA OBSERVACION Y ACALARA SOBRE LA METODOLOGIA DE ESTERILIZACION METODO DE ESTERILIZACION: VAPOR PRESURIZADO Y/O RAYOS GAMMA Y/O PLASMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA Nº01: METODO DE ESTERILIZACION: VAPOR PRESURIZADO Y/O RAYOS GAMMA Y/O PLASMA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMPO QUIRRURGICO DESCARTABLE DE 45CM X 45CM Y CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90CM X 90CM PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	10:17:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las fichas técnicas de Campo QD 45 x 45 cm y 90 x 90 cm dice en las bases: Empaque mediato: El contenido será hasta 500 unidades.

Pueden considerar que el empaque mediato sea también de acuerdo a su registro sanitario o puedan aceptar presentación con mayores cantidades por el costo representa en su transporte. Siendo una sola entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: FICHA TECN Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de vigencia tecnológica e equidad de la Ley Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE, EL CONTENIDO SERA HASTA 500 UNIDADES, PUEDE SER MENOR A ESTE Y CON EL FIN DE GARANTIZAR MAYOR CANTIDAD DE POSTORES ACOGE LA CONSULTA Y CONSIDERARA LA PRESENTACION EN ENVASE MEDIATO DE ACUERDO A LO APROBADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA N° 02: -ENVASE MEDIATO: DE ACUERDO A LO APROBADO EN SU REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMPO QUIRRURGICO DESCARTABLE DE 45CM X 45CM Y CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90CM X 90CM PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	10:17:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se consideran bienes similares a los siguientes: MATERIAL MEDICO EN GENERAL

Por la naturaleza y objeto del producto, debería considerar solo Dispositivos Médicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de vigencia tecnológica e equidad de la Ley Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, SE CONSIDERARÁ BIENES SIMILARES : MATERIAL MEDICO EN GENERAL Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BIENES SIMILARES : MATERIAL MEDICO EN GENERAL Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAMPO QUIRRURGICO DESCARTABLE DE 45CM X 45CM Y CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90CM X 90CM PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:33:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO I

GENERALIDADES

PLAZO DE ENTREGA

ITEM N° 01

CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 45 CM X 45 CM

CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 CM X 90 CM

En las bases indican:

El plazo de entrega es de 05 días calendarios, contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato o a la notificación de la orden de compra según corresponda el pago de la adquisición es Pago único, cuya entrega se realizará en el Almacén Especializado de Medicamentos del Hospital Regional de Ayacucho, en el horario de 8:00am hasta las 02:00. En la Av. Daniel Alcides Carrión S/N Distrito: Andrés Avelino Cáceres- Huamanga - Ayacucho

CONSULTA

En ese sentido, solicitamos al Comité aclarar el plazo de entrega si corresponde a partir del día siguiente de perfeccionamiento de contrato o a la notificación de la orden de compra. Asimismo aclarar en las bases integradas cuál de las dos opciones tendremos que tomar en cuenta al momento de internar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC Y EL AREA USUARIA ACLARA QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DE MERCADO EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: ES DE 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-15-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CAMPO QUIRRURGICO DESCARTABLE DE 45CM X 45CM Y CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90CM X 90CM PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:33:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 01

CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 45 CM X 45 CM

CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 CM X 90 CM

En las bases solicitan:

Borde: Con adhesivo, mínimo de 3 cm a 5 cm de ancho

Consulta:

En ese sentido, solicitamos al comité se sirva indicar si el adhesivo irá en todos los lados en un solo lado del borde.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE, EL BORDE: Con adhesivo, mínimo de 3 cm a 5 cm de ancho, DE A CUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS MAS COMUNES QUE SE REALIZAN SE CONSIDERARA SOLO EN UNO DE LOS LADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA N° 03: CARACTERISTICA: - BORDE: Con adhesivo, mínimo de 3 cm a 5 cm de ancho, SOLO EN UNO DE LOS LADOS.