

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-GRU-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA MANENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 1600 HRS., DE OPERACION DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL 20M3/HR. DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Ruc/código :	20552399081	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.	Hora de envío :	22:33:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA CONSULTA CON CON RESPECTO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE REQUIEREN ING O BACHILLER MECATRONICO.
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE TAMBIÉN CONSIDERE ING ELECTRICO-MECANICO PARA QUE HAYA MAS PLURALIDAD DE POSTORES, COMO TAMBIÉN CONSIDERAR UN TÉCNICO MECANICO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante INFORME N° 0305-2024-USGyM-HRP-PUC, acepta incluir parcialmente a la formación académica del ingeniero electromecánico, por ser carreras a fines con formación y conocimiento de PLC., mas no al técnico mecánico por considerar de la existencia en la planta de oxígeno de tableros generales y sub tableros de distribución eléctrica. SE ACOGE PARCIALMENTE. Se acepta también ampliar formación académica del ingeniero electromecánico, por ser carreras a fines con formación y conocimiento de PLC .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

formación académica del ingeniero electrónico y/o electromecánico,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA MANENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 1600 HRS., DE OPERACION DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL 20M3/HR. DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Ruc/código :	20552399081	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.	Hora de envío :	22:33:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

LA CONSULTA ES CON RESPECTO A LA CAPACITACIÓN DE 60 HORAS LECTIVAS EN MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE OXIGENO, SE HACE LA CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI PUEDE CONSIDERAR LA CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GASES MEDICINALES Y VACÍO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante INFORME N° 0305-2024-USGyM-HRP-PUC, indica que NO ACOGE su consulta, debido a que la capacitación solicitada es solo en planta generadora de oxígeno, ya que los sistemas de gases medicinales no tienen las etapas de producción como las de oxígeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Aplica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA MANENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 1600 HRS., DE OPERACION DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL 20M3/HR. DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, A TODO COSTO, SUMINISTRO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Ruc/código :	20552399081	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.	Hora de envío :	22:33:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE HACE LA CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SI PUEDE CONSIDERAR EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES Y VACÍÓ, YA QUE VIENE HACER LO MISMO PERO DIFERENTE DENOMINACIÓN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, INFORME N° 0305-2024-USGyM-HRP-PUC, indica que NO ACOGE su consulta, con respecto al personal clave, debido a que solicitamos los profesionales con experiencia en instalación, mantenimiento y/o reparación de equipos que conforman la planta generadora de oxígeno. Los cuales sean conocedores de cada una de las etapas que la conforma la planta de oxígeno, PLC programación de las etapas y secuencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Aplica