

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20553285101

Nombre o Razón social : MEDSTEP PERU S.A.C.

Fecha de envío : 16/01/2024

Hora de envío : 10:40:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

2.5. ADELANTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los Ocho (08) días de firmado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Ocho (08) siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

2.6 FORMA DE PAGO (¿..)

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, no acoge la consulta, ya que la forma de pago es única y no se hará adelantos al contratista, tal como lo indica en las bases específicamente en la página 19, numeral 2.5 forma de pago. Por lo que debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
A05 CON PUERTO DE COMUNICACIÓN EN RED Y COMPUTADORA VISIBLE EN LA PARTE FRONTAL O POSTERIOR EXTERNA DEL AUTOCLAVE, DE FÁCIL ACCESO SIN NECESIDAD DE MANIPULAR

Hoy en día las máquinas optan por tener un puerto con mejor tecnología como el USB o Micro USB y también por un software que permita supervisar el ciclo de esterilización en tiempo real y almacenar los datos del ciclo para una posterior descarga en la computadora.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿CON PUERTO DE COMUNICACIÓN EN RED O MEJOR TECNOLOGÍA Y COMPUTADORA VISIBLE EN LA PARTE FRONTAL O POSTERIOR EXTERNA DEL AUTOCLAVE O SOFTWARE QUE PERMITA ALMACENAR DATOS DEL CICLO PARA UNA POSTERIOR DESCARGA EN LA COMPUTADORA¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, entendemos que cada fabricante adopta diversas tecnologías. Se precisa que el esterilizador debe contar con un puerto de comunicación según tecnología de cada fabricante, el mismo que podrá estar ubicado en el panel frontal del lado de carga o descarga, de fácil acceso. Por lo tanto Se acoge parcialmente la observación, realizando la modificación de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES INTEGRADAS: A05 CON PUERTO DE COMUNICACIÓN EN RED O MEJOR TECNOLOGÍA Y COMPUTADORA, VISIBLE EN LA PARTE FRONTAL O POSTERIOR EXTERNA DEL AUTOCLAVE, DE FÁCIL ACCESO SIN NECESIDAD DE MANIPULAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
A06 IMPRESORA INTERNA (INCORPORADA) PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.
ADEMAS IMPRESORA EXTERNA (EN RED) PARA DOCUMENTACION DE LOTES, CON IMPRESIÓN SIMULTANEA Y EN COLORES DEL GRAFICO Y PARAMETROS DE PROCESO

Sabemos que las impresiones o vouchers con el tiempo se llegan a desgastar, hasta incluso se puede borrar la información, por eso optan con tener algún software que permite almacenar los datos del ciclo para una posterior descarga en la computadora.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿IMPRESORA INTERNA (INCORPORADA) PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ADEMAS IMPRESORA EXTERNA (EN RED) PARA DOCUMENTACION DE LOTES, CON IMPRESIÓN SIMULTANEA Y EN COLORES DEL GRAFICO Y PARAMETROS DE PROCESO O SOFTWARE QUE PERMITA ALMACENAR DATOS DEL CICLO¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria se acoge la observación, teniendo en cuenta que no afecta la función y calidad del equipo. Así mismo ante los avances tecnológicos, se cree conveniente ampliar las especificaciones técnicas para mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES INTEGRADAS: A06 IMPRESORA INTERNA (INCORPORADA) PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ADEMAS IMPRESORA EXTERNA (EN RED) PARA DOCUMENTACION DE LOTES, CON IMPRESIÓN SIMULTANEA Y EN COLORES DEL GRAFICO Y PARAMETROS DE PROCESO O SOFTWARE QUE PERMITA ALMACENAR DATOS DEL CICLO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
A10 DISPOSITIVO DE BOWIE DICK ELÉCTRÓNICO INCORPORADO AL EQUIPO (NO EXTERNO)

Existen diferentes dispositivos de desafío como el ¿Detector de aire¿, que hace una comparación de temperatura y presión en distintos puntos de la cámara del equipo.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿DISPOSITIVO DE BOWIE DICK ELÉCTRÓNICO INCORPORADO AL EQUIPO (NO EXTERNO) U OTRO DISPOSITIVO DE DESAFÍO¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuria, no se acoge la observacion, precisando que, en los últimos años se han desarrollado dispositivos electrónicos alternativos para realizar la prueba de Bowie-Dick. El sistema de Prueba electrónico para esterilizadores de vapor por prevació es un dispositivo analítico electrónico fácil de utilizar, que proporciona una información amplia, objetiva e independiente acerca de las variables críticas del proceso de esterilización por vapor. Así mismo el test de Bowie-Dick electrónico integrado cumple con la norma EN 285 para pruebas de penetración de vapor de acuerdo con la normativa ISO 11140-4: 2007. Revela si la penetración del vapor en el paquete de prueba ha sido rápida y uniforme, y puede incluirse como parte de la rutina de partida automática programada, ejecutándose automáticamente el test de vacío, el programa de calentamiento y el test de Bowie Dick, de forma que el esterilizador pueda estar plenamente operativo al inicio del turno.

Sin embargo el detector de aire verifica el grado de pureza del vapor midiendo la cantidad de gases no condensables mezclados mediante mediciones físicas directas en tiempo real en la fase de cada ciclo de esterilización. Por lo que debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
A11 ARRANQUE AUTOMÁTICO, PROGRAMABLE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS, PARA ESTABLECER LA FECHA Y HORA DE ENCENDIDO, CON LA POSIBILIDAD DE AUTOMATIZAR EL INICIO DE CICLO DE CALENTAMIENTO, PRUEBA DE VACÍO Y BOWIE & DICK ELECTRONICO INCORPORADO

Las nuevas tecnologías permiten realizar este tipo de arranque automático con la posibilidad de automatizar el inicio de 1 ciclo o de manera simultánea.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿ARRANQUE AUTOMÁTICO, PROGRAMABLE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS, PARA ESTABLECER LA FECHA Y HORA DE ENCENDIDO, CON LA POSIBILIDAD DE AUTOMATIZAR EL INICIO DE CICLO DE CALENTAMIENTO O PRUEBA DE VACÍO O BOWIE & DICK ELECTRONICO INCORPORADO¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observación. precisando que antes de iniciar un ciclo con carga valida, es necesario pasar ciclos de prueba, tales como, vacío, calentamiento y Bowie Dick con ello, se garantiza el correcto funcionamiento con ciclos válidos. Por lo que debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
B01 CÁMARA RECTANGULAR Y HORIZONTAL, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316Ti CON UN
ESPESOR MÍNIMO DE 8MM

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión.
El espesor es acorde al diseño del fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿CÁMARA
RECTANGULAR Y HORIZONTAL, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L O 316Ti CON UN ESPESOR
MÍNIMO DE 4MM A MÁS¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion; precisando que los fabricantes consideran diferentes
calidades de acero y espesor para la fabricación de sus equipos; sin embargo como área usuaria buscamos obtener un
equipo de alta calidad y gran durabilidad para el benefiio de nuestros pacientes.La calidad AISI 316Ti es superior al acero
AISI 316L, ya que posee una mejor resistencia mecánica y mejor resistencia a la corrosión a temperaturas más elevadas
que el acero 316L. El espesor minimo requerido es 8mm, el postor puede ofertar un mayor espesor. Por lo que debera
ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
B02 RECÁMARA O CHAQUETA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316 Ti CON ESPESOR MÍNIMO DE 5 MM

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿RECÁMARA O CHAQUETA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316 L O 316 Ti CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM A MÁS¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion, ya que como área usuaria busca obtener un equipo de alta calidad y gran durabilidad para el benefiio de nuestros pacientes.La calidad AISI 316Ti es superior al acero AISI 316L, ya que posee una mejor resistencia mecánica y mejor resistencia a la corrosión a temperaturas más elevadas que el acero 316L. El espesor minimo requerido es 5mm, el postor puede ofertar un mayor espesor. Por lo que, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
B05 DOS (02) PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON DESLIZAMIENTO VERTICAL, MEDIANTE SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRAULICO (ACCIONADO POR MOTOR). EL SISTEMA DEBE ABRIR O CERRAR CON SOLO PULSAR EL BOTON DE MANDO. PUERTAS CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316 Ti, EQUIVALENTE O SUPERIOR, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 30 MM, CON SISTEMA DE FÁCIL APERTURA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión. El espesor es acorde al diseño del fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿DOS (02) PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON DESLIZAMIENTO VERTICAL, MEDIANTE SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRAULICO (ACCIONADO POR MOTOR). EL SISTEMA DEBE ABRIR O CERRAR CON SOLO PULSAR EL BOTON DE MANDO. PUERTAS CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O 316 Ti, EQUIVALENTE O SUPERIOR, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 20 MM A MÁS, CON SISTEMA DE FÁCIL APERTURA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NA Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion; ya que como área usuaria busca obtener un equipo de alta calidad y gran durabilidad para el benefiio de nuestros pacientes.La calidad AISI 316Ti es superior al acero AISI 316L, ya que posee una mejor resistencia mecánica y mejor resistencia a la corrosión a temperaturas más elevadas que el acero 316L. El espesor minimo requerido es 30mm, el postor puede ofertar un mayor espesor. Por lo que debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM Nº 1: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
B05 GENERADOR DE VAPOR PURO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿GENERADOR DE VAPOR O GENERADOR DE VAPOR PURO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA U OSMOTIZADA¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion. precisando que la Norma UNE-EN 285 marca los criterios que debe cumplir el vapor para garantizar la eficacia de la esterilización, el cual debe ser puro, es decir, exento de partículas extrañas o gases no condensables, por esta razón, la calidad del agua es un parámetro fundamental a tener en cuenta y a controlar. El agua desmineralizada es agua baja en sólidos disueltos, y que presenta baja conductividad eléctrica (menor a 5 µS/cm). Así mismo para la obtención de agua desmineralizada existen diferentes procesos como resinas de intercambio iónico, ósmosis inversa, destilación entre otras. Por lo tanto debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM Nº 2: LAVADOR DESINFECTADOR
A05 CÁMARA INTERNA CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L, DE MÍNIMO 2MM DE ESPESOR, CON SUPERFICIES INTERNAS PERFECTAMENTE REDONDEADAS, LIBRE DE ESQUINAS, CON BORDES LISOS

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión. El espesor es acorde al diseño del fabricante

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿CÁMARA INTERNA CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O SUPERIOR, DE MÍNIMO 1MM A MAS DE ESPESOR, CON SUPERFICIES INTERNAS PERFECTAMENTE REDONDEADAS, LIBRE DE ESQUINAS, CON BORDES LISOS¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion, precisando que los fabricantes utilizan diferentes calidades de acero y espesor; sin embargo como área usuaria buscamos un equipo de alta calidad y gran durabilidad. El acero inoxidable 304 es susceptible a la corrosión por soluciones de cloruro, o por ambientes salinos como la costa. Los iones de cloruro pueden crear áreas localizadas de corrosión y expandirse por debajo de las barreras protectoras de cromo para comprometer las estructuras internas.
Por otro lado el acero inoxidable AISI 316L tiene alta resistencia a la corrosión, contiene molibdeno y es capaz de mostrar una mejor resistencia a la corrosión en ambientes de exposición al cloruro, especialmente en la costa.
Por lo tanto debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 11
Consulta/Observación:
ITEM Nº 2: LAVADOR DESINFECTADOR
A06 CÁMARA CON PULIDO ELECTROLÍTICO ¿ESPEJO¿, RUGOSIDAD INFERIOR A 0,5 ¿M Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS.

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿CÁMARA PULIDA O CON PULIDO ELECTROLÍTICO ¿ESPEJO¿, Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NA Página: 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion, preciado que la rugosidad es un parámetro importante, pues las superficies rugosas a menudo se desgastan más rápidamente que las superficies más lisas. Se requiere una cámara con un nivel de rugosidad inferior a 0.5 micras, siendo un valor bastante razonable, considerando que algunos fabricantes ofrecen una cámara con una rugosidad de 0.2 micras. Además, el postor plantea retirar la rugosidad, lo cual no es posible.
Por lo que debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: LAVADOR DESINFECTADOR
A08 SISTEMA DE TUBERÍAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Los fabricantes consideran en su diseño diferentes calidades de acero para ser resistentes a la temperatura y corrosión.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿SISTEMA DE TUBERÍAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O SUPERIOR¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NA Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cosulta con el area usuria, no se acoge la observacion, precisando que los fabricantes utilizan diferentes calidades de acero y espesor; sin embargo como área usuaria buscamos un equipo de alta calidad y gran durabilidad. El acero inoxidable 304 es susceptible a la corrosión por soluciones de cloruro, o por ambientes salinos como la costa. Los iones de cloruro pueden crear áreas localizadas de corrosión y expandirse por debajo de las barreras protectoras de cromo para comprometer las estructuras internas.

Por otro lado el acero inoxidable AISI 316L tiene alta resistencia a la corrosión, contiene molibdeno y es capaz de mostrar una mejor resistencia a la corrosión en ambientes de exposición al cloruro, especialmente en la costa.

Por lo tanto debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM Nº 2: LAVADOR DESINFECTADOR
A11 CON AISLAMIENTO INTERNO DE CALOR Y RUIDO. OPERACIÓN SILENCIOSA, MENOR A 60 Db.

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos ¿CON AISLAMIENTO INTERNO DE CALOR O EMPAQUETADURAS DE SILICONA Y AISLAMIENTO DE RUIDO. OPERACIÓN SILENCIOSA, MENOR A 75 Db¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, precisando que al no ser una diferencia significativa y para permitir mayor pluralidad de postores y marcas, se acoge parcialmente la observación y modifica las especificaciones tecnicas, indicando que el punto a modificar es A15.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: ITEM Nº 2: LAVADOR DESINFECTADOR
A15 CON AISLAMIENTO INTERNO DE CALOR Y RUIDO. OPERACIÓN SILENCIOSA, MENOR A 75 Db.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 14
Consulta/Observación:
ITEM N° 2: LAVADOR DESINFECTADOR
B01 PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO EN EL LADO DE CARGA Y DESCARGA DE MÍNIMO 5.8", CONTROLADO POR PLC

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con PANTALLA TÁCTIL TFT EN EL LADO DE CARGA MÍNIMO 5.7", CONTROLADO POR PLC¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion, preciando que la Central de Esterilización contará con la respectiva separación física de áreas, por lo cual se está solicitando dos pantallas de 5.8¿, una para el lado de carga y otra para el lado de descarga a fin de visualizar el avance del ciclo. Por lo que, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	14:02:32

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: LAVADOR DESINFECTADOR

D04 DOTADA DE LUZ LED EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA.

Esta característica pertenece a una marca en particular y restringe la participación de postores. Además, actualmente se utilizan diversos test de lavado para verificar el instrumental y no es necesario tener luz led en el interior de la cámara.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y considerar como OPCIONAL

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** NA **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Art. 16 Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la observacion. Precisando que la luz LED es de bajo consumo energético y al estar ubicada en el interior dde la cámara permite una mejor visibilidad durante el lavado, la carga y descarga del carro; mientras que los test de lavado, permiten determinar la eficacia del proceso de lavado. Por lo que, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

El postor deberá acreditar un monto que no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los OCHO (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran bienes similares a los siguientes: ESTERILIZADORES DE VAPOR DE MESA O RODABLES, EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL DE CENTRO QUIRURGICO. SOLICITAMOS AL COMITE QUE MUY APARTE DE LOS ESTERILIZADORES DE VAPOR DE MESA , PARA ESTE PROCESO SE TIENE QUE TENER BIEN CLARO LA EXPERIENCIA DE LOS POSTORES DE AUTOCLAVES SOBRE TODO DEL RUBRO HOSPITALARIO, Y AL IGUAL QUE LAS PLATAFORMAS INSTALADAS EN DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS Y A LA VEZ LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA Y VENTA Y CARTAS FIANZAS, YA QUE ESTE TIPO DE COMPRAS NO ES CUALQUIER COSA YA QUE SON EQUIPOS CAROS Y DE MUCHOS AÑOS DE UTILIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion, no acoge la consulta, precisando que en las bases está especificado claramente los bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria y la acreditacion de los mismos. Precisando que los equipos son del rubro hospitalario y se deberá tener todos los documentos fehacientes que demuestre la venta de los mismos. Por lo que, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN

La empresa deberá internar el equipo en el almacén central del IREN Norte ¿ sito en Carretera Panamericana Km. 558 ¿ Trujillo, SOLICITAMOS VER ESTE PUNTO MUY IMPORTANTE , YA QUE ESTOS NUEVOS EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN , SERÁN PARA LA NUEVA CENTRAL Y AMPLIACIÓN QUE NO EXISTE AUN , NO SE SABE DONDE SE INSTALARAN , QUE SE NECESITARAN, EL ESTUDIO DE MERCADO SOLO SE COGIO UN PRECIO REFERENCIAL CON UN SOLO PROVEEDOR , YA QUE NI VISITA TÉCNICA SE PROPUSO A LOS PROVEEDORES PARA MENCIONAR EN QUE ÁREA SE INSTALARAN LOS EQUIPOS , QUE NO SE PRETENDA COMO AH SUCEDIDO QUE SE COMPRA LOS EQUIPOS Y ESTÁN AHÍ GUARDADOS 1 o 2 AÑOS , hasta que se construya el área respectiva, SE PIERDE LA GARANTÍA Y LOS PROVEEDORES YA NO QUIEREN INSTALAR PORQUE SE PERDIÓ LA GARANTÍA POR NO HABER LUGAR DE INSTALACIÓN, ya que en el área actual de CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN , DEFINITIVAMENTE AHÍ NO SE PUEDE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, no acoge la consulta aclarando que nuestra institucion a la fecha de entrega del producto, la nueva central de esterilizacion estara culminada para la respectiva instalacion y funcionamiento de los equipos por adquirir. Se adjunta plano de arquitectura de la Central de esterilizacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
A03 PANELES O PUERTAS LATERALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, EQUIVALENTE O SUPERIOR, CON ACABADOS PERFECTOS SIN REMACHES, FILOS O SUPERFICIES IRREGULARES. SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR PANELES LATERALES QUE AYUDAN AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO YA SEA POR EL LADO DERECHO O IZQUIERDO DE ACUERDO A NORMA .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta al area usuaria, se acoge la consulta, precisando que la especificación técnica A03 indica claramente que puede ser puerta o panel lateral, modificandose en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: A03 PANELES O PUERTAS LATERALES EN EL LADO DERECHO Y/O IZQUIERDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, EQUIVALENTE O SUPERIOR, CON ACABADOS PERFECTOS SIN REMACHES, FILOS O SUPERFICIES IRREGULARES; QUE FACILITEN EL ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A04 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL DIGITAL (TOUCH SCREEN) A COLOR TÁCTIL DE 10" COMO MÍNIMO, EN EL LADO DE CARGA Y DE 7" COMO MÍNIMO EN EL LADO DE DESCARGA, EN IDIOMA ESPAÑOL

En el mercado existen diversos equipos cuyas pantallas de visualización y control digital son diseñadas acorde con optimizar la visualización de la información necesaria a fin de facilitar la operación para el usuario, además, es necesario señalar que cada casa comercial desarrolla sus propias tecnologías para sus productos, a fin de cumplir con la finalidad asistencial del CONJUNTO de elementos que componen el Equipo; por lo que, debemos considerar el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan la participación de más postores, evitando direccionar a un equipo específico y garantizando una mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos

A04 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL DIGITAL (TOUCH SCREEN) A COLOR TÁCTIL DE 7" O MAYOR EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL ESTERILIZADOR, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** ITEM 1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, se acoge la consulta con el fin de fomentar mayor pluralidad de postores, modificandose las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: A04 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL DIGITAL (TOUCH SCREEN) A COLOR TÁCTIL DE 7" O MAYOR EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL ESTERILIZADOR, EN IDIOMA ESPAÑOL.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

A05.CON PUERTO DE COMUNICACIÓN EN RED Y COMPUTADORA VISIBLE EN LA PARTE FRONTAL O POSTERIOR EXTERNA DEL AUTOCLAVE, DE FÁCIL ACCESO SIN NECESIDAD DE MANIPULAR. SOLICITAMOS ACLARAR AL COMITÉ PORQUE ESTE CRITERIO ES INCONGRUENTE, YA QUE EL PUERTO DE COMUNICACIÓN TIENEN ESTOS EQUIPOS , A LA VEZ TIENEN UN SISTEMA DE MONITORIZACION Y TRAZABILIDAD QUE SE PUEDE AGREGAR COMO ADICIONAL , PERO AL MENCIONAR COMPUTADORA VISIBLE, (CREO QUE SE REFIEREN A LA PANTALLA DE CONTROL CON MICROPORCESADOR QUE ESTA VISIBLE EN LA PARTE FRONTAL PARA EL MANEJO DE TODA LA CONFIGURACION) EN EL MERCADO NO EXISTE PUERTO USB DIRECTO EN LA PARTE FRONTAL EXTERNA DEL EQUIPO (EN EL EQUIPO POSTOR QUE INDICA NO TIENE PUERTO USB EN LA PARTE FRONTAL, TIENE COMUNICACION ETHERNET ELLOS MISMO LO MENCIONAN EN SU LITERATURA), UN TEMA PARA SORPRENDER AL USUARIO, CUANO NO SE TIENE PLATAFORMAS INSTALADAS) , MAS SI EXISTE PUERTO DE COMUNICACION USB O ETHERNET PARA DESCARGA DE TODOS LOS PROCESOS CON EL SISTEMA MONITORING , DONDE DE ANTEMANO INDICAMOS QUE BAJO CUALQUIER MARCA O MODELO , SEGÚN LO QUE ESTÁN SOLICITANDO NECESITAN UN PUNTO DE INTERNET Y WIFI PARA MANEJAR TODO EL SISTEMA INTEGRADO DE PROCESO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y TODO FUNCIONE EN LINEA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, precisando que el esterilizador debe contar con al menos un puerto de comunicación en red para descarga de datos, que puede estar ubicado en el lado de carga o descarga, además debe ser de fácil acceso, sin necesidad de manipular o retirar alguna cubierta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

A06 IMPRESORA INTERNA (INCORPORADA) PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ADEMÁS IMPRESORA EXTERNA (EN RED) PARA DOCUMENTACIÓN DE LOTES, CON IMPRESIÓN SIMULTÁNEA Y EN COLORES DEL GRÁFICO Y PARÁMETROS DE PROCESO.SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR QUE A LA VEZ PARA ESTE PUNTO SE TIENE QUE TENER UN PUNTO DE INTERNET FIJO EN LA CENTRAL, , QUE CON EL SISTEMA DE MONITORIZACION SE PUEDE CONECTAR EN LINEA UNA COMPUTADORA PARA LA IMPRESIÓN DE LOS GRÁFICOS A COLORES , PARÁMETROS ETC , MUY APARTE DE LA IMPRESORA QUE VIENE EN EL EQUIPO.COMO ADICIONAL , HASTA AHI HAY VARIOS PUNTOS NO CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria, no se acoge la consulta, precisando que el esterilizador se instalará en el servicio de Central de Esterilización, la misma que cuenta con puntos de internet fijo y wifi. Por lo que, deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

A09 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICO DE AIRE DE ACUERDO A LA NORMA EN ISO 285. SE SOLICITA AL COMITÉ COSIDERAR TAMBIÉN COMO SISTEMA DE DETECCION EL SISTEMA AR DETECTOR QUE ES UN SISTEMA INTERNACIONAL DE DETECCIÓN DE GASES A NIVEL INTERNACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la consulta, aclarando que se solicita un detector de aire automático que cumpla con las norma EN ISO 285, debido a que es el estándar internacional a cumplir. Así mismo, para la verificación del grado de pureza del vapor midiendo la cantidad de gases no condensables mezclados mediante mediciones físicas directas en tiempo real en la fase de esterilización.
Por lo que, deber ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

A10. DISPOSITIVO DE BOWIE DICK ELECTRÓNICO INCORPORADO AL EQUIPO (NO EXTERNO), ESTA CARACTERÍSTICA SE LIMITA A UN SOLO POSTOR, Y AL ÚNICO QUE CONSIDERARON PARA EL ESTUDIO DE MERCADO, SIN CONSIDERAR TODOS LOS DETALLES DE INSTALACIÓN QUE CONLLEVA UN EQUIPO DE ESTA ENVERGADURA , POR LO CUAL DEMOSTRAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES DE UN SOLO POSTOR , NO HABIENDO PLURALIDAD DE POSTORES Y ES MAS NO REALIZANDO EL PRECIO REFERENCIAL DEL PROMEDIO DE TODOS LOS POSTORES , POR LOC CUAL CON ESTO INDICAMOS QUE EL PROCESO ESTA DIRIGIDO A LA MARCA Schlumbohm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el area usuaria, no se acoge la consulta. Entendemos su preocupación; Como área usuaria contar con el dispositivo de Bowie Dick Electrónico incorporado, nos beneficia debido a que nos brinda mayor facilidad en los procesos, ahorro de tiempo y costos. Así mismo la tecnología avanzada, permite una gran eficacia económica y seguridad mejorada en beneficio de la institución y los pacientes. Por lo que, debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

A11. ARRANQUE AUTOMÁTICO, PROGRAMABLE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS, PARA ESTABLECER LA FECHA Y HORA DE ENCENDIDO, CON LA POSIBILIDAD DE AUTOMATIZAR EL INICIO DE CICLO DE CALENTAMIENTO, PRUEBA DE VACÍO Y BOWIE & DICK ELECTRÓNICO INCORPORADO, SE REPITE EL TEMA DEL BOWIE & DICK electrónico INCORPORADO. DIRIGIDO POR UN SOLO POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, Aclarando que es neceasario contar con el dispositivo de Bowie Dick Electrónico incorporado, nos beneficia debido a que nos brinda mayor facilidad en los procesos, ahorro de tiempo y costos. Así mismo la tecnología avanzada, permite una gran eficacia económica y seguridad mejorada en beneficio de la institución y los pacientes. Por ello, el postor debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

B05 DOS (02) PUERTAS DE APERTURA AUTOMÁTICA CON DESLIZAMIENTO VERTICAL, MEDIANTE SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRÁULICO (ACCIONADO POR MOTOR). EL SISTEMA DEBE ABRIR O CERRAR CON SOLO PULSAR EL BOTON DE MANDO. PUERTAS CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316 Ti, EQUIVALENTE O SUPERIOR, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 30 MM, CON SISTEMA DE FÁCIL APERTURA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. SE SOLICITA AL COMITE QUE LA PUERTA EL BOTON DE MANDO SE DEBE TENER PRESIONADO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS , DE LO CONTRARIO NO SUBEN NI BAJAN SIN ESE DETALLE, A LA VEZ EL ESPESOR DEBE SER DE 10 MM MÍNIMO, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES , DE LO CONTRARIO SE ESTÁN DIRIGIDO AUN SOLO POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, Aclarando que con respecto al espesor de las puertas, se debe contar con un espesor mínimo de 30 mm. Esto debido a que las puertas no cuentan con chaqueta, por lo tanto, se requiere que las puertas tengan un espesor importante para evitar la generación de puntos de condensado en la cámara del esterilizador. Así mismo en cuanto al sistema de apertura que solicitamos como área usuaria, se aclara que es segura y además comfortable. Por ello, el postor debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

B16. BATERÍA DE RESPALDO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y POSTERIOR IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE CICLOS.SOLICITAMOS AL COMITE QU ESTE PUNTO ES CONTRADICTORIO, YA QUE CONCLUIDO EL CICLO SE PUEDE IMPRIMIR EL CICLO EN TERMINADO A LA VEZ SI ESTAN SOLICITANDO UNA COMPUTADORA EXTERNA EN LINEA SE PUEDE DESCARGAR TODOS LOS DATOS DE LOS CICLOS CON EL SISTEMA DE MONITORING O MONITOREO Y TYRAZABILIDAD , ADEMAS DE ELLO EL EQUIPO SE PUEDE IMPRIMIR SIEMPRE EL ULTIMO CICLO CON TODOS SUS DETALLES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 1 **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cooridnacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Precisando que, el PLC debe contar con una batería de respaldo para garantizar el almacenamiento de información en su memoria interna mientras se realiza la conexión en red; puesto que en algunas circunstancias por falta de papel u otro inconveniente se requiere imprimir posteriormente el reporte de varios ciclos atrás. Asimismo, ésta información podrá exportarse hacia un ordenador externo para su impresión cuando el usuario lo requiera. Por ello, el postor debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

B17.BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA CON LLAVE PARA DESBLOQUEO, EN AMBAS PUERTAS. SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE ESTA CARACTERÍSTICA PERTENECE A UN SOLO PROVEEDOR DEL ESTUDIO DE MERCADO, EN CASO CONTRARIO QUE PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DEL ESTUDIO DEL MERCADO E INCLUIDOS EN EL PROMEDIO DE PRECIO REFERENCIAL CUMPLEN CON ESTA CARACTERÍSTICA ,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere contar con botón de parada de emergencia en ambas puertas, ya que es necesario para su accionamiento en caso de emergencia. Sin embargo, para no perjudicar el funcionamiento del equipo se modificara las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: B17.BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA EN AMBAS PUERTAS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:
B18.VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESIÓN EN LA CÁMARA Y EN LA CHAQUETA. SOLICITAMOS AL COMITÉ , PUEDAN ACEPTAR TAMBIÉN BOTÓN DE EMERGENCIA ADICIONAL EN LA CÁMARA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, precisando que, tanto la chaqueta como la cámara deben contar con su respectiva válvula de seguridad contra sobrepresión. Este dispositivo de seguridad se activa mecánicamente cuando la presión supera el nivel máximo, mientras que el botón de emergencia mencionado es activado manualmente por el operador.

Por lo expuesto, el postor debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

B20. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD AISI 316Ti EQUIVALENTE O SUPERIOR. SOLICITAMOS AL COMITÉ POR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE PUEDE ACEPTAR LA FABRICACIÓN DE GENERADOR DE VAPOR DE ALTA CALIDAD A PARTIR DE 316L, 316Ti o equivalente SUPERIOR Para la Mayor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cooordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, precisando que el acero 316Ti tiene una mejor resistencia a la corrosión, su principal ventaja es que se hace a temperaturas más altas durante más tiempo sin precipitaciones presentes. La presencia de titanio da algunas mejoras en la resistencia mecánica, especialmente a temperaturas elevadas.

Por lo expuesto, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
B27 GENERADOR DE VAPOR PURO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA.SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR QUE EL GENERADOR DEBE DE SER DE VAPOR LIMPIO, ESTE PUNTO ES MUY IMPORTANTE PARA NO CAUSAR NINGÚN CONTRATIEMPO EL REAL FUNCIONAMIENTO OPTIMO EN EL GENERADOR Y POSTERIOR CÁMARA DEL AUTOCLAVE , AGREGAR Y CONSIDERAR .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, precisando que de acuerdo a la Norma EN 285: ¿Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores de vapor de gran capacidad. Requisitos y ensayos¿, El vapor debe ser, puro, es decir, exento de partículas extrañas o gases no condensables. Por esta razón, la calidad del agua es un parámetro fundamental a tener en cuenta y a controlar. Así mismo el vapor puro es adecuado para aplicaciones de vapor limpio, mientras que el vapor limpio no es suficiente cuando se requiere vapor puro. Como área usuaria nos enfocamos en brindar un servicio de calidad al usuario. Por lo mencionado, debere ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:
B28. MEDIDOR DE LA CONDUCTIVIDAD INTEGRADO AL GENERADOR DE VAPOR, CON ALARMA EN LA PANTALLA CUANDO HAYA CONCENTRACIÓN ELEVADA DE SAL. SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR SI ESTE CONDUCTIMETRO ESTA INSTALADO AL EQUIPO DE VAPOR Sistema de medición de la conductividad integrada al equipo (de acuerdo al diseño de cada fabricante) para evitar una alta concentración de sal de agua del generador de vapor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Precisando que el medidor de conductividad debe estar instalado en el generador de vapor integrado al esterilizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

B31 BOMBA DE VACÍO EN SECO O BOMBA DE VACIO DE ANILLO LIQUIDO DE DOBLE ETAPA CON AHORRO DE AGUA. SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR SEGÚN LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS BOMBA DE VACÍO EN SECO ENTENDEMOS QUE NO UTILIZA AGUA O SISTEMA AQUA ZERO O SISTEMA DE AHORRO DE AGUA COMPROBADO Y CERTIFICADO , ADICIONAR EN ESTA ESPECIFICACIÓN Y DE SER POSIBLE OTORGAR UN PUNTAJE ADICIONAL EN LA CALIFICACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 43

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, Aclarando que la bomba de vacío requiere una tecnología con ahorro de agua o que no use agua. Por lo mencionado debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:
B37 PROGRAMA 4: PARA LÍQUIDOS 121 °C. ESTE PROGRAMA EN ESPECIAL SE DA EN AUTOCLAVES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MAYORÍA , PERO ES UNA OPCIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE COLOCAR A LA CONFIGURACIÓN, ACLARAR AL COMITÉ YA QUE ESTO ELEVA EL PRECIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, precisando que el area usuaria requiere de dicho programa para esterilizar frascos de drenaje, y otros con contenido líquido que si bien es cierto no es frecuente, existe la necesidad. Por ende se requiere obligatoriamente contar con dicho programa a fin de garantizar todo tipo de atención a nuestros pacientes. Por lo mencionado, el postor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:
B46 MANÓMETRO DE PRESIÓN DE SELLADO DE PUERTA, SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE ESTO ES UNA INCONGRUENCIA YA QUE LOS AUTOCLAVES ESTE DATO SE VE EN LA PANTALLA LCD O TOUCH DEL AUTOCLAVE Y ASÍ TAL CUAL ESTA CARACTERÍSTICA ESTA DIRIGIDA A UN POSTOR YA MENCIONADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Se aclara que lo que se requiere es visualizar la presión del sellado de puerta, en ese sentido si la presión de visualiza en la pantalla LCD o Touch del autoclave. Por lo mencionado, el postor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:
B47 SENSOR DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. SOLICITAMOS AL COMITÉ SUPRIMIR O ELIMINAR , YA QUE ESTE DATO SE DA EN LA PANTALLA DEL AUTOCLAVE , ES LO MISMO QUE EL OTRO PUNTO DEL MISMO POSTOR EN MENCIÓN ESPECIFICACIONES DIRIGIDAS HACIA UN SOLO POSTOR NO HABIENDO LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Se precisa que, para que la temperatura se visualice en la pantalla del autoclave debe necesariamente tener un sensor en la cámara de esterilización. Por lo mencionado, el postor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE EMPAQUE QUE INCLUYA SELLADORA AUTOMÁTICA CON DISPENSADOR DE ROLLOS LAMINADOS Y TERMOSELLADORA + IMPRESORA DE ETIQUETAS Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR NUEVAMENTE PARA ESTE REQUERIMIENTO; SE NECESITA TOTALMENTE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD COMPLETO, MONOTORIZACION + PORTA ROLLOS + IMPRESORA ETIQUETADORA + LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS , UN PUNTO DE INTERNET Y WIFI CON LA BANDA NECESARIA PARA QUE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION TENGA UN SISTEMA COMPLETO DE TRAZABILIDAD DE TODOS SUS PORCESOS INCLUYENDO EL DE LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA , POR ELLO NO SE SABE EN EQUE AREA SE INSTALARA COMO SERA LA DISPOSICION DE LOS NUEVOS EQUIPOS , POR LO CUAL NO SE QUIERE QUE SE COMPRE LOS EQUIPOS SIN SABER Y VER EN CIENCIA CIERTA LA DISPOSICION DE LOS EQUIPOS Y ESTEN GUARDADO POR AÑO O AÑOS, ADEMAS DE ELLO, LOS PRECIOS POR TODO LO ADICIONAL INCREMENTA, Y AL SABER LA GESTION DE LA INSTITUCION PUEDEN RETRAZAR EN EL PUNTO ESPECIFICO DE INTERNET CON UNA BANDA DE DATOS ESPECIFICA, PARA CENTRAL, PARA QUE NO SE PUEDA COLGAR EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD, RECOMENDAMOS UN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO CON TODOS LOS DETALLES Y QUE EL AREA DE INGENIERIA DEL HOSPITAL COMPARTA LOS PLANOS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS Y DE LA NUEVA CENTRAL CON SU BARRERA SANITARIA Y DISPOSICIÓN DE CABLEADO Y DESAGÜE QUE SON PUNTOS MUY IMPORTANTES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Precisando que en La Central de Esterilización, se instalarán puntos fijos de internet y wifi, por lo cual a fin de mejorar la calidad del servicio se iniciará el monitoreo digital con el sistema de trazabilidad de empaque. Por lo mencionado se solicita al postor, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
A03 ESTRUCTURA PORTANTE PANELES EXTERIORES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.SOLICITAMOS AL COMITÉ PUEDA CONSIDERAR ADEMAS DE LOS PANELES EXTERIORES, LOS PANELES LATERALES PARA UNA MEJOR PERFORMANCE Y VISION DENTRO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Precisando que dentro de los paneles exteriores en acero inoxidable AISI 304, están considerados los paneles laterales.
Por lo expuesto, ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
A04 IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA AL EQUIPO, INSTALADA EN EL LADO DE CARGA O DESCARGA DEL PANEL FRONTAL PARA REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y GRÁFICOS. SOLICITAMOS AL COMITÉ PUEDA CONSIDERAR IMPRESORA TÉRMICA Y/ O MATRICIAL , YA QUE LAS IMPRESORAS TÉRMICAS CON EL PASAR DE LOS DÍAS O SEMANAS SE BORRA EL CONTENIDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En coordinación con el área usuaria y por no alterar el funcionamiento del equipo, se acoge la consulta y modifica las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: A04 IMPRESORA TÉRMICA Y/O MATRICIAL INCORPORADA AL EQUIPO, INSTALADA EN EL LADO DE CARGA O DESCARGA DEL PANEL FRONTAL PARA REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y GRÁFICOS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
A05 FONDO CON DOBLE INCLINACIÓN Y FILTRACIÓN CENTRAL, SOLDADURAS EXTERNAS, FORMA SIMÉTRICA O TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA, PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA. SOLICITAMOS AL COMITÉ PUEDA CONSIDERAR UN FORMATO TAMBIÉN QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA DE ACUERDO AL FABRICANTE PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, Aclarando que el postor puede presentar como mejora, una tecnología con reducción del consumo de agua. Por lo expuesto, ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:
A.06CÁMARA CON PULIDO ELECTROLÍTICO ¿ESPEJO¿, RUGOSIDAD INFERIOR A 0,5 ¿M Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS. SOLICITAMOS CONSIDERAR AL COMITÉ EL GRADO DE PULIDO DE ACUERDO A LOS DIFERENTES FABRICANTES Y PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta. Precisando la rugosidad es un parámetro importante, pues las superficies rugosas a menudo se desgastan más rápidamente que las superficies más lisas. Se requiere una cámara con un nivel de rugosidad inferior a 0.5 micras, siendo un valor bastante razonable, considerando que algunos fabricantes ofrecen una cámara con una rugosidad de 0.2 micras.
Por lo mencionado, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

A.10 BOMBA DE RECIRCULACION QUE DISTRIBUYE EL AGUA EN LOS CINCO BRAZOS DE LAVADO COMO MÍNIMO.SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR A LA VEZ QUE EL TROCAR PARA BRAZOS DE LAVADO SEA PARA LOS CINCO BRAZOS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE SIN AFECTAR EL REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acogfe la consulta. Aclarando que lo solicitado es lo mínimo requerido para desarrollar las actividades de forma óptima, por lo cual el postor debe ceñirse a las bases sin limitar a que pueda presentar mejoras tecnológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

A.12 DISPOSITIVO DE SECADO CON FILTROS HEPA H14 PARA LA ELIMINACIÓN DE GOTAS DE AGUA, HUMEDAD Y VAPORES DE LA CÁMARA DE LAVADO . SOLICITAMOS AL COMITÉ AL IGUAL QUE EN EL AUTOCLAVE NO PARCIALIZARCE CON UN SOLO POSTOR Y MARCA COMO SE ESTA DEMOSTRANDO Y DEJANDO ATRÁS A OTRAS MARCAS Y TECNOLOGIAS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE MERCADO Y NO FUERON CONSIDERADAS, A LA VEZ SIN SABER DONDE SE INSTALARA ESTOS EQUIPOS PORQUE AUN LA INSTITUCIÓN NO DEFINE LA NUEVA ÁREA DE CENTRAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor no precisa claramente la observación técnica. Por lo que no se acoge y debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:
A.13 DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DETERGENTE, CONTROLADA POR UN FLUJÓMETRO. DE LA MISMA FORMA. SOLICITAMOS AL COMITÉ AL IGUAL QUE EN EL AUTOCLAVE NO PARCIALIZARCE CON UN SOLO POSTOR Y MARCA COMO SE ESTA DEMOSTRANDO Y DEJANDO ATRÁS A OTRAS MARCAS Y TECNOLOGÍAS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE MERCADO Y NO FUERON CONSIDERADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor no precisa claramente la consulta. Por lo que no se acoge y debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

A14 DISPOSITIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DE LOS VAPORES DE ESCAPE PROVENIENTES DE LA CÁMARA (OPCIONAL). SOLICITAMOS AL COMITÉ POR SER OPCIONAL ELIMINAR DEL REQUERIMIENTO YA QUE LIMITA A LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y MARCAS SEGÚN LO ANTES YA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no acoge la consulta. Precisando que, lo requerido es opcional. Por lo tanto, no es necesario eliminar lo solicitado, ya que no limita a los postores.
Por lo que, debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

B01 PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO EN EL LADO DE CARGA Y DESCARGA DE MÍNIMO 5.8", CONTROLADO POR PLC. SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE SEA OPCIONAL EL LADO DE DESCARGA , YA QUE EL CONTROL DEL PLC ES SOLO POR EL LADO DE CARGA Y AHÍ SE REALIZA TODA LA CONFIGURACIÓN Y MONITORIZACIÓN DEL EQUIPO Y PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria, no se acoge la consulta, indicando que la Central de Esterilización contará con la respectiva separación física de áreas, por lo cual se está solicitando dos pantallas de 5.8", una para el lado de carga y otra para el lado de descarga a fin de visualizar el avance del ciclo. Por lo tanto, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

B04 INTERFAZ PARA CONEXIÓN A INTERNET O INTRANET LOCAL PARA ASISTENCIA REMOTA. SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE ESTO NO SE ESTE CONSIDERANDO ES PUNTO DE INTERNET FIJO CON BANDA ESPECIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE UNA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y MONITORIZACIÓN AUTOMATIZADO. QUE NO SE ESTE CONSIDERANDO POR NINGUN LADO , NI SE SABE DE PLANO ALGUNO DE LAS AREAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area ussuaria, no se acoge la observacion. Precisando que el equipo ofertado por el postor debe estar en la capacidad de ejecutar una CONEXIÓN A INTERNET O INTRANET LOCAL PARA ASISTENCIA REMOTA. Así mismo se indica el ambiente dónde estará el equipo contará con punto de internet. Se adjunta el plano de arquitectura, Por lo tanto, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:
B05 SISTEMA DE SECADO FORZADO DE AIRE CALIENTE CON FILTRO HEPA H14. DE LA MISMA FORMA SE REPITE ESTA CARACTERÍSTICA CON EL POSTOR EN MENCIÓN, ALTERANDO LA LEY DE PLURALIDAD DE POSTORES COMPROBANDOSE QUE EL PROCESO ESTA DIRIGIDO A UN SOLO POSTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor no detalla la observación técnica; sin embargo se precisa que se requiere un filtro HEPA H14 por ser más eficaz al retener el 99,99 % de sustancias volátiles de más de 0,3 micrones (o micras) mientras que un filtro HEPA H13 se fabrica teniendo en cuenta una eficacia del 99,97% en la retención de partículas superiores a ese tamaño. Por lo expuesto, no se acoge la consulta y debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

C01CICLOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES PROGRAMADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN E INTERCONECTADAS CON SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR NUEVAMENTE , PARA EL CUMPLIMIENTO SE NECESITA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD COMPLETO Y MONITORIZACIÓN + PUNTO DE INTERNET FIJO EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, PARA QUE PUEDA FUNCIONAR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRAZABILIDAD Y MONITORIZACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS EN SIMULTANEO; PARA TODAS LAS FUNCIONES REQUERIDAS, ESTE PUNTO NO LO CONTEMPLARON, ADEMÁS ESTE SISTEMA TALVEZ REQUIERA EL HOSPITAL SE INTERCONECTE CON EL SISTEMA HOSPITALARIO ACTUAL; Y NO CREO QUE HAYA UNA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que, la nueva infraestructura dónde estará el equipo contará con punto de internet. Así mismo se indica que el equipo tiene que interconectarse con el sistema de trazabilidad cuando se cuenta con toda la arquitectura informática para su funcionamiento. Por lo que, no acoge la consulta y debiera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

D01 DOS (02) PUERTAS MOTORIZADAS O NEUMATICAS DE DESLIZAMIENTO VERTICAL HACIA ABAJO, TIPO VENTANA, FABRICADA EN VIDRIO ESPECIAL. CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO QUE IMPIDA LA APERTURA SIMULTÁNEA DE AMBAS PUERTAS. SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE EL DESLIZAMIENTO DE LAS PUERTAS EN FORMA VERTICAL HACIA ABAJO PUEDA SER Y/O HACIA ARRIBA , PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES NO AFECTANDO AL PUNTO DEL REQUERIMIENTO YA QUE LA APERTURA O CIERRE DE AMBAS FORMAS ES DE MANERA VERTICAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria. no se acoge la consulta. Aclarando que se requiere que la apertura sea hacia abajo debido a que la zona de carga estará en la parte superior y puede existir interferencias que pudieran perjudicar el proceso o disminución de espacio no siendo confortable para el operario.Por lo que, debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:
D04 DOTADA DE LUZ LED EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA. SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE PUEDA CONSIDERAR A LA VEZ LUZ INTERIOR DE LA CÁMARA LED O DE ACUERDO AL FABRICANTE PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la luz LED cuenta con eficiencia energética, vida útil prolongada, calidad de luz y opciones de diseño, así como su seguridad y sostenibilidad.
Por lo expuesto, no se acoge la consulta, debiendo ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:
F06 ALARMA DE BAJO NIVEL DE QUÍMICOS EN LOS CONTENEDORES. SOLICITAMOS AL COMITÉ PUEDA CONSIDERAR A LA VEZ UNA ALARMA POR FALTA DE QUÍMICO, ES DECIR PUEDA QUEDAR EL PUNTO ALARMA DE BAJO NIVEL Y/O ALARMA POR FALTA DE QUÍMICO NO ALTERANDO EL PUNTO DEL REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo que se requiere, es prevenir la falta de soluciones químicas en los contenedores, para evitar la interrupción del correcto funcionamiento del ciclo de lavado y desinfección.
Por lo expuesto, no se acoge la consulta, debiendo ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura :LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:
L04 DIN EN ISO 15883 - 1 y 2. SOLICITAMOS AL COMITÉ NUEVAMENTE LA PARCIALIDAD CON UN SOLO POSTOR Y MARCA , YA QUE PARA ESTA CLASE DE EQUIPOS POR NORMA TECNICA ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON LA NORMA ISO 13485 u 9001, PERO COLOCAN UNA NORMA TÉCNICA QUE SOLO LO CUMPLIRÍA ESTE POSTOR Y FABRICANTE , LO CUAL ALTERA EL PROCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la norma EN ISO 15883 1-2, es una norma específica para lavadoras desinfectoras, requisitos generales definiciones y ensayos, mientras que las otras normas mencionadas son generales sobre normas de sistema de gestión de la calidad para productos sanitarios. Por lo que, no se acoge la observación y debiera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: ITEM 01: Esterilizador con generador eléctrico de vapor por S/. 1¿600,000.00 (Un millón seiscientos mil con 00/100 soles)
ITEM 02: Lavador Desinfectador por S/. 1¿050,000.00 (Un millón cincuenta mil con 00/100 soles)
Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. SOLICITAMOS AL COMITE ESTO SE PUEDA CUMPLIR CON CRITERIO ACERTADO YA QUE HAY POSTORES EN EL MERCADO QUE TIENEN MUCHA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE EQUIPOS Y DIFERENTES PLATAFORMAS INSTALADAS A NIVEL NACIONAL Y LA CERTIFICACION DE LOS MONTOS FACTURADOS NO SEA UN SIMPLE SELLO DE CANCELADO SI NO CUENTA DE DEPOSITO, CARTA FIANZA , ETC , PARA NO SORPRENDER A LA INSTITUCION.SOBRE TODO EN POSTORES QUE RECIEN ESTAN INICIANDO EN EL RUBRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION ¿¿ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado¿- CRITERIO DE LAS BASES.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM **Página:** 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, aclarando que las bases elaboradas por el comité de selección, estan claramente detallado la acreditacion de la experiencia del postor; de acuerdo a las bases estandarizadas publicadas por el Osce y la Resolucion Nº 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

2.2.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

- i) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento -CBPA del Postor y/o Fabricante (Copia Simple)
- Vigente a la fecha de presentación de propuesta.
 - Expedido por DIGEMID
 - En el caso de consorcio o de postores que contratan servicios de almacenamiento , el Certificado debe estar a nombre de la empresa que se hará cargo del Almacenamiento de los productos (verificable durante inspecciones) acompañado del Contrato de Servicio de Almacenaje que acredite el vínculo contractual entre ambas partes, Así como acreditar el cumplimiento de los proceso que lo correspondan realizando a trazabilidad de cada producto tanto en la empresa que presta el servicio como en la empresa que solicita el servicio del almacenamiento .
 - En caso los postores contraen el servicio de almacenamiento no basta que este último cuente con un CBPA a su nombre si no que el postor deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le correspondan mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a su nombre, ello de acuerdo a lo señalado por la DIGEMID (mediante Oficio N°1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MINSA (pronunciamiento N°141-2014-DSU)
 - En el caso que la empresa postora sea un fabricante nacional se considera suficiente la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).

Al respecto debemos de señalar que este documento es emitido por la DIGEMID pero solo para los equipos o productos que requieran de registro sanitario y los equipos convocados en la presente Licitación Pública no requieren de dicho registro ya que no se encuentran dentro de los alcances del R.M. N° 283-98-SA-DM (en el que se enumera los bienes que requieren de Registro Sanitario).

Por lo antes descrito, solicitamos al comité suprimir el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) como documento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, Aclarando que en la etapa de calificacion y evaluacion de las ofertas, los postores deberan acreditar que los equipos convocados no cuentan o no requieren registro sanitario, pues no sera obligatorio presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 56
Consulta/Observación:
ITEM 2: LAVADOR DESINFECTOR

En las bases solicitan:

D02 - DOBLE VIDRIO, CON AISLAMIENTO INTERNO ESPECÍFICO QUE REDUCE EL CONSUMO ELÉCTRICO, FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN, SU SONORIDAD Y LA PÉRDIDA DE CALOR

Entendemos que en la puerta de doble vidrio debe contar con un aislamiento de un gas inerte (Argón) en su interior. El argón es un gas noble, lo que significa que es altamente resistente a la reactividad química. Además, es más pesado que el aire, lo que lo convierte en un excelente aislante térmico. Es por estas propiedades que se utiliza en las puertas de vidrio como un medio para mejorar el rendimiento energético.

Por lo antes descrito, solicitamos considerar al gas inerte Argón como aislamiento en la puerta de doble vidrio. Quedando de la siguiente manera:

D02 - DOBLE VIDRIO, CON AISLAMIENTO INTERNO DE GAS INERTE ESPECÍFICO QUE REDUCE EL CONSUMO ELÉCTRICO, FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN, SU SONORIDAD Y LA PÉRDIDA DE CALOR

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO I **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el aislamiento interno de la puerta será según la tecnología de cada fabricante, y dentro de ellos se encuentra el gas argón. Por ende dicha característica no limita al postor, al contrario brinda mayor apertura. Por lo mencionado, No se acoge la consulta y deبرا ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

ITEM 2: LAVADOR DESINFECTOR

En las bases solicitan:

J01 - 220/60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

Entendemos que el equipo funcionará con energía 220 VAC /60Hz trifásica. Por favor solicitamos precisar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ANEXO I Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, aclarando que su entender es correcto. El suministro eléctrico es 220 VAC /60Hz trifásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 58
Consulta/Observación:
ITEM 2: LAVADOR DESINFECTOR

En las bases solicitan:

A06 - CÁMARA CON PULIDO ELECTROLÍTICO ¿ESPEJO¿, RUGOSIDAD INFERIOR A 0,5 ¿M Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS.

Entendemos que hay un error material con respecto a la rugosidad ya que, está expresado en milímetros (MM). Lo correcto es en micras (¿m). Por lo tanto es necesario modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

A06 - CÁMARA CON PULIDO ELECTROLÍTICO ¿ESPEJO¿, RUGOSIDAD INFERIOR A 0,5 ¿m Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO I **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Hubo un error en la digitación. Se procede a corregir el error material. Se acoge su consulta y se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: A06 - CÁMARA CON PULIDO ELECTROLÍTICO ESPEJO, RUGOSIDAD INFERIOR A 0,5 MICRAS Y ALTA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA		
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724		

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 59
Consulta/Observación:
ITEM 2: LAVADOR DESINFECTOR

En las bases solicitan:

L04 - DIN EN ISO 15883 - 1 y 2

Solicitamos amablemente al comité poder sustentar lo solicitado en la especificación técnica con manual, brochure, ficha técnica o carta de fabricante ya que, se trata de una norma más no es una certificación otorgada a un fabricante del bien objeto de la convocatoria (ITEM 2).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ANEXO I **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Para dar garantía del cumplimiento de la norma, Se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS: L04: DIN EN ISO 15883 - 1 y 2 podrá ser sustentada con manual del equipo, brochure, ficha técnica o carta de fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADUISION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

2.2.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

- i) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento -CBPA del Postor y/o Fabricante (Copia Simple)
- Vigente a la fecha de presentación de propuesta.
 - Expedido por DIGEMID
 - En el caso de consorcio o de postores que contratan servicios de almacenamiento , el Certificado debe estar a nombre de la empresa que se hará cargo del Almacenamiento de los productos (verificable durante inspecciones) acompañado del Contrato de Servicio de Almacenaje que acredite el vínculo contractual entre ambas partes, Así como acreditar el cumplimiento de los proceso que lo correspondan realizando a trazabilidad de cada producto tanto en la empresa que presta el servicio como en la empresa que solicita el servicio del almacenamiento.
 - En caso los postores contraen el servicio de almacenamiento no basta que este último cuente con un CBPA a su nombre si no que el postor deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le correspondan mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a su nombre, ello de acuerdo a lo señalado por la DIGEMID (mediante Oficio N°1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MINSA (pronunciamiento N°141-2014-DSU)
 - En el caso que la empresa postora sea un fabricante nacional se considera suficiente la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).

Al respecto debemos de señalar que este documento es emitido por la DIGEMID pero solo para los equipos o productos que requieran de registro sanitario y los equipos convocados en la presente Licitación Pública no requieren de dicho registro ya que no se encuentran dentro de los alcances del R.M. N° 283-98-SA-DM (en el que se enumera los bienes que requieren de Registro Sanitario).

Por lo antes descrito, solicitamos al comité suprimir el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) como documento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ANEXO I Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, Aclarando que en la etapa de calificacion y evaluacion de las ofertas, los postores deberan acreditar que los equipos convocados no cuentan o no requieren registro sanitario, pues no sera obligatorio presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null