

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNAAT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIORREACTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPERIMENTAL E INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Ruc/código :	20609732441	Fecha de envío :	09/07/2025
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:13:56

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Buenas tardes, el indicador de gas debera ser de escala lineal y el volumen de gas deberà indicarse en volumen o en la escala de centímetros de agua?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.4      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado aclara que el Indicador de gas debe ser dependiendo del modelo del equipo, donde se requiere que el volumen de gas debera indicar el volumen.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-UNAAT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIORREACTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPERIMENTAL E INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Ruc/código :	20609732441	Fecha de envío :	09/07/2025
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:13:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

no especifica el gas a medir, por favor indicar si es metano el gas a producir?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado aclara que se requiere que el equipo mida el gas a producir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null