

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 07/05/2024

Hora de envío : 19:16:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En lo que respecta a lo indicado en el literal e) que servirá para la acreditación como Declaración Jurada del Fabricante real y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial autorizada que acredite ciertas características.

El Comité Especial a través del área usuaria permitirá la presentación no solo de declaraciones juradas, sino también Fichas técnicas, cartas aclaratorias, insertos o folletos del fabricante legal y/o titular?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta como documentos sustentatorios de los Reactivos y Equipos a Ofertar en lo que respecta al literal e) será: Declaración Jurada, Fichas técnicas, cartas aclaratorias, insertos o folletos del Fabricante real y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o Filial Autorizada que acredite ciertas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	19:16:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el literal e) para la acreditación del REACTIVO: Cuando se refieren a las CARACTERISTICAS GENERAL Y REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES LÍQUIDOS Y LISTOS PARA SU USO, TIPO DE ENSAYO; resulta poco claro lo que se solicita acreditar ya que en la pagina 21 de las bases podemos observar que para cada REACTIVO se señala su PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA O MÉTODO Y MUESTRA BIOLÓGICA que son claramente acreditables; ya que al solicitar que se acredite las características generales no se hace una precisión exacta, lo mismo sucede al solicitar reactivos, controles y calibradores líquidos y listos para su uso, ya que los reactivos en general son líquidos pero de acuerdo a los ensayos solicitado en el presente proceso de Inmunohematología son pruebas cualitativas y por consiguiente no requieren uso de calibradores. Ya al solicitar la acreditación de Tipo de Ensayo, entendemos que se trata de la Metodología.

Resultaría mas claro la acreditación en lo que corresponde a los REACTIVOS: LA PRESENTACIÓN Y/O CARACTERÍSTICA, METODOLOGÍA Y MUESTRA BIOLÓGICA según corresponda para cada SubItem.

El Comité Especial en coordinación con el área usuaria, a fin que los postores puedan presentar una ofertar de manera clara y no incurrir en errores, podrían aclarar que para la acreditación de lo que corresponde al REACTIVO, se tendrá que acreditar: PRESENTACIÓN Y/O CARACTERÍSTICA, METODOLOGÍA Y MUESTRA BIOLÓGICA según corresponda para cada Subitem?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la acreditación de los reactivos de inmunohematologia se considera: REACTIVOS: LA PRESENTACIÓN Y/O CARACTERÍSTICA, METODOLOGÍA, MUESTRA BIOLÓGICA, TIEMPO DE EXPIRACION Y ACCESORIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	19:16:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el reactivo Kit para Tipificación de Fenotipo Extendido Eritrocitario, De la lectura podemos apreciar que existe un error tipográfico por omisión, pues no se aprecia el anti ¿c¿ minúscula como parte de los antisueros monoclonales que debe tener el Fenotipo Extendido Eritrocitario.

El Comité especial en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta e incluirá el anti ¿c¿ (minúscula) como parte de los antisueros monoclonales que debe contener la Especificaciones Técnicas del Kit para Tipificación de Fenotipo Extendido Eritrocitario.?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** / **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA INCLUIR anti c (minúscula) para el reactivo kit de Tipificación de Fenotipo Extendido Eritrocitario, ya que fue un error tipográfico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO		
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.		

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	19:16:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Bases se indica Deberá incluirse sin costo alguno para la institución lo siguiente:
4. Rollo de etiquetas para muestras con códigos de barra en cantidad suficiente para el periodo de compra. Consideramos que esta solicitud de pedido no guarda relación con la presente convocatoria de Inmunohematología y mas bien corresponde para los procesos de Adquisición de bolsas colectoras de sangre o para el proveedor de Software de Banco de Sangre.

¿El comité especial en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta y procederán a retirar lo indicado en la página 25 numerada 4. por no corresponder a la presente convocatoria. ?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** / **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se procede a retirar lo indicado en la página 25 numeral 4. por no corresponder a la presente convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO		
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.		

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	19:16:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Bases solicitan lo siguiente: **NOTA IMPORTANTE:** - El ganador del procedimiento de selección para Banco de Sangre deberá instalar un Software de Banco de Sangre, el cual se anexe los equipos de Banco de sangre mediante Interface. - El ganador del procedimiento de selección para Banco de sangre deberá brindar acceso a la información cuando esta la requiera, siendo la misma de propiedad única y exclusiva de la entidad.
Consideramos que esta solicitud de pedido no guarda relación con la presente convocatoria de Inmunohematología ya que en el estudio de mercado no fue considerado, tal vez por error de tipeo ha sido incorporado en el presente proceso.

Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria omitir el párrafo indicado como nota importante en la página 25, de manera que se evite confusiones y porque no fue considerado en la etapa de estudio de mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** / **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se procede a retirar lo indicado como nota importante en la página 25; por error de tipeo ha sido incorporado en el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-OGESS-E/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA PARA EL BANCO DE SANGRE REGIONAL DE LA OGESS ESPECIALIZADA.

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	19:16:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el literal e) para la acreditación del REACTIVO: de los Sub Items 6,7, 8 Y 9 Sueros Anti A,A1,B y D al tratarse de Sueros en lo que respecta a la PRESENTACIÓN: con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado estas precisiones se tratan de requerimientos que se podrán verificar al momento del ingreso del producto y no se tratan de especificaciones propias de fabricante por lo que se tendrían que acreditar con el Anexo N° 3

El Comité Especial en coordinación con el área usuaria, podrían indicarnos que tales precisiones en cuanto a la PRESENTACIÓN para los Sub Items 6, 7, 8 y 9 se acreditarán con el Anexo N° 3, Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la acreditación de los reactivos: Sub Items 6,7, 8 Y 9 Sueros Anti A,A1,B y D al tratarse de Sueros se mantiene PRESENTACIÓN: ¿ con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null