

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	16:18:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7 L, solicitamos que se amplie la capacidad total del producto, quedando de la siguiente forma: "Capacidad total 8.7L +/- 0.1 L". Con el fin de no limitar la participación de los postores y tener una mayor pluralidad de marcas en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad total 8.7L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad total 8.7 L +/- 0.1L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	16:18:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que para el producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 14 L solicitan que cuente con una capacidad útil de 14 L. Ante ello, solicitamos a la Entidad el aceptar ampliar el rango de la capacidad útil, quedando de la siguiente forma: "14L +/- 1 L". Con el fin de no limitar la participación de los postores y tener una mayor pluralidad de marcas en el procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	16:46:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité. En relación al producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS DE 7 L, solicitamos que se amplíe la capacidad total del producto a "Capacidad total de 8.7L +/- 0.1 L". Esta modificación tiene como objetivo no limitar la participación de los oferentes y fomentar una mayor variedad de marcas en el procedimiento actual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad total 8.7L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad total 8.7 L +/- 0.1L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	16:46:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados miembros del Comité. Hemos observado que para el producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS DE 14 L, se solicita una capacidad útil exacta de 14 L. En este sentido, solicitamos a la Entidad considerar la posibilidad de ampliar el rango de la capacidad útil a "14 L +/- 1 L". Esta modificación tiene como objetivo no restringir la participación de los oferentes y fomentar una mayor diversidad de marcas en el proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:20:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7 L, solicitamos se amplíe la capacidad total de "+/- 0.1 L". Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad total 8.7L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad total 8.7 L +/- 0.1L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:20:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Observamos que en el producto CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 14 L. Por lo que, solicitamos a la Entidad ofrecer un rago para la capacidad total de "+/- 1 L". Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas en el procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:40:58

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité de selección observamos que en las especificaciones técnicas de CAJA DE BIOSEGURIDAD X 5L no indican si las cajas serán CON dispositivo de seguridad o SIN dispositivo de seguridad de tal forma para poder hacer una correcta presentación de oferta es que solicitamos al comité de selección sirva aclararlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, se aclara que es con dispositivo de seguridad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con dispositivo de seguridad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:40:58

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del Comité de selección observamos que en las especificaciones técnicas de CAJA DE BIOSEGURIDAD X 5L solicitan el material del cartón en color rojo sin embargo en los parámetros de la bolsa solicitan que sea amarillo, como tenemos entendido las cajas color rojas son para Material Contaminado ¿RIESGO BIOLÓGICO¿ mientras que las cajas Amarillas son para RESIDUOS QUÍMICOS, en ambos casos cada uno tendría un significado para cada caja así mismo en cuestión de las bolsas tendrían para la Caja ROJA Bolsa ROJA y Para la caja AMARILLA bolsa AMARILLA, pedimos al comité de selección pueda aclarar que es lo que están requiriendo para poder hacer una correcta presentación de oferta en el proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, se solicita caja de color rojo (riesgo biologico), y la bolsa interna de color amarillo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:40:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del Comité de selección observamos que en las especificaciones técnicas de CAJA DE BIOSEGURIDAD X 5L solicitan las siguientes medidas

Altura 270mm

Ancho 205mm

Largo 120mm

Lo cual para no limitar la presentación de ofertas y de postores es que solicitamos que tenga un rango de variación de la siguiente forma

Altura 270mm a 305mm

Ancho 150mm a 205mm

Largo 110mm a 120mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando de la siguiente manera:

Altura 270mm a 305mm

Ancho 150mm a 205mm

Largo 110mm a 120mm "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Altura 270mm a 305mm

Ancho 150mm a 205mm

Largo 110mm a 120mm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:40:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores del Comité de selección observamos que en las especificaciones técnicas de CAJA DE BIOSEGURIDAD X 5L solicitan las siguientes medidas en el PARÁMETRO DE LA BOLSA

ALTURA 685MM

ANCHO 305MM

ESPESOR DE MICRAS 2 MICRAS

Lo cual para no limitar la presentación de ofertas y de postores es que solicitamos que tenga un rango de variación de la siguiente forma

Altura 585mm a 685mm

Ancho 270mm a 305mm

ESPESOR DE MICRAS : 2 MICRAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando de la siguiente manera:

Altura 585mm a 685mm

Ancho 270mm a 305mm

ESPESOR DE MICRAS: 2 MICRAS "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Altura 585mm a 685mm

Ancho 270mm a 305mm

ESPESOR DE MICRAS: 2 MICRAS "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega: En las bases, se indica que los bienes serán entregados en un plazo de 10 días calendarios. Considerando, que en el caso de las pequeñas empresas, se nos hace difícil mantener un stock tan grande; solicitamos al comité de selección, permita que la entrega se realice en un plazo de 25 días calendarios desde la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta, ampliando el plazo de entrega a 25 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega 25 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan: Caja de cartón de 5L.

Sin embargo, en las características, se indica: capacidad total de 6.7 L.

Considerando que se solicita caja x 5L, solicitamos al comité de selección que acepte cajas de 5L como capacidad total.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la bases se solicitan, cajas de bioseguridad de 5 Litros, pero se detallan características muy puntuales sobre una marca en especial.

Con la finalidad de promover, la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de cajas de bioseguridad de capacidad de 5 Litros, con las dimensiones propias de la marca, siempre y cuando cumpla con la capacidad solicitada de 5 Litros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose los rangos de las dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Altura 270mm a 305mm
Ancho 150mm a 205mm
Largo 110mm a 120mm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las características de la caja de 5 Litros se detallan las especificaciones de la bolsa interior.

Con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección, acepte la presentación de las cajas con la bolsa interior con las dimensiones propias del fabricante; siempre y cuando cumpla con la capacidad de 5L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose los rangos de las dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Altura 585mm a 685mm
Ancho 270mm a 305mm
ESPESOR DE MICRAS: 2 MICRAS "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: caja de bioseguridad de 14 Litros.

Con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección, acepte la presentación de cajas de bioseguridad de 15 Litros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad util 14.0 L +/- 0.1 L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20482114882	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	NEOBIO S.A.C.	Hora de envío :	18:39:08

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del postor; se considera como bienes similares: solo bolsas.
Con la finalidad de promover, la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección, acepte como bienes similares: insumos de laboratorio y otros insumos de bioseguridad como mandilones, guantes, mascarillas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta, quedando como bienes similares, Cajas de bioseguridad, Bolsa de bioseguridad, bioseguridad, laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares, Cajas de bioseguridad, Bolsa de bioseguridad, bioseguridad, laboratorio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	21:23:13

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN

Observamos que en los Requisitos de Calificación estan solicitando ciertos documentos:

- REGISTRO SANITARIO VIGENTE
- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) VIGENTE

Los bienes solicitados CAJA DE BIOSEGURIDAD es un bien que no requiere REGISTRO SANITARIO, BPA ni BPM. Por tal motivo se solicita al comité suprimir dicho requisito y agregar CARTA DE DIGEMID que el bien que no requiere ciertos documentos que solicitan.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, es aceptada, retirando estos documentos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	21:23:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Los productos solicitados se usan para ALMACENES ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE RSAC Y ABASTECIMIENTO DE LAS 28 MICRORREDES DE SALUD, SE SOLICITA AL COMITÉ Y ÁREA USUARIA COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN LO SIGUIENTE:

- CERTIFICADO ISO 9001-2015 - Sistema de Gestión de Calidad a nombre del postor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	21:23:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita al comité al comité agregar en los requisitos de calificación agregar lo siguiente:

- Ficha técnica
- Asimismo, para poder dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que la ficha tecnica es requisito de admisibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	21:23:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a las características solicitadas de:
- CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L

Se está solicitando las siguientes medidas:
Altura 270 mm,
Ancho 205 mm y
Largo 120 mm,
Se solicita considerar un rango de 27 a 31 cm en la altura, en el ancho de 15 cm a 21 cm y largo 11 a 12 cm,
Las medidas solicitadas estarían limitando la pluralidad de postores, por lo que se solicita considerar el rango detallado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose los rangos de las dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Altura 270mm a 305mm
Ancho 150mm a 205mm
Largo 110mm a 120mm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS DE BIOSEGURIDAD

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:41:55

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Habilitacion

Certificado de buenas practicas de manufactura (BPM) vigente

Solicitamos se considere opcional la presentación de este documento por no aplicar a los productos requeridos ya que no requieren de registro sanitario para su comercialización según DIGEMID. Se solicita se acepte se presente oficio de DIGEMID donde indica que no es necesario que los productos requeridos cuenten con la certificación de buenas practicas de manufactura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: s/l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se retirara dicho documento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null