

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares, y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit para la determinación del Fenotipo RH + KELL un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tiempo de vigencia mínima será nomenor a 04 meses para las tarjeas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares, y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Literal: 1.9

Página: 15

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra y a su vez esclarecer los plazos para las siguientes entregas de acuerdo al cronograma

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el plazo de entrega establecido en las bases es de 25 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se aclara que es única entrega para todas las obligaciones. Por otro lado se precisa que el mismo día de la suscripción de contrato se notificará la Orden de Compra al Contratista para evitar inconvenientes en el internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento solicitan Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios en el cual los accesorios deben incluir Células con el antígeno Diego, consultamos amablemente al comité cuál sería el porcentaje del total de determinaciones a los que se le realizará la prueba anti Diego para poner tener una mayor precisión en el cálculo de los accesorios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que a la mitad de determinaciones del kit de rastreo de anticuerpos irregulares antieritrocitarios se realizará la prueba de antígeno Diego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité aclare si la cantidad de determinaciones solicitadas equivalen 1 DET a 1 tarjeta ó 1 DET es igual a 1 PBA realizada en la tarjeta, dado que en algunas tarjetas como la de Compatibilidad Transfusional se pueden realizar de 6 a más determinaciones en una sola tarjeta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que lo solicitado en el presente requerimiento está establecido un número de determinaciones y/o pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 6
Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento solicitan Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios en el cual los accesorios deben incluir Células con el antígeno Diego, consultamos amablemente al comité cuál sería el porcentaje del total de determinaciones a los que se le realizará la prueba anti Diego para poner tener una mayor precisión en el cálculo de los accesorios.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que a la mitad de determinaciones del Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios se realizará la prueba de antígeno Diego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité aclare si la cantidad de determinaciones solicitadas equivalen 1 DET a 1 tarjeta ó 1 DET es igual a 1 PBA realizada en la tarjeta, dado que en algunas tarjetas como la de Compatibilidad Transfusional se pueden realizar de 6 a más determinaciones en una sola tarjeta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que lo solicitado en el presente requerimiento está establecido en número de determinaciones y/o pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Consultamos amablemente al comité pueda establecer el Cronograma de entregas teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el consumo del laboratorio bimensual.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega establecido en las bases es de 25 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se aclara que en el plazo señalado se debe realizar la totalidad de bienes y demás obligaciones contractuales. Por otro lado se precisa que el mismo día de la suscripción de contrato se notificará la Orden de Compra al Contratista para evitar inconvenientes en el internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional con una Impresora incorporada y/o adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio. Consultamos amablemente al comité precisar si la Impresora solicitada debe ser incorporada y/o externa adecuada adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que, la impresora solicitada debe ser incorporada y/o externa adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional el cual utilizará las distintas tarjetas para su procesamiento, entendemos que estas tarjetas pasarán por un proceso de transporte del proveedor al almacén del hospital y posteriormente al Banco de Sangre donde finalmente serán utilizadas, existe la posibilidad que en este recorrido el gel de las tarjetas sufra determinados movimientos que alteren la posición inicial del gel dentro de la columna de cada tarjeta, es por ello la necesidad de una precentrifugación previa de las tarjetas antes de que inicie el procesamiento. Consultamos amablemente al comité si el Analizador deberá contar con la opción de Precentrifugación automatizada de las tarjetas para un procesamiento y lectura eficaz del resultado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se solicitará que el Analizador o instrumento automatizado para inmunohematología cuente con la capacidad de precentrifugación automatizada de las tarjetas, así mismo también se aceptará también 1 equipo con capacidad de 200 a más tarjetas a bordo o 2 equipos con capacidad de 100 a más tarjetas a bordo con la capacidad de precentrifugación automatizada de las tarjetas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional con un Lector con cámara capaz de procesar los resultados de los microtubos de la tarjeta con nivel de reacción, entendemos el nivel de grado de precisión que se necesita en la lectura de cada tarjeta por lo cual consultamos amablemente al comité si la lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta deberá ser por ambas caras de la tarjeta teniendo en cuenta el grado de confiabilidad y precisión de la lectura que ello representaría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se solicitará que el Analizador o Instrumento automatizado para inmunohematología cuente con la capacidad de lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta la cual deberá ser por ambas caras de la tarjeta, así mismo también se aceptará también 1 equipo con capacidad de 200 a más tarjetas a bordo ó 2 equipos con capacidad de 100 a más tarjetas a bordo con la capacidad de lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta la cual deberá ser por ambas caras de la tarjeta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit para la determinación de Compatibilidad Pretransfusional / Test de Antiglobulina Directo un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 3** **Literal: 3.1** **Página: 23**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será de no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o micro placa y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares, y en caso de menor vigencia, se adjuntará la carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para la Prueba de Grupo Sanguíneo ABO RH Globular y Sérico un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será de no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y n menor a 21 días para los reactivos celulares, y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 21

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 3** **Literal: 3.1** **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será de no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares, y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

2. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit para la determinación del Fenotipo RH + KELL un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima se´ra deno menor a 04 meses para ls tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

3. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para la Prueba de Grupo Sanguíneo ABO RH Globular y Sérico un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será de no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

4. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

De acuerdo al requerimiento solicitan para el Kit para la determinación de Compatibilidad Pretransfusional / Test de Antiglobulina Directo un Tiempo de Vigencia: Vigencia mínima de 18 meses. Consultamos amablemente al comité acepten también una Vigencia mínima de 6 meses, caso contrario presentar su carta de canje por tiempo de vigencia menor o igual a 6 meses, teniendo en consideración que en el mercado existen diversas marcas del reactivo solicitado con sus diferentes metodologías de trabajo y en virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 3** **Literal: 3.1** **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el tiempo de vigencia mínima será de no menor a 04 meses para las tarjetas de técnicas de aglutinación en columna gel y/o microplaca y/o adherencia de hematíes en fase sólida y no menor a 21 días para los reactivos celulares y en caso de menor vigencia, se adjuntará carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional con un Lector con cámara capaz de procesar los resultados de los microtubos de la tarjeta con nivel de reacción, entendemos el nivel de grado de precisión que se necesita en la lectura de cada tarjeta por lo cual consultamos amablemente al comité si la lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta deberá ser por ambas caras de la tarjeta teniendo en cuenta el grado de confiabilidad y precisión de la lectura que ello representaría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se solicitará que el Analizador o Instrumento automatizado para Inmunohepatología cuente con la capacidad de lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta la cual deberá ser por ambas caras de la tarjeta, así mismo también se aceptará también 1 equipo con capacidad de 200 a más tarjetas a bordo ó 2 equipos con capacidad de 100 a más tarjetas a bordo con la capacidad de lectura y/o interpretación de las imágenes de cada microtubo de la tarjeta la cual deberá ser por ambas caras de la tarjeta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional el cual utilizará las distintas tarjetas para su procesamiento, entendemos que estas tarjetas pasarán por un proceso de transporte del proveedor al almacén del hospital y posteriormente al Banco de Sangre donde finalmente serán utilizadas, existe la posibilidad que en este recorrido el gel de las tarjetas sufra determinados movimientos que alteren la posición inicial del gel dentro de la columna de cada tarjeta, es por ello la necesidad de una precentrifugación previa de las tarjetas antes de que inicie el procesamiento. Consultamos amablemente al comité si el Analizador deberá contar con la opción de Precentrifugación automatizada de las tarjetas para un procesamiento y lectura eficaz del resultado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se acoge su consulta, se solicitará que el Analizador o Instrumento automatizado para Inmunoematología cuente con la capacidad de precentrifugación automatizada de las tarjetas así mismo también se aceptará también 1 equipo con capacidad de 200 a más tarjetas a bordo ó 2 equipos con capacidad de 100 a más tarjetas a bordo con la capacidad de precentrifugación automatizada de las tarjetas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

De acuerdo al requerimiento solicitan Un Analizador o Instrumento automatizado de Quimioluminiscencia Convencional con una Impresora incorporada y/o adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio. Consultamos amablemente al comité precisar si la Impresora solicitada debe ser incorporada y/o externa adecuada adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que la impresora solicitada debe ser incorporada y/o externa adecuada a la modalidad de trabajo del equipo y laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Consultamos amablemente al comité pueda establecer el Cronograma de entregas teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el consumo del laboratorio bimensual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el plazo de entrega establecido en las bases es de 25 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se aclara que es única entrega para todas las obligaciones. Por otro lado se precisa que el mismo día de la suscripción de contrato se notificará la Orden de Compra al Contratista para evitar inconvenientes en el internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Consultamos amablemente al comité aclare si la cantidad de determinaciones solicitadas equivalen 1 DET a 1 tarjeta ó 1 DET es igual a 1 PBA realizada en la tarjeta, dado que en algunas tarjetas como la de Compatibilidad Transfusional se pueden realizar de 6 a más determinaciones en una sola tarjeta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que lo solicitado en el presente requerimiento está establecido en número de determinaciones y/o pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Dentro del requerimiento solicitan Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios en el cual los accesorios deben incluir Células con el antígeno Diego, consultamos amablemente al comité cuál sería el porcentaje del total de determinaciones a los que se le realizará la prueba anti Diego para poner tener una mayor precisión en el cálculo de los accesorios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se precisa que a la mitad de determinaciones del Kit de Rastreo de Anticuerpos Irregulares Antieritrocitarios se realizará la prueba de antígeno Diego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura : AS-SM-27-2025-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:30:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 15

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra y a su vez esclarecer los plazos para las siguientes entregas de acuerdo al cronograma.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el plazo de entrega establecido en las bases es de 25 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se aclara que es única entrega para todas las obligaciones. Por otro lado se precisa que el mismo día de la suscripción de contrato se notificará la Orden de Compra al Contratista para evitar inconvenientes en el internamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null