

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 13/03/2023

Hora de envío : 17:31:21

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Con relación al Plazo de Entrega, establecido en el presente numeral, en el mismo no se ha incluido lo señalado en la página 30, donde se establece que para la Primera entrega se incluye la entrega de los insumos, equipos y accesorios.

CONSULTA N° 1: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si en relación al plazo de la primera entrega , incluye la entrega de los insumos, equipos y accesorios?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** /    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en la primera entrega las bolsas de sangre debe de incluir los insumos, equipos y accesorios necesarios para el normal funcionamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la primera entrega de bolsas de sangre se debe incluir los insumos, equipos y accesorios necesarios para el normal funcionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Con relación al Plazo de Entrega, se observa han consignado el Cronograma de Entregas donde figura, una distribución equitativa para cada remesa, sin embargo, se debe tener presente que las presentaciones de los distintos potenciales postores, no necesariamente se ajustan a la cantidad de cada remesa, en ese sentido, se debe entender que dichas cantidades serán consideradas como referenciales, por lo que el postor que obtenga la buena pro, podrá presentar un cronograma ajustado a su unidad mínima de despacho siendo necesario que oferte la totalidad requerida.

CONSULTA N° 2: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si las cantidades de cada remesa serán consideradas referenciales por lo que el postor que obtenga la buena pro podrá presentar junto con los documentos para perfeccionamiento de contrato, un cronograma ajustado a su unidad mínima de despacho siendo necesario que oferte la totalidad requerida?

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 1.9      Literal: /      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se indica que El postor ganador de la buena pro debe entregar las cantidades según su unidad de despacho, teniendo en consideración que el área usuaria o el servicio de banco de sangre no debe quedarse desabastecido de las bolsas de sangre por dicha consideración referencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El postor ganador de la buena pro debe entregar las cantidades según su unidad de despacho, teniendo en consideración que el área usuaria o el servicio de banco de sangre no debe quedarse desabastecido de las bolsas de sangre por dicha consideración referencial.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En el citado literal se requiere una Declaración Jurada de vigencia mínima del ítem, donde hacen referencia de que deberá ser de 18 meses, sin embargo, no se hace mención a si en la citada declaración jurada se debe consignar lo señalado en la página 21 donde se señala que, "en caso de vigencias menores, se entregará con carta de compromiso de canje por vencimiento".

Por otro lado, en la página 31, en el acápite 20 referido a la Conformidad de la Prestación, en el segundo párrafo se señala lo siguiente:

"La vigencia de los productos ofertados (Bolsas colectoras de sangre) será de doce (12) meses a la fecha de ingreso al almacén de la entidad. En caso de vigencia menores, se aceptará el producto acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento..."

CONSULTA N° 3: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, tomando en cuenta lo señalado, podría precisar que la Vigencia requerida será de doce (12) meses y en caso de vigencia menores, se aceptará el producto acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual será consignado en la respectiva Declaración Jurada de Vigencia mínima requerida?

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Tomando en cuenta lo señalado, precisa que la vigencia requerida es de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada de vigencia mínima requerida"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Declaración jurada de vigencia mínima del ítem, deberá ser de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada presentada.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En el citado literal se solicita el Certificado de análisis y/o protocolo de análisis y/o ficha técnica de análisis, sin embargo, de acuerdo al glosario de términos establecido en el DS 016-2011-SA, la denominación de "ficha técnica de análisis" no existe, por lo que existiría un error tipográfico al consignar dicho texto por no ajustarse a lo establecido en la normativa legal vigente, debiendo ser solo considerado como "Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis".

CONSULTA N° 4: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, en aplicación de lo establecido en la normativa legal vigente, suprimirá el texto "ficha técnica de análisis" o cualquier otra denominación que no se ajuste a lo establecido en la norma legal vigente?

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** g      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente su consulta, se solicitará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas, siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos de DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

g) copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos de DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el citado literal se solicita el Certificado de análisis y/o protocolo de análisis y/o ficha técnica de análisis, sin embargo, se entiende que dicho documento es solo referencial en relación al lote y su fecha de producción, tomando en cuenta que no necesariamente corresponderá al lote que el contratista provea al momento de la atención de la orden de compra.

CONSULTA N° 5: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si para esta etapa se aceptará el certificado de análisis de cualquier lote?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la presentación de ofertas se presentara copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad de cualquier lote, ya que este es referencial a lo que el contratista provea al momento de la atención de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	17:31:21

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En el acápite 10 del requerimiento, referido al lugar y plazo de ejecución de la prestación, en el tercer párrafo se menciona lo siguiente:

"... precisa que las entregas de los bienes materiales de la presente convocatoria se harán de manera bimensual ...". Como se aprecia, dicha anotación no se condice con lo establecido en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases.

CONSULTA N° 6: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría aclarar que las entregas o remesas serán mensuales y no bimensuales?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** /      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que hubo un error de tipeo, las entregas son mensuales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
entregas mensuales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las CARACTERÍSTICAS de la bolsa colectora de sangre cuádruple x 450mL, solicitan lo siguiente:

Con 2 bolsas satélites, una para conservar plaquetas por 5 días y una para plasma.

Una característica de suma importancia para con las bolsas colectoras es el material de fabricación; al respecto debemos mencionar que es conocido que el contacto con el plastificante DEHP de la bolsa puede tener un efecto nocivo en el sistema reproductor del feto masculino; es por ello que su prescripción en gestantes, lactantes o niños pequeños debe ser efectuada por un médico; esto lo pueden corroborar en los insertos de cualquier marca de bolsa.

Por lo expuesto sugerimos hacer la siguiente precisión, a fin de minimizar el efecto nocivo del DEHP:  
Con 2 bolsas satélites constituidas de PVC + TOTM, una para conservar plaquetas por 5 días y una plasma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta la consulta, porque dicha característica impediría la participación de otras empresas no habiendo pluralidad de postores  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

En las CARACTERÍSTICAS de la bolsa colectora de sangre cuádruple x 450mL, solicitan lo siguiente:

Con 2 bolsas satélites, una para conservar plaquetas por 5 días y una para plasma.

Al respecto debemos mencionar que existen bolsas colectoras que cuentan con 2 bolsas satélites diseñadas para almacenar plaquetas por 5 días y/o plasma indistintamente; esta característica representa una mejora, pues cumple con lo solicitado por la entidad; por ello, solicitamos precisar si nuestro entender es correcto.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que su entender es correcto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En el caso de la VIGENCIA DEL PRODUCTO, solicitan un tiempo de expiración no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega en el almacén de la entidad.

Al respecto debemos mencionar que, dado que las entregas de bolsas son mensuales, consideramos excesivo solicitar vigencias de 18 meses; pues las bolsas colectoras dependiendo de su presentación muchas veces llegan al país con 12 a 15 meses de vigencia.

Por ello, con la finalidad de promover la pluralidad de postores solicitamos reducir la vigencia a 12 meses, quedando del siguiente modo:

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Tiempo de expiración no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega en el almacén de la entidad. En caso de vigencias menores se entregará con carta de compromiso de canje por vencimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta su consulta la vigencia mínima del ítem, deberá ser de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada presentada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

e) Declaración jurada de vigencia mínima del ítem, deberá ser de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada presentada.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para la obtención de los hemocomponentes y para lograr que estos cumplan con los estándares de calidad descritos en los manuales de control de calidad, se requiere el uso en conjunto del bien objeto de la convocatoria (BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450 ML) y del equipo en cesión de uso (FRACCIONADOR AUTOMATICO DE COMPONENTES SANGUINEOS)

Las bolsas y los fraccionadores deben pertenecer al mismo fabricante y/o dueño de marca, de esa manera se garantizará la compatibilidad entre ambos. Por lo general los fraccionadores se actualizan y desarrollan para su uso con una marca de bolsas en específico; pues cada marca de bolsas tiene características específicas de dimensión, composición, textura, longitud de tubuladuras, opacidad, entre otros; entonces, la verificación y estandarización de los fraccionadores se hace en base a esas características; permitiendo establecer la sensibilidad de los sensores, el tiempo de sellado de las tubuladuras, tara de los pesos, entre otros parámetros.

Trabajar una marca de bolsas con un equipo fraccionador de otro fabricante, implica adecuar ambos sistemas, para que sean compatibles. Por otro lado, debemos mencionar que en la actualidad varios bancos de sangre ya comparan sus resultados de control de calidad con otros bancos de sangre del extranjero, agrupándose según la marca de bolsa y equipo ofertado, a esto se lo conoce como grupo par; trabajar con una marca de bolsas y con fraccionadores de otra marca hará difícil su inclusión en un grupo par, por la cantidad limitada de participantes.

Por todo lo expuesto, con la finalidad de garantizar la compatibilidad entre las bolsas colectoras y los fraccionadores, sugerimos al comité hacer la siguiente precisión:

Que el bien objeto de la convocatoria (Bolsa Colectora de sangre cuádruple x 450 ml) y el equipo en cesión de uso (FRACCIONADOR AUTOMATICO DE COMPONENTES SANGUINEOS) deben pertenecer al mismo fabricante y/o dueño de marca

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acepta lo sugerido, ya que no es necesario que el fraccionador tenga que ser de la misma marca de las bolsas, pueden ser de distintas marcas.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO FRACCIONADOR AUTOMATICO DE COMPONENTES SANGUINEOS, solicitan:

- Prensa adicional que permite eliminar el aire de forma automática del plasma y de las plaquetas (Opcional).

Con respecto a la prensa adicional debemos mencionar que, permitirá eliminar de manera automática el aire del plasma y las plaquetas. En el caso del plasma, resulta de suma importancia que este se almacene sin aire en su interior, pues de esta manera se congelará todo el contenido de la bolsa de manera homogénea, sin dejar espacios ¿muertos o vacíos¿, como ocurre en aquellas bolsa de plasma que se congelan con gran cantidad de aire en su interior, siendo propenso de sufrir de roturas en la zona del aire congelado; si el fraccionador no cuenta con prensa adicional u otro mecanismo que permita eliminar el aire de manera automática, no será posible eliminar el aire de la bolsa de plasma.

En el caso de las plaquetas, es importante que estas se almacenen sin aire en su interior para evitar la contaminación bacteriana durante el almacenamiento; si el fraccionador no cuenta con prensa adicional u otro mecanismo que permita eliminar el aire de manera automática de las plaquetas, el usuario se verá obligado a hacer este procedimiento de manera manual al culminar el fraccionamiento; dado que este procedimiento se haría manualmente, los pesos /volúmenes registrados en el equipo no serían exactos pues hay pasos manuales que no es posible registrar, entonces la trazabilidad se perderá.

Así mismo, debemos mencionar que en la actualidad los equipos de versiones modernas, que ofertan los diferentes postores de bolsas ya cuentan prensas o mecanismos que permiten eliminar de manera automática el aire del plasma y las plaquetas, lo cual representa claramente una ventaja tecnológica en beneficio del usuario y mejora la trazabilidad.

Por ello, en aras de contar con equipos fraccionadores acordes a la vanguardia tecnológica, teniendo en cuenta que existe pluralidad de marcas y postores con esta tecnología, siempre y cuando oferten las últimas versiones de sus equipos, solicitamos considerar esta característica del equipo fraccionador como obligatoria, de lo contrario los postores no estaremos obligados a ofertarlo teniendo la capacidad de hacerlo.

- Prensa adicional que permite eliminar el aire de forma automática del plasma y de las plaquetas

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la consulta a fin de garantizar la pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHE

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO FRACCIONADOR AUTOMATICO DE COMPONENTES SANGUINEOS, solicitan:

Ocho o más sensores ópticos para la separación del plasma, paquete globular y buffy coat (capa leucoplaquetaria) y posteriormente plaquetas de unidades de sangre.

Dado que la entidad trabaja con la metodología de buffy coat para la obtención de plaquetas, solicitamos hacer la siguiente precisión:

Ocho o más sensores ópticos para la separación del plasma, paquete globular y buffy coat (capa leucoplaquetaria) y posteriormente plaquetas a partir de buffy coat.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se acepta la consulta, quedando de la siguiente manera:  
ocho o más sensores ópticos para la separación del plasma, paquete globular y buffy coat (capa leucoplaquetaria) y posteriormente plaquetas a partir de buffy coat."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ocho o más sensores ópticos para la separación del plasma, paquete globular y buffy coat (capa leucoplaquetaria) y posteriormente plaquetas a partir de buffy coat."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Dado que una de las características fundamentales del equipo fraccionador es registrar los pesos de los hemocomponentes de manera automática y por otro lado, el bien objeto de la convocatoria son bolsas cuádruples de extracción, lo ideal es que el fraccionador cuente con 4 balanzas como mínimo; sólo así cada bolsa estará ubicada en su propia balanza desde el principio del fraccionamiento hasta el registro de los pesos finales de los hemocomponentes; de lo contrario, el usuario se vería obligado a hacer un paso manual adicional para registrar la totalidad de los pesos.

Por lo expuesto, solicitamos al comité que, en coordinación con el área usuaria, precise que el fraccionador debe contar con 4 balanzas como mínimo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No se acepta la consulta, ceñirse a lo solicitado en las bases."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

f) Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la DIGEMID-MINSA, para aquellos productos aplicables. Para aquellos productos que no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar constancia emitida por DIGEMID de no requerir dicho registro.

Entendemos que la exigencia será aplicable para el bien objeto de la convocatoria (BOLSA COLECTORA) y para el EQUIPO PRINCIPAL EN CESIÓN DE USO (FRACCIONADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS), conforme a lo indicado en la página 27 de las bases administrativas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** f)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se precisa que su entender es correcto La exigencia será aplicable para el bien objeto de la convocatoria (bolsa colectora) y equipo principal en cesión de uso (fraccionador automático de componentes sanguíneos)."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La exigencia será aplicable para el bien objeto de la convocatoria (bolsa colectora) y equipo principal en cesión de uso (fraccionador automático de componentes sanguíneos)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

f) Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la DIGEMID-MINSA, para aquellos productos aplicables. Para aquellos productos que no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar constancia emitida por DIGEMID de no requerir dicho registro.

Solicitamos al comité de selección que para aquellos productos que no requieren Registro Sanitario, acepte también la presentación del ¿listado de productos que no requieren registro sanitario¿ emitido por DIGEMID, conforme a lo indicado en la página 27 de las bases administrativas.

**Acápíte de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** f)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se acepta la consulta, quedando de la siguiente manera:

Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la DIGEMID-MINSA, para aquellos productos aplicables. Para aquellos productos que no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar constancia emitida por DIGEMID de no requerir dicho registro y/o presentará el listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID. La exigencia será aplicable para el bien objeto de la convocatoria (bolsa colectora) y equipo principal en cesión de uso (fraccionador automático de componentes sanguíneos)"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la DIGEMID-MINSA, para aquellos productos aplicables. Para aquellos productos que no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar constancia emitida por DIGEMID de no requerir dicho registro y/o presentará el listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID. La exigencia será aplicable para el bien objeto de la convocatoria (bolsa colectora) y equipo principal en cesión de uso (fraccionador automático de componentes sanguíneos)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

g) Copia del Protocolo de Análisis y/o Certificado de Análisis y/o ficha técnica de análisis

Entendemos que se aceptará dicho documento con la denominación de: Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad, considerando que estos documentos son emitidos bajo diferentes denominaciones por los fabricantes (la denominación depende del lugar de procedencia).

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápito de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** g)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas, siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos del DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

g) copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos de DS 016-2011-SA y sus modificatorias.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

g) Copia del Protocolo de Análisis y/o Certificado de Análisis y/o ficha técnica de análisis

Entendemos que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad, emitidos por el fabricante (extranjero) con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** g)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas, siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos del DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

g) copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o Certificado de Conformidad emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas siempre y cuando en ellos se evidencie las características señaladas en la definición del Certificado de Análisis según el glosario de términos de DS 016-2011-SA y sus modificatorias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

i) Copia simple de certificado de calidad ISO 138485, FDA Y/O CE Y/O ISO 9001

Entendemos que la entidad requiere que los postores acrediten es el: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA - CBPM; considerando que los documentos indicados en el referido numeral son documentos equivalentes al CBPM, a excepción del ISO 9001 (esta última no corresponde, por no ser equivalente al CBPM). Asimismo, la norma ISO 13485 es una norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad en la industria de dispositivos médicos. Está pensada y concebida para su uso en organizaciones para el diseño y desarrollo, producción, instalación, servicios y ventas de productos sanitarios, pero no corrobora las especificaciones técnicas de un determinado dispositivo médico; lo mismo para el FDA y/o CE.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise en las bases integradas lo siguiente:

i) Copia simple del certificado de buenas prácticas de manufactura ¿ CBPM, o sus documentos equivalentes: ISO 13485, FDA Y/O CE.

**Acápites de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2.2    Literal: i)    Página: 17**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se precisa que su entender es correcto. Se precisará lo siguiente: copia simple del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM), o sus documentos equivalentes: ISO 13485, FDA y/o CE siendo esto excluido de documentos obligatorios e incluido en los requisitos de calificación"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

copia simple del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM), o sus documentos equivalentes: ISO 13485, FDA y/o CE"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere lo siguiente:

i) Copia simple del certificado de buenas prácticas de manufactura ¿ CBPM, o sus documentos equivalentes: ISO 13485, FDA Y/O CE.

Entendemos que la referida exigencia se encuentra relacionada solo al bien objeto de la convocatoria (BOLSA CUÁDRUPLES).

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2      Literal: i)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que su entender es correcto. La referida exigencia se encuentra relacionada solo al bien objeto de la convocatoria (bolsas cuádruples).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con relación a los documentos para la admisión de la oferta, resulta pertinente mencionar que las Bases Estándar aplicables al objeto de la convocatoria se ha establecido que, las especificaciones técnicas se acreditan con la ¿Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas¿ (Anexo N° 3), siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional folletos, instructivos, catálogos o similares, para lo cual la Entidad debe especificar con claridad qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida.

En ese sentido, sugerimos al comité solicitar adicionalmente a la presentación de Anexo 3, lo siguiente:  
Copia simple de folletos y/o insertos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/o brochure y/o cartas aclaratorias emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca, para acreditar lo siguiente:

PARA LA BOLSA COLECTORA: Presentación, Característica, Performance y Uso.

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO (FRACCIONADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS): Tipo, Metodología, Performance, Característica y Muestra.

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta a fin de garantizar la pluralidad de postores; por lo que mantenemos lo solicitado en las bases primigenias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se requiere:

e) Declaración jurada de vigencia mínima del ítem, deberá ser de 18 meses.

Solicitamos al comité de selección sirva suprimir la referida exigencia, toda vez, que las bases estándar disponen que no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** e)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se acepta parcialmente la consulta la vigencia mínima del ítem, deberá ser de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada presentada"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

la vigencia mínima del ítem, deberá ser de 12 meses y en caso de vigencia menores se aceptará el producto acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento, lo cual debe ser consignada en la declaración jurada presentada.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva incorporar en las bases administrativas el horario de atención de la Oficina de Logística del Hospital Goyeneche que permita al postor adjudicado con la buena pro, presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, sin ningún inconveniente. El horario no debe ser inferior a 8 horas conforme a lo señalado en el artículo 147 del TUO de la Ley 27444. (El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta la consulta con respecto a las 8 horas de atención, siendo este el horario de oficina (07:30 am hasta las 15:30 pm)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística del Hospital Goyeneche, sito en la Av. Goyeneche S/N. siendo este el horario de oficina (07:30 am hasta las 15:30 pm).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Con relación al SOPORTE TÉCNICO, entendemos que las exigencias previstas en dicho apartado deberán ser presentadas al INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que su entender es correcto. Las exigencias previstas en el apartado de soporte técnico deberán ser presentadas al internamiento de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Con relación al software de gestión de banco de sangre, se ha establecido las siguientes exigencias:

- 1. Experiencia obtenida en el ámbito local en el uso de banco de sangre del país.
- 2. 1 certificación internacional y 3 actas firmadas por las jefaturas de banco de sangre.
- 3. Plan de mantenimiento preventivo del software.

No obstante, las exigencias no son claras, no se entiende, la experiencia de qué personal, cuánto tiempo se requiere, experiencia en qué ámbito, lo mismo para la certificación internacional requerida, por lo que genera incertidumbre debido a que el requerimiento en dicho extremo no contiene la descripción objetiva y precisa de lo que requiere la entidad; más aún cuando no se ha establecido la oportunidad de su presentación, lo cual podría repercutir negativamente en el proceso de contratación.

Ahora bien, cabe precisar que las bases de un procedimiento de selección deben contener las condiciones mínimas que establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad está orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objeto evitar conductas revestidas de subjetividad y discrecionalidad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que suprima las exigencias materia de nuestra consulta.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta, se suprimirá de las bases lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con relación al software de gestión de banco de sangre, se ha establecido lo siguiente:

¿Se considera mejora tecnológica si el software tiene interconexión con RENIEC para el registro de pacientes y deudas pendientes con DNI en calidad de custodia¿

Solicitamos al comité de selección sirva suprimir dicha exigencia, toda vez, su incorporación no corresponde al objeto de la convocatoria, y no se ha previsto MEJORAS TECNOLOGICAS en el apartado de factores de evaluación; por lo que entendemos que existió un error su consignación en la página 25 de las bases administrativas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta la consulta y se suprime lo siguiente: se considera mejora tecnológica si el software tiene interconexión con RENIEC para el registro de pacientes y deudas pendientes con DNI en calidad de custodia.  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva corregir el numeral 7.8:

Donde Dice: modalidad de ejecución contractual: Suma Alzada

Debe decir: sistema de contratación: Suma Alzada

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se corregirá lo solicitado, ya que hubo un error de digitación, quedando de la siguiente manera: Sistema de contratación : Suma alzada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Sistema de contratación : Suma alzada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva corregir el plazo consignado en la página 30, toda vez, que esta es incongruente con lo señalado en la página 15 (numeral 1.9); precisándose que las entregas son mensuales no bimensuales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la consulta, hubo un error de tipeo, se consigna que las entregas serán mensuales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
entregas mensuales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección sirva corregir, dentro del contenido de la exigencia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura:

Donde Dice: Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Debe decir: Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se acepta la consulta: debe decir: Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE CUÁDRUPLE CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:06:48

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Con relación al CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, solicitamos al comité de selección establezca claramente si esta será un requisito para la ADMISIÓN DE LA OFERTA, o un REQUISITO DE CALIFICACIÓN, considerando nuestras consultas.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se precisa que la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) ) o sus documentos equivalentes ISO 13485, FDA y/o CE, será retirado de los documentos obligatorios y se consignará en los requisitos de calificación

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

¿ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o sus documentos equivalentes ISO 13485, FDA y/o CE