

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código : 20263368992

Nombre o Razón social : CYMED MEDICAL SAC

Fecha de envío : 15/01/2025

Hora de envío : 18:29:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo I: Generalidades, solicitan:

1.9 Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega es de 120 días calendarios, y el período preventivo es de 5 años, de acuerdo a lo señalado en el cuadro de servicios conexos equipamiento biomédico.

La entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento biomédico objeto de adquisición, se efectuarán en el (los) Centro(s) Asistencial(es) de destino, en la ubicación y con la distribución del equipamiento según se detalla en el Anexo IV.

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento biomédico, sus componentes periféricos y accesorios, no deberá exceder de lo indicado en el Anexo III, Se entiende que el plazo de ejecución de la prestación se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la firma de contrato. El último día de dicho plazo, se convierte en la fecha límite de entrega, instalación y puesta en funcionamiento el equipamiento en el lugar de destino.

Una vez suscrito el contrato, el contratista solicitará a la Oficina de Adquisiciones del Centro Asistencial de destino, con copia informativa a la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), la relación de los miembros del Comité de Recepción del Equipamiento, con el fin de que coordine, programe y ejecute el proceso de recepción del equipamiento que incluye la instalación y puesta en funcionamiento. Se indica que la remisión de dicha información por parte de la Entidad, no condiciona el cumplimiento de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento por parte del contratista en el lugar de destino y dentro del plazo de ejecución.

OBSERVAMOS lo establecido en las bases administrativas, debido a que los procesos de importación en este tipo de equipo al ser fabricado con la más alta tecnología existentes en el mercado, tal como su componente, son configurados y fabricados de acuerdo a la necesidad del cliente (Según especificación técnica), se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el equipo a importarse para el presente proceso de 01 equipo Litotriptor Extracorpóreo más el incluir la instalación y operatividad del bien antes señalado, es fabricado una vez suscrito el contrato, por lo que considerar 120 días como máximo en el plazo de entrega del bien, limitaría la participación de postores en el proceso de selección, afectando la pluralidad.

Ello representa una DESPROPORCIONALIDAD, afectando la igualdad de trato de los proveedores pues es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a) b), c) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de entrega debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección la modificación de las bases ampliando el plazo de entrega a 140 días calendarios a partir del día siguiente de la fecha de la firma de contrato.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b), c) y f) del artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación en lo referente al plazo de entrega, esta corresponde al plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento el mismo que no debe ser mayor al plazo total ofertado. En ese sentido los postores tienen la libertad de distribuir dicho plazo entre las etapas mencionadas, siempre y cuando no exceda del total de días ofertado.

Se entiende que el plazo de ejecución se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato y de la comunicación (física o electrónica) por parte de la Entidad.

Respecto a incrementar el plazo de entrega, se acepta el nuevo plazo de entrega de 140 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto el área de GCPI, ha modificado el requerimiento, de acuerdo al cuadro de servicios conexos Equipamiento Biomédico, en los folios 44 y 45 del Requerimiento.
PARA MAYOR DETALLE VER ANEXO DEL REQUERIMIENTO.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Mi representada formula la Observación sobre el Resumen Ejecutivo publicado en la plataforma SEACE, debido a que no se ha detallado que marcas cumplen a cabalidad con el requerimiento, siendo dicha información relevante conforme a la DIRECTIVA N°004-2019-OSCE/CD.

Que, conforme se establece en la VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, 7.1. BIENES, el Resumen Ejecutivo debe contener información referida a entre otros a las marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento.

En este orden de ideas, del incumplimiento advertido en la presente observación, se evidencia además vulneraciones a los principios de Transparencia, publicidad y Competencia, recogidos en los literales c), d) y e) del Artículo 2 de la Ley 30225

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Por lo manifestado, solicitamos al comité ACOGER la observación formulada, por lo cual se brinde la información del nombre de las MARCAS que cumplirían a cabalidad con el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c), d) y e) del artículo 2 ¿ Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD y el Artículo 32 numeral 32.3 del TUO de la Ley N° 30225, Se menciona que el estudio de mercado del presente proceso SI existe pluralidad de postores.

Es preciso reclacar que el formato vigente del resumen ejecutivo no obliga a la entidad detallar las marcas, tampoco los nombres de las empresas que participaron en la indagacion de mercado, solo obliga con marcar con un"SI" o "NO", la cual la entidad ha cumplido conforme establece el formato vigente.

Es preciso señalar, que se observa en la indagación de mercado realizado, que cumple con la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Mi representada formula la Observación sobre el Resumen Ejecutivo publicado en la plataforma SEACE, debido a que no se ha detallado la pluralidad de proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento, siendo dicha información relevante conforme a la DIRECTIVA N°004-2019-OSCE/CD.

Que, conforme se establece en la VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, 7.1. BIENES, el Resumen Ejecutivo debe contener información referida a entre otros proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento.

En este orden de ideas, del incumplimiento advertido en la presente observación, se evidencia además vulneraciones a los principios de Transparencia, publicidad y Competencia, recogidos en los literales c), d) y e) del Artículo 2 de la Ley 30225

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Por lo manifestado, solicitamos al comité ACOGER la observación formulada, por lo cual se brinde la información del nombre de las PROVEEDORES que cumplirían a cabalidad con el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c), d) y e) del artículo 2 ¿ Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD y el Artículo 32 numeral 32.3 del TUO de la Ley N° 30225, Se menciona que el estudio de mercado del presente proceso SI existe pluralidad de postores.

Es preciso reclacar que el formato vigente del resumen ejecutivo no obliga a la entidad detallar las marcas, tampoco los nombres de las empresas que participaron en la indagacion de mercado, solo obliga con marcar con un"SI" o "NO", la cual la entidad ha cumplido conforme establece el formato vigente.

Es preciso señalar, que se observa en la indagación de mercado realizado, que cumple con la pluralidad de marcas y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:

1.9 Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega es de 120 días calendarios, y el período preventivo es de 5 años, de acuerdo a lo señalado en el cuadro de servicios conexos equipamiento biomédico.

La entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento biomédico objeto de adquisición, se efectuarán en el (los) Centro(s) Asistencial(es) de destino, en la ubicación y con la distribución del equipamiento según se detalla en el Anexo IV.

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento biomédico, sus componentes periféricos y accesorios, no deberá exceder de lo indicado en el Anexo III, Se entiende que el plazo de ejecución de la prestación se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la firma de contrato. El último día de dicho plazo, se convierte en la fecha límite de entrega, instalación y puesta en funcionamiento el equipamiento en el lugar de destino.

ITEM N°: 1

CÓDIGO SAP: 40010093

EQUIPO: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO

CANTIDAD: 1

PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (días calendarios): 120

A través de la modalidad de ejecución llave en mano, los postores deben dividir el plazo considerando la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, conforme opiniones y pronunciamientos del tribunal del OSCE.

Por lo cual, la ejecución de las prestaciones varía de acuerdo al plazo ofertado por cada postor, siendo que la obligación total se fracciona en plazos parciales a ejecutar.

Considerando ello, formulamos la siguiente consulta: ¿El cumplimiento del plazo parciales ofertados está sujeto a la aplicación de penalidades por mora o en su defecto la aplicación de penalidades por mora está sujeta al cumplimiento del plazo total ofertado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciacion en lo referente a los plazos de entrega, esta corresponde al plazo maximo para la entrega, instalacion y puesta en fucionamiento el mismo que ha sido ampliado a 140 dias. En ese sentido los postores tienen la libertad de distribuir dicho plazo entre las etapas mencionadas , siempre y cuando el total no exeda los 140 dias.

Se entiende que el plazo de ejecución se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato y de la comunicación (física o electrónica) por parte de la Entidad.

La aplicacion de penalidades por el incumplimiento de fechas en cada fase, no aplica siempre que las fases de entrega, instalación y puesta en funcionamiento no exceda los 140 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección se indica:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

5.3.2. REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, para los equipos principales objeto de la convocatoria, según la normativa vigente de DIGEMID, (sólo aplica para los equipos según Anexo III de las presentes condiciones).

Consultamos al Comité de Selección nos aclare ¿si el registro sanitario solicitado a presentar en la oferta del proceso; sólo aplica para el bien principal?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.3.2 Literal: Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Afirmativo, tal como se indica en el numeral 5.3.2 el Registro Sanitario aplica solo para el equipo principal, objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
En las bases administrativas del Capítulo III Requerimiento; que señala:

5.2 Características técnicas
5.2.3. Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos y componentes periféricos nuevos (sin uso). La fecha de fabricación de los equipos principales objeto de la adquisición no deberá exceder de 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta; asimismo en caso de que los accesorios y/o insumos a ser entregados con los equipos tengan fecha de caducidad, esta caducidad no deberá ser menor a seis (06) meses, contados desde el día siguiente de la firma de contrato.

Por tratarse de un equipo de alta tecnología para la realización de procedimiento médico en Urología; e implementación del Proyecto de Inversión ¿Creación de los servicios del Hospital Altiplano de la Región Puno - Essalud¿; debería solicitarse que el equipo (bien) sea con fecha de fabricación por 06 meses a la fecha de presentación de la oferta; y que al solicitarse de ese modo, NO se estaría limitando la participación de postores, y vulnerando a lo establecido en el artículo 2º, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo tanto, observamos y solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN se acepte considerar que los equipos nuevos (sin uso) se consideren con fecha de fabricación del bien ofertado sea por 06 meses.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Artículo 2º, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225

Numeral: 5.2.3

Literal:

Página: S/N

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que los requerimientos tecnicos establecidos en las presente condiciones generales de adquisicion de las bases (numeral 5.2.3) son requerimientos minimos. Por lo tanto seran aceptables equipos nuevos (sin uso) con fecha de fabricacion de 06 meses ó cualquier otra fecha que no exedan los 12 meses anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Consultamos al Comité de Selección; ¿Cuándo se inicia el cómputo de plazo de entrega del ambiente, al presente procedimiento de selección?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, según el cronograma de ejecución de obra del nuevo hospital del Altiplano, se estima la entrega del ambiente en la primera semana del mes de julio del 2025. Así mismo debe tener en consideración que el plazo de ejecución se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato y de la comunicación (física o electrónica) por parte de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Consultamos al Comité de Selección; aclarar ¿si, está determinado la capacitación dentro del plazo de entrega?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que la capacitacion no esta incluida en el plazo de entrega de 140 dias; la capacitación se realizara posterior a la firma del Acta de Recepción, previa coordinacion con el comité de recepcion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Que OBSERVAMOS, lo establecido en las bases administrativas que señala:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia mínima de dos (02) años en el mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X

La presente solicitud que realiza, en razón a la experiencia del personal clave que cuente con ingeniero responsable (01) que señala el numeral 6.1.1; la inclusión de un contexto a modificarse donde se detalla que se deba contar con experiencia mínima de 02 años en el mantenimiento y/o instalación de alta tecnología tales como Equipos de angiografía, tomografía y resonancia magnética. Por lo que al NO modificarse a lo señalado; esto puede afectar negativamente la competencia y la calidad de las ofertas recibidas.

La Opinión N° 071-2019/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) destaca que las especificaciones técnicas deben ser claras pero no deben restringir innecesariamente la participación de proveedores. En este contexto, la exigencia de experiencia en equipos que abarcan solo una categoría específica puede excluir a proveedores que podrían ofrecer soluciones adecuadas y competitivas en base a su experiencia con equipos médicos en general.

Asimismo, lo expresado en las bases administrativas vulnera los siguientes principios

Principio de Libertad de Concurrencia: Restringir los bienes similares a una lista específica sin considerar alternativas relacionadas puede limitar la participación de proveedores que podrían cumplir con los requisitos del contrato. Esto no solo va en contra del principio de libertad de concurrencia, sino que también puede resultar en una menor competencia y, por ende, en ofertas menos favorables para la entidad.

Principio de Eficiencia y Eficacia: La limitación de los bienes similares a una lista específica puede resultar en una competencia reducida, lo que podría traducirse en costos más altos o en una menor calidad de las ofertas. Una definición más amplia de bienes similares facilita la participación de una mayor cantidad de proveedores, lo que puede conducir a ofertas más competitivas y a una mejor satisfacción de los objetivos del contrato.

Por lo anterior expuesto solicitamos al comité de selección se modifique al siguiente detalle de la experiencia al personal clave:

Requisitos:

Experiencia mínima de dos (02) años en el mantenimiento y/o instalación de equipos de alta tecnología tales como Equipos de angiografía, tomografía y resonancia magnética.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal a) y f), Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado es experiencia mínima de dos (02) años en los que se consideran equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Flouoroscopia, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia. Por lo tanto el postor esta en libertad de sustentar la experiencia del personal clave con equipos de alta tecnologia que se clasifiquen como equipos de diagnostico por imágenes por emision de Rayos X . El equipo de Resonancia Magnetica no se considera un equipo de diagnostico de imágenes por

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Específico	3.2	C.1	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			
Artículo 2°, literal a) y f), Ley 30225			
Análisis respecto de la consulta u observación:			
emision de Rayos X.			
Se acoge parcialmente.			
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:			
Al respecto el área de GCPI, ha modificado el requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:			
EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE			
Requisitos			
Experiencia mínima de dos (02) años en los que se consideran equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Flouoroscopia, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia.			

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

ITEM N°: 1

DENOMINACIÓN: TODOS LOS ITEMS

DEPARTAMENTO: PUNO

ODC: RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

ALMACEN DE ENTREGA/CENTRO ASISTENCIAL: HOSPITAL BASE III PUNO

ALMACEN DE ENTREGA/DIRECCIÓN: CALLE JUAN FRANCISCO CÁCERES N°600-SALCEDO

DISTRIBUCIÓN/CENTRO ASISTENCIAL: HOSPITAL DEL ALTIPLANO-PUNO

DISTRIBUCIÓN/DIRECCIÓN: AV. PAUCARCCOLLA S/N, ZONA ALTO PUNO

El traslado de los equipos desde el Almacén de Entrega hasta el Servicio/Departamento Usuario del Centro Asistencial de destino (Ver lugar de distribución) estará a cargo del Contratista.

Consultamos al comité de selección nos aclare ¿si en esta dirección de entrega Calle Juan Francisco Cáceres N°600-Salcedo, se efectuará la instalación del bien?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: ANEXO IV Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el Almacen se encuentra ubicado en el Hospital Base III Puno, sito en calle Juan francisco caceres N° 600 - Puno y la instalacion del bien sera en el nuevo Hospital del Altiplano sito en Av. Paucarcolla S/N Alto Puno.

Asi mismo el proveedor debe tener en consideracion lo indicado en el numeral 5.5.1.2 de las Condiciones Generales de Adquisicion, refiriendose a dimensiones y peso de los bienes a entregar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

ITEM N°: 1

DENOMINACIÓN: TODOS LOS ITEMS

DEPARTAMENTO: PUNO

ODC: RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

ALMACEN DE ENTREGA/CENTRO ASISTENCIAL: HOSPITAL BASE III PUNO

ALMACEN DE ENTREGA/DIRECCIÓN: CALLE JUAN FRANCISCO CÁCERES N°600-SALCEDO

DISTRIBUCIÓN/CENTRO ASISTENCIAL: HOSPITAL DEL ALTIPLANO-PUNO

DISTRIBUCIÓN/DIRECCIÓN: AV. PAUCARCCOLLA S/N, ZONA ALTO PUNO

El traslado de los equipos desde el Almacén de Entrega hasta el Servicio/Departamento Usuario del Centro Asistencial de destino (Ver lugar de distribución) estará a cargo del Contratista.

Consultamos al comité de selección nos aclare ¿si al punto DENOMINACIÓN que señala TODOS LOS ITEMS correspondería al único ITEM denominado LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: ANEXO IV Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la denominacion "todos los ítems" corresponde al unico ítem denominado Litotriptor Extracorporeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 12
Consulta/Observación:
En el presente requerimiento no se establece la subcontratación.

Formulamos la presente observación a fin que en el proceso de selección convocado vuestro comité de selección incluya la posibilidad de subcontratación en las bases administrativas. Consideramos que esta incorporación es fundamental para garantizar una mayor eficiencia y cumplimiento en la ejecución del contrato.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N°30225) y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, se reconoce la figura de la subcontratación como un mecanismo válido y eficiente dentro de los procesos de contratación pública. A continuación, se detallan las consideraciones pertinentes:

Artículo 35 de la Ley N°30225 (Subcontratación): La norma permite que los contratistas puedan subcontratar parte de las prestaciones a su cargo, siempre que ello sea autorizado por la entidad contratante y se cumpla con lo establecido en el contrato. Esta figura es especialmente relevante en proyectos que requieren la intervención de especialistas o de recursos técnicos específicos que el contratista principal puede no poseer, pero que pueden ser subcontratados a terceros con experiencia y capacidad en la materia.

Artículo 147 del Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF): El reglamento establece que la subcontratación debe ser autorizada por la entidad y que las condiciones para ello deben estar claramente establecidas en las bases del proceso de selección.

Especialización: Permitir la subcontratación facilita que tareas o componentes específicos del contrato sean ejecutados por empresas o profesionales especializados, lo que puede mejorar la calidad del servicio o bien entregado.

Flexibilidad y Cumplimiento: La subcontratación otorga flexibilidad al contratista principal para garantizar el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas en el contrato, al poder delegar determinadas tareas a terceros que puedan ejecutarlas con mayor eficiencia.

Optimización de Recursos: Facilita el uso óptimo de los recursos disponibles, permitiendo que el contratista principal se concentre en las tareas más críticas o complejas, mientras delega otras que requieren conocimientos o habilidades especializadas.

En virtud de lo expuesto, solicitamos al comité de selección que se modifiquen las bases del proceso de selección para incluir la posibilidad de subcontratación, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225 y el Decreto Supremo N°344-2018-EF. La inclusión de esta disposición permitirá que el proceso de contratación sea más flexible, eficiente y orientado al cumplimiento efectivo de los fines y objetivos de la entidad, garantizando al mismo tiempo la calidad y la optimización de los recursos públicos.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Artículo 35 de la Ley N°30225 y Artículo 147 del Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF)

Numeral:
Análisis respecto de la consulta u observación:

Literal:
Al respecto se precisa que en el presente requerimiento el área usuaria no ha contemplado la subcontratación, por lo tanto no se acoge su observación.

Página:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

5.3.1 Hoja de Presentación del Producto: el proveedor deberá presentar la Hoja de presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V, conteniendo el total de las especificaciones técnicas de la ficha técnica respectiva, indicando claramente el cumplimiento de cada una de ellas.

Además, se requiere la acreditación del cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, para lo cual el proveedor deberá adjuntar documentación técnica emitida por el(los) fabricante(s) como catálogos, folletería, brochures, datasheet, carta y/u otro documento del fabricante o carta emitida por el dueño de la marca, e indicar en la Hoja de Presentación del producto el número de folio de la documentación técnica donde se encuentra el sustento del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componentes, y/o accesorios que se indican a continuación.

OBLIGATORIO

Observamos a este punto e indicamos considerar se acredite también la presentación de una Declaración Jurada del postor al cumplimiento de ALGUNAS características técnicas solicitadas, QUE NO requiera sustento técnico de fábrica, por tratarse de un suministro a instalarse al equipo y que el postor deberá cumplirlas a presentar la oferta al presente procedimiento de selección.

Por lo antes señalado, requerimos se modifique a lo señalado en líneas anterior, porque, al no considerarlo se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2° del literal a) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

- a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
- f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo manifestado, solicitamos al comité de selección acoger la OBSERVACION formulada, que se acepte presentar Declaración Jurada del postor a algunas características técnicas que no requerirá sustento de fábrica, acreditando así el cumplimiento del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.1 Literal: Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal a) y f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado,

Se aclara que el termino "algunas especificaciones tecnicas" se refiere a que para este proceso de seleccion se esta solicitando acreditar con documentacion tecnica del fabricante, sólo algunos items "Especificaciones técnicas de acreditación obligatoria"

Por lo tanto no se aceptara Declaracion Jurada del postor como acreditacion del cumplimiento de estas especificaciones der acreditación obligatoria.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Especifico 5.3.1 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal a) y f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

De la Ficha técnica / Código SAP 040010093

Denominación del Equipo: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO

A04 MOVIMIENTOS MOTORIZADOS DEL SISTEMA DE RAYOS X, MESA DE PROCEDIMIENTO Y CABEZAL TERAPEUTICO

Sobre esta característica, solicitamos nos puedan precisar si los movimientos motorizados del sistema de Rayos X, movimientos motorizados de la Mesa de Procedimiento y los movimientos motorizados del Cabezal terapéutico deben poder realizarse de manera independiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: A04 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la especificacion A04 solicita: MOVIMIENTOS MOTORIZADOS DEL SISTEMA DE RAYOS X, MESA DE PROCEDIMIENTO Y CABEZAL TERAPEUTICO; esta característica tecnica no restringe a los equipos por tipo de movimiento; por tanto pueden realizarse de manera independiente o conjunta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

De la Ficha técnica / Código SAP 040010093

Denominación del Equipo: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO

ESTACION DE TRABAJO UROLOGICA DIGITAL

B10 MONITOR LCD (TFT O LED O IPS) U OLED DE ALTA RESOLUCION (1280 X 1024 PIXELES COMO MINIMO) DE 17 in (PULGADAS) O MAYOR y

SISTEMA DE LOCALIZACION CON RAYOS X

B24 DOS (02) MONITORES LCD (TFT O LED O IPS) U OLED DE ALTA RESOLUCION (1280X 1024 PIXELES COMO MINIMO) A COLOR DE 19 In (PULGADS) O MAYOR

Consultamos al comité de selección: ¿Precisar que la presentes EETT sobre Monitores se complementan ya que la Estación de trabajo y el Sistema de Localización están integrados en un solo modulo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B10 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las especificaciones tecnicas detalladas en la presentes bases, establecen requerimientos especificos independientes para los monitores de la *ESTACIÓN DE TRABAJO UROLÓGICA DIGITAL* (B10) Y EL *SISTEMA DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X* (B24), Por lo tanto, cada especificacion debe cumplirse de manera separada, entregandose los monitores correspondientes a cada una de ellas, aun cuando ambos sistemas se encuentren integrados en un solo modulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

De la Ficha técnica / Código SAP 040010093

Denominación del Equipo: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X

B21 INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE POR LO MENOS (NUEVE) 9 in (PULGADAS) CON CAMARA DE TV CCD Y MATRIZ DE IMAGEN DE 1024X 1024 PÍXELES y

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

E02 SISTEMA DE RAYOS X CON TECNOLOGIA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE 10X 10 COMO MINIMO EN LUGAR DE LO SOLICITADO EN B21

Consultamos al comité de selección: ¿Confirmar, que en caso se oferte un equipo con detector plano la especificación técnica B21 será reemplazada por E02?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B21 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la especificacion B21 NTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE POR LO MENOS (NUEVE) 9 in (PULGADAS) CON CAMARA DE TV CCD Y MATRIZ DE IMAGEN DE 1024X 1024 PÍXELES, es la especificacion tecnica minima ; en caso de ofertar un Equipo con la especificación opcional E02 con detector plano de 10" x 10", esta escrito en la misma especificación, que reemplazará a la especificacion B21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

De la Ficha técnica / Código SAP 040010093
Denominación del Equipo: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO

B29 TRANSDUCTOR TRANSRECTAL PARA BIOPSIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (OPCIONAL)

Consultamos al comité de selección precisar si los postores están obligados a incluir en la oferta el transductor solicitado en B29 o si es a potestad del postor, debido que indica Opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B29 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentacion de este transductor es opcional, eso significa que queda en potestad del postor incluir o no el transductor transrectal para biopsias, lo cual debe ser indicado en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

De la Ficha técnica / Código SAP 040010093
Denominación del Equipo: LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO
C03- CUARENTA (40) DISPOSITIVOS ELECTRODOS (BUJIAS) PARA EL CASO DE GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE ELECTROCONDUCTIVO

Los electrodos o bujías son consumibles únicos de los equipos con tecnología de generador de ondas de choque ELECTROCONDUCTIVO, tecnología que esta por salir del mercado.

Por esta razón, solicitamos al comité de selección confirmar ¿si los postores que participen con otras tecnologías más avanzadas como electromagnético o electromecánico NO deberán incluir en su oferta lo solicitado en C03; sustentando esto mediante declaración jurada del Postor donde indique la tecnología ofertada siempre y cuando sea diferente a los equipos electroconductivos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: C03 Página: S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la especificaion tecnica C03, solo aplica para equipos cuyo tipo de generador es por ondas de choque electroconductivo; para equipos con otro tipo de generador como el electromagnetico o electromecánico, no incluye esta especificacion C03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	18:29:48

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III Del requerimiento señalan:

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:

ITEM N°1: LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO: S/2,000,000.00

Observamos ante este punto que al solicitar la experiencia de 2,000,000.00; DEBIERA SEÑALAR 6,000,000.00 por tratarse de la implementación del proyecto de inversión y creación de servicios del Hospital Del altiplano de la Región Puno referente al bien a contratar del objeto de la convocatoria que señala: Adquisición de Equipo biomédico, Litotriptor Extracorporeo; y que además mediante ese monto (6,000,000.00) se cumple en tener experiencia al tiempo de 8 años anteriores; por lo que NO se estaría limitando la participación de postores, y vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo tanto, observamos y solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN se acepte modificar al monto de la Experiencia del Postor sea requerida por 6,000,000.00 al presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el monto establecido en las presentes bases para sustentar la experiencia es del monto mínimo de S/. 2,000,000.00 . El proveedor esta en potestad de sustentar con montos mayores a lo requerido.

No se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:44:08

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De la revisión de se aprecia que se exige la presentación del certificado de seguridad eléctrica; sin embargo, no se precisa por quien debiera ser emitido dicho certificado.

Siendo así, y en atención al Principio de transparencia, le solicitamos puedan confirmar que dicho certificado también puede ser emitido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la medida que dicha Institución es la idónea de emitir este tipo de documentación, es decir, que se acepte cualquiera de los otros documentos descritos en dicho requerimiento 5.3.3, o también el certificado emitido por IPEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3.3 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que "no es competencia" del Instituto Peruano de Energia Nuclear - IPEN el emitir certificados de Seguridad Electrica ya que su competencia se limita a la regulacion de materiales radiactivos y seguridad nuclear. El postor podra acreditar el cumplimiento de la certificacion de seguridad electrica presentando un certificado propiamente dicho o demostrando ya sea en catalogo o manual, folletos u otros documentos tecnicos del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:44:08

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases se advierte que vuestra Entidad está requiriendo como requisito de la experiencia del personal clave lo siguiente:

¿dos años de experiencia en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X¿.

Sobre el particular, cabe señalar que el objeto de la contratación es la adquisición de un equipo biomédico para la especialidad de urología, sin embargo, están requiriendo un personal clave con experiencia en una especialidad distinta al objeto de contratación, pero lo más grave que sólo tenga experiencia en EQUIPOS DE RAYOS X.

Al respecto, es importante que vuestra Entidad deba contar con personal clave con experiencia igual o similar al objeto de la contratación, es decir, con experiencia en instalación en equipo biomédicos de la especialidad de urología, que es el más acorde con el objeto de la contratación, toda vez que no limita específicamente a una SOLA experiencia requerida. Pero sobre todo, están limitando a contar con un personal que finalmente solo conozca de equipos de RAYOS X, equipo que solo sirve para captar imágenes, mientras que el equipo litotriptor, además de capturar impágenes, realiza diagnósticos, y sobre todo realiza procedimientos médicos, es decir tratamientos relacionados a las distintas enfermedades que se detectan en los riñones.

Entonces está claro, que contar con una persona que solo conoce de equipo de rayos x que solo captura imágenes, no es idóneo para dar mantenimientos ni realizar la instalación de un equipo litotriptor que se encuentra compuesto por otros componentes.

Por tanto, le solicitamos ampliar el requisito de la experiencia del personal clave y que también se acepte y se amplíe la exigencia de la experiencia mínima, aceptando además que el personal clave cuente o tenga experiencia mínima de dos años en mantenimiento y/o instalación en equipos biomédicos de la especialidad de urología y/o experiencia mínima de dos años en mantenimiento y/ instalación en equipos biomédicos tales como litotriptores extracorpóreos, equipos biomédicos de litotricia.

Quedando de la siguiente manera:

Experiencia mínima de dos años en mantenimiento y/o instalación en equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X, y/o en equipos biomédicos de la especialidad de urología y/o en equipos biomédicos de urología tales como litotriptores extracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia.

Esta solicitud debido a que requerir una sola experiencia en equipos de diagnóstico de Rayos X, limita la participación de postores, pero sobre todo que los equipos litotriptores tienen otras funcionalidades adicionales para los tratamientos médicos que un experto en solo rayos X no podría dar atención.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE, Principio de Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración la búsqueda de mayor participación de postores.

SE AMPLIA A LO SIGUIENTE:

Experiencia de personal clave, mínima de dos años en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Flouoroscopía, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia.
Se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto el área de GCPI, ha modificado el requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

Requisitos

Experiencia mínima de dos (02) años en los que se consideran equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Flouoroscopia, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:44:08

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En relación a la definición de bienes similares, se advierte que vuestra Entidad sólo ha requerido la acreditación de ¿equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X¿, pese a que el equipo objeto de la contratación, no sólo tiene la funcionalidad de capturar imágenes, o diagnosticar por imágenes, sino que, además, deberá capturar imágenes, realizar tratamientos a través de dicho equipo en relación a las distintas enfermedades que se detecten en los riñones. Entonces, si es una limitación a la participación de potenciales postores, que tienen experiencia en la comercialización de equipos biomédicos para el servicio de Urología como equipos de Litotricia. Además, de acuerdo con las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, se ha previsto que, en la definición de bienes similares, se debe consignar aquellos bienes similares al objeto de la contratación; es decir, toda una relación de todos los bienes similares al objeto de la contratación, pero en estas bases solo han consignado una supuesta experiencia similar, que inclusive no califica como similar, porque el equipo de rayos X, solo captura imágenes, entonces como alguien que vende solo equipos que captura imágenes puede tener experiencia en quipos litotriptores que tienen una mayor cantidad de funcionalidades. Sin embargo, conforme hemos expuesto, vuestra Entidad estaría limitando únicamente a requerir experiencia a aquellas empresas que tienen experiencia en la venta de equipos biomédicos de ¿DIAGNOSTICO POR IMÁGENES¿. Finalmente, es importante señalar que del siguiente enlace, se puede apreciar bienes similares al objeto de la contratación : <https://ietsi.essalud.gob.pe/petitorio-de-equipos-biomedicos/>. Tales como: Litotriptor Intracorpóreo Láser Holmio, Litotriptor intracorporeo ultrasónico, entre otros.

En ese sentido, y a fin de no contravenir con la directiva de las bases estándar y ampliar la pluralidad de proveedores, le solicitamos que se acepte también otros bienes como similares, quedando de la siguiente manera:

Bienes similares: Equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X, y/o equipos biomédicos para la especialidad de urología tales como: Litotriptor Intracorpóreo Láser Holmio, Litotriptor Intracorpóreo ultrasónico, y/o equipos biomédicos en general para la especialidad de urología.

Cabe señalar, que no se está solicitando experiencia en la venta de otros equipos distintos al objeto de la contratación, sino son similares y están dentro de la especialidad de urología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y Art. 2 Principio de Transparencia, Pluralidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración la búsqueda de mayor participación de postores.

SE AMPLIA LO SIGUIENTE PARA LA EXPERIENCIA:

Se considera bienes smilares a los equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Flouoroscopía, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia. Se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto el área de GCPI, ha modificado el requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Se considera bienes similares a los siguientes:

Para el Item del Litotriptor Extracorporeo se consideran como bienes similares a los equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X tales como: Angiografos, Tomógrafos, Densitómetros, Mamógrafos, Rayos X estacionarios, Rayos X con Fluoroscopia, RX arco en C, Rayos X rodables y/o equipos biomédicos de Urología tales como: Litotriptores extracorpóreos, Litotriptores intracorpóreos y/o equipos biomédicos de litotricia.

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-84-2024-ESSALUD/CEABE-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:44:08

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases, se aprecia que en la ficha técnica del IETSI, se está requiriendo la especificación técnica B21 ¿Intensificador de imágenes de por lo menos (nueve) 9 in (pulgadas) con cámara de tv ccd y matriz de imagen de 1024x1024 pixeles.

Y que, de manera opcional, se puede ofertar el equipo biomédico con la especificación técnica E02 ¿sistema de rayos x con tecnología de detector plano (flat panel) de 10¿ x 10¿ como mínimo, en lugar de lo solicitado en la especificación técnica B21.

Sobre el particular, es preciso señalar que, de acuerdo con el Principio de Vigencia Tecnológica, las Entidades deben prever las mejoras a los bienes requeridos en tanto, dichos equipos en el tiempo hayan sido actualizados.

En ese sentido, y considerando que la especificación técnica E02 es una mejora a la especificación técnica mínima del B21, le solicitamos que se pueda incorporar como ¿MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS¿ de las bases, de conformidad con las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, que se incorpore como FACTOR DE EVALUACIÓN LAS MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E02, quedando de la siguiente manera:

MEJORA 1: E02 ¿sistema de rayos x con tecnología de detector plano (flat panel) de 10¿ x 10¿ EN REEMPLAZO DEL B21, CON PUNTAJE: 10 PUNTOS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: B21 Página: 5,6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado

Se aclara que el Instituto de evaluacion de tecnologias IETSI ha contemplado la especificacion tecnica E02 como una alternativa opcional al B21 y NO como una mejora tecnologica opcional. En ese sentido no corresponde considerar el cumplimiento de la especificacion E02, como puntaje adicional, dado que el enfoque de las bases es garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, sin establecer factores de evaluacion adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null