

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código : 20110133091

Fecha de envío : 22/11/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.

Hora de envío : 18:07:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A03.TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO (FLAT PANEL) FIJO (DOS DECTORES).

Por la mejora y una mejor versatilidad de los equipos de diagnóstico, para mejorar el libre desplazamiento dentro de las salas de imágenes solicitamos aceptar una mejora en la tecnología con los detectores inalámbricos, y además se fomenta la libre participación.

A03.TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO (FLAT PANEL) FIJO O INALAMBRICO (DOS DECTORES).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA, SE ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS SIGUEINTES CAMBIOS: A03 TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO (FLAT PANEL) INALAMBRICO (UN DECTOR) INTEGRADO DE FABRICA Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RAYOS X

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03 TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO (FLAT PANEL) INALAMBRICO (UN DECTOR) INTEGRADO DE FABRICA Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RAYOS X

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:07:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B46. TECNOLOGÍA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE SILICIO AMORFO FIJO.
Por la mejora y una mejor versatilidad de los equipos de diagnóstico, para mejorar el libre desplazamiento dentro de las salas de imágenes, solicitamos aceptar una mejora en la tecnología con los detectores inalámbricos y además se fomenta la libre participación. Por lo expuesto solicitamos acepta una mejora en la tecnología con los detectores inalámbricos
B46. TECNOLOGÍA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE SILICIO AMORFO FIJO O INALAMBRICO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA, SE ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LOS SIGUEINTES CAMBIOS: B46. TECNOLOGÍA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE SILICIO AMORFO INALAMBRICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B46. TECNOLOGÍA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE SILICIO AMORFO INALAMBRICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:07:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

(02) ESTACIONES DE DIGNOSTICO PARA REVISION Y POST PROCESO

En referencia a las estaciones de diagnóstico observamos una solicitud muy puntual ya q se exige un parámetro fijo y no un rango lo cual podría dirigir los términos de referencia a una sola marca. Es por ello y por la pluralidad de postores y las mejoras en las vigencias tecnológica solicitamos aclarar si se aceptaran variaciones que signifiquen una mejora para ello solicitamos se pongan rangos en las prestaciones de la referencia en los enunciados B50,B51,B52,B54,B56,B57,B59.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SE ACEPTA PARCIALMENTE SU CONSULTA Y SE MODIFICARAN DICHS PUNTOS MIMINOS: (01) ESTACIONES DE DIGNOSTICO PARA REVISION Y POST PROCESO. B50 PROCESADOR I5 O SUPERIOR

B51 MEMORIA RAM 8 GB O SUPERIOR

B52 DISCO DURO: SSD 1TB

B54 FUENTE DE PODER 600W O SUPERIOR

B55 LECTORA CD/DVD

B56 TARJETA DE VIDEO 8GB O MAYOR

B57 CONECTIVIDAD ETHERNET

B59 4 PUERTOS USB O MAYOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"(01) ESTACIONES DE DIGNOSTICO PARA REVISION Y POST PROCESO B50 PROCESADOR I5 O SUPERIOR

B51 MEMORIA RAM 8 GB O SUPERIOR

B52 DISCO DURO: SSD 1TB

B54 FUENTE DE PODER 600W O SUPERIOR

B55 LECTORA CD/DVD

B56 TARJETA DE VIDEO 8GB O MAYOR

B57 CONECTIVIDAD ETHERNET

B59 4 PUERTOS USB O MAYOR"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:07:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

F11 TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS CALENDARIO

En la actualidad los tiempos de entrega se han visto afectados por la coyuntura de los cambios climáticos (fenómeno del Niño) y conflictos armados que han afectado a los fabricantes por lo que pedimos ampliar el tiempo de entrega a 45 días.

F11 TIMEPO DE ENTREGA DE 45 DIAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA SU CONSULTA DEBIDO A QUE LOS BIENES SOLICITADOS POR LA INSTITUCION ES DE SUMA URGENCIA, SEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código : 20604537372

Nombre o Razón social : NOVAMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2023

Hora de envío : 22:13:13

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
SOLICITAN

RANGO DE TEMPERATURA DE SENSOR EN PANTALLA: 5°C - 65°C

SUSTENTO: debemos advertir que dichos rangos no deben expresarse en las incubadoras el cual se maneras rangos establecidos en las cunas para evitar hipotermia en los pacientes neonatales, solicitamos al comite que dicha especificacion es incongruente en cual deben manejarse rangos establecidos segun tecnologia de cada fabricante siendo esto de 39° como maximo. de tal forma solicitamos que dicha especificacion sea sigte manera

RANGO DE TEMPERATURA DE SENSOR EN PANTALLA: 5°C - 65°C (opcional)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 vigencia tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, EL COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RANGO DE TEMPERATURA DE SENSOR EN PANTALLA: 5°C - 65°C (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RANGO DE TEMPERATURA DE SENSOR EN PANTALLA: 5°C - 65°C (opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código :	20604537372	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	NOVAMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:13:13

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

INCLINACION DE LA CUNA EN 5 POSICIONES

SUSTENTO: DEBEMOS ENTENDER QUE LOS SISTEMA DE TERNDELEMBUR Y TRENDELEMBURG INVERSA MANEJAN SUS SITEMAS COMO MINIMO DE POSICIONES ESTABLECIDAS PARA TRABAJAR CON PACIENTE NEONATALES POST PARTO Y/O CIRUGIA CLINICA, DE TAL FORMA SOLICITAMOS AL COMITE QUE DICHA ESPECIFICACION SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 vigencia tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, EL COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA: QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA: INCLINACION DE LA CUNA EN 5 POSICIONES O SEGUN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INCLINACION DE LA CUNA EN 5 POSICIONES O SEGUN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código :	20604537372	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	NOVAMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:13:13

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
SOLICITAN

DIMENSION Y PESO

Solicitamos al digno comite que que fabricante desarrolla sus tecnologias, en nuestro caso nuestro equipo de tecnologia y fabricacion japonesa lideres en cuidados neonatales manejan rangos diferente a lo solicitado.
pedimos comite de selccion que lo solicitado sea de acuerdo a cada fabricnate y fomentar la pluralidad de postores con equipos de ultima tecnologia

DIMENSION Y PESO (segun cada fabricante)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 vigencia tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, EL COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DIMENSION Y PESO (segun cada fabricante)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIMENSION Y PESO (segun cada fabricante)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-RSU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

Ruc/código : 20604537372

Nombre o Razón social : NOVAMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2023

Hora de envío : 22:13:13

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

solicitan
CASSETTE PARA RAYOS X INTEGRADOS

SUSTENTO: al solicitar dicha especificacion el castte de rayos x deben ser integrados y con salidas laterales y frontal es correcta nuestra apreciacion

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU CONSULTA NO ES ACEPTADA, CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, EL COMITÉ ACLARA EL PUNTO: COMPARTIMIENTO PARA CASSETTE DE RAYOS X INTEGRADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMPARTIMIENTO PARA CASSETTE DE RAYOS X INTEGRADO.