

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/08/2023
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL BANCO NACIONAL DE TUMORES
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA PARA SOLVENTES ORGANICOS
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	E1042 0024-5006015-0215088 – TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código - Documento que declaró la viabilidad -

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE COMPRA N° 2707-2023 / PEDIDO DE SERVICIO N° 4516-2023		Fecha de recepción	03/03/2023 02/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	05/07/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	25/07/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especial de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	-	-	-	10	Memo N° 129-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	23/06/2023

Evaluar las siguientes observaciones:

**Observación N° 01:**

No figura Nivel de ruido: Menor de 65 dB

**Observación N° 02:**

No figura volumen de aire tratado mínimo: 260 m<sup>3</sup> / h.

**Observación N° 03:**

No figura Procedimiento de extracción de filtros simple y rápido

**Observación N° 04:**

No figura Potencia: 160 350 W.

**Observación N° 05:**

Se solicita Iluminación LED: mayor a 670 lux.

En relación a ello, solicita **considerar 1500 lm.**

**Observación N° 06:**

Se solicita Velocidad promedio de barrera frontal: Igual o mayor a 0.4 m/s.

En relación a ello, se solicita considerar velocidad de 0.5m/s.

**Observación N° 07:**

Se solicita Volumen de aire tratado mínimo: 260 m<sup>3</sup> / h.

En relación a ello, se solicita **considerar 270m<sup>3</sup>/h.**

**Observación N° 08:**

Se solicita Velocidad de flujo igual o mayor a 0,4 m/s. Dependiente o independiente de la posición de la ventana corrediza.

En relación a ello, solicita **considerar Velocidad de flujo 0.33 m/s.**

**Observación N° 09:**

No cuenta con Baterías de filtros que aseguren la recirculación del aire, del ambiente circundante, libre de gases volátiles de solventes orgánicos objeto de la contratación. Se debe expulsar aire limpio al exterior de cabina.

**Observación N° 10:**

Se solicita Certificado BS7258 y BS7989 y en conformidad con lineamientos AFNOR NFX15-211 o ASHRAE 110. Se puede en caso necesario indicar las normas equivalentes a estas.

En relación a ello, se solicita **considerar Certificación ISO 13485 - ISO 9001 - EN61010 CE.**

1	9	-	-	-	9	Informe N° 2625-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	17/07/2023
---	---	---	---	---	---	---	------------

Evaluar las siguientes observaciones:

**Observación N° 01**

**Enunciado:** Iluminación LED: mayor a 670 lux o 1500 Lm

**Solicita:** Iluminación fluorescente mayor a 1390 lux

**Observación N° 02**

**Enunciado:** Paredes laterales con material que ofrezca excelente visibilidad y facilidad de limpieza

**Solicita:** Paredes laterales: vidrio templado

**Observación N° 03**

**Enunciado:** Cuerpo principal con material resistente a la corrosión


**Solicita:** Cuerpo principal acero electrogalvanizado recubrimiento externo de pintura antimicrobiana y epoxi poliéster secada al horno

**Observación N° 04**

**Enunciado:** Apertura de trabajo frontal de 500mm o mayor

**Solicita:** Ventana de guillotina corrediza o deslizable de vidrio templado

**Observación N° 05**



**Enunciado:** Soporte o mesa de apoyo de altura entre 730-840mm, con patas regulables  
**Solicita:** Rango de altura ajustable: 711mm a 863mm (28.0" a 34.0")

**Observación N° 06**

**Enunciado:** Potencia 160-350W

**Solicita:** Potencia 355W

**Observación N° 07**

**Enunciado:** Norma técnica de salud N° 119-MINSA/DGIEM

**Solicita:** Suprimir

**Observación N° 08**

**Enunciado:** Certificado IEC 60601 e ISO 13485, además de CE

**Solicita:** Solo cuenta con CE

**Observación N° 09**

**Enunciado:** Certificado de buenas practica de manufactura (CBPM)

**Solicita:** Proponen ISO 9001: 2015

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	-	-	-	10	Informe N° 0263-2023-EF-CP-DP-DISAD/INEN	05/07/2023
Según especificaciones técnicas en su 2da Versión							
1	9	-	-	-	9	Informe N° 0296-2023-EF-CP-DP-DISAD/INEN	25/07/2023
Según especificaciones técnicas en su 3ra Versión							

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Según especificación técnicas en su 3ra Versión

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/08/2023
---	------------	--	------------


3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
HW KESSEL S.A.C. y UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CRUMA y ESCO			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				



4

**DR. PAUL VASQUEZ MATA LLANA**  
Jefe de la Unidad de Adquisiciones Logística  
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

